

חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ		טופס:
פרק ראשי:	התקשרויות ורכישות	משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות החשב הכללי
פרק משני:	התקשרות בפטור ממכרז	
הוראה מקשרת:	7.6.3	
מספר טופס:	7.6.3.1.ט	
מהדורה:	01	

אל: ועדת המכרזים

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה ☐ (29)3 / ☐ (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם, "פטור מחובת המכרז", מס' 7.8.1 והוראת תכ"ם, "בחינת קיומם של ספקים ומיזמים", מס' 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
מערכת ALFRED60 מתוצרת חברת ALIFAX איטליה היא מערכת דיאגנוסטית מתקדמת למעבדות בקטריוLOGיות. ייחודה של המערכת היא הטכנולוגיה ומהירות הביצוע בהשוואה לשיטות הבקטריוLOGיה הקלאסית הנהוגות היום. לא קיימת מערכת מתחרה בארץ המבוססת על טכנולוגיה זו.
המערכת מיועדת לאיתור חיידקים פתוגנים בדגימות שתן ונוזלים ביולוגיים אחרים והכנות רוקחיות.
ההתקשרות הינה לצורך רכש של מכשיר ALFRED60 המסופק בלעדית על ידי חברת ביטרון. הריאגנטים הינם ייעודיים לעבודה עם מכשיר זה ומסופקים על ידי חברת ביטרון בלבד.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? ☐ כן ☐ לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

☒ טובין ☐ שירותים ☐ ביצוע עבודה

שם הספק:	ביטרון
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	500107412
ספק זה הנו:	☒ ספק יחיד ☐ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	550,000 ₪
תקופת ההתקשרות:	1.9.2022-31.8.2027

חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ			טופס:
פרק ראשי:	התקשרויות ורכישות	משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות החשב הכללי	
פרק משני:	התקשרות בפטור ממכרז		
הוראה מקשרת:	7.6.3		
מספר טופס:	7.6.3.1.ט		
מהדורה:	01		

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)


נא להתייחס לסעיפים הבאים:

- האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
- ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
- נימוקים והערות נוספות

מכשיר ALFRED60 מתוצרת חברת ALIFAX איטליה מהווה מערכת דיאגנוסטית ייחודית מתקדמת
למעבדות בקטריולוגיות. הטכנולוגיה מושתתת על מערכת לייזרים, מאתרת בזמן אמת נוכחות חיידקים פתוגנים
בדגימות שונות, תוך ניצול זמן התגובה למצע הגידול הנוזלי לעומת חיידקים שאינם גורמי מחלות.
המערכת עברה אבולוציה מקיפה לבחינת התאמתה לאיתור חיידקים פתוגנים בדגימות שתן והכנות רוקחיות
ונמצאה בעלת רגישות וסגוליות גבוהים (מעל 98%). בעקבות זאת, המערכת הוכנסה לשימוש רוטיני במעבדה
המיקרוביולוגית החל משנת 2013.
שימוש במערכת מאפשר איתור נוכחות חיידקים פתוגנים בדגימות שתן תוך 3.5 שעות בלבד. כמו כן,
מאפשרת שלילת דלקת בדרכי השתן ביום הדיגום (קיצור של 48 שעות במתן תשובה למטופלים), ובהכנות
רוקחיות תוך 24 שעות בלבד לעומת 5 ימים בשיטה הקונבנציונלית. בנוסף, בשילוב מערכות אבחון נוספות
במעבדה ניתן לבצע זיהוי חיידקים ישירות מתרביות שתן שיצאו חיוביות במכשיר ALFRED60 ולדווח תוצאת
רגישות לאנטיביוטיקות תוך 24 שעות בלבד. משמעות הדבר דיווח סוג הפתוגן והתאמת הטיפול האנטיביוטי
המיטבי למאושפזים במרכז הרפואי. כיום, אין מכשיר בשוק המאפשר קבלת תוצאה מהירה ומדויקת של זיהום
בדרכי השתן כדוגמת מכשיר ALFRED60. הריאגנטים ייעודיים למכשיר וחברת ביטרון היא הספק היחיד
של מכשיר ALFRED60 והריאגנטים.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ד"ר שרית פרימן	מנהלת מעבדה מיקרוביולוגית	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה