

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

14 בספטמבר 2022
מספרנו: הנ"ר/2022-0368
תיק: 1120, 2001

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: מיון כללי/חדרי הלם – חוו"ד לרכישת מכשיר מודול ניטור רב-פרמטרי נייד תוצרת PHILIPS.

תכתובת מיום 23.8.22

בסימוכין אושרה רכישת המכשיר הנדון בכמות של 5 יח' עבור חדרי ההלם.

מדובר במודול ניטור רב-פרמטרי נייד הכולל מסך אינטגרלי וסוללה נטענת המספיקה לפעילות של 5 שעות ללא חיבור לרשת החשמל.

נדרש מודול הניתן לשימוש עם המוניטורים המודולריים מסוג BED SIDE הקיימים במחלקה, אשר בנייתוקן מהמוניטור המודולרי יוכל לשמש לניוד והעברת מטופלים.

מערכות הניטור במיון כללי מבוססות על תוצרת PHILIPS ומאחר ולא ניתן לחבר להן מרכיבים מתוצרת יצרן אחר זולת PHILIPS, יש לראות ביצרן זה ספק יחיד לרכישה, על כל המשתמע מכך.

רצ"ב הצעת חברת "מדטכניקה" לרכישת הדגם INTELLIVUE X3 תוצרת PHILIPS, אותה יש לממש כל סעיפיה.

יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים (ולא 12 חודשים כמצוין בהצעה), החל מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים עלפי הנחיות היצרן.

בברכה,

מיטל בן-סטרן-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: דר' אבינוח עירוני
מר גיא פאר
מר גדעון קדוש