



מחלקת רכישות

תאריך 20/09/2022



שרות בתי הסוהר

לכבוד משתתפי המכרז

**מכרז פומבי 2022/34 רכישת כלים ידניים ומכשירים למרפאות שיניים**

**הודעת תיקון מס' 1**

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

מס'	מס' סעיף ועמוד	שאלות ותשובות
.1	טבלה בעמוד 31-33	שאלה האם ניתן לקבל את רשימת המוצרים המופיעה בעמודים 31-33 בקובץ EXEL?
		תשובה מצורף.
.2	עמוד 13 סעיף 17	שאלה אנו מעוניינים להציע אוטוקלאבים המשוקים בהצלחה בארץ שאינם מהדגם המבוקש. עצם נימוק דגם ספציפי של יצרן מקומי הינו בגדר הכרזת ספק יחיד ואינו מתאים להליך תיחור. אנא הגדירו נתונים טכניים של האוטוקלאב הנדרש ואפשרו ליצרנים נוספים להתחרות
		תשובה פריט האוטוקלב שונה – טוטנאוור סוג MK2340 נמחק לאורך כל המכרז. מצורף מפרט לאוטוקלב המבוקש: אוטוקלב עם צג דיגיטלי ולא מכני, עם ייבוש כלים בסוף מחזור ההפעלה ללא כל פעולה נוספת. אישור FDA או CE. אחריות לשנתיים לפחות מיום ההתקנה. הטובין יכול להיות במחסן המזמין שנה אחת טרם התקנתו (לעניין האחריות). ההתקנה תבוצע בהדרכה של הספק. אספקה אל מרלוי'ג רמלה. <b>מצורף טופס הצעת מחיר טבלה 10 עדכני אשר מחליף את טופס הצעת המחיר טבלה 10 במכרז.</b>
.3	טבלה בעמוד 31-33	שאלה רציתי לברר לגבי שורות 13,20,32,33 בטבלה מס' 1 - ציוד ידני למרפאות שיניים (אנא ראי טבלה מצורפת לנוחותך) אפשר לקבל תמונה, לינק או מידע אחר כדי להבין על מה מדובר?
		תשובה שורה 13 פאן- מכשיר לתפיסת רקמות כגון רקמה רכה, שריר, כלי דם. שורה 20 נושא חומר למצע (אפליקטור) - "דייקלון" למריחת מצע על רצפת חלל השיחזור. שורה 32 – איזמל זגוגית M- gingival margin trimmer לשבירת אמאיל בלתי נתמך במזיאל של חלל השיחזור וליצור bevel. שורה 33 – איזמל זגוגית D- gingival margin trimmer לשבירת אמאיל בלתי נתמך בדיסטל של חלל השיחזור וליצור bevel.

2. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.

3. המועד האחרון להגשת הצעות - 03/10/2022.

4. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

**בברכה,  
צוות מכרזים  
שירות בתי הסוהר**

טבלה מס' 10

טופס זה משמש להגשת הצעות לתיחור.

במסגרת הגשת הצעה זו ניתן (אך לא חובה) להגיש הצעה לתיחור.

מובהר כי הגשת או אי-הגשת הצעה לתיחור זה, אין בה בכדי למנוע מהזוכים במכרז שיכללו במאגר לערבות בדיקה מסוג אנטיגן להגיש הצעות במסגרת תיחורים עתידיים.

<u>שם היצרן המוצע</u>	<u>מחיר בש"ח ליחידת מידה לא כולל מע"מ B</u>	<u>אומדן שנתי A</u>	<u>יחידת מידה</u>	<u>שם הפריט</u>
		4	יחידה 1	אוטוקלב

- המציע רשאי להגיש הצעת מחיר לטבלה אחת או יותר.