



לכבוד:

כלל המציעים:

מכרז פומבי מס' 22033 אספקת מערכות משולבות
אוטומציה כולל ריאגנטים, כיילים, בקרים, מתכלים וכל
השירותים הנלווים לביצוע בדיקות כימיה ובדיקות
אימנוכימיה, וכן עבודות שדרוג ובינוי המעבדה הקיימת
בתנאי תכנון ביצוע

(Design Build – DB/ Full Turnkey project)

וכן בינוי מעבדה מיקרוביולוגית

עבור המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

- תשובות לשאלות הבהרה

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
1.	כללי		נבקש דחיה במועד הצגת המצגת ל- 18-22/9.	לוח הזמנים המעודכן פורסם במסגרת פרוטוקול מפגש הבהרות
2.	כללי		נבקש דחיה במועד ההגשת ההצעה ל- 31.10.22.	לוח הזמנים המעודכן פורסם במסגרת פרוטוקול מפגש הבהרות
3.	כללי		נבקש לתאם סיור קבלנים וממועד זה לאפשר שבוע להגשת שאלות.	המציעים עודכנו במועדי סיורי קבלנים נוספים במסגרת פרוטוקול מפגש הבהרות והודעת עדכון
4.	פרק א' - תנאי המכרז	3.1	במסגרת המכרז, לצד אספקת מערכת האוטומציה והציוד הנכלל במסגרתה ומתן השירותים בקשר עם ביצוע הבדיקות, נדרשים המציעים גם לבצע עבודות בינוי בהיקף משמעותי מאוד במעבדת הביוכימיה בה יוצבו המערכת והמתקנים, וכן במעבדה מיקרוביולוגית אשר הקשר היחיד בינה לבין השירותים מושא המכרז הוא הימצאותה בסמוך למעבדה הביוכימית. מאחר שהמציעים השונים, רובם ככולם, אינם גופים קבלניים, יהיה עליהם להתקשר עם צדדים שלישיים בעלי ניסיון רלוונטי לצורך ביצוע עבודות הבינוי. כפועל יוצא, המציעים השונים יידרשו לפעול לצמצום הסיכון והחשיפה הכרוכים בהתקשרויות כאמור, כמו גם לשמר את שיעור הרווחיות (שממילא אינו גבוה) הנובע מהמכרז, ועל כן הם צפויים לייקר את הצעותיהם במידה ניכרת, ובכך לפגוע באינטרס של הגשת הצעות מחיר זולות המשקפות את היתרון היחסי של המציעים בביצוע השירותים.	הסעיף יותר ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
5.	פרק א' - המכרז	3.1	<p>יודגש, כי הכללת התמורה בגין עבודות הבינוי של מעבדת הביוכימיה בהצעת המחיר בגין בדיקה מדווחת, ובפרט בהיעדר התחייבות למספר בדיקות מינימאלי שיבוצע מדי שנה, צפויה לגרום למציעים השונים לפעול להפחתת הסיכון הגלום בהצעתם, ובהתאם לייקר את המחיר המבוקש בגין בדיקה מדווחת, וזאת ביחס למצב שבו הבינוי של המעבדה הביוכימית לא היה נכלל בתכולת השירותים המבוקשת (כפי שנעשה במכרזי דיאגנוסטיקה משמעותיים בישראל, שהיקף השירותים הנדרש במסגרתם אף עולה על זה הצפוי במסגרת המכרז הנוכחי של בית החולים).</p>	הסעיף יוותר ללא שינוי
6.	פרק א' - המכרז	3.1	<p>יובהר כי אין בהכללת עבודות הבינוי בתכולת המכרז בכלל, והכללת עבודות הבינוי של המעבדה המיקרוביולוגית בפרט (על אף שבגינה תשולם תמורה פאושלית ייעודית) כדי להוזיל את הצעות המחיר, ההיפך הוא הנכון. מאחר שבניגוד למזמינה, המציעים השונים לא מהווים את הגורם היעיל לנטילת הסיכון הכרוך בעבודות הבינוי הנדרשות, ובפרט בכל הקשור למעבדה המיקרוביולוגית, נוסחו הנוכחי של המכרז צפוי לייקר את הצעות המחיר ובכפועל יוצא לצמצם את התועלת שתצמח ממנו לעורך המכרז ולציבור.</p>	
7.	פרק א' - המכרז	3.1	<p>למעלה מכך, העובדה שהמציעים יידרשו לתמחר את התמורה בגין עבודות הבינוי של המעבדה הביוכימית במחיר התוצאות המדווחות, תחייב את המציעים השונים לגלם במחיר גם את עלויות המימון הנובעות מפערי העיתוי בין ביצוע התשלום בגין העבודות לקבלן שיבצע אותן ובין המועדים בהם עלויות אלו יושבו להם (לשיעורין), והדבר צפוי גם הוא לייקר במידה ניכרת את ההצעות.</p>	
8.	פרק א' - המכרז	3.1	<p>בנסיבות אלו, ועדת המכרזים מתבקשת לצמצם את תכולת השירותים הנדרשת מהמציעים השונים כך שהיא לא תכלול את עבודות הבינוי של המעבדה המיקרוביולוגית ואת עבודות הבינוי של המעבדה הביוכימית. לחלופין, מתבקשת הוועדה לצמצם את תכולת השירותים כך שלא תכלול את עבודות הבינוי של המעבדה המיקרוביולוגית, ובמקביל לקבוע שהתמורה בגין עבודות הבינוי של המעבדה הביוכימית תשולם בהתאם לקצב ביצוע העבודות, וככל הניתן על בסיס של "כתב כמויות" להבדיל מבסיס פאושלי.</p>	

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
9.	פרק א' - תנאי המכרז	7	<p>בסעיף מצויין אחוז גידול מוערך (אינו מחייב) של 7%. הגם כי המדובר בהערכה שאינה מחייבת, נציין כי גידול שנתי מקובל הינו בין 3-4%. מאחר וגידול שנתי הינו פקטור חשוב הנלקח בחשבון בתמחור ובתכנון המערכת והינו משליך על גודל המערכת המבוקשת ועל עלות הבדיקות, כך שגם יש בכך כדי לייקר את כלל ההצעות המוגשות למכרז.</p> <p>נבקש לפיכך לבחון מחדש את אחוז הגידול השנתי ולדייקו ככל שניתן.</p> <p>(יובהר, כי בכל מקרה ניתן לתכנן מערכת מודולרית אשר תאפשר הגדלה ותוספת מכשירים בתהליך פשוט במידת הצורך).</p>	<p>סעיף 7 לתנאי המכרז יעודכן לנוסח הבא:</p> <p>"תפוקות המערכת תתאים על מנת לספק את צרכי המרכז הרפואי לעשר השנים הבאות, בהנחה של גידול שנתי מוערך בשיעור של 5% בכמות הבדיקות. על אף האמור לעיל, מובהר כי מרת"א אינו מתחייב לגידול כאמור, או כל גידול כלשהו בכמות הבדיקות השנתית".</p> <p>להלן דוגמא לגבי אופן חישוב הגידול השנתי בכמות הדגימות:</p> <p>X_n - מספר השנים לאחר שנת 2019 שנת 2019 היא $n=0$ X - מספר הדגימות X_n - מספר הדגימות בשנה $X_n = X \cdot (1.05)^n$ $X_{2019} = X$</p>
10.	פרק א' - תנאי המכרז	7	<p>מבוקש להוריד את החיוב להתממשקות למערכת ניהול התיקים הקליניים</p>	<p>מקובל</p>

תשובת מרת"א	פירוט השאלה / הערה / בקשה	מס' סעיף	פרק/נספח	מס"ד
<p>סעיף 9 יעודכן לנוסח הבא:</p> <p>"יוטעם כי גם אם המציע מסתמך בהצעתו על קבלן משנה לצורך עמידה במפרט שירותי הבדיקות המבוקשות, המציע יגיש הצעה אחת בלבד ויהא אחראי באופן בלעדי ויחיד על מתן סך הבדיקות המבוקשות בנספח ב'1 - מפרט השירותים (SOW) למסמכי המכרז, על כל המשתמע מכך. ככל שהמציע מסתמך בהצעתו על שירותיו של קבלן משנה, חלה עליו החובה לצרף להצעתו את פרטי קבלן המכשירים/ריאגנטים שיוצבו מטעמו, ניסיון קבלן המשנה בפרק הרלוונטי וכיוצ"ב.</p> <p>המציע אינו רשאי להתקשר עם יותר מקבלן משנה אחד (1) לעניין המכשור.</p> <p>כמו כן, המציע רשאי להתקשר עם יותר משני (2) קבלני משנה לעניין אספקת הריאגנטים לבדיקות.</p> <p>בנוסף, יובהר כי חיבור מכשור קיים של מרת"א ל-LINE כדוגמת מכשור ספירה ו/או קרישה, אינו מהווה הסתייעות בקבלן משנה לעניין סעיף זה. עוד יובהר כי סעיף זה אינו בר תחולה ביחס לביצוע העבודות.</p>	<p>היות והמציע נדרש להציע מעל 100 בדיקות שונות סביר כי אצל משתתפים רבים חלק מהבדיקות הנדרשות אינן קיימות במפרט המציע מיוצרות/מופצות על ידי יותר מקבלן משנה יחיד. מאחר ואין בהתקשרות עם יותר מקבלן משנה אחד כדי לפגוע במזמין, המתנהל מול הספק הזוכה, המתחייב לאיכות וטיב הבדיקות, נבקש לבטל את המגבלה להתקשרות עם קבלן משנה אחד בלבד ולאפשר התקשרות עם מספר קבלני משנה.</p>	<p>9</p>	<p>פרק א' - תנאי המכרז</p>	<p>.11</p>

תשובת מרת"א	פירוט השאלה / הערה / בקשה	מס' סעיף	פרק/נספח	מס"ד
<p>סעיף 9 יעודכן לנוסח הבא:</p> <p>"יוטעם כי גם אם המציע מסתמך בהצעתו על קבלן משנה לצורך עמידה במפרט שירותי הבדיקות המבוקשות, המציע יגיש הצעה אחת בלבד ויהא אחראי באופן בלעדי ויחיד על מתן סך הבדיקות המבוקשות בנספח ב'1 - מפרט השירותים (SOW) למסמכי המכרז, על כל המשתמע מכך. ככל שהמציע מסתמך בהצעתו על שירותיו של קבלן משנה, חלה עליו החובה לצרף להצעתו את פרטי קבלן המשנה, המכשירים/ריאגנטים שיוצבו מטעמו, ניסיון קבלן המשנה בפרק הרלוונטי וכיוצ"ב.</p> <p>המציע אינו רשאי להתקשר עם יותר מקבלן משנה אחד (1) לעניין המכשור.</p> <p>כמו כן, המציע רשאי להתקשר עם יותר משני (2) קבלני משנה לעניין אספקת הריאגנטים לבדיקות.</p> <p>בנוסף, יובהר כי חיבור מכשור קיים של מרת"א ל-LINE כדוגמת מכשור ספירה ו/או קרישה, אינו מהווה הסתייעות בקבלן משנה לעניין סעיף זה. עוד יובהר כי סעיף זה אינו בר תחולה ביחס לביצוע העבודות.</p>	<p>נבקש לשנות את הנוסח הקיים ולהבהיר כי ניתן יהיה להתקשר עם יותר מקבלן משנה אחד, לרבות מפיץ מקומי של ריאגנטים.</p>	<p>9</p>	<p>פרק א' - תנאי המכרז</p>	<p>.12</p>

תשובת מרת"א	פירוט השאלה / הערה / בקשה	מס' סעיף	פרק/נספח	מס"ד
<p>סעיף 9 יעודכן לנוסח הבא:</p> <p>"יוטעם כי גם אם המציע מסתמך בהצעתו על קבלן משנה לצורך עמידה במפרט שירותי הבדיקות המבוקשות, המציע יגיש הצעה אחת בלבד ויהא אחראי באופן בלעדי ויחיד על מתן סך הבדיקות המבוקשות בנספח ב'1 - מפרט השירותים (SOW) למסמכי המכרז, על כל המשתמע מכך. ככל שהמציע מסתמך בהצעתו על שירותיו של קבלן משנה, חלה עליו החובה לצרף להצעתו את פרטי קבלן המשנה, המכשירים/ריאגנטים שיוצבו מטעמו, ניסיון קבלן המשנה בפרק הרלוונטי וכיוצ"ב.</p> <p>המציע אינו רשאי להתקשר עם יותר מקבלן משנה אחד (1) לעניין המכשור.</p> <p>כמו כן, המציע רשאי להתקשר עם יותר משני (2) קבלני משנה לעניין אספקת הריאגנטים לבדיקות.</p> <p>בנוסף, יובהר כי חיבור מכשור קיים של מרת"א ל-LINE כדוגמת מכשור ספירה ו/או קרישה, אינו מהווה הסתייעות בקבלן משנה לעניין סעיף זה. עוד יובהר כי סעיף זה אינו בר תחולה ביחס לביצוע העבודות.</p>	<p>נבקש לשנות את הנוסח הקיים ולהבהיר כי ניתן יהיה להתקשר עם יותר מקבלן משנה אחד.</p>	9	פרק א' - תנאי המכרז	.13
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>הפחתה ל 80% מתעריפי הבדיקות המדווחות הינה הפחתה גבוהה ולא מקובלת ומשפיעה בהתאם על עלות הבדיקות המדווחות בתקופת ההתקשרות. נבקש כי ההפחתה תעמוד על 90% מתעריפי הבדיקות המדווחות בתקופת ההתקשרות .</p>	10.5 11.1.5	פרק א' - תנאי המכרז	.14

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
15.		10.7	המציע מבסס את הצעתו הכספית ואת תכנון המערכת והבינוי בהתבסס על נתוני המכרז המוגדרים ובהנחה כי המציע יתוגמל בתמורה הוגנת בתמורה להצבת הציוד וביצוע הפרוייקט.	הסעיפים יוותרו ללא שינוי. יחד עם זאת, מרת"א הינו יחידת סמך במשרד ממשלתי, ועל כן כפוף לעקרונות המשפט המנהלי ודיני מכרזים, ושומה עליו לנהל את ההליך המכרזי כמו גם ההליך החוזי בהגינות בתום לב ובדרך המקובלת
		10.8		
		12.4		
		17.2	בתוך כך, התשלום בגין בדיקה מדווחת ובגין עבודות הבינוי כולל בתוכו (משוקלל ומתומחר ע"י המציעים) את מגוון ההוצאות וההשקעות שהספק נדרש להוציא במסגרת זכייתו במכרז, ובכלל זאת, בין היתר:	
		18	אספקת המערכת, הציוד, ביצוע העבודות ומתן השירותים, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל:	
		39	בדיקות מעבדה להוכחת איכויות, ולידציה, ביצוע עבודות ההקמה, לרבות מדידות, תכנון, בינוי, תשתיות, אספקת המערכת והתקנתה באתר, תוכנות, חומרות, הוצאות שילוח, מכסים, היטלים, מיסים, הוצאות אריזה, העמסה, הובלה, פריקה, התקנה, הרכבה, הרצה, חיבור לתשתיות, הפעלה באופן מלא ותקין, הדרכת העובדים/אנשי צוות, שירות, תחזוקה, העסקת יועצים, ולרבות כל יתר התנאים והדרישות בהזמנה להציע הצעות על נספחיה, ובכלל זה הסכם ההתקשרות ובהתאם להוראות יצרן וכל דין, לרבות הנחיות וחוזרי משרד הבריאות כולל כל ההוצאות הישירות והעקיפות הדרושות לביצוע עבודות אלו, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל שכר עבודה, העסקת מתכננים ויועצים, התנאים הסוציאליים של העובדים וכל התשלומים, החומרים, המכשירים, הכלים, הציוד, חומרי העזר ואמצעי העזר לרבות, אך לא רק, פיגומים, מנופים, אמצעי הובלה, הרמה, חפירה וכיוב' ההובלות, תיעוד, מיסים, אגרות והיטלים, ושאר ההוצאות של הקבלן.	
		40.8		
		42		
		44.3		
	פרק א' - תנאי המכרז		נוכח האמור, מאחר ומהות המכרז הינו מערכת אוטומציה ששוויה רב, ועלותה מועמסת על מחירי הבדיקות, ומשעה שהתשומות המושקעות במכרז זה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשומות כספיות, הינן גבוהות ביותר, ברור כי לא ניתן, בכל קונסטלציה, לקבל מצב בו ההתקשרות מופסקת בכל שלב ע"י מרת"א, ו/או ההתקשרות נעשית לשעורין בעבור רכיבים מסויימים בלבד מהצעת המציע ו/או ההזמנות בפועל של השירותים יהיו בהיקף קטן משמעותית מהמצופה, ו/או יבוצע שינוי בדרישות המכרז, ו/או מצב בו לאחר הודעת הזכיה יחליט מרת"א להתקשר לעניין מושא המכרז עם ספק אחר.	
			לפיכך מבוקש כי תבחר ההצעה בשלמותה (או לא תתבחר כלל) בהתאם לפרמטרים שנקבעו במכרז לבחירת המציע, אחרת אין הגיון כלכלי מבחינת המציע באספקת חלקים מהצעתו.	
			ככל שלא יקרה כאמור, נבקש כי ייקבע מנגנון פיצוי ראוי והוגן למציע, ככל אשר יקרה כל אחד מהמקרים המתוארים בסעיף. בלא מנגנון כאמור המציע ייפגע באופן ניכר, כאשר אין לכך כל הצדקה חוקית ועניינית.	

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
16.	פרק א' - תנאי המכרז	11.1.6	<p>הסיפא בסעיף 11.1.6 איננה מקובלת!</p> <p>לא יתכן כי הזוכה יידרש לבצע את העבודות על פי תוכניות ו/או מפרטים שלא צורפו למכרז ולחווזה, בלא תוספת תשלום, ככל שתדרש עקב כך תוספת עלות!</p> <p>יבוקש כי מרת"א יגדירו בבירור מהי תכולת העבודה המבוקשת על מנת לשקללה בהצעת המחיר. מבוקש כי ככל אשר תדרש עבודה ויועברו עבודה מסמכים תוכניות ו/או מפרטים חדשים, שלא היו בידי המציע טרם הגשת הצעתו למכרז, ככל שהדבר יביא לעלויות נוספות, יתומחר הדבר במלואו, בנפרד מסכום הצעתו למכרז וכן יקבעו לוחות זמנים חדשים בהתאם.</p> <p><u>האמור בסעיפים אינו מקובל</u>. המציע זכאי לתשלום בגין כל עבודה נוספת שמרת"א דרשה, אשר אינה נכללת במסמכי המכרז. אין כל סיבה בגינה המציע צריך לספוג בלא תשלום עלויות של עבודות נוספות, עד 10% (!) מהיקף העבודות להן הגיש הצעתו!</p> <p>מבוקש כי ככל אשר תדרש עבודה נוספת כאמור, ככל שהדבר יביא לעלויות נוספות, יתומחר הדבר במלואו, בנפרד מסכום הצעת המציע למכרז.</p>	<p>סעיף 11.6 יוותר ללא שינוי</p> <p>סעיפים 48.1.1.1 (סיפא)</p> <p>48.1.2.5 לנספח ו' יוותרו ללא שינוי</p>
	נספח ד' (הסכם)	48.1.1.1 (סיפא) 48.1.2.5		
17.	פרק א' - תנאי המכרז	14.1.1 46	<p>נבקש לשנות הגדרה של קבלן ראשי למציע ההצעה לאור העובדה כי המציע ייתן את ביטוח העבודות הקבלניות לבית החולים. כל זאת כל עוד קבלן/ני המשנה אשר יעבדו בפרויקט יהיו בעלי הניסיון המתאים כנדרש,</p> <p>או לחילופין נבקש לוותר על הדרישה כי המציע יבטח את העבודות הקבלניות.</p> <p>בנוסף אנחנו מבקשים לוודא כי ניתן לעבוד עם שני קבלנים שונים לביצוע העבודות - לטובת קיצור זמני ביצוע.</p>	הסעיף יוותר ללא שינוי
	נספח ד' (הסכם)			
18.	פרק א' - תנאי המכרז	14.3	<p>נבקש לקבל העתק של הסכם מדף 3210. נבקש כי יתאפשר למציע לחתום על הסכם גנרי לעבודות קבלניות אשר נוסח על ידי עו"ד המציע המכיל את סעיפי הסכם 3210.</p>	מצורף בזאת הסכם מדף 3210.
	נספח ד' (הסכם)	37.2.7		מרת"א יתיר למציע לחתום על הסכם גנרי לעבודות קבלניות ובלבד שהינו מכיל את סעיפי הסכם 3210 ואינו עומד בסתירה להוראות הסכם המדף.

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
19.	פרק א' - תנאי המכרז	15	המועד למתן מענה לשאלות ההבהרה נקבע ליום 29.8.2022 ואילו המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו 22.9.2022. היות ומדובר במכרז מורכב הכולל גם רכיב בינוי משמעותי שמצריך היערכות מתאימה גם של צדדים שלישיים, נדרש פרק זמן ארוך יותר לצורך הכנת המצגת והצגתה, כך שהמועדים להצגת המצגות יהיו לפחות שבועיים לאחר מתן המענה לשאלות ההבהרה. כמו כן, נדרש פרק זמן רב יותר להיערכות להגשת המכרז ממועד מתן המענה לשאלות ההבהרה עד למועד הגשת המכרז, כך שהמועד האחרון להגשת הצעות יהיה לא לפני 2.10.2022.	לוח הזמנים המעודכן פורסם במסגרת פרוטוקול מפגש הבהרות
20.	פרק א' - תנאי המכרז	15	המועד למתן מענה לשאלות ההבהרה נקבע ליום 29.8.2022 ואילו המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו 22.9.2022. היות ומדובר במכרז מורכב הכולל גם רכיב בינוי משמעותי שמצריך היערכות מתאימה ומתן פרטים של צדדים שלישיים, נדרש פרק זמן רב יותר ממועד מתן המענה לשאלות ההבהרה עד למועד הגשת המכרז. על כן נבקש לשנות את המועד האחרון להגשת הצעות עד ליום 2.10.2022.	לוח הזמנים המעודכן פורסם במסגרת פרוטוקול מפגש הבהרות
21.	פרק א' - תנאי המכרז	15.1	על מנת לתכנן את ההצעה והסימולציה המיטביים ולהגיש מצגת מדויקת ונכונה ככל שניתן נבקש דחייה של 3 שבועות במועד הצגת המצגת ומועד הגשת ההצעות בהתאם, עקב סמיכות מועד המצגת למועד האחרון למענה מרת"א על שאלות הבהרה. הנ"ל הכרחי, משעלינו לקבל וללמוד את כל המידע המדויק בהקשר עם הפרויקט כנגזרת מהתשובות שיעביר מרת"א לשאלות המציעים. כמו"כ הדבר יאפשר את הזמן הראוי לקבלנים לבצע סיור ייעודי ולתכנן כדבעי את עבודות הבינוי, עבורן נדרש פירוט במצגת ובהצעה עצמה.	לוח הזמנים המעודכן פורסם במסגרת פרוטוקול מפגש הבהרות
22.	פרק א' - תנאי המכרז	15.1 29.1	תאריך תוקף ההצעה בסעיף זה סותר את תוקף ההצעה המצויין בסעיף 29.1	הצעות המציעים תעמודנה בתוקף 6 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות
23.	פרק א' - תנאי המכרז	16.6	מבקש למחוק את המשפט השני המתחיל במילים "כמו כן" ועד סוף הסעיף. האמירה אינה עולה בקנה אחד עם כללי הפרשנות המקובלים, כל שכן עת המדובר בחוזה חד צדדי.	הסעיף יותר ללא שינוי
24.	פרק א' - תנאי המכרז	21.5	מתבקשת הבהרה לסיפא לסעיף 21.5 "שרישומו בפנקס טרם חודש". דרישה זו אינה ברורה.	הסעיף מנוסח בהתאמה להנחיית משרד הבריאות בעניין מתאריך 19/3/2013 ולפיה מוסד רפואי יוכל להסתמך על הצגת תעודת הרישום הקודמת בצירוף אישור הגשת הבקשה לחידוש הרישום.
25.	פרק א' - תנאי המכרז	21.5	המשפט "שרישומו טרם חודש" אינו ברור. אישורי אמ"ר הינם בעלי תוקף ולקראת סיום התוקף מוגשת בקשת חידוש רישום אשר קבלתה על ידי משרד הבריאות מהווה אישור הארכה אוטומטית לשנתיים ממועד סיום התוקף, כאשר במהלך שנתיים אלו מתקבל אישור חדש. נבקש הבהרתכם למשפט.	הסעיף מנוסח בהתאמה להנחיית משרד הבריאות בעניין מתאריך 19/3/2013 ולפיה מוסד רפואי יוכל להסתמך על הצגת תעודת הרישום הקודמת בצירוף אישור הגשת הבקשה לחידוש הרישום.

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
26.	פרק א' - תנאי המכרז	21.8	לא ברור מדוע אין הלימה בין תקופת הניסיון המבוקשת בסעיף זה לתקופה המבוקשת בסעיף 21.6. בסעיף 21.6 מבוקש כי למציע יהיה ניסיון של חצי שנה בתמיכה במכשירים האוטומטים המוצעים ואילו בסעיף 21.8 מבוקש פרקי זמן ארוכים יותר לאנשי אפליקציה ולטכנאים. נבקש לעדכן את פרקי הזמן כך שיהיו אחידים.	הסעיף יוותר ללא שינוי. לדעת מרת"א, הניסיון הנדרש מאנשי הצוות בסעיף זה הוא, סביר מידתי ובהלימה להתקשרות המבוקשת.
27.	פרק א' - תנאי המכרז	עמוד 12 סעיף 21.8.1	נבקש להוריד את המילה "מוצעים"	הסעיף יוותר ללא שינוי
28.	פרק א' - תנאי המכרז	עמוד 12 סעיף 21.8.3	נבקש להוסיף: "או דגם ישן יותר"	ס"ק 21.8.3 יעודכן לנוסח הבא: "כל אחד מהטכנאים המוצעים הינו בעל ניסיון של שלוש שנים לכל הפחות, שנצבר עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, במתן שירותים עבור המכשור מושא הצעת המציע או במכשור דומה של יצרן המכשור מושא הצעה."
29.	פרק א' - תנאי המכרז	21.8.3	נבקש להבהיר כי המונח "מכשור" והמונח "תחזוקת המערכת" מתייחסים ל"מאבחנים אוטומטיים".	ס"ק 21.8.3 יעודכן לנוסח הבא: "כל אחד מהטכנאים המוצעים הינו בעל ניסיון של שלוש שנים לכל הפחות, שנצבר עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, במתן שירותים עבור מאבחנים אוטומטיים מושא הצעת המציע או מאבחנים אוטומטיים דומים של יצרן המכשור מושא הצעה."
30.	פרק א' - תנאי המכרז	21.8.3	נבקש להוסיף בסוף המשפט: "כל אחד מהטכנאים המוצעים הינו בעל ניסיון של שלוש שנים לכל הפחות, שנצבר עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, במתן שירותים עבור המכשור נשוא הצעת המציע" את המילים: "או בעל ניסיון של שלוש שנים לכל הפחות במתן שירותים במכשור דומה של יצרן המכשור נשוא הצעה".	ס"ק 21.8.3 יעודכן לנוסח הבא: "כל אחד מהטכנאים המוצעים הינו בעל ניסיון של שלוש שנים לכל הפחות, שנצבר עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, במתן שירותים עבור מאבחנים אוטומטיים מושא הצעת המציע או מאבחנים אוטומטיים דומים של יצרן המכשור מושא הצעה."

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
31.	פרק א' - תנאי המכרז	21.8.3	נבקש להוסיף בסוף המשפט: "כל אחד מהטכנאים המוצעים הינו בעל ניסיון של שלוש שנים לכל הפחות, שנצבר עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, במתן שירותים עבור המכשור נשוא הצעת המציע" את המילים: "או בעל ניסיון של שלוש שנים לכל הפחות במתן שירותים במכשור דומה של יצרן המכשור נשוא ההצעה".	ס"ק 21.8.3 יעודכן לנוסח הבא: "כל אחד מהטכנאים המוצעים הינו בעל ניסיון של שלוש שנים לכל הפחות, שנצבר עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, במתן שירותים עבור מאבחנים אוטומטיים מושאי הצעת המציע או מאבחנים אוטומטיים דומים של יצרן המכשור מושא ההצעה."
32.	פרק א' - תנאי המכרז	21.16	סעיף 29.1 נכתב שהצעות המציעים תעמודנה בתוקף 6 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות (עם אפשרות הארכה) ואילו תוקף הערבות היא עד ליום 22.6.23 - ארבעה חודשים לאחר סיום תוקף מתן ההצעות. נבקש לעדכן את טופס הערבות	הסעיף יותר ללא שינוי
33.	פרק א' - תנאי המכרז	21.16	נבקש לעדכן את תוקף הערבות (התאריך קודם לתאריך הגשת המכרז)	הסעיף יותר ללא שינוי
34.	פרק א' - תנאי המכרז	22	נבקש לקיים סיור יעודי לקבלנים אשר יבחן את היבטי הבינוי השונים. נבקש כי כל בעלי התפקידים המוגדרים ע"י בית החולים כספקים בלעדיים (קונסטרוקטור, אדריכל, יועץ בטיחות וכו) <u>יהיו נוכחים בסיור</u> על מנת לספק את כל המידע המקצועי אשר יאפשר למציעים לבצע תכנון מתאים וכן להעריך את אומדן העלויות. כמו כן נבקש כי הסיור יתבצע לפחות 3 שבועות לפני הגשת המצגת ומועד ההגשה על מנת לאפשר לקבל את המידע כאמור ובעקבותיו לתכלל את הפתרון למועד ההצגה וההגשה.	המציעים עודכנו במועדי סיורי קבלנים נוספים במסגרת פרוטוקול מפגש הבהרות והודעת עדכון
35.	פרק א' - תנאי המכרז	27	האם יש צורך להגיש במסגרת ההצעה גם את המוספים הנלווים של נספח ג'. במידה וכן, האם יש צורך לחתום עליהם?	יש צורך להגיש במסגרת ההצעה גם את המוספים הנלווים של נספח ג' חתומים ע"י המציע
36.	פרק א' - תנאי המכרז	29.4	נבקש למחוק את הסעיף משאינו הגיוני ו/או מקובל ופוגע בזכויות יסודיות של משתתפי ההליך.	הסעיף יותר ללא שינוי
37.	פרק א' - תנאי המכרז	30.5	נבקש כי מרת"א ישיבו לכלל השאלות היות ומעמד המענה הינו המעמד הבלעדי והיחיד למציעים לקבל התייחסות לסוגיות המכרז היכולות להשפיע על היבטים מרכזים במענה ובהחלטות המציע.	מרת"א ינהג לפי המפורט בסעיף 30 לתנאי המכרז
38.	פרק א' - תנאי המכרז	30.10	נבקש למחוק את הסעיף החל מהמשפט השני (מהמילים "מובהר כ"י") ועד סופו. האמור אינו מקובל. מבוקש כי סתירות תיושבה ע"פ דין, בהתאם לכללי הפרשנות הידועים והמקובלים, כמו למשל האמור בסעיף 30.11.	הסעיף יותר ללא שינוי
39.	פרק א' - תנאי המכרז	31.2	נבקש כי הצעת הפתרון האדריכלי תבחן על ידי צוות היועצים החיצונים המוגדר במכרז מכיוון ואלו היועצים אשר ילוו את הפרוייקט בהמשך.	מקובל

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
40.	פרק א' - תנאי המכרז	עמוד 18 סעיף 31.2	פיצול דגימות - נבקש הבהרה האם מדובר רק על מבחנות אותן יש לפצל	הכוונה לכל מבחנות הסרום של אותו מטופל שנמצאות על המערכת בנקודת הזמן בו מבוצע הפיצול.
41.	פרק א' - תנאי המכרז	עמוד 18 סעיף 31.2	תוכנת שליטה - נבקש לקבל מידע לגבי סוג הגלוקומטרים ומכשירי הגזים באיכילוב ודגם מכשיר ה-Cobas	להלן פירוט סוג מכשירי גלוקומטר, גזים, ו COBAS גלוקומטרים - NOVAstat strip גזים - Rapid point Siemens Cobas 601
42.	פרק א' - תנאי המכרז	31.3.1	נראה כי חלה שגיאת כתיב במילה הראשונה "מחיר" אשר אמורה להיות "ציון" ו"ניקוד".	נכון. במקום "מחיר" צריך להופיע: "ציון המחיר"
43.	פרק א' - תנאי המכרז	33.4+33.5	נבקש כי כמקובל, כמות סבבי משא ומתן תוגבל לשני סבבים.	הסעיף יוותר ללא שינוי. ככל ומרת"א יחליט לקיים משא ומתן אזי כמות סבבי המשא ומתן תהא בהתאם לשיקול דעתו הבלבדי של מרת"א וככל שיהא סבור שהדבר מקיים את תכליות ההליך המכרזי
44.	פרק א' - תנאי המכרז	34.1	כחברה ציבורית ניתן לדווח רק על נתונים אשר מדווחים לכלל הציבור, לאור כך נבקש לעדכן "בכפוף לכך שמידע זה פורסם לציבור"	הסעיף יוותר ללא שינוי, אולם הוא בכפוף להוראת כל דין
45.	פרק א' - תנאי המכרז	34.2	כחברה ציבורית ישנם חלק מבעלי עניין הם חברות השקעה (מוסדיים) ואין לנו מידע בגינם למעט המפוסס לציבור, לכן נבקש למחוק את הסעיף	הסעיף יוותר ללא שינוי, אולם הוא בכפוף להוראת כל דין
46.	פרק א' - תנאי המכרז	35	נבקש לקבל אומדן הפנימי שמרת"א קבעה.	אומדן פנימי הוא אומדן שאינו לפרסום ומשמש את חברי ועדת מכרזים בלבד לצרכים הנקובים במסמכי המכרז
47.	פרק א' - תנאי המכרז	37.1	נבקש פירוט מה מהות הבדיקות הביטחוניות הכלכליות או האיכותיות שמרת"א מעוניינים לערוך. נבקש להוסיף כי בדיקות אלו צריכות להתבצע בתיאום ובאישור המציע.	אין פירוט בדיקות כרגע. ככל ומרת"א יהא סבור כי קיימת הצעה שאינה ברורה די כל צרכה, הדורשת הבהרות ו/או בדיקות נתונה הסמכות בידי מרת"א לעשות כן
48.	פרק א' - תנאי המכרז	37.4	בהתייחס לזכאות מרת"א לדרוש מנותן השירותים לסלק מביצוע העבודות כל קבלן מטעמו – נבקש כי בטרם האמור יובא לידיעת נותן השירותים מהות הליקוי בפעולת הקבלן וכי יתאפשר לו זכות טיעון בנושא.	הסעיף יוותר ללא שינוי. יחד עם זאת, מרת"א מהווה יחידת סמך במשרד הבריאות, ועל כן כפוף לעקרונות המשפט המנהלי ודיני מכרזים, ושומה עליו לנהל מכרזיו והתקשרויותיו בהגינות, בדרך המקובלת ובכפוף לעיקרון תום הלב

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
49.	פרק א' - תנאי המכרז	37.5	האמירה לפיה "מרת"א רשאי להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה" איננה חוקית ואינה מקובלת. לא ניתן לקבוע תנאים שאינם מפורטים במסמכי המכרז, נבקש למחוק אמירה זו. בנוסף, נבקש, כי ככל אשר אין תקציב לפרוייקט, הנ"ל יבדק עוד בטרם התחלת הפרוייקט ע"י המציע, שכן המדובר בפרוייקט בעל עלויות כספיות גבוהות ביותר, ולא ניתן יהא לקבל מצב בו העבודות מתבצעות ע"י המציע ומבוטלות ע"י מרת"א בלא פיצוי הולם.	הסעיף יוותר ללא שינוי. יחד עם זאת, מרת"א מהווה יחידת סמך במשרד הבריאות, ועל כן כפוף לעקרונות המשפט המנהלי ודיני מכרזים, ושומה עליו לנהל מכרזיו והתקשרויותיו בהגינות, בדרך המקובלת ובכפוף לעיקרון תום הלב
50.	פרק א' - תנאי המכרז	38.4	1. מבוקש כי ככל אשר תדרש אחת מהחלופות בס"ק 1,2,3 – הדבר יידרש לגבי ציוד שהינו מאבחן\מכשיר בדיקה (ולא מערכת האוטומציה כולה). 2. נבקש כי פריטי הציוד יוחזרו למציע לאחר הבדיקה או יכללו במסגרת הפתרון במידה והמציע זוכה.	הבקשה מקובלת. ככל אשר תידרש אחת מהחלופות בסעיף 38.4 הדבר יידרש לגבי ציוד שהינו מאבחן\מכשיר בדיקה (ולא מערכת האוטומציה כולה ופריטי הציוד יוחזרו למציע לאחר הבדיקה
51.	פרק א' - תנאי המכרז	38.5	נבקש להבהיר, כי הדגמת השירות ו/או אספקת פרטי הציוד תתבצע כאמור למכשירי האבחון/בדיקה בלבד.	ככל אשר תידרש אחת מהחלופות בסעיף 38.4 הדבר יידרש לגבי ציוד שהינו מאבחן\מכשיר בדיקה (ולא מערכת האוטומציה כולה ופריטי הציוד יוחזרו למציע לאחר הבדיקה
52.	פרק א' - תנאי המכרז	40.2	בהתאם לסעיף 40.1 הצעות המציעים תעמדה בתוקף 6 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות. נוכח האמור, לא ברורה הדרישה בסעיף 40.2 כי המציע יודיע על בטלות הצעה. נבקש למחוק את הסעיף.	מדובר על תקופה החורגת מהמועד שנקבע לתוקף הצעות, ובלבד והמציע לא הודיע על בטלות הצעתו בחלוף תוקפה
53.	פרק א' - תנאי המכרז	40.4	נבקש כי התקופה המצויינת בסעיף תעמוד על 6 חודשים ולא שנה היות והמציע נסמך על הצעות של קבלני משנה אשר להן תוקף קצר (יש לתקן בהתאמה את סעיף 40.6,40.7).	הסעיף יוותר ללא שינוי
54.	פרק א' - תנאי המכרז	40.4	נבקש להחיל את כללי ההצמדה במכרז על הצעת הכשיר השני החל ממועד ההכרזה על הזוכה	כללי ההצמדה ביחס לכשיר השני יהיו ממועד חתימת ההסכם ע"י מרת"א עם הזוכה המקורי.
55.	פרק א' - תנאי המכרז	41.4	הסעיף מצוין כי מרת"א, באמצעות וועדת המכרזים, יוכל לשנות פרט מהותי בהסכם שייחתם או שנחתם עם הזוכה, בהתקיים לתנאי לכך בדין. מתבקשת הבהרה כי כל שינוי לאחר חתימה ייעשה בהסכמת הצדדים בכתב ולא באופן חד צדדי.	כל שינוי בתנאי ההסכם לאחר חתימתו ע"י הצדדים מחייבת הסכמתם הכתובה של שני הצדדים לכך

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
.56	פרק א' - תנאי המכרז	42	נבקש כי ביטול הודעת זכייה יעשה בתקופה זו כל עוד לא הועברה הזמנה למערכת מטעם מרת"א בשל התחייבויות המציע אל מול הספקים נותני השירותים.	ביטול הודעת זכייה יהא עד 30 יום מראשית ההתקשרות
.57	פרק א' - תנאי המכרז	43.1	נבקש כי רק במקרה של פגם יסודי ומהותי יבוטל ההליך	הסעיף יוותר ללא שינוי. יחד עם זאת, מרת"א מהווה יחידת סמך במשרד הבריאות, ועל כן כפוף לעקרונות המשפט המנהלי ודיני מכרזים, ומשכך, שומה עליו לנהל מכרזיו והתקשרויותיו בהגינות בדרך המקובלת ובכפוף לעיקרון תום הלב
.58	פרק א' - תנאי המכרז	43.2	נבקש כי רק במקרה של טעות יסודית ומהותית יבוטל ההליך	הסעיף יוותר ללא שינוי. יחד עם זאת, מרת"א מהווה יחידת סמך במשרד הבריאות, ועל כן כפוף לעקרונות המשפט המנהלי ודיני מכרזים, ומשכך, שומה עליו לנהל מכרזיו והתקשרויותיו בהגינות בדרך המקובלת ובכפוף לעיקרון תום הלב
.59	פרק א' - תנאי המכרז	44.2 44.3	ההתחייבויות אשר בסעיפים רחבות מידי ולא ניתן להתחייב כאמור בשלב זה של ההליך, נבקש למחוק את הסעיפים.	הסעיף יוותר ללא שינוי. יחד עם זאת, מרת"א מהווה יחידת סמך במשרד הבריאות, ועל כן כפוף לעקרונות המשפט המנהלי ודיני מכרזים, ומשכך, שומה עליו לנהל מכרזיו והתקשרויותיו בהגינות בדרך המקובלת ובכפוף לעיקרון תום הלב
.60	פרק א' - תנאי המכרז	עמוד 19 אוטומציה	נבקש הבהרה לגבי הכוונה ב"איכות דגימה ירודה"	דגימה שלא ניתן לבצע ממנה בדיקות לדוגמא המוליזה ++++
.61	פרק א' - תנאי המכרז	עמוד 19 זמני ראקציה	נבקש לשנות סעיף זה ל- לתפוקת המכשיר בשעה, שכן זמן ראקציה לבדיקה בודדת פחות רלוונטי.	הסעיף יוותר ללא שינוי
.62	פרק א' - תנאי המכרז	עמוד 22 Layout של המעבדה - סעיף 3 (חיבור פנאומטיקה ליין)	נבקש לבטל את סעיף זה: "הצגת פתרון לאוטומציה מלאה של חיבור פנאומטיקה לליין"	הסעיף יעודכן לנוסח הבא: "הצגת פתרון לאוטומציה מלאה כולל חיבור לליין"
.63	פרק א' - תנאי המכרז	עמוד 28 סעיף 39.4	נבקש לאשר כי לא ניתן לקבל רק את עבודות הבינוי למיקרוביולוגיה.	הבקשה מקובלת

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
.64	פרק ב	כללי	נבקש לקבל את היחסים השונים של סוגי המבחנות השונות המיועדות לקו האוטומציה, ביחוד יחס מבחנות הסרוג'ל ביחס לכלל המבחנות.	מקובל. המידע יימסר בקרוב
.65	פרק ב' - נספח ב'1	מפרט השרותים	מבקשים את אישורכם שאספקת ריאגנטים בודדים מיצרן אחר לא תחשב לספק נוסף.	מקובל
.66	פרק ב נספח ב'1	2.5	נבקש שיובהר כי עלויות אלו לא יחולו ככל שהעיכוב ייגרם בשל מעשה ו/או מחדל של מרת"א	סעיף 2.5 לפרק ב נספח ב'1 יעודכן לנוסח הבא:
				"ככל שיחול עיכוב בהתאמת המבנה בו תוצב המערכת במעבדת מרת"א, אשר ימנע את הכנסת הציוד והתקנתו, עלויות אחסון של המערכת, על כל המשתמע מכך, תהיינה על חשבון נותן השירותים ובלבד שהעיכוב לא חל בשל מעשה ו/או מחדל של מרת"א"
.67	פרק ב נספח ב'1	2.6.3	מבוקש, כי חיבור למערכות תוכנה יידרש ביחס למערכות התואמות את פרוטוקולי התקשורת המוגדרים על ידי יצרן המערכות בלבד.	הסעיף יוותר ללא שינוי
.68	פרק ב נספח ב'1	4.2	נבקש כי תכנית ה-ATP לולידצית המאבחנים תעשה ביחד עם מנהל המערכת מטעם מעבדת מרת"א.	הכנת תוכנית ה-ATP היא באחריות המציע. מנהל המערכת מטעם מעבדת מרת"א יוכל לסייע בהכנה. התוכנית תאושר על ידי מרת"א
.69	פרק ב נספח ב'1	עמוד 39 סעיף 7 מועד הגעת הציוד למעבדה	נבקש לעדכן 3- חודשים להגעת ציוד אנליטי, 6 חודשים להגעת ציוד אוטומציה	הסעיף יוותר ללא שינוי. המציע מוזמן להציג במסגרת המצגת לוחות זמנים מטעמו. יצוין שהמעבדה תשאף לקצר את הזמן בו יהיה צורך לעבוד על מכשור אנליטי חדש ללא קו אוטומציה
.70	פרק ב נספח ב'1	עמוד 39 סעיף 13 פירוק המערכת הישנה	נבקש להקדים את מועד הוצאת המערכת הישנה ולהתקין עם אישור ההסכם את המכשירים האנליטיים	הסעיף יוותר ללא שינוי. בלתי אפשרי לשמור רציפות עבודה במעבדה באופן המבוקש. הזמן בין מעבר לעבודה על המכשור האנליטי החדש לבין השלמת הליין האוטומטי צריך להיות קצר ככל הניתן. בשאיפה שבועיים לכל היותר.

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
.71	פרק ב נספח ב'1	טבלה 2	מבקשים לאשר לוח זמנים שונה וריאלי של אבני הדרך לפרויקט, בהתאם למו"מ שינוהל לאחר הבנת התכנון המפורט של תכולת הפרויקט	הסעיף יוותר ללא שינוי. המציג מוזמן להציג במסגרת המצגת לוחות זמנים מטעמו. יצוין שהמעבדה תשאף לקצר את הזמן בו יהיה צורך לעבוד על מכשור אנליטי חדש ללא קו אוטומציה
.72	פרק ב נספח ב'1	טבלה 2	נבקש לעדכן את לוחות הזמנים של אבני הדרך הבאים על מנת לאפשר למציע להעמיק בתכולת העבודה ולתת את המענה המלא והאופטימלי המבוקש על ידי מרת"א: מס"ד 4- סקר 3 נבקש לקבוע ל 10 שבועות לאחר חתימת ההסכם מס"ד 6- סיום עבודות הבינוי לקבוע ל 30 שבועות לאחר חתימת ההסכם. מס"ד 8-מס"ד 10- תהליך של ביצוע בדיקות קבלה וקבלת אישורים הינו תהליך שלא אמור להתארך מעבר לשבועיים. מס"ד 14 סקר 6- עמידה בדרישות ביצועי המערכת ניתן לבחון במשך 8 שבועות ממועד העליה לאוויר.	לא מקובל מס"ד 4 תכנון העבודה צריך להיות מהיר יותר. מס"ד 6 לא מקובל. זה שלב הכרחי להתחיל להתקין את המאבחנים באזור ה buffer מס"ד 8 - לא מקובל מס"ד 14. - לא מקובל. תקופת ההטמעה צריכה להיות בפרק זמן משמעותי.
.73	פרק ב נספח ב'1	טבלה 2	נבקש הבהרה למס"ד 12 סקר 5 האם בשלב זה מתקבל אישור ממרת"א לעליה לאוויר באופן מלא עם המאבחנים ומערכת האוטומציה וכן שחרור תוצאות מטופלים?	בהתייחס למס"ד 12 סקר 5, יובהר כי בשלב זה מתקבל אישור ממרת"א לעליה לאוויר באופן מלא עם המאבחנים ומערכת האוטומציה וכן שחרור תוצאות מטופלים
.74	פרק ב נספח ב'1	4.3	נבקש להבהיר כי ניהול ספירה והשלמה של המלאים בבית החולים תיעשה על ידי צוות בית החולים.	לא מקובל. מצופה מהספק לדעת לספק את הריאגנטים הדרושים באופן אוטומטי לפי המידע מהמערכת המוצעת של הביצועים או באמצעות ספירת המלאי. אחריות המלאי על נותן השירותים, תהליכי העבודה יסוכמו בנהלי העבודה בהטמעה ולא בהסכם, כך שיעמדו באחריות הספק. אחריות הספק לא סותרת את הבקרה של עובדי בית החולים שהמלאי מספק.

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
.75	פרק ב נספח ב'1	עמוד 45 סעיף 1.1.2	נבקש פירוט לסוגי המבחנות	מבחנות וקוטיינר (75X13, 100X13, 16100X מ"מ). מבחנות הברגה עם פקק 16X100 מ"מ מבחנות פדיאטריות בתוך אינסרט 13X75 מ"מ
.76	פרק ב נספח ב'1	עמוד 45 סעיף 1.1.3	נבקש הבהרה לגבי אלו מכשירים ביה"ח מבקש לצרף לקו האוטומציה	מלבד מכשירי קרישה וספירה, ייתכן שמרת"א יבחר לחבר מכשור נוסף המשמש מעבדות אחרות, למשל alinity או 601COBAS או 8G או immulite .
.77	פרק ב נספח ב'1	1.1.3	נבקש כי רשימת המכשירים המיועדת לחיבור למערכת האוטומציה תוגדר מראש במעמד המצגת ובמידה ובית החולים יבקש לחבר מכשירים נוספים מעבר לכך החיבור יהיה כרוך בתשלום נוסף נפרד.	הסעיף יוותר ללא שינוי. בהינתן ומרת"א יהיה מעוניין לחבר מכשור שאינו נמנה על המכשור בעל החיבור שהמציג הציג במצגתו, ישלם מרת"א לספק בגין החיבור בהתאם לסיכום אליו יגיעו הצדדים. המכשור הנוסף אותו מרת"א ירצה לחבר, תלוי גם בזהות הזוכה במכרז.
.78	פרק ב נספח ב'1	1.1.4.4	נבקש הבהרה מדוע נדרשת יכולת מיון על ידי מודול Aliquoter למבחנות מקור והזמנה לאזורים מוגדרים מראש- פעולה זו נעשית על ידי מודול יעודי של Sorting Unit\ IOM.	מיון ופיצול יכולים להתבצע בשני מכשירים שונים

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
.79	פרק ב נספח ב'1	עמוד 46 סעיף 1.1.4.4 טבלה 3 – הציוד הנדרש למערכת	Module Loading סל הטענה Bulk loader – נבקש לאשר כי סל הטענה יהיה נפרד מקו האוטומציה או לבטל דרישה זו כתנאי סף. בהנחה כי הכמות המוצעת מתאימה לדרישת המכרז: Input/output Module – נבקש אופציה ליכולת גיבוי .offline צנטריפוגה – נבקש לשנות את הכמות הנדרשת ל-2 יחידות. או גיבוי של צנטריפוגה שלישית .offline Aliquotter פיצול דגימות למבחנות משניות – נבקש אופציה .offline Decapper יחידת חליצת הפקקים - נבקש אופציה .offline ליכולת גיבוי Recapper/Sealer יחידת החזרת הפקקים - נבקש אופציה ליכולת גיבוי .offline	הסעיף יוותר ללא שינוי
.80	פרק ב נספח ב'1	1.1.4.4	קיימות מערכות אוטומציה ששיטתן אינה שיטת המסוע, אלא הנעת מבחנות בנשאים עצמאיים ללא מסוע. לפיכך, נבקש לקבוע כי ניתן להציג מסוע או לחילופין, במידה ומוצע קו אשר מניע מבחנות בנשאים עצמאיים – ניתן להציג נשאים עצמאיים.	מקובל. ניתן להציג מסוע או לחילופין, במידה ומוצע קו אשר מניע מבחנות בנשאים עצמאיים – ניתן להציג נשאים עצמאיים.
.81	פרק ב נספח ב'1	1.1.4.4	מבקשים לדעת כמה מכשירי ספירה ואיזה דגם יחוברו לליין ובאיזו קונפיגורציה	יחוברו לליין 5 מכשירי ספירה DxH800 בקונפיגורציה של 2* (שני מכשירי ספירה ו SMS) ועוד מכשיר ספירה stand alone. ושני מכשירי קרישה Sysmex CS 5100
.82	פרק ב נספח ב'1	1.1.4.4	מבקשים הבהרה לגבי מספר המבחנות ביום המיועדות לפיצול, מס מבחנות מקסימלי לשעה וממוצע מבחנות בת לכל מבחנת אם.	- הסעיף יוותר ללא שינוי. המבוקש מופיע בפרק ב נספח ב'1 למסמכי המכרז - הממוצע הוא כ 3 מבחנות בת למבחנת אם

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
.83	פרק ב נספח ב'1	1.1.4.4	נבקש הבהרה האם ניתן לארכב מבחנות קרישה וספירת דם בטמפרטורת חדר?	התשובה היא חיובית- מבחנות קרישה מאורכות בטמפרטורת החדר עד ארבע שעות. ביחס למבחנות ספירה, הדרישה היא לארכב עד 8 שעות בטמפרטורת החדר (כפי שרשום בטבלה 6). את מבחנות הספירה יש להעלות בחזרה ל-LINE האוטומציה, לצורך ביצוע בדיקת HbA1c ללא דרישה לפעולות ידניות נוספות מצד המשתמש.
.84	פרק ב נספח ב'1	1.1.4.4	האם ניתן להציע מיון למבחנות ספירה על Racks של מערכת האוטומציה	סעיף 1.1.4.4 לפרק ב נספח ב'1 יעודכן לנוסח הבא: "יחידת ה output תוכל למיין..... אם יכולת הטענת המבחנות על המעמדים הייעודיים לא קיימת, המבחנות ימוינו למעמד של מערכת האוטומציה ויועברו ידנית למכשירי הספירה ו/או הקרישה ע"י מרת"א."
.85	פרק ב נספח ב'1	1.1.4.4	אם נדרש סידור אוטומטי של מבחנות המטולוגיה על Rack של מכשירי המטולוגיה - מבוקש לאשר הצבת ממינת חיצונית מיצרן השונה מיצרני מערכת האוטומציה והאנליזרים.	סעיף 1.1.4.4 לפרק ב נספח ב'1 יעודכן לנוסח הבא: "יחידת ה output תוכל למיין אם יכולת הטענת המבחנות על המעמדים הייעודיים לא קיימת, המבחנות ימוינו למעמד של מערכת האוטומציה ויועברו ידנית למכשירי הספירה ו/או הקרישה ע"י מרת"א."

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
.86	פרק ב נספח ב'1	1.1.4.4	נבקש פירוט של סוגי המבחנות הנדרשות לשימוש במערכת האוטומציה.	מבחנות (75, 100X13, X13, וקוטיינר 16100X מ"מ). מבחנות הברגה עם פקק 16X100 מ"מ מבחנות פדיאטריות בתוך אנסרט 13X75 מ"מ
.87	פרק ב נספח ב'1	עמוד 46 סעיף פסקה תחתונה Input/output Module	נבקש לבטל את הדרישה להטענת מעמדים יעודיים של מכשירים על ה-line ולאפשר את האופציה הזו .offline	הסעיף יעודכן לנוסח הבא: "יחידת ה output תוכל למיין אם יכולת הטענת המבחנות על המעמדים הייעודיים לא קיימת, המבחנות ימוינו למעמד של מערכת האוטומציה ויועברו ידנית למכשירי הספירה /או הקרישה ע"י מרת"א."
.88	פרק ב נספח ב'1	עמוד 48 Refrigerated Storage	נבקש לוודא כי נדרשת דלת למקרר על מנת לאפשר הוצאת מבחנות בצורה ידנית	אין במכרז דרישה לדלת. הסעיף יוותר ללא שינוי
.89	פרק ב נספח ב'1	עמוד 48 אמצע הפסקה	"נותן השירותים יידרש להציע פתרון לחיבור אוטומטי בין המערכת הפניאומטית למערכת האוטומציה ללא מגע יד אדם" – נבקש להבהיר כי יתאפשר פתרון כפי שמוגדר בעמוד 46.	סל ההטענה יכול להיות גם מערכת שתטעין דגימות על מעמדים ייעודיים למערכת ישירות מהמערכת הפניאומטית, אך בנפרד מקו האוטומציה
.90	פרק ב נספח ב'1	עמוד 51 טבלה 4 – מס"ד 39	Bilirubin neonatal – blood – האם הבדיקה מורצת על מערכת הכימיה או במכשיר ייעודי	הבדיקה מבוצעת על מערכת הכימיה עם דגימת בקרה בתחום המתאים ותחומי יחוס מתאימים

תשובת מרת"א	פירוט השאלה / הערה / בקשה	מס' סעיף	פרק/נספח	מס"ד
<p>המציע מתבקש בהצעתו הצעת מחיר לבדיקת LDL מדווחת. יודגש כי מרתא שומר לעצמו לבצע באופן עצמאי בדיקת LDL מחושבת ללא כל תמורה ואינו חב ברכש של בדיקות LDL מדווחות</p>	<p>נבקש הבהרה האם בדיקת LDL הינה בדיקה מחושבת?</p>	טבלה 4	פרק ב נספח ב'1	.91
<p>סעיף 7 לתנאי המכרז יעודכן לנוסח הבא:</p> <p>"תפוקת המערכת תתאים על מנת לספק את צרכי המרכז הרפואי לעשר השנים הבאות, בהנחה של גידול שנתי מוערך בשיעור של 5% בכמות הבדיקות. על אף האמור לעיל, מובהר כי מרת"א אינו מתחייב לגידול כאמור, או כל גידול כלשהו בכמות הבדיקות השנתית. המערכת תתממשק לתוכנות ניהול המעבדה וניהול התיקים הקליניים כך שיאפשר תהליך רציף ותקין של "תווד מלא" כהגדרתו בהסכם (נספח ו' למסמכי המכרז)".</p> <p>להלן דוגמא לגבי אופן חישוב הגידול השנתי בכמות הדגימות:</p> <p>n-מספר השנים לאחר שנת 2019 שנת 2019 היא n=0 X - מספר הדגימות - Xn מספר הדגימות בשנה $X_n = X_{2019} * (1.05)^n$</p>	<p>מבקשים לדייק את הכמויות עליהן מבוסס החישוב ו/או לספק נוסחא לחישוב, על מנת שתהיה אחידות בהגשות. האם יש להתייחס לכמויות 2019 ולהוסיף עליהן גידול שנתי של 7% למשך 4 שנים על מנת לאמוד את הכמויות בשנת 2023 ומהן לגזור גידול שנתי של 7% למשך 10 שנים?</p>	טבלה 4 וטבלה 5	פרק ב נספח ב'1	.92

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
.93	פרק ב נספח ב'1	טבלה 4 וטבלה 5	האם החישוב היומי הממוצע של הבדיקות מתייחס ל 5, 6 או 7 ימי עבודה?	הכמות היומית מתייחסת לממוצע יומי בימים א-ה בשנת 2019 + שתי סטיות תקן, כאשר הדבר עונה על 96% מהיקפי צריכת הבדיקות (משקף יום עמוס). AVG+(2*STD) מהווה קירוב ל 96% מהמקרים
.94	פרק ב נספח ב'1	טבלה 5	היות ואין שימוש בכלל בבדיקות הצהבת בבנק הדם נבקש הבהרה אילו מבדיקות צהבת נדרשות להיות בעלות אישור לביצוע דגימות הנלקחות בבנק דם?	כל בדיקות הצהבת במרת"א צריכות להיות כאלה המתאימות לבנקי דם. מרת"א אינו מעוניין להחזיק שני סטנדרטים לבדיקות צהבת
.95	פרק ב נספח ב'1	טבלה 5 טבלה 4	נבקש אפשרות להציע את בדיקות Theophilline + Carbamazepine לביצוע במאבחן כימי. כמו כן נבקש אפשרות להציע את בדיקת Sirolimus לביצוע על מאבחן אימונוכימי.	מקובל, בכפוף לעמידה בבדיקות הקבלה
.96	פרק ב נספח ב'1	עמוד 55 – טבלה 5 – מס"ד 3	נבקש להבהיר כי הכוונה לטרופונין High Sensitive	אכן הכוונה ל High Sensitive Troponine
.97	פרק ב נספח ב'1	עמוד 56 – מס"ד 15	נבקש לעדכן CV מקסימלי ל-7	הבקשה מקובלת. יובהר כי הבקשה היא ל - CV מקסימלי (functional) לשם השוואה בין המציעים. המציע הזוכה יצטרך לעמוד בדרישות מרת"א בנוגע ל ה CV האנליטי.
.98	פרק ב נספח ב'1	עמוד 56 מס"ד 23 + עמוד 57 מס"ד 31	נבקש לבטל את הדרישה ל- HbeAg ו- HbeAb	הסעיף יותר ללא שינוי
.99	פרק ב נספח ב'1	עמוד 57 – טבלה 5 – מס"ד 30	נבקש לבטל את הדרישה ל- AFP עבור CSF	מבוטלת הדרישה ל- AFP עבור CSF

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
100.	פרק ב נספח ב'1	עמוד 57 סעיף 1.2.1	נבקש לבטל חלק מהבדיקות האיזוטרייות בטבלאות 4,5 שכמותן נמוכה מ-8 בדיקות ליום. בנוסף נבקש לאפשר לבצע חלק מבדיקות טבלה 5 במכשיר הכימיה (פנל התרופות)	הסעיף יוותר ללא שינוי. יובהר כי מרת"א יאפשר לבצע חלק מבדיקות טבלה 5 במכשיר הכימיה (פנל התרופות)
101.	פרק ב נספח ב'1	עמוד 57 סעיף 1.2.7	נבקש לבטל את הדרישה	הסעיף יוותר ללא שינוי
102.	פרק ב נספח ב'1	1.2.7	נבקש כי לא לחייב אחסנה בקירור	הסעיף יוותר ללא שינוי
103.	פרק ב נספח ב'1	1.3	נבקש כי תנאי ה TAT יוגדרו בנפרד למבחנות סרוגיל היות ומבחנות סרוגיל מרגע הטענתן על מערכת האוטומציה נדרשות לזמן אינקובציה לצורך קרישה.	יובהר כי ה LIS יספק את המידע על שעת הלקיחה. אם המערכת לא תדע לעכב את הסרוגיל לפי שעת הלקיחה ניתן לעכב אותן באופן גורף 10 דקות ולהוסיף זמן זה ל TAT. במידה והמערכת יודעת לעכב לפי זמן הלקיחה ניתן להוסיף את פרק הזמן של העיכוב בפועל ל TAT
104.	פרק ב נספח ב'1	עמוד 59 – טבלה 6	ארכיב – לא ניתן לארכב דגימות ללא הזמנה. נבקש לבטל סעיף זה.	יובהר כי דגימות ללא הזמנה יוצאות למגש שגויים. מרת"א מיצר עבורם הזמנה של בדיקה פיקטיבית על מנת שיהיו רשומות עם בדיקה וניתן יהיה לנהל אותן.
105.	פרק ב נספח ב'1	טבלה 6 : כמות מבחנות לטעינה בליין	ספירות דם לאחר הבדיקה - אחסון עד 8 שעות, האם בטמפרטורת החדר או קירור?	יובהר כי מבחנות קרישה מאורכבות בטמפרטורת החדר עד ארבע שעות. ביחס למבחנות ספירה, הדרישה היא לארכב עד 8 שעות בטמפרטורת החדר (כפי שרשום בטבלה 6). את מבחנות הספירה יש להעלות בחזרה ל-LINE לצורך ביצוע בדיקת HbA1c ללא דרישה לפעולות נוספות מצד המשתמש.

תשובת מרת"א	פירוט השאלה / הערה / בקשה	מס' סעיף	פרק/נספח	מס"ד
<p>הסעיף יעודכן בנוסח הבא:</p> <p>"</p> <p>1 (מבחנות וקוטיינר X13, 100X13, 75) 16100X מ"מ).</p> <p>מבחנות הברגה עם פקק 16X100 מ"מ</p> <p>מבחנות פדיאטריות בתוך אנרט 13X75 מ"מ</p> <p>(2) 20 דקות מלקיחה</p> <p>(3) ראה מס"ד 124</p> <p>(4) המבחנה אמורה לעלות למערכת ולהמתין לפני הסרכוז לפי הפתרון המוצע."</p>	<p>(1) מבקשים לקבל את פירוט סוגי המבחנות לבדיקות הכימיה והאימונו.</p> <p>(2) כמו כן, מבקשים לקבל את ספציפיקציות יצרן המבחנות לזמן ההמתנה הנדרש בין לקיחת הדגימה לבין הסרכוז עבור כל סוג מבחנה.</p> <p>(3) בנוסף, מבקשים את אישורכם שזמן המתנה זה, לא יילקח בחשבון במדידת הזמנים שבטבלה זו.</p> <p>(4) היכן ייתקיים זמן ההמתנה של המבחנות, לפני הסרכוז, בהגעתן לקו האוטומציה או לפני הגעתן לקו האוטומציה?</p>	טבלה 7	פרק ב נספח ב'1	.106
<p>הסעיף יעודכן לנוסח הבא:</p> <p>"על דגימות הבקרה להיות מיצרן שונה מיצרן הריאגנטים (למעט בדיקות וירולוגיה) וניתן לצפות בתוצאות לביצועים בעולם."</p>	<p>נבקש כי בקשה זו תהיה תקפה לכלל הבדיקות חוץ מבדיקות וירולוגיה בהן נהוג כי הבקרים הם בקרי סינגל מטעם היצרן.</p>	1.4.3	פרק ב נספח ב'1	.107
<p>הסעיף יותר ללא שינוי.</p> <p>יובהר שניתן יהיה להזין פקטור מיהול ידני בנוסף למיהול האוטומטי שהמכשיר מבצע. לחלופין מבוקשת אפשרות להזמנה ידנית של שני מיהולים שונים.</p>	<p>נבקש לשנות סעיף זה ל- "גמישות במיהול אוטומטי במכשיר הכימיה בלבד"</p>	<p>עמוד 61 סעיף 1.4.9</p>	פרק ב נספח ב'1	.108
<p>הסעיף יותר ללא שינוי. להבנתנו הערך הנקוב הינו הערך המקובל והערך הנדרש. ככל והספק אינו עומד בערך הנדרש עליו להציע פעולה מניעתית של Carry over.</p>	<p>נבקש כי הדרישה תהיה לא יותר 0.1 ppm כפי המקובל בתחום, אין משמעות קלינית לערכים נמוכים מכך.</p>	1.4.19	פרק ב נספח ב'1	.109

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
.110	פרק ב נספח ב'1	עמוד 62 סעיף 1.4.20	נבקש להבהיר כי טעינת המתכלים והריאגנטים תהיה תוך כדי עבודה ללא עצירה מוחלטת של המכשיר	מובהר כי טעינת המתכלים והריאגנטים תהיה תוך כדי עבודה ללא עצירה מוחלטת של המכשיר
.111	פרק ב נספח ב'1	עמוד 62 סעיף 1.4.22	נבקש לאפשר התקנת מדפסת אחת למספר מכשירים מאותו סוג. אנא פרטו למה הכוונה במתכלים למדפסת	יובהר כי ליד כל מודול מכשירים נדרשת מדפסת. אם יהיה צורך, מרת"א יבקש גם ליד כל מכשיר. תפקיד המדפסת לסייע בתפעול השוטף, וכן להדפסת תשובות בעת אירוע סייבר. מרת"א ירכוש נייר למדפסת. תחזוקת המדפסות ואספקת דיו הינן באחריות הספק.
.112	פרק ב נספח ב'1	עמוד 62 סעיף 1.4.22	במידה והדבר אפשרי, נבקש כי יתאפשר לחבר את כל המכשירים האנליטיים למדפסת אחת.	יובהר כי ליד כל מודול מכשירים נדרשת מדפסת. אם יהיה צורך, מרת"א יבקש גם ליד כל מכשיר. תפקיד המדפסת לסייע בתפעול השוטף, וכן להדפסת תשובות בעת אירוע סייבר. מרת"א ירכוש נייר למדפסת. תחזוקת המדפסות ואספקת דיו הינן באחריות הספק.
.113	פרק ב נספח ב'1	1.5.2	נבקש לעדכן את המשפט: " הזמן הדרוש לביצוע תחזוקה שוטפת יומית ידנית למכשיר לא יעלה על 15 דקות" או הזמן הדרוש לביצוע תחזוקה שוטפת יומית אוטומטית למכשיר לא יעלה על 15 25 דקות"	סעיף 1.5 בכותר יעודכן לנוסח הבא "תפעול שוטף של המערכת ע"י צוות המעבדה (ידני)"

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
.114	פרק ב נספח ב'1	1.6.1.3	נבקש לשנות סעיף זה ולאפשר שבמקרה של תקלה במערכת השליטה של המערכת המעבר יהיה באמצעות שרת גיבוי	סעיף 1.6.1.3 לפרק ב' נספח ב' 1 יעודכן לנוסח הבא: "התוכנה תאפשר שליחת תוצאות הבדיקות אל ה LIS או לכל תוכנה אחרת שמרת"א יבחר, לרבות תוצאות הבקרים לתוכנת UNITY או כל תוכנה אחרת שמרתא יבחר. - הסבר: במקרה של תקלה בתוכנת השליטה של המערכת תהיה אפשרות לקשור קל (על ידי העברת מפסק) של המכשירים האנליטיים והפרהאנליטיים ל- LIS כדי שיוכלו לעבוד מול מערכת מחשוב המעבדות ישירות. התקשורת תהיה זו כיוונית מהירה ואפקטיבית, לא פחות מ 50 דגימות בכל העברה. בכל תקלה מקובל כל פתרון שיאפשר המשך עבודה רציף בזמן שתוכנת ניהול המערכת לא תקינה." "
.115	פרק ב נספח ב'1	עמוד 63 סעיף 1.6.2.2	נבקש לבטל את הדרישה לאחזור תוצאות לפי זמן ביצוע וסוג הבדיקה	הסעיף יוותר ללא שינוי
.116	פרק ב נספח ב'1	עמוד 63 סעיף 1.6.2.8	מתבקשת הבהרה האם נדרש לשמור מידע אישי של מטופל, כמו שם, ת.ז. וכו'	נדרש לשמור מידע של הנבדק למשך שבועיים לכל הפחות ממועד הבדיקה
.117	פרק ב נספח ב'1	עמוד 63 סעיף 1.6.2.8	נבקש לבטל את המשפט – "אפשרות להזפסת תשובות לקבוצת דגימות"	הסעיף יוותר ללא שינוי
.118	פרק ב נספח ב'1	עמוד 63 סעיף 1.6.2.9	נבקש לשנות את נוסח הסעיף כך שתתאפשר העברה ידנית ו/או אוטומטית של הנתונים	הסעיף יוותר ללא שינוי
.119	פרק ב נספח ב'1	עמוד 63 סעיף 1.6.2.9	ישנה סתירה בין הדרישה בסעיף 1.6.2.9 לבין הדרישה בסעיף 1.6.3.4 לגבי אופן שידור התוצאות לאחר תקלת LIS. נבקש למחוק את 1.6.2.9.	אין סתירה. הסעיפים יוותרו ללא שינוי
.120	פרק ב נספח ב'1	עמוד 64 סעיף 1.6.2.13	נבקש להבהיר מה הכוונה באיכות הדגימה	אינדקסים של HIL

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
.121	פרק ב נספח ב'1	עמוד 65 סעיף 1.6.3.4	נבקש לאשר העברת log ולא קובץ שיירשם בתיקיה ייעודית, מטעמי אבטחת מידע	הדבר אפשרי, בכפוף לכך שניתן להשתמש במידע שב-log להפצה חוזרת למערכת ה-LIS
.122	פרק ב נספח ב'1	עמוד 65 סעיף 1.6.3.4	נבקש לשנות להעברה ידנית כאשר התקלה תתוקן	הסעיף יוותר ללא שינוי
.123	פרק ב נספח ב'1	עמוד 65 סעיף 1.6.4.1	נבקש לבטל את הסעיף מאחר ואין אפשרות להטענה ללא הקלדה	הסעיף יוותר ללא שינוי. נדרש לטעון קובץ ולא להקליד מבוקשת הזנת נתוני בקרי האיכות באופן אוטומטי עבור כל המאבחנים במעבדה
.124	פרק ב נספח ב'1	1.7.1.3	מבקשים להוסיף לסוף המשפט "במועד האספקה הראשון של האצווה"	סעיף 1.7.1.3 יעודכן לנוסח הבא: "הבקרים יהיו בעלי תוקף של שנה לפחות במועד האספקה הראשון של האצווה."
.125	פרק ב נספח ב'1	1.7.1.3	ניתן להציע בקרים מסוג Multi control לרוב הבדיקות עבורם ניתן להתחייב לתוקף שנה. יחד עם זאת ישנן בדיקות מסויימות להן בקרת איכות מסוג single control נבקש כי עבורם לא תחול התחייבות לתוקף שנה.	סעיף 1.7.1.3 יעודכן לנוסח הבא: "הבקרים יהיו בעלי תוקף של שנה לפחות במועד האספקה הראשון של האצווה." יובהר כי אם ליצרן אין להציע את הטובין, ניתן לרכוש מיצרן אחר
.126	נספח ב'1 פרק ג'	1.3	נבקש כי דו"חות ישלחו על פי המקובל אחת לרבעון.	הסעיף יוותר ללא שינוי
.127	נספח ב'1 פרק ג'	3.1	נבקש, כי חישוב זמינות המערכת לא יכלול בתוכו תקלות מפעיל ואירועים חיצוניים למערכת עצמה המשפיעים על פעילותה וכמו כן אירועים שהינם כתוצאה מכח עליון.	הסעיף יוותר ללא שינוי
.128	נספח ב'1 פרק ג'	4.2	למען הסדר הטוב, וכמקובל - נבקש, כי המציע בשיתוף עם מרת"א והיצרן יגדירו רשימת תקלות ידועות אשר תסווגנה על פי אחת משלוש רמות החומרה, זאת לאור הניסיון הרב הנצבר על ידי היצרן והמציע בתפעול ובפתרון תקלות.	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א																
.129	נספח ב' ג' פרק ג'	4.3	היות ולא ידוע מראש מהו הזמן הנדרש לפתרון תקלות נבקש לבטל התחייבות מוגדרת לזמני פתרון תקלה או לחילופין לאפשר מתן פתרון זמני אשר יתן מענה עד לפתרון התקלה. או לחילופין נבקש לעדכן את זמן הגעת הטכנאי ואת הזמן הנדרש לפתרון תקלה עבור תקלה קריטית ל-4 שעות כל אחד.	הסעיף יוותר ללא שינוי																
.130	נספח ב' ג' פרק ג'	עמוד 70 סעיף 4.3	נבקש לשנות הזמן להגעה וטיפול בתקלה קריטית בסופי שבוע (שישי - שבת) וימי חג ל-4 שעות	הסעיף יוותר ללא שינוי																
.131	נספח ב' ג' פרק ג'	עמוד 70 סעיף 4.3	נבקש לתקן – ימים ראשון עד חמישי לנוכחות איש אפליקציה / מהנדס שרות, במעבדה	סעיף 4.3 לפרק ג' נספח ב'1 יעודכן לנוסח הבא:																
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>דרגת תקלה</th> <th>זמן נדרש לפתרון (בשעות)</th> <th>זמן הגעת טכנאי (בשעות)</th> <th>זמן נדרש לפתרון התקלה לאחר הגעת הטכנאי (בשעות)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"תקלה קריטית"</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>"תקלה בינונית"</td> <td>24</td> <td>12</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>"תקלה קלה"</td> <td>24</td> <td>72</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table>	דרגת תקלה	זמן נדרש לפתרון (בשעות)	זמן הגעת טכנאי (בשעות)	זמן נדרש לפתרון התקלה לאחר הגעת הטכנאי (בשעות)	"תקלה קריטית"	2	2	2	"תקלה בינונית"	24	12	24	"תקלה קלה"	24	72	24
דרגת תקלה	זמן נדרש לפתרון (בשעות)	זמן הגעת טכנאי (בשעות)	זמן נדרש לפתרון התקלה לאחר הגעת הטכנאי (בשעות)																	
"תקלה קריטית"	2	2	2																	
"תקלה בינונית"	24	12	24																	
"תקלה קלה"	24	72	24																	
.132	נספח ב' ג' פרק ג'	6	נבקש לציין למשך כמה זמן נדרשת נוכחות קבועה של איש אפליקציה או טכנאי בבית החולים?	נדרשת נוכחות קבועה של איש אפליקציה או טכנאי בבית החולים למשך כל תקופת ההסכם כפי שמוגדר בסעיף 5.3.2.3 בנספח ב'1 פרק ג'																

דרגת תקלה	זמן נדרש לפתרון (בשעות)	זמן הגעת טכנאי (בשעות)	זמן נדרש לפתרון התקלה לאחר הגעת הטכנאי (בשעות)
"תקלה קריטית"	2	2	2
"תקלה בינונית"	24	12	24
"תקלה קלה"	24	72	24

תשובת מרת"א	פירוט השאלה / הערה / בקשה	מס' סעיף	פרק/נספח	מס"ד
<p>מרת"א מבקשה לקבל מכלל המציעים את עלוני הבדיקות המכילים את המידע הרלוונטי על השיטה והמידע האנליטי. ותוצאות השוואתיות לבקרות חיצוניות של השיטות על המכשירים המוצעים.</p> <p>מלבד זאת, כלל הדרישות לעניין צרוף ספרות מקצועית ע"י המציע הזוכה מפורטות בנפח ב'1 למסמכי המכרז</p> <p>על כל פנים, מקובל להגיש באמצעי דיגיטלי</p>	<p>נבקש להבהיר כי את הספרות המבוקשת יגיש הזוכה בלבד, לאחר הזכייה ובאמצעים דיגיטליים.</p>	9.2	נספח ב'1 פרק ג'	.133
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי. יחד עם זאת, מרת"א מהווה יחידת סמך במשרד הבריאות, ועל כן כפוף לעקרונות המשפט המנהלי ודיני מכרזים, ומשכך, שומה עליו לנהל מכרזיו והתקשרויותיו בהגינות בדרך המקובלת ובכפוף לעיקרון תום הלב</p>	<p>יבוקש כי מרת"א יקיים דיון עם המציע וינתן למציע הזדמנות להגיב, זאת טרם החלת הוראות סעיף 51.</p>	טבלה 3 7.3.1	נספח ב'1 פרק ג'	.134
<p>המציע נדרש לחבר למכשירי ספירה וקרישה קיימים במעבדה</p>	<p>נבקש הבהרה האם המציע נדרש לחבר למיין מבחנות למכשירי קרישה וספירה הקיימים במעבדה או להציע מכשירים חדשים?</p>	6	נספח ב'1 פרק ג'	.135
<p>יובהר כי ה CV המבוקש הינו ה- Total CV המקסימלי מתוך כל נתוני ההדירות המוצהרים בעלון היצרן. יובהר כי ה CV האנליטי אותו יידרש המציע הזוכה לספק יהיה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מרת"א.</p>	<p>נבקש לוודא כי ה CV המבוקש הינו ה Total CV המקסימלי מתוך כל נתוני ההדירות המוצהרים בעלון היצרן.</p>	כללי	פרק ב נספח ב'2	.136

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
137.	פרק ב נספח ב'2	רשימת בדיקות למילוי	נבקש לקבל נתוני כמויות של בדיקות יומיות ושנתיות מעודכנות לשנת 2021 או את נתוני הגידול בפועל שחלו משנת 2019 על מנת לתת את המענה המדוייק ביותר למכרז (ומבלי שיהיה בכך כדי לחייב את מרת"א).	להלן ממוצע דגימות חודשי (המטולוגיה וביוכימיה): - בשנת 2020 : 105,000 - בשנת 2021 : 120,000 - בשנת 2022 (ינואר-אוגוסט) : 136,000 לפי אינדקסים (משקף את כמות מבחנות ביוכימיה) 2019 – 522,300 2020- 507,000 2021 – 561,000 2022e – 576,000 (הערכה עד סוף 2022 לפי ביצוע ב- 8 החודשים הראשונים) לסיכום : לפי מדד האינדקסים, שנת 2020 הייתה שנה עם ירידה של 3% ביחס ל 2019. שנת 2021 עליה של 11% ביחס ל- 2020 ממוצע העלייה בשנים קודמות (2014-2019) היה 5% לשנה. ההתפלגות היומית לא השתנתה. ניתן לראות עדכני בקובץ הכמויות שמחולק גם למבחנות גיל וסה"כ מבחנות.
138.	פרק ב נספח ב'2		מבקשים לפתוח את הגליון שניתן במסמכי המכרז על מנת שנוכל לעדכן נתונים	הקובץ נספח ב2 רשימת בדיקות למילוי- תקין - השדות שעל הספק למלא פתוחים לשינוי. שאר השדות סגורים.
139.	פרק ג'	כללי	האם ניתן לקבל תוכנית As made -תוכניות מצב קיים מעודכנות ככל שיש?	ניתן לקבל תוכנית As made באגף בינוי מגדל דרומי אצל גב' נדיה קבק
140.	פרק ג'	כללי	האם יש מקום ייעודי למכולות ופינוי פסולת?	מקום ייעודי למכולות ופינוי פסולת יסוכם המציע הזוכה
141.	פרק ג'	כללי	האם ישנו UPS מרכזי?	הזנה ללוח חשמל אל פסק תהיה מאתר UPS מרכזי של בית החולים

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
142.	פרק ג'	כללי	נבקש הבהרה - האם מצופה כי המציע ישמור על מערכת תשתיות קיימת?	יוגדר אל מול המציע הזוכה על מה נדרש לשמור במסגרת היתר העבודה מול הנדסת בית החולים
143.	פרק ג'	כללי	יבוקש כי מרת"א ידאגו לבצע ניתוקים לאיזור טרם הוצאת צו תחילת עבודה וכניסת הקבלן, וכי בסיום הניתוקים ייצא מסמך מסודר (טופס קלירנס) חתום ע"י היועצים הרלוונטיים באיכילוב ומאשר כי השטח פנוי לעבודה. לחילופין צוות בית החולים יסמן בשטח ובמדוייק את המקומות בהם ניתן לעבוד בלי פגיעה בתפקוד.	מקובל כי מרת"א ידאג לבצע ניתוקים לאזור טרם הוצאת צו תחילת עבודה וכניסת הקבלן, וכי בסיום הניתוקים ייצא מסמך מסודר (טופס קלירנס) חתום ע"י היועצים הרלוונטיים באיכילוב ומאשר כי השטח פנוי לעבודה.
144.	פרק ג' - נספח ג'	1.4.3	א. היות ועבודות הבנוי יבוצעו במקביל לעבודה השוטפת בבית החולים נבקש פירוט באילו שעות ניתן לבצע עבודות מרעישות ב. נבקש כי מרת"א ידאגו להעביר את כלל הקומה בה יבוצעו העבודות למבנה זמני וזאת על מנת למנוע הפרעה לפעילות השוטפת של בית החולים ונהלי מרת"א ולעמוד בדרישות הסעיף. במידה ולא ניתן לבצע העברה למיקום זמני, נבקש להאריך את זמן ביצוע העבודות.	העבודות מתבצעות באופן כללי בימים א' - ה' בין השעות 07:00 עד 19:00. יוטעם כי על המציע להביא לכדי חשבון כי מדובר בביצוע עבודות סיבת עבודה של ביה"ח פעיל, על המשמעויות הנלוות לכך
145.	פרק ג' - נספח ג'	1.4.3.1 1.4.3.5	נבקש להחליף את המילה "מניעת" ל"לצמצום"	סעיף 1.4.3.1 יעודכן לנוסח הבא: "מניעת השפעה על איכות האוויר כתוצאה מיצירת אבק, עשן, חומרים נדיפים, ריחות וכו', על ידי שימוש באמצעים סבירים ומקובלים לשם כך"
146.	פרק ג' - נספח ג'	2.2	נבקש להבהיר כי כמקובל, ממונה בטיחות מטעם המציע יעבוד בשיתוף פעולה אל מול הגורמים הרלוונטים בבית החולים ואחריות על תחום הבטיחות תהיה משותפת בין בית החולים והמציע כמקובל בתחום.	סעיף 1.4.3.5 יוותר ללא שינוי הסעיף יוותר ללא שינוי.
				האחריות המלאה על תחום הבטיחות במסגרת ביצוע העבודות הינה של המציע בלבד. מרת"א יסייע וינחה ככל הנדרש אולם אין בכך כדי לגרוע מאחריותו המלאה של המציע לעניין זה.

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
147.	פרק ג' - נספח ג'	2.3 3.4.5	על מנת לאפשר תחרות הוגנת נבקש כי בית החולים יספק הצעות מחיר אחידות עבור בעלי המקצוע המבוקשים על ידו כגון: יועצים, אדריכל, וכל הקשור לניוד נקודות פנאומטיות ומערכת פריקת הטילים של חברת טרנסטק .	תנאי ההתקשרות המסחריים בין המציע ליועצים אינם מסורים למרת"א, אלא למציע וליועצים. יחד עם זאת, בסיס ההתחשבות הנהוג בבית החולים בין מרת"א ליועצים הינו תעריפון משרד הביטחון עם הנחה מסוימת
148.	פרק ג' - נספח ג'	2.3	נבקש כי ניתן יהיה לבחור בעלי תפקידים שונים מהרשומים בהתאם לאישור מרת"א	הסעיף יוותר ללא שינוי. הבקשה נדחית.
149.	פרק ג' - נספח ג'	2.4.4+2.4.6+ 2.4.3	יבוקש, כי ניסיון מנהל העבודה של הקבלן הראשי וקבלני המשנה יהיה זהה לדרישה של ניסיון הקבלן הראשי המוגדרת כניסיון במוסדות רפואיים.	הסעיפים יוותרו ללא שינוי.
150.	פרק ג' - נספח ג'	3.1.6	נבקש כי התוכניות המוצעות יכללו רק את אזור המעבדות המשתתפות בפרויקט כמקובל בתחום.	התוכניות המוצעות יכללו כל אזור שבו המציע הזוכה עבד ויתחברו לתוכניות הקיימות במרת"א שימסרו למציע הזוכה ובלבד שלא תהיה סתירה בין התוכניות
151.	פרק ג' - נספח ג'	3.10.2.1	נבקש לתקן ולהבהיר, כי לאחר קבלה מלאה של המערכת - תחזוקת שוטפת של מערכת המים המטופלים תהיה באחריות מרת"א	הסעיף יוותר ללא שינוי
152.	פרק ג' - מפרט העבודות		היכן יתאפשר אזור להתארגנות?	הדבר יובהר בסיוור הקבלנים
153.	פרק ג' - מפרט העבודות		מהן שעות וימי העבודה המותרים?	העבודות מתבצעות באופן כללי בימים א' - ה' בין השעות 07:00 עד 19:00. יוטעם כי על המציע להביא לכדי חשבון כי מדובר בביצוע עבודות סיבת עבודה של ביה"ח פעיל, על המשמעויות הנלוות לכך
154.	פרק ג' - מפרט העבודות	מוסף ג'4	מה גבול אחריות תכנון תחום חשמל ולהיכן על הקבלן המבצע להתחבר. נבקש לראות את זה בשטח בסיוור הקבלנים	המידע יימסר במסגרת סיוור הקבלנים
155.	פרק ג' - מפרט העבודות	מוסף ג'4	האם יש למרת"א ספק יחיד אתו הם עובדים בנושא מני"מ ?	למרת"א אין ספק יחיד עמו הוא עובד בנושא מני"מ. יובהר כי בתחום גילוי אש, מרת"א אכן עובד עם ספק יחיד שהינו חברת אורד בלבד וכן בתחום כריזת חירום מרת"א אכן עובד עם ספק יחיד שהינו חברת G1

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
156.	פרק ג'- מפרט העבודות	מיזוג	על פי מסמכי מכרז, ירידת התעלות תתבצע על חזית הבניין - מדובר בתעלות גדולות, הן אספקה והן יניקה... האם יש מקום ? האם יהיה צורך לעטוף אותן ? האם ישנם פירים שניתן להיכנס?	אין פירים פנויים. המציע הזוכה יידרש לתכנן על האובייקט מבחוץ וחיפוי בהתאם לפירוט האדריכל
157.	פרק ג'- מפרט העבודות	מיזוג	מסתמן שגג אגף ו' ו- ה' עמוסים, האם יהיה מקום מספיק בגג ?	מרת"א יסייע למצוא פתרונות
158.	פרק ג'- מפרט העבודות		מבקשים את אישורכם שתקופת האחריות לכל עבודות הבינוי תהיה לתקופה של 12 חודשים בלבד	האחריות לכלל העבודות היא בהתאם לנקוב בהסכם מדף 3210
159.	פרק ג'- מפרט העבודות		מבקשים לקבל העתק מחוזה מדף 3210 - להבנת משמעותה של תקופת הבדק	מצורף לתשובות ההבהרה חוזה מדף 3210
160.	פרק ג'- מפרט העבודות	מים וגזים	1. נדרש לקבל מפרט דרישות למתקן לנטרול שפכים מזוהמים כימית או ביולוגית 2. מה סטנדרט בית החולים? 3. היכן ימוקם	1. בצד המזרחי של האגף יותקן בתוך חדר ייעודי מיכל השהיה עם מערכת הכלרה 2. ראה 1 סטנדרט ביה"ח 3. המיקום יהא בצד המזרחי של האגף במקום ייעודי
161.	פרק ג'- מפרט העבודות	מים וגזים	נבקש לקבל תוכנית ניקוזים קיימים	מצורפת בזאת תוכנית ניקוזים קיימים
162.	פרק ג'- מפרט העבודות	מים וגזים	היכן נמצאות הזנות מי הרשת, אם ניתן אנא ציינו על גבי תוכנית	פיר מים בפרוזדור הראשי של ביה"ח
163.	פרק ג'- מפרט העבודות	מים וגזים	איפה יהיה ניתן למקם את מערכת האוויר הדחוס, אם ניתן אנא ציינו על גבי תוכנית	חדר מכוונת צריך להיות בשטח שהוקצע לפרויקט. מאחר וחלק מהתכנון הוא גם שלביות הפרויקט, יש לבדוק באיזה שלב הכרחי לבנות חדר מכוונת, להקצות מקום למזג את החדר ולבודד אותו מרעש וויברציות ולדאוג לנגישות אנשי אחזקה לטיפול והחלפה לפי צורך
164.	פרק ג'- מפרט העבודות	מים וגזים	היכן ממוקמת המערכת מים מטופלים בקומה מעל, על מנת להעריך מרחקים.	בפיר בפרוזדור ראשי קומה 2, אגף ו', בניין סוראסקי
165.	פרק ג'- מפרט העבודות	3.6.4.4	מבקשים לקבל ספקים מועדפים ופרט של בית החולים עבור הפסים לשקעי חשמל ותקשורת	זילברמן ביוקומבה קלנטיקה
166.	פרק ג'- מפרט העבודות	3.9.13	1. מאיזה קוטר הצנרת הופכת להיות פלדה 2. מה פרט הבידוד	1. לא תותר הרכבת צנרת פלדה 2. ארמופלקס עם לפלף אדום

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
.167	פרק ג'- מפרט העבודות	3.10.2	מהו הצורך בקו נירוסטה מתחנת המים המטופלים ?	מים מטופלים בביה"ח מולכים אך ורק בצנרת נירוסטה לפי נהלי ביה"ח
.168	מפרט בינוי	תקרות שמיים מוארים	1. אילו מסדרונות בדיוק נדרש? 2. מהם הספק והזגם המועדפים של מרת"א?	נדרשת תקרת שמים מוארים בכל המסדרונות בהם אנחנו מטפלים (3 מסדרונות), כאשר להערכת מרת"א מדובר על כ- 14 מקבצים של 3 יח' (60/60) כל מקבץ לגבי נושא תקרות שמיים מוארים. מרת"א ממליץ על חברת "טרהלד" כספק מועדף לעניין זה, כארש לביה"ח יש ניסיון חיובי עימם והתמחור הינו סביר.
.169	פרק ג'- מפרט העבודות	תוכנית כתמים	מבקשים תוכנית קונסטרוקציה עדכנית הכוללת עמודי תמך שאינם ניתנים להזזה ומציינת מגבלות גובה בפורמט DWG	מצורפת תוכנית קונסטרוקציה עדכנית
.170	פרק ג' - נספח ד'	תוכנית כתמים	מבקשים לקבל הבהרה לגבי מיקום המערכת הפנאומטית לפי השרטוט בתוכנית כתמים	מצורפת תוכנית כתמים מעודכנת כולל הדגשה של נושא הפנאומטיקה. יש תחנה בעמדת הסניטרים. תחנות נוספות ימוקמו ע"י החברות בהתאם למיקום הקווים וסל הקליטה של הדגימות מהמערכת הפנאומטית. (בתכנית גם סומן האזור בו נדרשת השלמת הרצפה)
.171	פרק ג' - נספח ד'	תוכנית כתמים	מבוקש לקבל הגדרת שטח נוסף לטובת חיבור מכשירי הקרישה לקו האוטומציה	מכשירי הקרישה יחוברו במיקומם הנוכחי תוך שליחת זרוע לכיוון מכשירי הקרישה
.172	פרק ג'	כללי	נבקש הבהרה מהו עומס הרצפה המקסימלי באזור המיועד להצבת המערכת האוטומטית והמאבחנים	עומס רצפה מקסימלי הינו 300 קג/מ"ר.
.173	פרק ג' (עמ' 71)	5.3.2.1	מבקשים להוסיף בסוף המשפט: "פרט לתחזוקה המבוצעת ע"י המשתמש"	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
.174	פרק ג' (עמ' 133)	18.1.1	מבקשים להוסיף לסעיף ב uptime של 98%	ראה סעיף 3.1 נספח ב1 למסמכי המכרז. כן ראה סעיף 19.2.1 להסכם.
.175	נספח ה'	3.1	נבקש, כי לא יורחק עובד ללא בדיקה מעמיקה של האירוע המדובר מול המפקח והקבלן הראשי בשיתוף מרת"א היות וכלל הקבלנים אשר יעבדו באתר יעבירו בטרם תחילת העבודה תעודות הכשרה ויפורט הנסיון שלהם ושל העובדים המועסקים על ידם ואלו מהווים אסמכתא לכשירותם לבצע את העבודה.	הסעיף יוותר ללא שינוי. יחד עם זאת, מרת"א מהווה יחידת סמך במשרד הבריאות, ועל כן כפוף לעקרונות המשפט המנהלי ודיני מכרזים, ומשכך, שומה עליו לנהל מכרזיו והתקשרויותיו בהגינות בדרך המקובלת ובכפוף לעיקרון תום הלב.
.176	נספח ה'	8.2	נבקש להגדיר כי נסיבות חריגות כוללות גם תוספות לבינוי שהינן מעבר לנדרש במסמכי המכרז.	הסעיף יוותר ללא שינוי. יחד עם זאת, מרת"א מהווה יחידת סמך במשרד הבריאות, ועל כן כפוף לעקרונות המשפט המנהלי ודיני מכרזים, ומשכך, שומה עליו לנהל מכרזיו והתקשרויותיו בהגינות בדרך המקובלת ובכפוף לעיקרון תום הלב.
.177	נספח ו' - ההסכם	11.2	מבקשים את אישורכם שסעיף זה חל רק במהלך תקופת ההסכם	המציע חותם בין שאר מסמכי המכרז גם על ההסכם, שהינו נספח ו' למסמכי המכרז, וסעיפי ההסכם מחייבים אותו מרגע הגשת הצעתו
.178	נספח ו' - ההסכם	8.4	היות וקריאות שירות רבות נפתרות באמצעות מענה טלפוני וכמו כן היות ורוב קריאות שירות הינן קריאות המטופלות על ידי טכנאי או איש אפליקציה בחיבור מרחוק, נבקש כי מנהל המערכת יהיה מעורב בקריאה כאשר לפי סוג הקריאה ייקבע האם נדרשת נוכחות פיזית שלו או לא.	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
.179	נספח ו' - ההסכם	10.4 32.5	נבקש לבטל את הדרישה לעדכון מרת"א 3 חודשים לפני סיום תוקף רישיון, שכן חידוש רישיון מוצרים הינו תהליך אוטומטי הנעשה עד חצי שנה לפני סיום תוקף הרישום הקיים.	סעיף 10.4 לנספח ו' יעודכן לנוסח הבא: "נותן השירותים מתחייב לחדש את הרישום של המוצרים בפנקס, על חשבוננו, ולנקוט בכל הפעולות הרלוונטיות על פי החוק והתקנות לביצוע חידוש הרישום במועד וטרם סיום תוקף הרישום בפנקס. נותן השירותים הזוכה יעדכן את מרת"א, לפני תום תוקף הרישום, על כך שתוקף הרישום עומד לפוג ועל הפעולות שבכוונתו לנקוט לצורך חידושו."
.180	נספח ו' - ההסכם	11.3	נבקש למחוק את הסעיף – בשלב זה לא ניתן לדעת האם התבצע אי גילוי מספיק ו/או גילוי חסר ו/או טעויות או פגמים בנתונים ובעובדות.	סעיף 32.5 לנספח ו' יעודכן לנוסח הבא: "נותן השירותים יעדכן את מרת"א לפני תום סיומו של הרישום על כך שתוקף הרישום עומד לפוג ועל הפעולות שבכוונתו לנקוט לצורך חידושו"
.181	נספח ו' - ההסכם	11.3	הגבלת האחריות של מקבל השירותים, כך שנטל האחריות על גבו של הזוכה במכרז כבד מהנטל המוטל עליו על פי דין, אינה מקובלת בהתקשרויות מסחריות בין צדדים בתעשייה. מתבקש שינוי של סטנדרט האחריות של מרת"א מזדון או כוונה תחילה לאחריות על פי דין ולחילופין סטנדרט של אחריות חמורה. כמו כן, מתבקשת מחיקת המשפט האחרון בסעיף.	סעיף 11.18 לנספח ו' יעודכן לנוסח הבא: "נותן השירותים מתחייב לספק את כל הדרוש לצורך אספקת השירותים אצל מרת"א על חשבוננו הו המכרז"
.182	נספח ו' - ההסכם	11.18	נבקש להוסיף בסוף המשפט את המילים: "בהתאם לתנאי המכרז".	המציעים עודכנו במועדי סיורי קבלנים נוספים במסגרת פרוטוקול מפגש הבהרות והודעת עדכון
.183	נספח ו' - ההסכם	11.21.2	נבקש להוסיף מועד לסיור ספקים שיוגדר כסיור תשתיות עם כל גורמי ההנדסה הרלבנטיים ממרת"א	

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
.184	נספח ו' - ההסכם	11.21.8	מתבקש לציין שהחלפת ספק משנה תיעשה תוך זמן סביר במקום 72 שעות כמפורט בסעיף	סעיף 11.21.8 סיפא לנספח ו' למסמכי המכרז יעודכן לנוסח הבא : ".... ובמקרה כזה מתחייב נותן השירותים להחליפו בתוך זמן סביר ממועד הדרישה מבלי לגרוע בהתחייבויות נותן השירותים לפי הסכם זה."
.185	נספח ו' - ההסכם	11.21.8	מבקשים לתקן בתחילת הסעיף את הניסוח : "כי הוא וכל קבלן משנה מטעמו" לניסוח הבא : "הוא או כל קבלן משנה מטעמו"	הנוסח יישאר ללא שינוי
.186	נספח ו' - ההסכם	19.2.7	נבקש לשנות הזמן להגעה וטיפול בתקלה קריטית בסופי שבוע (שישי - שבת) וימי חג ל-4 שעות	הסעיף יותר ללא שינוי
.187	נספח ו' - ההסכם	22.4	נבקש להבהיר כי הצבת והתקנת מתכלים הינן פעולות המבוצעות על ידי עובדי המעבדה (עובדי מרת"א או מי מטעמה) ולא על ידי המציע.	הסעיף יותר ללא שינוי. הכוונה לאספקת מתכלים ולא להכנת מכשירים.
.188	נספח ו' - ההסכם	27.2	נבקש למחוק את המילה "יפצה", נבקש להחליף את המילים : " הפסד והוצאה", במילה "ישיר".	הסעיף יותר ללא שינוי
.189	נספח ו' - ההסכם	27.4 27.5	פסילת חלקי עבודה או מערכת או טובין חייבים להתבצע בתיאום עם נותן השירותים ולאחר שהוכח כי אין באפשרות נותן השירותים להציע פתרון חלופי לשביעות רצון מרת"א.	הסעיף יותר ללא שינוי. יחד עם זאת, מרת"א מהווה יחידת סמך במשרד הבריאות, ועל כן כפוף לעקרונות המשפט המנהלי ודיני מכרזים, ומשכך, שומה עליו לנהל מכרזיו והתקשרויותיו בהגינות בדרך המקובלת ובכפוף לעיקרון תום הלב
.190	נספח ו' - ההסכם	27.4	נבקש להאריך את פרק הזמן ל-5 ימי עבודה	הסעיף יותר ללא שינוי
.191	נספח ו' - ההסכם	27.8	נבקש למחוק את המילה "פיצוי", נבקש להחליף את המילים : " הפסד והוצאה", במילה "ישיר".	הסעיף יותר ללא שינוי
.192	נספח ו' - ההסכם	28.2	נבקש להחליף את המילה "ויפצה" במילה "וישפה" נבקש להחליף את המילה "והפסד" במילה "ישיר".	הסעיף יותר ללא שינוי

תשובת מרת"א	פירוט השאלה / הערה / בקשה	מס' סעיף	פרק/נספח	מס"ד
<p>סעיף 29.1 יעודכן לנוסח הבא: "</p> <p>נותן השירותים ידאג לעדכן ולשדרג את תוכנות המערכת על פי המלצות היצרן ו/או ככל שיידרש על מנת לספק הפעלה מלאה, בטוחה ותקינה של המערכת ועשיית שימוש בכל הפונקציות שהמערכת מאפשרת והכל על הצד הטוב ביותר והכל בכפוף לשיקול דעת מרת"א."</p> <p>סעיף 29.2 יעודכן לנוסח הבא: "</p> <p>מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב נותן השירותים לעדכן את מרת"א בדבר השקת גרסת תוכנה מעודכנת של יצרן המערכת. מרת"א יחליט על פי שיקול דעתו הבלעדי האם להטמיע את הגרסה החדשה וכן בדבר מועד העדכון. ככל ומרת"א יחליט על התקנת הגרסה החדשה, נותן השירותים מתחייב לפנות אל היצרן בבקשה לקבלת הגרסה המעודכנת. "</p>	<p>עדכון ושדרוג תוכנות יבוצע בהתאם להמלצות יצרן. נבקש לבטל התחייבות לעדכון גרסאות התוכנה תוך שבועיים מקבלתן וזאת על מנת לאפשר למציע לבחון את הגרסאות ולתכנן את תהליך השדרוג בצורה מיטבית מול מרת"א</p>	<p>29.1+29.2</p>	<p>נספח ו' - ההסכם</p>	<p>.193</p>

תשובת מרת"א	פירוט השאלה / הערה / בקשה	מס' סעיף	פרק/נספח	מס"ד
<p>סעיף 29.1 יעודכן לנוסח הבא: "</p> <p>נותן השירותים ידאג לעדכן ולשדרג את תוכנות המערכת על פי המלצות היצרן ו/או ככל שיידרש על מנת לספק הפעלה מלאה, בטוחה ותקינה של המערכת ועשיית שימוש בכל הפונקציות שהמערכת מאפשרת והכל על הצד הטוב ביותר והכל בכפוף לשיקול דעת מרת"א."</p> <p>סעיף 29.2 יעודכן לנוסח הבא: "</p> <p>מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב נותן השירותים לעדכן את מרת"א בדבר השקת גרסת תוכנה מעודכנת של יצרן המערכת. מרת"א יחליט על פי שיקול דעתו הבלעדי האם להטמיע את הגרסה החדשה וכן בדבר מועד העדכון. ככל ומרת"א יחליט על התקנת הגרסה החדשה, נותן השירותים מתחייב לפנות אל היצרן בבקשה לקבלת הגרסה המעודכנת."</p>	<p>נבקש לשנות את המועד לעד 120 ימים. לאחר הוצאת גרסה חדשה אנו מעדיפים להמתין למשוב מאתרים שהתוכנה כבר עודכנה אצלם.</p>	<p>29.2</p>	<p>נספח ו' - ההסכם</p>	<p>.194</p>

תשובת מרת"א	פירוט השאלה / הערה / בקשה	מס' סעיף	פרק/נספח	מס"ד
<p>סעיף 29.1 יעודכן לנוסח הבא: "</p> <p>נותן השירותים ידאג לעדכן ולשדרג את תוכנות המערכת על פי המלצות היצרן ו/או ככל שיידרש על מנת לספק הפעלה מלאה, בטוחה ותקינה של המערכת ועשיית שימוש בכל הפונקציות שהמערכת מאפשרת והכל על הצד הטוב ביותר והכל בכפוף לשיקול דעת מרת"א."</p> <p>סעיף 29.2 יעודכן לנוסח הבא: "</p> <p>מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב נותן השירותים לעדכן את מרת"א בדבר השקת גרסת תוכנה מעודכנת של יצרן המערכת. מרת"א יחליט על פי שיקול דעתו הבלעדי האם להטמיע את הגרסה החדשה וכן בדבר מועד העדכון. ככל ומרת"א יחליט על התקנת הגרסה החדשה, נותן השירותים מתחייב לפנות אל היצרן בבקשה לקבלת הגרסה המעודכנת."</p>	<p>מבקשים לתקן את הסעיף, לפי: מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב נותן השירותים לעדכן את המעבדה על הצורך בעדכון תוכנות המערכת תוך שבועיים מקבלת גרסת תוכנה מעודכנת מיצרן המערכת ולתאם מולה את ההתקנה, בעדיפות ע"י מערכת SRS (System Remote Services). נותן השירותים מתחייב לפנות אל היצרן בבקשה לקבלת הגרסה המעודכנת מייד עם היודע לו על הוצאת גרסה מעודכנת ע"י היצרן</p>	29.2	נספח ו' - ההסכם	.195
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>מבוקש להבהיר, כי במשך תקופת ההסכם נותן השירותים מתחייב לבצע עדכוני חומרה מנדטוריים בלבד על פי המלצות היצרן תוך הקפדה על פעילות מלאה ותקינה. כל שדרוג שאיננו מנדטורי יבחן ע"י המציע בשיתוף עם מרת"א.</p>	30	נספח ו' - ההסכם	.196
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי. מרת"א יפעל על מנת ליצור מנגנון אישור נוח המאפשר את מתן השירותים כדבעי</p>	<p>על מנת שלא לעכב עובדים אשר הגיעו לתקן תקלה, מבוקש כי קבלת אישור קב"ט מרת"א כאמור יוסדר על ידי מרת"א.</p>	35.2	נספח ו' - ההסכם	.197

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
198.	נספח ו' - ההסכם	36.4	מרת"א יהא רשאי לממש את הערבות, כולה או חלקה, ללא התראה מוקדמת בכל עת בה - מבוקש להוסיף כי תינתן למציע הודעה בכתב וכי תינתן למציע האפשרות להשיב או לתקן את הנוק בתוך פרק זמן סביר, טרם חילוט הערבות. כמו כן מבוקש כי החילוט יעשה בהלימה לגובה הנוק.	סעיף 36.4 לנספח ו' למסמכי המכרז יעודכן לנוסח הבא: "מרת"א יהא רשאי לממש את הערבות, כולה או חלקה, בכל עת בה יפר נותן השירותים תנאי מתנאי ההסכם, וכן יהא רשאי לעכב בידי, או לזקוף, לפי שיקול דעתו, כל סכום מדמי הערבות, כנגד כל חוב של נותן השירותים כלפיו, אף אם לא הגיע מועד פירעונו וכל אלה בכפוף למתן הודעה לנותן השירותים 7 ימים טרם מימוש הערבות לצורך הפגם/הליקוי"
199.	נספח ו' - ההסכם	36.4	נבקש לתקן את הסעיף כך שתינתן הודעה מוקדמת בת 7 ימים טרם מימוש הערבות לצורך תיקון הפגם/הליקוי הנטען	סעיף 36.4 לנספח ו' למסמכי המכרז יעודכן לנוסח הבא: " מרת"א יהא רשאי לממש את הערבות, כולה או חלקה, בכל עת בה יפר נותן השירותים תנאי מתנאי ההסכם, וכן יהא רשאי לעכב בידי, או לזקוף, לפי שיקול דעתו, כל סכום מדמי הערבות, כנגד כל חוב של נותן השירותים כלפיו, אף אם לא הגיע מועד פירעונו וכל אלה בכפוף למתן הודעה לנותן השירותים 7 ימים טרם מימוש הערבות לצורך הפגם/הליקוי"
200.	נספח ו' - ההסכם	39.1	מבוקש להחליף את המילים: "ו/או הפסד ו/או אובדן", במילה "יישיר".	הסעיף יותר ללא שינוי
201.	נספח ו' - ההסכם	39.2	מבוקש להוסיף לאחר המילה "יחויב" בשורה הראשונה את המילים "ע"י ערכאה שיפוטית". מבוקש למחוק את המילים "לפצות ו/או". מבוקש להוסיף את המילה "סביר" בסוף הסעיף.	הסעיף יותר ללא שינוי
202.	נספח ו' - ההסכם	39.2	מתבקש להוסיף בתחילת הסעיף לאחר המילה יידרש את המשפט "על ידי ערכאה שיפוטית שלא ניתנת לערעור" להוסיף בסוף הסעיף "ובלבד שניתנה לנותן השירותים האפשרות ההזדמנות להתגונן מול הדרישה שהופנתה כלפי מרת"א ומרת"א לא הסכים לתשלום כל סכום ללא אישור מראש ובכתב של נותן השירותים"	הסעיף יותר ללא שינוי
203.	נספח ו' - ההסכם	39.3	נבקש להוסיף בתחילת הסעיף את המילים: "בכפוף לאמור בהסכם זה"	הסעיף יותר ללא שינוי
204.	נספח ו' - ההסכם	39.5	נבקש כי האמור בסעיף יחול רק לגבי נזק המוערך בסכום קצוב ולאחר מתן הודעה בכתב לספק וזכות לטעון בנושא.	הסעיף יותר ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
205.	נספח ו' - ההסכם	40	מאחר ולמציע אין שליטה על התנהלות כלל בעלי המקצוע והאנשים הנמצאים באזור הבינוי, נבקש לבודד את כלל הציווד במקום יעודי הניתן לנעילה לאחר שעות העבודה וזאת על מנת למזער סיכונים עבור המציע ובית החולים בין אם נעשו בזדון ובין אם בשוגג.	הסעיף יוותר ללא שינוי. כפי המפורט בסעיף 40 האחריות המלאה היא של המציע
206.	נספח ו' - ההסכם	40.1	מתבקש להוסיף בשורה השנייה של הסעיף, אחרי המילה אחראי את המילים "על פי דין".	הסעיף יוותר ללא שינוי
207.	נספח ו' - ההסכם	41.1	נבקש שהסעיף יחול על נזק ישיר בלבד וימחקו המילים "ו/או עקיפה" בשורה השנייה של סעיף זה	הסעיף יוותר ללא שינוי
208.	נספח ו' - ההסכם	41.1	מבוקש להוסיף לאחר המילה "אחראי" בשורה הראשונה את המילים "ע"פ דין". מבוקש למחוק את המילים " ו/או עקיפה".	הסעיף יוותר ללא שינוי
209.	נספח ו' - ההסכם	41.2	מבוקש להוסיף לאחר המילה "שיגיעו" בשורה השנייה את המילים "להם ממנו".	הסעיף יוותר ללא שינוי
210.	נספח ו' - ההסכם	41.2	מתבקש להוסיף את המילים "על פי דין" אחרי המילה "אחראי" בשורה הראשונה של הסעיף.	הסעיף יוותר ללא שינוי
211.	נספח ו' - ההסכם	42	מבוקש למחוק את המילה "פיצוי" בשורה הראשונה.	הסעיף יוותר ללא שינוי
212.	נספח ו' - ההסכם	42.2	מבוקש למחוק את המילה "ולפצות" בכותרת. מבוקש להוסיף את המילה "סביר" בסוף הסעיף.	הסעיף יוותר ללא שינוי
213.	נספח ו' - ההסכם	42.2	מתבקש להוסיף אחרי המילים "ערכאה שיפוטית" את המילים "שאינה ניתנת לערעור" ובנוסף להוסיף בסוף הסעיף את המשפט "האמור הינו כפוף לכך שמרת"א עדכן בכתב את נותן השירותים על קבלת הדרישה אצלו וניתנה לנותן השירותים האפשרות להתגונן"	הסעיף יוותר ללא שינוי
214.	נספח ו' - ההסכם	42.2	נבקש כי חובת השיפוי תהיה כפופה לתנאים המצטברים הבאים - ניתן פסק דין חלוט נגד מרת"א שלא הוגש עליו ערעור; מרת"א העבירה לנותן השירותים העתק מכל תביעה, טענה ו/או דרישה בעניין הנדרש בגינו שיפוי וכן העתק מכל כתב תביעה נגדה ביחס לעניין המצוי באחריותו של נותן השירותים, מיד לאחר קבלתם; מרת"א תשתף פעולה עם נותן השירותים ולא תתפשר ללא הסכמת נותן השירותים מראש ובכתב; מרת"א תאפשר לנותן השירותים לנהל את ההגנה בעצמו ועל חשבונו.	הסעיף יוותר ללא שינוי
215.	נספח ו' - ההסכם	43.4	מבוקש להחליף את המילים: " ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד ללא יוצא מן הכלל ", במילה "ישיר". מבוקש למחוק את המילים "לפצות ו/או". מבוקש להחליף את המילים "דרישתו הראשונה" בשורה השלישית במילים "קבלת דרישת ערכאה שיפוטית בנושא". מבוקש למחוק את המילים " ו/או הוצאה". נבקש להוסיף "סביר" לאחר "שכ"ט עו"ד". נבקש למחוק את המשפט האחרון, החל במילים "מבלי לגרוע" ועד לסוף הסעיף.	הסעיף יוותר ללא שינוי
216.	נספח ו' - ההסכם	43.4	מתבקש להוסיף את המשפט לאחר המילה "מטעמו" את המילים "על ידי ערכאה שיפוטית שאינה ניתנת לערעור" ולאחר המילים: "הסכם זה" להוסיף את המילים "ובלבד שניתנה לנותן השירותים האפשרות להתגונן ומרת"א לא התפשר בתביעה כאמור ללא אישור מראש ובכתב של נותן השירותים.	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א	
217.	נספח ו' - ההסכם	43.4	נבקש כי חובת השיפוי תהיה כפופה לתנאים המצטברים הבאים - ניתן פסק דין חלוט נגד מרת"א שלא הוגש עליו ערעור; מרת"א העבירה לנותן השירותים העתק מכל תביעה, טענה ו/או דרישה בעניין הנדרש בגינו שיפוי וכן העתק מכל כתב תביעה נגדה ביחס לעניין המצוי באחריותו של נותן השירותים, מיד לאחר קבלתם; מרת"א תשתף פעולה עם נותן השירותים ולא תתפשר ללא הסכמת נותן השירותים מראש ובכתב; מרת"א תאפשר לנותן השירותים לנהל את ההגנה בעצמו ועל חשבוננו.	הסעיף יוותר ללא שינוי	
218.	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46 א	מבקשים להוסיף לסעיף: נותן השירותים מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט להלן ובאישור הביטוח כשהם כוללים את כל	הסעיף יוותר ללא שינוי	
219.	נספח ו' - ההסכם	(ביטוחים לאחר שלב ההקמה") סעיף 46 א 2	מתבקש להבהיר כי החלופה של אי עריכת ביטוח (תחת מתן פטור מתאים) מתייחסת גם לביטוח הרכוש	הסעיף יוותר ללא שינוי	
220.	נספח ו' - ההסכם	46 א' (1) 1	מבוקש כי בסעיף זה המלים "עורך הביטוח" יוחלפו במלים "נותן השירותים או הקבלן הראשי".	הסעיף יוותר ללא שינוי	
221.	נספח ו' - ההסכם	46 ג'	אישור הביטוח שצורף למסמכי המכרז מותאם לחברות ביטוח בישראל. במקרה שהמציע מבוטח בחברת ביטוח מחוץ לישראל נבקש להוסיף לאחר המלים "אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים" את המלים "בנוסף המצורף להסכם זה או במקרה של עריכת הביטוח, כולו או חלקו, על ידי חברת ביטוח מחוץ לישראל, בכל נוסח אחר אשר עליו יוסכם".	אישורי הביטוח שצורפו למכרז יימחקו. לבקשת מציע שיזכה תועבר דוגמא של אישור שהוכנה על בסיס הסעיפים. במקרה של עריכת ביטוח על ידי חברת ביטוח מחוץ לישראל: (1) זהות המבטח ודירוגו יהיו כפופים לאישור של עורך המכרז. (2) נוסח אישור הביטוח יהיה כפוף להערות עורך המכרז. (3) היקף הכיסוי צריך להיות לא פחות מ"ביט". ככל והספק לא יצליח להציג אסמכתא מספקת (ככל והמבטח האמור אינו חותם על אישורי ביטוח) הוא יידרש להציג את פוליסת הביטוח שלו. ככל והספק אינו יכול לעמוד בתנאי הביטוח שנדרשו באמצעות אותו מבטח הזר כאמור יהיה עליו לערוך ביטוחים באופן מקומי.	הסעיף יוותר ללא שינוי
222.	נספח ו' - ההסכם	46 ד'	מבוקש להוסיף בסיומת של הסעיף את הנוסח הבא: "היה ונותן השירותים יערוך את כיסויי הביטוח במסגרת כוללת של מערך ביטוחיו, יהיה הוא פטור מן החובה להמצאת נוסחי הפוליסות ובלבד שהדבר לא יפגע באחריותו כלפי המזמין כאמור בסעיף זה".	הסעיף יוותר ללא שינוי	

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א	
.223	נספח ו' - ההסכם	46 ז'	מבוקש להוסיף בסיומת של הסעיף את הנוסח הבא : "למען הסר ספק נותן השירותים יהיה רשאי לערוך את הביטוחים הנדרשים ממנו כאמור בסעיף ביטוח זה, כולם או חלקם, בפוליסות ייעודיות, או בשילוב של כיסויי ביטוח, או אחרת, לרבות בפוליסות ביטוח אשר שמן שונה מן המצויין לעיל, כולל שילוב של כיסויי ביטוח שונים ו/או פוליסות שונות, ובלבד שהיקף הכיסוי הכולל בביטוחים שיערכו על ידו לכיסוי פעילותו (כולל היקפי כיסוי, סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנדרשים) לא יפחת מן הנדרש בסעיף זה"	הסעיף יוותר ללא שינוי	
.224	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46 1	מבקשים להוסיף: כיסוי נזק מהפרת חובה מקצועית של עורך הביטוח ואחריותו ובגין כל הפועלים מטעמו	הסעיף יוותר ללא שינוי	
.225	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46 3	מבקשים למחוק את סעיף האחריות הצולבת בשלמותו.	הסעיף יוותר ללא שינוי	
.226	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46 3	מבקשים למחוק את המילה לפחות הפסקה האחרונה: הארכת תקופת הגילוי 6 חודשים	הסעיף יוותר ללא שינוי	
.227	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46 4	מבקשים למחוק את הפסקה: "על שם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי בכפוף להרחב השיפוי האמור".	הסעיף יוותר ללא שינוי	
.228	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46, פרק א 1	מבקשים למחוק את המילים "בערכם המלא"	מובהר כי הקבלן רשאי שלא לערוך את הביטוח האמור כשהוא כולל כיסוי לכל הרכוש האמור בערכו המלא אולם הקבלן פוטר מאחריות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ועובדיהם של הנ"ל מנזק ו/או אבדן אשר ייגרמו לרכוש וציוד כאמור כאילו ערך את הביטוח במלואו כנדרש ומתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אילו את המפורטים לעיל. הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. ככל וקבלן המאגר אינו בעל הרכוש, סעיף פטור מקביל לטובת המפורטים לעיל ייכלל בהסכמו עם בעלי הרכוש האמור.	מובהר כי גבול אחריות במטבע דולרי יתקבל ובלבד שגבול האחריות יומר לפחות לפי שער יציג.
.229	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46, פרק א 3	לשנות את הסכום מ 4,000,000 ש"ח, ל \$ 1,142,857	מובהר כי גבול אחריות במטבע דולרי יתקבל ובלבד שגבול האחריות יומר לפחות לפי שער יציג.	

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
.230	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46, פרק א 4	מבקשים להחליף את המילים "בערכם המלא" ב "עד 200,000 ש"ח "	מובהר כי הקבלן רשאי שלא לערוך את הביטוח האמור כשהוא כולל כיסוי לכל הרכוש האמור בערכו המלא אולם הקבלן פוטר מאחריות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ועובדיהם של הנ"ל מנזק ו/או אבדן אשר ייגרמו לרכוש וצידוד כאמור כאילו ערך את הביטוח במלואו כנדרש ומתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אילו את המפורטים לעיל. הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. ככל וקבלן המאגר אינו בעל הרכוש, סעיף פטור מקביל לטובת המפורטים לעיל ייכלל בהסכמו עם בעלי הרכוש האמור.
.231	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46, פרק א 5	מבקשים לשנות את המילים "על פי ערכם" ב "עד 200,000 ש"ח "	מובהר כי הקבלן רשאי שלא לערוך את הביטוח האמור כשהוא כולל כיסוי לכל הרכוש האמור בערכו המלא אולם הקבלן פוטר מאחריות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ועובדיהם של הנ"ל מנזק ו/או אבדן אשר ייגרמו לרכוש וצידוד כאמור כאילו ערך את הביטוח במלואו כנדרש ומתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אילו את המפורטים לעיל. הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. ככל וקבלן המאגר אינו בעל הרכוש, סעיף פטור מקביל לטובת המפורטים לעיל ייכלל בהסכמו עם בעלי הרכוש האמור.
.232	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46, פרק א 6	מבקשים לשנות את המילה "לפריטים" ל "פיזי", פתאומי ובלתי צפוי לחלק אחר בעבודות"	הסעיף יוותר ללא שינוי
.233	פרק ד' - נספח ו'	סעיף 46, פרק ב 2	מבקשים למחוק את המילים "שלא יפחת מסך"	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
234.	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46, פרק ב 3	מבקשים למחוק את הסעיף. מדינת ישראל הינה מבוטחת נוספת בביטוח עבודות קבלניות. היא לא יכולה להיחשב גם כצד שלישי	הבקשה נדחת. באישור אחיד יידרש קוד 329/ 322.
235.	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46, פרק ג 2	מבקשים לשנות את הסכום מ 20,000,000 ש"ח, ל 5,000,000 דולר	אין שינוי בנוסח אולם מובהר כי גבול אחריות במטבע דולרי יתקבל ובלבד שגבול האחריות יומר לפחות לפי שער יציג
236.	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46, פרק ג חבות מעבידים סעיף 2	מבקשים לשנות את הסכום מ 20,000,000 ש"ח, ל 5,000,000 דולר	אין שינוי בנוסח אולם מובהר כי גבול אחריות במטבע דולרי יתקבל ובלבד שגבול האחריות יומר לפחות לפי שער יציג
237.	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46, פרק ג חבות מעבידים סעיף 4	מבקשים למחוק את הפסקה : לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים : את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי תל-אביב, ע"ש סוראסקי, בכפוף להרחב השיפוי האמור.	הסעיף יוותר ללא שינוי
238.	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46, פרק ג ביטוח אחריות צד שלישי	מבקשים לשנות את שם הסעיף ל "ביטוח אחריות צד שלישי משולב עם ביטוח חבות מוצר"	עריכת ביטוח משולב תהיה מקובלת בכפוף לתנאים המצטברים הבאים : (א) גבול האחריות המשותף יהיה סכום גבולות האחריות שהתבקשו ביחס לכל ביטוח/ יערכו גבולות אחריות נפרדים. היקף הכיסוי של כל פרק לא יפחת מ"ביטוח".
239.	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46, פרק ג ביטוח אחריות צד שלישי	מבקשים לשנות את שם הסעיף ל "ביטוח אחריות צד שלישי משולב עם ביטוח חבות מוצר"	עריכת ביטוח משולב תהיה מקובלת בכפוף לתנאים המצטברים הבאים : (א) גבול האחריות המשותף יהיה סכום גבולות האחריות שהתבקשו ביחס לכל ביטוח/ יערכו גבולות אחריות נפרדים. היקף הכיסוי של כל פרק לא יפחת מ"ביטוח".
240.	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46, פרק ג ביטוח אחריות צד שלישי סעיף 7	מבקשים למחוק את הפסקה : לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים : את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי תל-אביב, ע"ש סוראסקי, בכפוף להרחב השיפוי האמור.	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
.241	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46, פרק ג ביטוח אחריות מקצועית סעיף 2	מבקשים למחוק את המילים "ובגין כל הפועלי מטעמו"	הסעיף יוותר ללא שינוי
.242	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46, פרק ג ביטוח אחריות מקצועית סעיף 4.3	מבקשים למחוק את הסעיף	הסעיף יוותר ללא שינוי
.243	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46, פרק ג ביטוח אחריות מקצועית סעיף 4.4	מבקשים למחוק את המילה "לפחות"	הסעיף יוותר ללא שינוי
.244	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46, פרק ג ביטוח אחריות מקצועית סעיף 5	מבקשים לשנות את הסעיף כדלקמן: הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי תל-אביב, ע"ש סוראסקי ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מתדלי נותן השירותים ובגין הפועלים מטעמו. (ללא הפסקה האחרונה)	הבקשה נדחית. תשומת לב כי הזוכה לא התבקש לכסות את החבות הישירה של מי מטעמו בביטוח האמור. עריכת ביטוח משולב תהיה מקובלת בכפוף לתנאים המצטברים הבאים: (א) גבול האחריות המשותף יהיה סכום גבולות האחריות שהתבקשו ביחס לכל ביטוח/ יערכו גבולות אחריות נפרדים. היקף הכיסוי של כל פרק לא יפחת מ"ביטוח".
.245	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46, ביטוח חבות מוצר סעיף (4)	מבקשים לשנות ל "ביטוח חבות מוצר משולב עם ביטוח צד שלישי"	הבקשה נדחית. תשומת לב כי הזוכה לא התבקש לכסות את החבות הישירה של מי מטעמו בביטוח האמור. עריכת ביטוח משולב תהיה מקובלת בכפוף לתנאים המצטברים הבאים: (א) גבול האחריות המשותף יהיה סכום גבולות האחריות שהתבקשו ביחס לכל ביטוח/ יערכו גבולות אחריות נפרדים. היקף הכיסוי של כל פרק לא יפחת מ"ביטוח".
.246	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46, ביטוח חבות מוצר סעיף 1	מבקשים למחוק את הפסקאות: (1) "שירותי תחזוקה מונעת ותחזוקת שבר" (2) בהתאם למכרז וחוזיה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי תל-אביב, ע"ש סוראסקי (כפילות, מופיע בהמשך)	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
247.	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46, ביטוח חבות מוצר סעיף 4.2	מבקשים למחוק את הסעיף. פוליסה על בסיס אירוע	אין שינוי בנוסח. אולם מובהר כי ההרחבה רלוונטית למציע שעורך את ביטוחיו על בסיס מועד הגשת תביעה בלבד. באישור ביטוח שבו יצוין כי הפוליסה על בסיס אירוע, עורך המכרז לא יתעקש על הוספת הקוד העוסק בתקופת הגילוי.
248.	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46, ביטוח חבות מוצר סעיף 5	מבקשים למחוק את הפסקה: לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים: את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי תל-אביב, ע"ש סוראסקי, בכפוף להרחב השיפוי האמור.	הסעיף יוותר ללא שינוי
249.	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46, ביטוח רכוש סעיף	מבקשים לשנות את הסעיף כדלקמן: "נותן השירותים יבטח את כל הרכוש המוצב על ידו ואשר בבעלותו במרכז הרפואי תל-אביב, ע"ש סוראסקי ואת כל הרכוש בחצרי המרכז הרפואי תל אביב אשר בבעלותו כולל תכולה, הציוד, המערכות, וכל רכוש אחר בבעלות נותן השירותים בביטוח כל הסיכונים.....נזקים בזדון, פריצה".	הסעיף יוותר ללא שינוי
250.	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46, כללי, סעיף 1	מבקשים לשנות את הסעיף כדלקמן: "בכל מקרה של שינוי לרעה או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם נשלחה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום למנהל האדמיניסטרטיבי של המרכז הרפואי תל-אביב, ע"ש סוראסקי.	מובהר כי הכללת הסעיף בפוליסה תוך שינוי המלל שהתבקש מקובלת ולא תהווה הפרה של חוזה.
251.	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46, כללי, סעיף 2	מבקשים להוסיף בתחילת הפסקה: "למעט בביטוח אחריות מקצועית",	הסעיף יוותר ללא שינוי
252.	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46, כללי, סעיף 7	מבקשים להוסיף בסוף הפסקה: "אולם אין בביטול החריג כאמור בכדי לגרוע מזכויות המבוטח ו/או מחובות המבוטח על פי הפוליסה ו/או על פי דין"	אין שינוי במכרז, אולם מובהר כי ביטול הסייגים הרלוונטיים בפוליסה תוך ציון המלל שהתבקש מקובלת ולא תהווה הפרה של הסכם
253.	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46, ב	מבקשים לתקן הסעיף כדלקמן: נותן השירותים מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי תל-אביב, ע"ש סוראסקי ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס הגשת התביעה - כל עוד אחריותו קיימת.....ול	אין שינוי בנוסח אולם מובהר כי החובה לעורך את הביטוחים: "כל עוד אחריותו קיימת" רלוונטית לספקים שעורכים את ביטוח האחריות המקצועית וביטוח חבות המוצר על בסיס מועד הגשת תביעה כמקובל.
254.	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46, ג	מבקשים למחוק את המילים: " לכל המאוחר שבועיים"	במקום: "שבועיים" יבוא: "שבעה ימים".
255.	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46, ד	מבקשים למחוק את הסעיף. החברה מתחייבת בחתימתה לכל סעיפי הביטוח המבוקשים, ואין צורך בחשיפת מסמכי הביטוח הכוללים בין השאר פרטים ועניינים מסחריים שאינן נשוא מכרז זה	מובהר כי ככל והפוליסות יתבקשו, הצגת הפוליסות תוך השחרת/ מחיקת מידע עסקי סודי שלא רלוונטי למכרז זה תהיה מקובלת ולא תהווה הפרה של הסכם.
256.	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46, ה	מבקשים למחוק את המילים: " פוליסת ביטוח" ולהותיר רק את "אישורי הביטוח כאמור..."	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
.257	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46, ח	מבקשים להוסיף בסוף הפסקה: "אולם אי המצאת אישור הביטוח לא תיחשב כהפרה יסודית ככל וניתנה לנותן השירותים התראה של 10 ימים והמציאו כנדרש."	מקובל כי תבוא הסיפא: "אולם מובהר כי אי הצגת אישור הביטוח תוך 3 ימי עסקים מהחידוש לא תחשב כהפרה יסודית ובלבד שהביטוחים חודשו תוך שמירה על הרצף הביטוחי וכשהם כוללים את התנאים הנדרשים לפי מכרז זה."
.258	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46	סעיף א' - מבוקש להוסיף לאחר המילים: "לבצע ולקיים" את המילים: "בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו" וכן מבוקש למחוק את המילים: "לטובתו...את הביטוחים" וכן למחוק את המילים: "כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מה"	הסעיף יוותר ללא שינוי
.259	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46	(1) קונסטרוקטור – מבוקש למחוק את המילים: "לא יפחת מ" ואת המילה: "(שנה)". (2) בודקים / מתכננים / מהנדסים - מבוקש למחוק את המילים: "לא יפחת מ" ואת המילה: "(שנה)". (2) מודד - מבוקש למחוק את המילים: "לא יפחת מ" ואת המילה: "(שנה)".	מובהר כי מחיקת המילה: "שנה" בשלושת הסעיפים מקובלת. בסעיף ו' בעמוד 150 לאחר המילים: "היקף הכינוסים" יבוא: "תקופות הביטוח". יתר הבקשות נדחות.
.260	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46	(4) מבוקש להוסיף בסיפא את המילים: "מובהר כי מדובר בקוד 321"	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
261.	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46	<p>ביטוח עבודות קבלניות: פרק א' – מבוקש להוסיף לאחר המילים: "פריצה, ו/או גניבה, שוד" את המילים: "על בסיס נזק ראשון" פרק ב' – מבוקש למחוק את המילה: "לפחות" סעיף 3- "רכוש מדינת ישראל יחשב רכוש צד שלישי" מבוקש למחוק את הסעיף פרק ג'- מבוקש למחוק את המילה: "לא יפחת מ" חלופה לביטוח צמ"ה/רכוש: סעיף 2 – מבוקש להחליף את המילים: "טרם ובסמוך" במילה: "עם"</p>	<p>פרק א' – "פריצה גניבה ושוד" - מובהר כי הקבלן רשאי לערוך כשהוא כולל כיסוי על בסיס נזק ראשון לעניין פריצה, גניבה ושוד, אולם הקבלן פוטר מאחריות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ועובדיהם של הנ"ל מנזק ו/או אבדן אשר ייגרמו לרכוש וציוד כאמור כאילו ערך את הביטוח במלואו כנדרש ומתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אילו את המפורטים לעיל. הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. ככל וקבלן המאגר אינו בעל הרכוש, סעיף פטור מקביל לטובת המפורטים לעיל ייכלל בהסכמו עם בעלי הרכוש האמור.</p> <p>פרק ב' – הבקשות נדחות. פרק ג' – הבקשות נדחות.</p>
262.	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46	<p>ביטוח חבות מעבידים: סעיף 1 - מבוקש להחליף את המילים: "אחריותו החוקית" במילים: "חבותו ע"פ פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים התש"ם – 1980" סעיף 2 - מבוקש למחוק את המילים: "לא יפחת מ" ואת המילה: "(שנה)"</p>	<p>הבקשות מתקבלות</p>
263.	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46	<p>ביטוח אחריות כלפי צד שלישי: סעיף 2 - מבוקש למחוק את המילים: "לא יפחת מ" ואת המילה: "(שנה)"</p>	<p>מחיקת המילה: "(שנה)" מקובלת. מחיקת המילים: "לא יפחת מ" נדחית.</p>

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
264.	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46	ביטוח אחריות מקצועית: מבוקש להוסיף את המילים: "משולב עם חבות מוצר" סעיף 3- מבוקש למחוק את המילים: "לא יפחת מ" ולמחוק את המילה: "(שנה)" סעיף 4(3) – מבוקש למחוק את הסעיף בכללותו	א. עריכת ביטוח משולב תהיה מקובלת בכפוף לתנאים המצטברים הבאים: (א) גבול האחריות המשותף יהיה סכום גבולות האחריות שהתבקשו ביחס לכל ביטוח/ יערכו גבולות אחריות נפרדים. היקף הכיסוי של פרק ביטוח חבות המוצר לא יפחת מ"ביט". ב. סעיף 3 – מחיקת המילה: "שנה" מקובלת. מחיקת המילים: " לא יפחת מ" – נדחית. ג. סעיף 4 (3) – הבקשה נדחית.
265.	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46	ביטוח חבות מוצר: מבוקש להוסיף משולב עם אחריות מקצועית סעיף 3- מבוקש למחוק את המילים: "לא יפחת מ" ולמחוק את המילה: "(שנה)"	א. עריכת ביטוח משולב תהיה מקובלת בכפוף לתנאים המצטברים הבאים: (א) גבול האחריות המשותף יהיה סכום גבולות האחריות שהתבקשו ביחס לכל ביטוח/ יערכו גבולות אחריות נפרדים. היקף הכיסוי של פרק ביטוח חבות המוצר לא יפחת מ"ביט". ב. סעיף 3 – מחיקת המילה: "שנה" מקובלת. מחיקת המילים: " לא יפחת מ" – נדחית.
266.	נספח ו' - ההסכם	סעיף 46	ביטוח רכוש: מבוקש להחליף את המילים: "כל הסיכונים" במילים: "אש מורחב".	הסעיף יוותר ללא שינוי

תשובת מרת"א	פירוט השאלה / הערה / בקשה	מס' סעיף	פרק/נספח	מס"ד
<p>סעיף 1 – הכללת הסעיף בפוליסה תוך ציון המלל שהתבקש מקובלת. שינוי: "60" ל "0" 30" נדחית.</p> <p>סעיף 7 (ב) – הבקשה נדחית.</p> <p>סעיף 7 (ג) – הבקשה נדחית.</p> <p>סעיף ח' - מקובל כי תבוא הסיפא: "אולם מובהר כי אי הצגת אישור הביטוח תוך 3 ימי עסקים מהחידוש לא תחשב כהפרה יסודית ובלבד שהביטוחים חודשו תוך שמירה על הרצף הביטוחי וכשהם כוללים את התנאים הנדרשים לפי מכרז זה.</p>	<p>כללי:</p> <p>סעיף 1 – מבוקש להחליף את המילה: "צמצום" במילים: "שינוי לרעה" וכן מבוקש להחליף 60 ב 30</p> <p>סעיף 7 (ב) – מבוקש להחליף את המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת" במילים: "ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר למשך 3 שנים נוספות מתום מועד ההתקשרות"</p> <p>סעיף 7 (ג) - מבוקש למחוק את המילים: "לכל המאוחר שבועיים"</p> <p>סעיף ח' - מבוקש להוסיף לאחר המילים: "הפרה יסודית של ההסכם" את המילים: "אולם אי המצאת אישור ביטוח לא תחשב כהפרה יסודית ככל וניתנה לספק התראה של 15 יום להמציא אישור ביטוח והמציאו כנדרש".</p>	<p>סעיף 46</p>	<p>נספח ו' - ההסכם</p>	<p>.267</p>
<p>אישורי הביטוח שצורפו יימחקו.</p> <p>דרישות הביטוח מפורטות במלואן מראש במכרז. על המציעים ובאפשרותם לבחון דרישות אלו מראש ואת עמידתם בהם. אישור נדרש להיות מופק על ידי המבטח של הזוכה בהתאם לפוליסות שהותאמו לפי סעיפי הביטוח שמכרז והוראות רשות שוק ההון. לבקשת מציע שיזכה, תועבר לו דוגמא של אישור ביטוח בהתאם להוראות רשות שוק ההון על מנת שהמציע יוכל לוודא כי האסמכתא שמוצגת על ידו לעורך המכרז בגין הביטוחים שערך והותאמו לפי הנדרש במכרז כוללת את כל המידע הניתן להציג במסגרתה, הכל בהתאם לאפשרי לעניין הצגת אסמכתאות בנושא ביטוח לפי הוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.</p>	<p>אישור הביטוח אינו תואם את ההתקשרות - נבקש כי יועבר אישור ביטוח עדכני ומלא וכן שהות מספקת להעביר לגביו שאלות הבהרה.</p>	<p>סעיף 46</p>	<p>נספח ו' - ההסכם</p>	<p>.268</p>

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
.269	נספח ו' - ההסכם	47.4	נבקש להוסיף בראשית הסעיף "מסיבות סבירות, וככל שיש בכך צורך".	הסעיף יוותר ללא שינוי
.270	נספח ו' - ההסכם	47.5	בהתייחס לדרישה לפיה נציג מרת"א ו/או מי מטעמו, יהיו רשאים לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל נותן השירותים בכל הקשור במתן השירותים, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה, לרבות דרישה לנתוני רואה חשבון, ונותן השירותים מצדו מחויב לספקם - הדרישה איננה מקובלת נבקש למחוק אותה	ס"ק 47.5 לנספח ו' יעודכן לנסח הבא: "נציג מרת"א ו/או מי מטעמו, יהיו רשאים לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל נותן השירותים בכל הקשור במתן השירותים"
.271	נספח ו' - ההסכם	47.5	נבקש להוסיף להסכם הבהרה לפיה זכות הביקורת והבקרה של מרת"א תהיה כפופה למתן הודעה מראש ותיאום עם נותן השירותים, וכן להגביל את תדירות הביקורת לפעם בשנה קלנדרית	ס"ק 47.5 לנספח ו' יעודכן לנסח הבא: "נציג מרת"א ו/או מי מטעמו, יהיו רשאים לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל נותן השירותים בכל הקשור במתן השירותים"
.272	נספח ו' - ההסכם	47.6	נבקש להוסיף הבהרה לפיה זכות העיון בספרי החשבונות ובמסמכים של נותן השירותים תהיה רק בקשר עם מתן השירותים או התמורה הכספית נשוא ההסכם, וכי הזכות תהיה כפופה למתן הודעה מראש ותיאום עם נותן השירותים. בנוסף, נבקש להגביל את תדירות הביקורת לפעם בשנה קלנדרית	סעיף 47.6 לנספח ו' יימחק
.273	נספח ו' - ההסכם	47.6	דרישה הבאה איננה מקובלת נבקש למחקה - ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל, יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של נותן השירותים, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם	סעיף 47.6 לנספח ו' יימחק
.274	נספח ו' - ההסכם	47.7	הדרישה הבאה איננה מקובלת נבקש למחקה - נותן השירותים מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו.	סעיף 47.7 לנספח ו' יימחק
.275	נספח ו' - ההסכם	47.8	מבוקש כי האמור בסעיף יהא בכפוף להסתייגויותינו המצויינות לעיל.	סעיף 47.8 לנספח ו' יימחק
.276	נספח ו' - ההסכם	סעיף 48.1.4	מבקשים לאפשר הצמדת מחירים לאינפלציה בארץ היצרן	הסעיף יוותר ללא שינוי
.277	נספח ו' - ההסכם	סעיף 48.1.8	תנאי תשלום בגין תוצאה מדווחת הינם שוטף + 30 מיום אישור החשבונית ע"י מרת"א. נבקש לשנות זאת לשוטף+30 ממועד הפקת החשבונית	ס"ק 48.18 לנספח ו' יעודכן לנסח הבא: "תנאי תשלום בגין תוצאה מדווחת הינם שוטף + 30 מיום הפקת החשבונית"
.278	נספח ו' - ההסכם	50	נבקש לנסח את הסעיף באופן הדדי כך שהחויבים בסעיף יחולו גם על מרת"א כלפי נותן השירותים	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
.279	נספח ו' - ההסכם	51.4	נבקש להוסיף "ובלבד שניתנה לספק הודעה בכתב בנושא וכן זכות טיעון, בטרם ביצוע הקיזוז".	ס"ק 51.4 לנספח ו' יעודכן לנוסח הבא: "פיצוי מוסכם בגין אי עמידה בהוראות סעיף זה, יקוזז על ידי מרת"א מהתמורה לה זכאי נותן השירותים ובלבד שניתנה לספק הודעה בכתב בנושא וכן זכות טיעון, בטרם ביצוע הקיזוז".
.280	נספח ו' - ההסכם	52.1	נבקש כי בטרם מתן הודעת ביטול תינתן לספק הודעה בכתב בדבר ההפרה וכן שהות לתקנה ולטעון בנושא.	ס"ק 52.1 רישא יעודכן לנוסח הבא: " הפר נותן השירותים הפרה יסודית של הסכם זה, מרת"א יהא רשאי, בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת 14 ימים מראש לצורך תיקון ההפרה, לבטל את ההסכם ולשלוח לנותן השירותים הודעה בכתב על ביטולו (להלן: "הודעת הביטול"). מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יחשב גם כל אחד מן המקרים שלהלן בגדר הפרה יסודית של הסכם זה....."
.281	נספח ו' - ההסכם	52.1.1	נבקש לתקן את הסעיף כך שתינתן הודעה מוקדמת בת 14 ימים לצורך תיקון ההפרה הנטענת טרם הביטול בגין הפרה יסודית	ס"ק 52.1 רישא יעודכן לנוסח הבא: " הפר נותן השירותים הפרה יסודית של הסכם זה, מרת"א יהא רשאי, בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת 14 ימים מראש לצורך תיקון ההפרה, לבטל את ההסכם ולשלוח לנותן השירותים הודעה בכתב על ביטולו (להלן: "הודעת הביטול"). מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יחשב גם כל אחד מן המקרים שלהלן בגדר הפרה יסודית של הסכם זה....."
.282	נספח ו' - ההסכם	52.1.6	נבקש להוריד את ההתייחסות לקבלן משנה עיקרי של נותן השירותים מהסעיף. לא מדובר בהפרה שבשלטית נותן השירותים	הסעיף יוותר ללא שינוי
.283	נספח ו' - ההסכם	52.1.8	לא ברור למה שינוי חקיקה צריך להפוך את נותן השירותים למפר. על פניו מדובר באירוע שלא בשליטת נותן השירותים. נבקש להוריד תנאי זה או לחילופין להבהיר שבמקרה של שנוי חקיקה שמשפיע באופן יסודי על ההסכם, ניתן יהיה להפסיקו תוך מתן פיצוי מתאים לנותן השירותים.	הסעיף יוותר ללא שינוי

תשובת מרת"א	פירוט השאלה / הערה / בקשה	מס' סעיף	פרק/נספח	מס"ד
<p>ס"ק 52.1.9 לנספח ו' יעודכן לנוסח הבא:</p> <p>" כאשר נותן השירותים אינו מתחיל בביצוע הפרויקט ו/או העבודות ו/או השירותים ו/או כשאין הוא ממשיך בביצועם בהתאם להוראות המכרז והסכם זה, או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועם ללא הרשאה בכתב ממרת"א, ואינו מציינת תוך 72 שעות להוראות בכתב ממרת"א להתחיל או להמשיך בביצוע הפרויקט, העבודות, השירותים או כשהוא מבצע את הפרויקט, העבודות, השירותים, כשלדעת מרת"א אין שום סיכוי שישלים את הביצוע במועד ובהתאם להוראות המכרז והסכם זה, ואינו עושה את הסידורים הדרושים כדי להבטיח השלמת הפרויקט, העבודות, השירותים במועד."</p>	<p>נבקש כי לאחר המילים "העבודות, השירותים," ייכתב: "כשאין לכך הסבר מניח את הדעת".</p> <p>נבקש להוסיף בסוף הסעיף "ובלבד שאין המדובר בנסיבות בהן העיכוב אינו בשליטת הספק".</p>	<p>52.1.9 54.1.7</p>	<p>נספח ו' - ההסכם</p>	<p>.284</p>
<p>סעיף 52.2 לנספח ו' יעודכן לנוסח הבא:</p> <p>"נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו כי עמידה קפדנית בלוח הזמנים לרבות בכל אחת מאבני הדרך הנקובות בו, הינה מעיקרי ההתקשרות, כי הוא מודע היטב לכך כי חריגה מאבני הדרך ומלוח הזמנים עלול להסב למרת"א נזקים כספיים נכבדים, ולפיכך כל חריגה מאבני הדרך ומלוח הזמנים יראו בה הפרה ו/או הפרה צפויה של ההסכם על ידי נותן השירותים."</p>	<p>נבקש לציין לפני המילה "להסב" את המילה "עשויה".</p> <p>נבקש למחוק את המילה "כל" בשורה ה-3 ותחתיה לציין "בכפוף לנסיבות ולשליטת המזמין בהן".</p>	<p>52.2</p>	<p>נספח ו' - ההסכם</p>	<p>.285</p>
<p>הסעיף יותר ללא שינוי</p>	<p>נבקש להוריד את ההתייחסות לשינוי במבנה ארגוני ושינוי בזהות מנהלי נותן השירותים</p>	<p>59.1</p>	<p>נספח ו' - ההסכם</p>	<p>.286</p>

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
287.	נספח ו' - ההסכם	59.1	לנוסח הבא : "נבקש להוסיף "מהותי" לאחר המילה "שינוי".	ס"ק 59.1 לנספח ו' יעודכן לנוסח הבא : "נותן השירותים מתחייב להודיע למרת"א, מיד ובכתב, על כל שינוי מהותי בישותו המשפטית, מבנהו הארגוני, שינוי בפריסת סניפיו (ככל שישנם כאלה), זהות בעליו או מנהליו, שינוי במספר תיק הניכויים שלו, בכתובתו, ובמספר הטלפון של משרדו."
288.	נספח ו' - ההסכם	60.2	נבקש להוסיף כי נותן השירותים יעביר הודעה למרת"א בכל מקרה של שינוי שליטה, וכי מרת"א לא תסרב להסבה ואו המחאה של ההסכם במסגרת שינוי שליטה, אלא מטעמים סבירים.	ס"ק 60.1 לנספח ו' יעודכן לנוסח הבא : "נותן השירותים אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד לאחר את החוזה או כל חלק ממנו או כל זכות מזכויותיו לפי החוזה, ללא קבלת הסכמת מרת"א לכך מראש ובכתב. מרת"א לא ייתן הסכמתו רק מטעמים סבירים, אולם יוטעם כי ככל ומרת"א יהא סבור כי יש בהסבה ו/או המחאת זכויות וחובות ו/או שיעבוד לאחר את החוזה כדי להשפיע על אופן ביצוע החוזה באופן שאינו מקובל על מרת"א, אזי מרת"א לא ייתן הסכמתו לכך. ס"ק זה מהווה תנאי יסוד להתקשרות."
289.	נספח ו' - ההסכם	60.2	בסוף שורה שניה לאחר המילה "והחוזה" נבקש להוסיף "למעט ככל שניתן לכך אישור בכתב ממרת"א".	הסעיף יותר ללא שינוי
290.	נספח ו' - ההסכם	62.2	נבקש להחליף את המילים "או פיצוי" בשורה ה-1, במילים : "קצוב, שהגיע מועד פרעונו".	הסעיף יותר ללא שינוי
291.	נספח ו' - ההסכם	62.3	נבקש להפחית את אחוז התוספת המבוקשת לקיזוז ל-5% במקום 10%.	הסעיף יותר ללא שינוי
292.	נספח ו' - ההסכם	63.2	האמור בסעיף אינו מקובל, הספק זכאי לסעדים על פי דין, נבקש למחוק הסעיף.	הסעיף יותר ללא שינוי
293.	נספח ו' - ההסכם	66	נבקש לנסח את הסעיף באופן הדדי	הסעיף יותר ללא שינוי
294.	נספח ו' - ההסכם	68.1	נבקש לנסח את הסעיף באופן הדדי	הסעיף יותר ללא שינוי
295.	נספח ו' - ההסכם	68.2	נבקש לנסח את הסעיף באופן הדדי	הסעיף יותר ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
296.	נספח ח'2		מבקשים לקבל את הטבלה בפורמט אקסל, להגשת ההצעה	הבקשה נדחית – הצעות המחיר בכלל מכרזי מרת"א ניתנות בקובץ סגור (PDF)
297.	נספח ח'2	10	מבוקש לתמחר את מעבדת המיקרוביולוגית בסכום ריאלי, או לא להגבילו כלל, כיוון שהערכת מרת"א במסמכי המכרז הינה נמוכה משמעותית משווי השוק של הערכתנו לעבודה זו.	הסעיף יוותר ללא שינוי. הבקשה נדחית
298.	נספח י'	1.3 2	האמירה בכללית נרחבת מאוד ("מכל סיבה שהיא") אינה מקובלת. מבוקש למחק הסעיף, יש במסמכי ההליך די מנגנונים המסדירים את הנושא. נבקש למחוק את הסעיף, נוכח ההבהרה מעלה.	סעיף 1.3 לנספח י' יעודכן לנוסח הבא: "במידה ולא אוכל לספק את השירותים, מכל סיבה שהיא, כמציע זוכה (בהינתן ואזכה) אפצה את מרת"א בפערי העלויות בין עלות השירותים שהוצעה על ידי כמציע זוכה (בהינתן ואזכה) לבין עלות השירותים של הספק החלופי, שיאושר על ידי מרת"א במקומי. מרת"א יפעל באופן סביר לצמצום עלויות ההחלפה האמורות"
299.	נספח י'	1.3	נבקש להוסיף כי הפיצוי יהיה מוגבל לעלויות סבירות של ספק חלופי, וכן התייחסות לכך שמרת"א יפעל באופן סביר לצמצום עלויות ההחלפה האמורות	סעיף 1.3 לנספח י' יעודכן לנוסח הבא: "במידה ולא אוכל לספק את השירותים, מכל סיבה שהיא, כמציע זוכה (בהינתן ואזכה) אפצה את מרת"א בפערי העלויות בין עלות השירותים שהוצעה על ידי כמציע זוכה (בהינתן ואזכה) לבין עלות השירותים של הספק החלופי, שיאושר על ידי מרת"א במקומי. מרת"א יפעל באופן סביר לצמצום עלויות ההחלפה האמורות"
300.	נספח יא'	כולו	במידה והמציע הינו חברה בקבוצת חברות היצרן, מתבקשת הבהרה כי במקרה זה אין צורך בהגשת נספח יא' על ידי המציע. לחילופין, מתבקשת הבהרה כיצד יש למלא את הנספח במקרה האמור.	גם אם המגיש הינו היצרן עליו להגיש נספח יא' ולציין את עצמו היכן שרשום Bidder

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
301.	נספח כב'	6	מבוקש להחריג מצב בו נדרש להעביר מידע לצד ג' לטובת פתרון תקלות וקבלת מידע חיוני לביצוע הבדיקות (למשל ליצרן או לקבלן משנה המספק בדיקות)	נספח כב' יוותר ללא שינוי
302.	נספח כג'		מבקשים את אישורכם לשלוח מענה חתום על הנספח ללא ראיות, בשל פגיעה בקניין הרוחני של החברה וכדי למנוע חשיפת מידע חסוי ורגיש. יתרה על כך, מסירת המידע שנדרש הינה מנוגדת לתקנות הגנת המידע של חברתנו	נספח כב' יוותר ללא שינוי
303.	כללי		בקש להכפיף את אחריות הקבלן לאחריות ע"פ דין, לנזקים ישירים בלבד, אשר לא נגרמו ע"י אחר בזדון ו/או בשל אי עמידה בהנחיות היצרן ו/או נותן השירותים, ו/או בשל כח עליון, ו/או בנסיבות בהן לא יכל לצפות את הנזק ולהתגונן מפניו.	הבקשה נדחית

בכבוד רב,

יורם הלוי

מנהל יחידת מכרזים