

החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 2187

פרטים כלליים

המשרד הפונה בית החולים זיו	התקבל בוועדת הפטור 08.09.2022	תאריך דיון 30.10.2022
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות רכישת מכשירי COBAS	מטרת הפניה התקשרות בפטור ממכרז	תקנת חוק (29)3	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה 08.09.2022	מספר פנייה 8000787744
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------	---	--------------------------

חברי ועדה נוכחים ישי בן אלי אריאל פרץ גל אמיר	תפקיד סגן בכיר לחשב הכללי יועץ משפטי מנהל מינהל הרכש הממשלתי	תפקיד בוועדה יו"ר ועדה יועץ/ת משפטי/ת חבר/ת ועדה
--	---	---

החלטת הוועדה

הוועדה מחליטה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה (29)3 לתקנות חובת המכרזים

תקופת התקשרות פטור ממכרז הערות: ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
גאמידור דיאגנוסטיקה (1984) בע"מ	511053126	סטטוס ספק	עוסק מורשה

פרטי תקופה

תאריך תחילה מבוקש	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
22.08.2022	30.10.2022	22.08.2027	22.08.2027	6,056,198	6,056,198	שקלים ישראלים חדשים

דיון ונימוקים

- המרכז הרפואי זיו (להלן – **המרכז הרפואי**) מבקש לבצע רכש שני מכשירי COBAS עבור ביצוע בדיקות אימונוכימיות/אנדוקרניות במעבדה הביוכימית רב תחומית על מנת לאבחן מחלות ולערוך מעקב על חולים במגוון רחב של מחלות.
- המרכז הרפואי ירכוש קבלת שני מכשירי COBAS לשימוש בית החולים, בתמורה לרכישת ראגנטים ל-5 שנים. ההתקשרות כוללת את תחזוקת המכשיר ותיקון תקלות ע"י הספק ללא עלות נוספת. לאחר התקופה המכשיר נשאר בבעלות בי"ח, מתווה זה נפוץ בעסקאות בהם יש היקף גדול של רכישת ראגנטים.
- מערכת COBAS הינה המערכת היחידה בעולם הנותנת מענה כולל לשירות הנדרש מבחינת היקף העבודה, מגוון טסטים, זמני ביצוע הנדרשים למקרים דחופים.
- המערכת נותנת מענה לבדיקות אנדוקרניות, מדדי אנמיה, בדיקות של סמני סרטן, בדיקות מיוחדות כמו בדיקות מתחום הקורונה ומדדי אלרגיה.
- טכנולוגיה זו מתקדמת ביחס לאפשרויות הקיימות בשוק הבדיקות האימונוכימיות, ולכן בתי חולים רבים בארץ משתמשים בטכנולוגיה זו. למשל- איכילוב, שיבא, רמב"ם, בני ציון, המרכז הרפואי בנהריה וכו'.
- כותבת חוות הדעת המקצועית, ד"ר אלנה בוקובצקי ביצעה התייעצות עם עמיתים ממספר בתי חולים והגיעה למסקנה שלא

קיים מכשיר אחר הנותן מענה מלא לצורך כל הבדיקות שצוינו לעיל.

7. יתרונות נוספים הייחודיים למכשיר COBAS ע"פ חוות הדעת המקצועית:

7.1. ניתן לעבוד עם נפחי דגימה קטנים (היתרון הוא בדגימות יקרות, למשל דגימה של פגים)

7.2. הכיולים במכשיר מורכבים משתי נקודות בלבד דבר המוביל לחיסכון בראגנט (חומר המשתתף בתגובה כימית), יציבות

הראגנט במכשיר זה הינה 112 יום בממוצע כאשר במכשור מחברות אחרות אורך חיים של ראגנט הוא 30 יום בממוצע.

7.3. טווח הערכים הנמדד במכשיר הינו רחב במיוחד ובכך נחסך הצורך בביצוע מיהולים רבים המובילים לבזבז הראגנט.

8. המשרד פרסם דבר כוונה להתקשרות בהתאם לתקנה 3א(א) לתקנות חובת המכרזים ולא התקבלו השגות.

9. מר איתן ינון, רפרנט משרדים חברתיים ממליץ לאשר את ההתקשרות.

מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	גל אמיר	מנהל מינהל הרכש הממשלתי	חבר/ת וועדה	
אישור	אריאל פרץ	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת	
אישור	ישי בן אלי	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	