

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

19 באוקטובר 2022
מספרנו: הני"ר/2022-0393
תיק: 7013

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרפ"ש

הנדון: הצטיינות 2022/מכון פתולוגי/מעבדה – חו"ד לרכישת מדפסת קסטות

- א. רשימת הצטיינות 2022-אגף המעבדות
 - ב. טופס ספק יחיד חתום ע"י ד"ר כנרת רוזנבלט, מנהלת המעבדה הפתולוגית מתאריך 8.5.22
 - ג. הצעת מחיר מספר 405207 למדפסת קסטות – חברת "רניום" מתאריך 8.5.22.
1. בסימוכין א' סימוכין אושרה רכישת המכשיר הנדון בכמות של 1 יח' (מס"ד 10 ברשימה), עבור המעבדה הפתולוגית.
 2. בסימוכין ב' מבהירה ד"ר כנרת רוזנבלט את הדרישה לאחידות המערכות ועל כן מבקשת לרכוש מדפסת קסטות מהדגם הקיים בשימוש המעבדה הפתולוגית כיום- מדפסת מתוצרת Leica מדגם IPC.
 3. בהמשך לסימוכין א' ובי, מדובר במדפסת קסטות לבדיקות היסטולוגיות. המדפסת בעלת קיבולת טעינה של 480 קסטות, לפחות ומאפשרת הדפסה של 900 קסטות בשעה במצב סדרתי או קסטה אחת בכ-10 שניות. ההדפסה עמידה בפני מחיקתה על ידי כימיקלים. כיום המעבדה משתמשת במדפסות מדגם זה המחוברות למערכת המידע של בית החולים. תוכנת המדפסות מותקנת על עמדות המחשוב השונות במעבדה והיא מאפשרת שליחת הדפסה מכל אחת מעמדות העבודה במעבדה.
 4. לאור המפורט מעלה, ועל מנת לשמור על אחידות המערכת יש לראות ביצרן Leica באמצעות נציגתו המקומית חברת "רניום", ספק בלעדי לרכישה זו.
 5. יש לממש את הרכישה באמצעות הצעת מחיר 405207 המצורפת כסימוכין ג'.

מקור תקציבי לרכישה - סעיף 51003 בהתאם לסימוכין א'.

הערות:

- יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים (כולל חלפים ועבודה), לכל מכלולי המערכת המוצעת, החל מיום הקליטה במעבדה ותחילת השימוש בפועל.
- תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים (כולל כיוולים, חלפים ועבודה) עפי הנחיות היצרן ובתדירות הנדרשת.
- על ההזמנה לכלול ספרות הפעלה ושירות (Manual Service) אשר תסופק עם המכשור באופן דיגיטלי.
- על המציע להתחייב למתן הדרכה לצוות הטכני של ביה"ח (ברמת טכנאי יצרן!), על מנת להבטיח שימוש ואחזקה נכונה בדגם המוצע. **בתום ההדרכה הטכנית תסופק תעודת הסמכה רשמית.**

בברכה,

כרמית סומרלי
ייעוץ הנדסי בתחום ההנדסה הרפואית

לוט: סימוכין + הצעות מחיר

העתקים: ד"ר כנרת רוזנבלט
מר משה חמד