

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

26.12.22

לכבוד
ועדת רכישות
כאן

שלום רב,

הנדון: רכישת מכשיר לייזר עבור מרפאת נשים

מדובר על ספק יחיד של מכשיר לייזר דיודה אשר מפיק שני אורכי גל 980 +1470 ננומטר. שני ארכי הגל יוצאים דרך קרן לייזר אחת וניתן להשתמש בהם בקומבינציות עוצמה שונות. הלייזר מאפשר אידוי\ חיתוך ועצירת דימומים בו זמנית דבר שמאפשר טיפול מהיר באנדומטריוזיס ללא מגע בקפסולה הפנימית באמצעות אנרגיה שפועלת רק באופן שטחי על הרקמה (עד כ 0.5 מ"מ) וכך נמנעת הפגיעה ברזרבה השחלתית הממוקמת עמוק יותר. על פי בדיקה בשוק הלייזרים בארץ לחברות אחרות אין מכשירים עם אפיונים כאלה. לפי כך ממליץ לרכוש מכשיר לייזר יצרן BioLitec דגם Leonardo Dual מחב' עינת מדיקל, הנציגה הבלעדית של יצרן BioLitec בארץ, ולראות בה ספק יחיד למקרה זה.

בברכה,
וולקוב אנדרי,
מהנדס הנדסה רפואית