

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

22 בדצמבר 2022
מספרנו: הנ"ר/2022-0475
תיק: 8028

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: אגף המעבדות/המרכז לחקר הסרטן –
חוו"ד לרכישת מערכת הרדמה, פינוי גזים, קידוח והזרקה.

א. טופס ספק יחיד חתום ע"י ד"ר דן דומיניסיני, מנהל המעבדה ההמטולוגית מתאריך 7.11.22 והצעת מחיר מספר Q2200321 למערכת הנדרשת ע"י חברת "NBT" מתאריך 7.9.22.

1. מסמך זה מפרט את הדרישות לרכש המערכת שבנדון בכמות של 1 יח', עבור המרכז לחקר הסרטן.
2. בסימוכין א' מבהיר ד"ר דן דומיניסיני את הדרישה לרכש המערכת שבנדון, עבור המרכז לחקר הסרטן, תוך ציון דרישות הסף למערכת הנדרשת. עוד מצייין ד"ר דומיניסיני כי חברת NBT הינה החברה היחידה בארץ המשווקת מערכת העומדת בתנאי הסף.
3. מדובר במערכת הכוללת את המכשירים הבאים: מכשיר הרדמה לעכברים, מערכת לפינוי גזי הרדמה, פד חימום לעכבר, מערכת לקידוח גולגולת, מערכת הזרקה לאתר מדויק במוח. המערכת מגיעה עם תוכנה המאפשרת זיהוי מדויק של אתרי המוח של העכבר המורדם כך שהזרקה מתבצעת בדיוק מאוד גבוה.
4. לאור המפורט מעלה יש לראות בספק NBT כספק בלעדי לרכישה זו.
5. יש לממש את הרכישה באמצעות הצעת מחיר Q2200321 המצורפת כסימוכין א'.

מקור תקציבי לרכישה - סעיף 17714

הערות:

- יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים (כולל חלפים ועבודה), לכל מכלולי המערכת המוצעת, החל מיום הקליטה במעבדה ותחילת השימוש בפועל.
- תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים (כולל כיוולים, חלפים ועבודה) עפי הנחיות היצרן ובתדירות הנדרשת.
- על ההזמנה לכלול ספרות הפעלה ושירות (Manual Service) אשר תסופק עם המכשור באופן דיגיטלי.
- על המציע להתחייב למתן הדרכה לצוות הטכני של ביה"ח (ברמת טכנאי יצרן!), על מנת להבטיח שימוש ואחזקה נכונה בדגם המוצע. בתום ההדרכה הטכנית תסופק תעודת הסמכה רשמית.

בברכה,

כרמית סמורלי
ייעוץ הנדסי בתחום ההנדסה הרפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: ד"ר דן דומיניסיני
ד"ר נופר מור
מר משה חמד