



22.01.23

לכבוד :

כלל המציעים :

**מכרז פומבי מוגבל מס' 223792 לאספקת מכשיר וידאו
 לרינגוסקיפים וברונכוסקיפים ולאינקובציה קשה**

מס"ד	הנספח	מספר הסעיף	שאלה	תשובת מרת"א
1.	הודעה	סעיף 3 (עמוד 2)	האם מדובר באחריות יצרן, לא מצוין מה כוללת האחריות? (נושא האחריות מופיע במספר סעיפים לאורך המכרז) אחריות יצרן הינה ל 12 חודשים	האחריות המבוקשת הינה ל-36 חודשים.
2.	הודעה	סעיף 5 (עמוד 3)	מי הגורם המקצועי אותו נדרש להחתים על כשירות המוצר	ס. מנהל הנדסה רפואית.
3.	נספח ב (חלק 2)- הצעת מחיר	סעיף 6 (עמוד 27)	לא מצוין מה כוללת האחריות מלאה הכוונה באחריות מלאה 36 חודשים (נדרש לתמחר הרחבת אחריות) הינה אחריות יצרן כולל ההרכבה והטמעה או חוזה שירות הכולל בנוסף פיתרון תקלות, קריאות, טיפולים שוטפים, בלאי, חלפים וכו... סעיף 19 מדבר על חוזה שירות בתוספת עלות	האחריות המבוקשת הינה ל-36 חודשים כמפורט במסמכי המכרז (נספח א' תנאי המכרז, נספח ב' חלק 2 הצעת המחיר, נספח ג' מפרט טכני וההסכם בנספח ה').
4.	נספח ב (חלק 2)- הצעת מחיר	סעיף 18.1 (עמוד 28)	מכשיר וידאולרינגוסקופ וברונכוסקופ לאינטובציה קשה לרבות מוניטור-1. יש הבדל בין וידאולרינגוסקופ לוידאו ברונכוסקופ מבחינת אורך המכשיר, קוטר המכשיר, זווית רוטיקולציה/אנגולציה, קוטר תעלת העבודה - אין מספיק מידע בסעיף 2. הבהרה לגבי מה נדרש בסעיף 7 מגדלים עגלה+ פרוססור+ מוניטור + 7 וידאולרינגוסקופים/וידאוברונכוסקופים	ראו נספח ג' מפרט טכני, לבירורים טכניים נוספים ניתן לפנות לגורם המקצועי ס. מנהל הנדסה רפואית.
5.	נספח ב (חלק 2)- הצעת מחיר	סעיף 18.3 (עמוד 28)	האם נדרש פיבר-ברונכוסקופ, נייד/כבל אור מה קוטר תעלת העבודה הנדרש?	נדרש פיבר ברונכוסקופ כולל תעלת עבודה בקוטר המתאים לגודל הברונכוסקופ.
6.	נספח ב (חלק 2)- הצעת מחיר	סעיף 18.4 (עמוד 29)	האם נדרש פיבר-ברונכוסקופ, נייד/כבל אור מה קוטר תעלת העבודה הנדרש?	ראו מס"ד 5.
7.	נספח ב (חלק 2)- הצעת מחיר	סעיף 18.5 (עמוד 29)	האם נדרש פיבר-ברונכוסקופ, נייד/כבל אור מה קוטר תעלת העבודה הנדרש?	ראו מס"ד 5.
8.	נספח ב (חלק 2)- הצעת מחיר	סעיף 19(עמוד 30)	הכוונה לחוזה שירות לאחר אחריות יצרן (אחריות יצרן בדרך כלל 12 חודשים) הכולל בנוסף פיתרון תקלות, קריאות, טיפולים שוטפים, בלאי, חלפים וכו...	הכוונה לחוזה שירות מלא לאחר תום תקופת האחריות (36 חודשים)
9.	נספח ב (חלק 2)- הצעת מחיר	סעיף 6 (עמוד 27)	במידת ומדובר בחוזה שירות - אין התייחסות להשבת לטרייד אין	הסעיף יוותר ללא שינוי.

			מחיר	
גודל המסך יהיה לפחות 10 אינטש.	אין התייחסות לגודל המסך	סעיף 18.1 (עמוד 28)	נספח ב (חלק 2)- הצעת מחיר	.10

בכבוד רב,

יורם הלוי

מנהל יחידת מכרזים