

טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"

יש למלא את השדות המסומנים באדום בלבד

המרכז הרפואי וולפסון	משרד הבריאות
חדר ניתוח אורטופדיה	מחלקה
19.2.23	תאריך חוות דעת:
	בקשה מס' (פנימי):

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל: כן לא

סוג ההתקשרות:

ביצוע עבודה

שירותים

טובין

מדטרוניק טריידינג בע"מ	שם הספק:
512833336	מספר הספק (ח.פ./ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)
<input type="checkbox"/> ספק חוץ	ספק זה הנן: <input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד
89,505 ₪ כולל מע"מ	אומדן / שווי ההתקשרות:
12 חודשים	תקופת ההתקשרות:

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני

השכרת מערכת ניווט לניתוחי עמוד שדרה מתוצרת ומדגם: MEDTRONIC S8
 למשך שנה מיום הספקה לעבודה בסכרון מלא עם מערכת רנטגן קיימת בביה"ח מסוג MEDTRONIC O-ARM
 3 חודשי התנסות ללא תשלום .

• למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתתקבל, ככל שתתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנוסיות הרלוונטיות.

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת :

איתור הספק המאושר/מוסמך ע"י משה"ב (רשום בפנקס אמ"ר) לספק את הציוד הנ"ל שהוא חלק מתוך מערכת לניתוחי עמוד שדרה מתוצרת MEDTRONIC

2. יש לפרט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה, שיחה עם לפחות 3 עמיתים מבתי חולים הייל יפה, אסף הרופא ובית החולים ברזילאי).
פניה לספק לקבל אישור אמ"ר בתוקף, אימות / בדיקה במאגר אישורי אמ"ר במש"ב




3. יש לפרט ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ):

חברת MEDTRONIC, מספקת את המכשירים וכמו גם שרות תיקונים וחלפים מקוריים, אין ספקים נוספים שיכולים להציע מכשיר שיכול להתחבר ולפעול בסנכרון מלא עם הציוד הקיים מאותה התוצרת בביה"ח.

4. יש לפרט נימוקים והערות נוספות
כמפורט בסעיף 3 לעיל אין ספקים נוספים מאושרי אמ"ר, ביה"ח מחויב להתקשר אך ורק עם ספקים מאושרי אמ"ר לציוד מסוג כזה כמו גם המערכת המוצעת היא היחידה שיכולה לפעול בסנכרון מלא עם מערכת O-ARM מאותה התוצרת.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

		
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית