

1. המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמנה:	
תאריך:	02.4.23

02.4.23

קרב מחקרים _____

מדינת ישראל X
(יש לסמן X במקום המתאים)

אלו ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1-7.8.2.

רכש חבישה ייעודית לחבישת DL
פריט 3500004366 ערכת חבישה למושתלי לב מזוהמים
פריט 3500004358 LVAD , ערכת חבישה למושתלי לב

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא X
סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	גאמידה
מספר הספק (ח.פ./ח.צ./נ.מ/ מספר עמותה)	511383374
ספק זה הינו:	1768
אזורן / שווי ההתקשרות:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> X _____
תקופת ההתקשרות:	300,000
	24
	ספק חוץ _____

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שבנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. נימוקים והערות מספות.

מצ"ב חוות דעת של ידידה שמש- מתאמת VAD והשתלות לב	

לאור הנימוקים שמבית לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ידידה שמש	מתאמת VAD והשתלות לב	מצ"ב
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה



22/03/2023

הנדון : נימוק ספק יחיד לערכת חבישה ייעודית לחבישת DL

הזיהומים הקשורים למכשיר ה-LVAD מתחילים ברוב המקרים באזור מוצא הכבל החשמלי מעור המטופל. הזיהומים יכולים להישאר מקומיים או להתפשט מקומית דרך הרקמות תחת אל זרם הדם. התוצאה בכל המקרים היא תחלואה ממושכת ואף תמותה. מכיוון שלא ניתן להוציא את המכשיר, הזיהום הוא כרוני, מצריך אשפוזים מרובים וכולל קורסים ארוכים של אנטיביוטיקה דרך הוריד. המטרה שלנו היא למזער ככל הניתן את שכיחות הזיהומים בקרב המטופלים.

כמו בזיהומים אחרים, גם בזיהומים במוצא הכבל החשמלי של חולי ה-LVAD הוכח שטיפול מונע בפרוטוקול של אשכול הנחיות (BUNDLE), מוריד את שיעור הזיהומים, וערכת החיטוי והחלפת החבישה מהווה חלק מרכזי של האשכול להפחתת הזיהומים.

לאור הניסיון בתחום שנצבר אצלנו ובעולם, הורכבה ערכה ייעודית וסטנדרטית לנושא, שיעשה בה שימוש על ידי כל אנשי הצוות לאחר הניתוח בטיפול נמרץ, במהלך אשפוזם במחלקת ניתוחי לב או בכל אתר בבית החולים ובמהלך הביקורים במרפאת LVAD.

כמו כן הערכה מכוונת לשימוש על ידי המטופלים בביתם לכן הצורך בערכה ייעודית המכילה את כל הפריטים החיוניים לצורך החבישה.

רכישת הערכה לשימוש בבית המטופל תעשה על ידי קופות החולים

החומרים שבשימוש ברוב מרכזי ה-LVAD בעולם הם:

CHLORAPREPE לחיטוי מוצא הכבל (הנמצא בשימוש לחיטוי מוצא וריד מרכזי)

חבישת CHLORHEXIDINE 2% להחלפה שבועית

קיבוע בטוח למניעת תזוזת הכבל שאינו גורם לגירוי בעור.

רק חברת גאמידה סיפקה ערכה שבה שלושת המרכיבים הללו ולכן יש לראותה כספק יחיד.

ידידה שמש
אחות מוסכת
9535

בברכה

ידידה שמש

מתאמת VAD והשתלות לב

המרכז הרפואי שיבא