



10/07/23

לכבוד :

כלל המציעים :

מכרז פומבי מס' 233989 לאספקת שירותים לעיקור בגז אתילן

אוקסיד ETO עבור המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

1. סעיפי הביטוח, סעיף 20 בנספח ה' – עודכנו.

2. לחלן התייחסות לשאלות/הבהרות למכרז שבנדון.

מס'ד	נספח	מספר הסעיף	השאלה	תשובת מרת"א
1.	נספח א' – תנאי מכרז	11	מבוקש לקבוע כי מרת"א תשא בעלויות השינוע של הפריטים במקרה של הפסקת ההתקשרות על ידו ובקשת מרת"א להשבת הפריטים.	מרת"א לא יישא בעלויות שינוע של פריטים בכל מקרה שהוא
2.	נספח א' – תנאי מכרז	20.3 ו-20.4	מבוקש לעדכן כך שתוסף חלופה לתנאי הסף הקבועים בסעיפים 20.3 ו-20.4 בדמות עמידה בתקן ISO13485 המחמיר יותר אשר כולל את כל הדרישות המהותיות לצורך עמידה בתקן ISO11135 ותקן ISO 9001: 2000	תנאי סף 20.3 ו-20.4 עודכנו לנוסח הבא: "20.3 למציע אישור בתוקף, בדבר עמידתו בתקן ISO 11135 לעיקור ציוד רפואי באתילן אוקסיד /או iso 13485" 20.4 בוטל."
3.	נספח א' – תנאי מכרז	20.5	ברשיונות עסק, בדרך כלל, מנוסח תאור כללי של פעילות העסק על פי המפורט בצו רישוי עסקים ולא תאור ספציפי כמו שירותי עיקור באתילן אוקסיד. לפיכך, מבוקש לעדכן את תנאי הסף כך שינוסח באופן הבא: "למציע רישיון עסק תקף המתיר פעילות של מתן שירותי עיקור באתילן אוקסיד"	תנאי הסף עודכן: "למציע רישיון עסק תקף המתיר פעילות של מתן שירותי עיקור באתילן אוקסיד."

<p>סעיף זה הוא מכוח הוראות תכ"ם של החשב הכללי ומחייב את מרת"א ואינו בר שינוי</p>	<p>מבוקש לבצע השינויים הבאים : 1. לשנות את מנגנון ההצמדה כך שמדד הבסיס יהיה המדד הידוע במועד חתימת ההסכם על ידי מרת"א עם המציע הזוכה ולא המדד הידוע בתום החודש ה-18. לחלופין, בסעיף 2.3.4 להפחית את השינוי במדד מ-4% ל-2%. 2. למחוק את סעיף 2.3.3 המאפשר הצמדה שלילית. חשוב לציין כי במרבית התשומות המושקעות על ידי המציעים לצורך מתן השירותים, קיימים מנגנוני הצמדה למדד מהיום הראשון ובטח שלא קיימים בהם מנגנון הצמדה שלילית.</p>	<p>2.3 בנספח ב' ו-24.1.3 בנספח ה'</p>	<p>נספח ב' (חלק 2) - תנאים מיוחדים ונספח ה' - הסכם ההתקשרות</p>	<p>4.</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>מבוקש להאריך את התקופה שבה נותן השירותים יוכל לדרוש את הפרשי ההצמדה מ-6 חודשים ל-12 חודשים.</p>	<p>2.3.6 ו-24.1.3.6</p>	<p>נספח ב' (חלק 2) - תנאים מיוחדים ונספח ה' - הסכם ההתקשרות</p>	<p>5.</p>
<p>סעיף 1.2.1 עודכן לנוסח הבא: "העיקור יעשה בתנאי הטמפרטורה המבטיחים ביצוע של תהליך קטילת חיידקים מיטבי עבור הציוד המעוקר ובתנאי שלא יפתח מטמפ' של 37 מעלות ולא יעלה על טמפ' של 55 מעלות"</p>	<p>האם קיים תקן ספציפי לפיו נקבע כי העיקור יבוצע בטמפרטורה של 55 מעלות? ככל שלא, מבוקש להפחית את הטמפרטורה ל-45 מעלות.</p>	<p>1.2.1</p>	<p>נספח ג' - מפרט השירותים</p>	<p>6.</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>מבוקש להוסיף אחרי המילים "בפיגור שאינו סביר" את המילים "אשר נבע מגורמים התלויים בנותן השירותים"</p>	<p>6</p>	<p>נספח ב' (חלק 2) - תנאים מיוחדים</p>	<p>7.</p>
<p>הצעת המחיר תוקנה כפי שפורסם בפרוטוקול מפגש הבהרות שהתקיים ביום 25.6 סעיף 8 בפרוטוקול: "בוצע תיקון בנספח ב' (חלק 2) הצעת מחיר מסלול ב' "עיקור בלבד ללא שינוע" - הצעת מחיר הינה לסבב"</p>	<p>סעיף 17 לנספח ב' קובע כי לפי הערכת מרת"א היא שכל סבב דורש בין 600-900 ליטר. בסעיף 1.6 לנספח ג' קובע כי האומדן של נפח העיקור לכל משלוח יהיה 650 ליטר. האם הצעת המחיר המוגשת על ידינו צריכה לקחת בחשבון סבב של בין 650-900 ליטר? מה קורה במקרה שמשלוח מסוים חוצה את רף ה-900 ליטר, האם תהיה התאמה מסוימת למחיר לסבב?</p>	<p>17 בנספח ב' ו-1.6 בנספח ג'</p>	<p>נספח ב' (חלק 2) ונספח ג' - מפרט השירותים</p>	<p>8.</p>
<p>נפח הפעילות של בית החולים הוא כזה שבכל יום מיוצרות ערכות המיועדות לעיקור בגז כך שלא סביר שיקרה מצב כזה</p>	<p>האם יתכן מצב שבו נותן השירותים יגיע לבית החולים למסור מוצרים אחרי עיקור ולא יקבל מוצרים לצורך עיקור במפעל?</p>	<p>2</p>	<p>נספח ג' - מפרט השירותים</p>	<p>9.</p>

הסעיף ימחק	מכיוון שבמכרז לא נקבעה דרישה לערבות מכרז, מבוקש לשנות את נוסח הסעיף, למחוק את ההתייחסות לערבות מכרז ולקבוע שבמקרה של זכייה במכרז תסופק על ידי הזוכה ערבות ביצוע כקבוע בהסכם.	1.7	נספח ד' - התחייבות המציע	10.
הסעיף ימחק	מבוקש למחוק את הסעיף. נותן השירותים משתמש בבעלי מקצוע שונים בעת מתן השירותים ואלו מתחלפים או מוחלפים מעת לעת, על פי שיקול דעתו של נותן השירותים. נותן השירותים לא יכול להיות מוגבל בהחלפה כאמור שתהיה על פי אישור מרת"א מראש. לחלופין, אנא החליפו את המילים "קבלת אישור מרת"א" במילים "מתן הודעה למרת"א".	7.15	נספח ה' - הסכם ההתקשרות	11.
הסעיף יותר ללא שינוי	מבוקש למחוק את המילה "כל" לאחר המילים: "על פי". בנוסף, מבוקש להוסיף את המילה "ישירים" לאחר המילה "אובדן".	19.1	נספח ה' - הסכם ההתקשרות	12.
הסעיף יותר ללא שינוי	מבוקש למחוק את המילה "לפצות". בסיפת הסעיף, מבוקש להוסיף את המשפט: "כל תשלום ו/או שיפוי ו/או פיצוי ו/או הוצאה כאמור, יהיו בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו, הקובע את אחריות ספק המסגרת לנזק, ובתנאי כי ניתנה לו הרשות להתגונן מפניו."	19.2	נספח ה' - הסכם ההתקשרות	13.
ראה סעיף 18.2	בסיפת הסעיף, מבוקש להוסיף את המשפט: "אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון".	19.3	נספח ה' - הסכם ההתקשרות	14.
הסעיף יותר ללא שינוי	בסיפת הסעיף, מבוקש להוסיף את המשפט: "למעט אם יקבע כי מרת"א הוא האחראי על-פי הדין."	19.4	נספח ה' - הסכם ההתקשרות	15.
הסעיף יותר ללא שינוי	מבוקש למחוק את הסעיף.	19.5	נספח ה' - הסכם ההתקשרות	16.

בכבוד רב,
יורם הלוי
מנהל יחידת מכרזים