

**תשובות לשאלות ספקים מרכז מס' 12399242 - עסקת ריאגנטים עבור מערכות
VISCOELASTOGRAPHY**

מס	הסעיף במסמכי המכרז	מס' עמוד המרכז	מס' סעיף	שאלה/בקשה	תשובה																								
1	שיקולים מנחים בבחירת ההצעה הזוכה	11	14.4	<p>סעיף 14.4 מציין ציון מינימלי של 25 מתוך 30 במדד האיכות, על מנת לעבור לשלב של הבחינה הכלכלית.</p> <p>יכולת אחסון ריאגנטים ללא קירור, תכונה מינורית ולא רלוונטית לאיכות הבדיקה, מורידה לנו 8 נקודות, מה שמביא אותנו ל-22 נקודות במקסימום ולא מעביר אותנו את שלב האיכות.</p> <p>אנא תשומת ליבך כי יתרונות אחרים ובולטים של מכשיר ה TEG : זמן קצר לקבלת תשובה וכן גודל פיסי, אינם נכללים בסעיפי האיכות, אנו מבקשים שתהיה התייחסות גם לפרמטרים אלו.</p>	<p>להלן שינוי הניקוד בטבלת רכיבי האיכות: (סה"כ 30 נקודות). על מנת לעבור לשלב הבחינה הכלכלית יש להגיע לציון מינימלי של 25 נקודות.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">סה"כ 30 נקודות</th> </tr> <tr> <th>איכות</th> <th>סעיף</th> <th>משקל</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>מינימום פעולות פרה- אנליטיות</td> <td>7.1</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>אפשרות לפיקוח מרחוק אחר בקרת האיכות במכשירים המפוזרים בביה"ח מאתר מרכזי אחד.</td> <td>7.2</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>מערכת הדורשת זמן קצר ככל האפשר לצורך לימוד ותפעול רציף</td> <td>7.3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>נוחות ניקוי המערכת ומינימום דרישות יצרן (לדוגמה תדירות הנדרשת לבקרה איכות פנימית).</td> <td>7.4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>ניסיון מוכח של הספק /או היצרן מהדגם המוצע בעבודה קלינית בארץ ובחו"ל, בברי חולים גדולים.</td> <td>7.5</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>יכולת אחסון ריאגנטים ללא קירור</td> <td>7.6</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	סה"כ 30 נקודות			איכות	סעיף	משקל	מינימום פעולות פרה- אנליטיות	7.1	9	אפשרות לפיקוח מרחוק אחר בקרת האיכות במכשירים המפוזרים בביה"ח מאתר מרכזי אחד.	7.2	6	מערכת הדורשת זמן קצר ככל האפשר לצורך לימוד ותפעול רציף	7.3	3	נוחות ניקוי המערכת ומינימום דרישות יצרן (לדוגמה תדירות הנדרשת לבקרה איכות פנימית).	7.4	5	ניסיון מוכח של הספק /או היצרן מהדגם המוצע בעבודה קלינית בארץ ובחו"ל, בברי חולים גדולים.	7.5	3	יכולת אחסון ריאגנטים ללא קירור	7.6	4
סה"כ 30 נקודות																													
איכות	סעיף	משקל																											
מינימום פעולות פרה- אנליטיות	7.1	9																											
אפשרות לפיקוח מרחוק אחר בקרת האיכות במכשירים המפוזרים בביה"ח מאתר מרכזי אחד.	7.2	6																											
מערכת הדורשת זמן קצר ככל האפשר לצורך לימוד ותפעול רציף	7.3	3																											
נוחות ניקוי המערכת ומינימום דרישות יצרן (לדוגמה תדירות הנדרשת לבקרה איכות פנימית).	7.4	5																											
ניסיון מוכח של הספק /או היצרן מהדגם המוצע בעבודה קלינית בארץ ובחו"ל, בברי חולים גדולים.	7.5	3																											
יכולת אחסון ריאגנטים ללא קירור	7.6	4																											

מס	הסעיף במסמכי המכרז	מס' עמוד המרכז	מס' סעיף	שאלה/בקשה	תשובה
2	התשלום	נספח - תנאים כללים לאספקת הטובין	7	התשלום יבוצע בשקלים ע"פ השער היציג ביום האספקה- נבקש לשנות במועד החשבונית.	לא מקובל.
3	התשלום	נספח - תנאים כללים לאספקת הטובין	7	מהם תנאי התשלום	שוטף +60.
4	ערבות	נספח - תנאים כללים לאספקת הטובין	8	ערבות- הספק יפקיד בידי משרד המזמין ערבות בנקאית, עפ"י המפורט בטופס ההצעה. באיזה סכום ערבות מדובר? כמו כן, האם מדובר בערבות ביצוע?	במשך כל תקופת החוזה יעמיד הספק ערבות ביצוע אוטונומית ובלתי מותנית. הערבות תהיה בגובה 5% מהעסקה. הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן בידוע במועד החתימה על החוזה ותהיה בתוקף למשך כל תקופת החוזה +60 יום לאחר סיומו.
5	מבוא	עמ' 2	1.1	הסעיף מפנה לסעיף 2- אך בסעיף 2 אין פירוט באילו מרכזים רפואיים ממשלתיים מדובר. נבקש הבהרה לאיזה מרכזים רפואיים ממשלתיים מיועד המכרז.	כל מרכז רפואי ממשלתי רשאי להתקשר במסגרת המכרז בהתאם לצורך.
6	תקופת התקשרות	עמ' 3	3.4	נבקש להדגיש כי במהלך תקופת ההרצה בית החולים ישלם על הבדיקות בהתאם לעלות ההצעה הזוכה.	מקובל.
7	תקופת התקשרות	עמ' 3	3.4	נבקש להוסיף כי בעבור בתי חולים שכבר עשו אבולוציה למכשירים המוצעים במסגרת המכרז, לא יהיה צורך בתקופת הרצה נוספת, כמפורט בסעיף.	לא מקובל.
8	תקופת ההתקשרות	עמ' 3	3.5	מאחר ונושא פיתוח הממשק אינו מצוי בלעדית בשליטת הספק הזוכה והוא תלוי בזמינות ובשיתוף פעולה של חברת ה-LIS, נבקש לקבוע כי פיתוח הממשק עצמו לא ישפיע על מועד תחילת ההסכם ותחילת העבודה עם המרכז הרפואי במכשור נשוא ההצעה.	לא מקובל.

מס	הסעיף במסמכי המכרז	מס' עמוד המרכז	מס' סעיף	שאלה/בקשה	תשובה
9	הגדרות נוספות והצעת מחיר	עמ' 3 1- עמ' 10	4.2 ו-13.1	<p>לגבי שיטת המכרז, נבקש לציין כי הבדיקות נשוא המכשירים הרלוונטיים למכרז ארוזות בנפרד- כל יחידה. המציאות מלמדת כי שיטת תמחור "בדיקה מדווחת" מביאה לבזבוז של בדיקות, אשר אינן מגיעות לרמת "בדיקה מדווחת" ואינן משולמות לספק - והדבר מביא לתמחור ביתר של ההצעה המקורית למכרז.</p> <p>נוכח האמור, לטובת תמחור אופטימלי של ההצעה מבוקש כי שיטת המכרז תהא - עסקת <u>רכישת ריאגנטים</u> ולא תשלום פר בדיקה מדווחת.</p>	לא מקובל.
10	דרישות כלליות	עמ' 5	6.12	<p>בהתייחס לאמירה: "<u>ולסייע בכל הנדרש אצל המזמין</u>" - נבקש כי יובהר למה הכוונה, על מנת שהספק ידע להיערך בהתאם.</p>	<p>כאמור בסעיף-סיוע בניהול רמות המלאי במחסן המזמין, לרבות בעת ביצוע ספירות מלאי, ניהול תפוגות, ריענון ציוד ואספקה מיוחדת עבור מצבי חירום.</p>
11	דרישות כלליות ושיקולים מנחים בבחירת ההצעה הזוכה	עמ' 5 1- עמ' 11	6.13 ו-14.2	<p>א. שוב, נבקש הבהרה לאיזה מרכזים רפואיים מיועד המכרז. ב. בנוסף, מאחר ובפועל אין אפשרות לבצע במקביל הדגמות במספר רב של מרכזים רפואיים, נבקש לציין כי במידה ומספר בתי חולים יפנו במקביל לספק בבקשה להדגמה, ההדגמות תבוצענה בהתאם לסדר הפניות או בהתאם לתעדוף של עורך המכרז. ג. מבוקש כי זמן ההדגמה לא יעלה על שבועיים.</p> <p>מבוקש כי בעבור בתי חולים שכבר עשו אבלואציה למכשירים המוצעים במסגרת המכרז, לא יהיה צורך בהדגמה נוספת.</p>	<p>א. ראה תשובה 5. ב. בהתאם לתעדוף עורך המכרז. ג. זמן ההדגמה יהיה בהתאם לדרישות המזמין.</p> <p>הדגמה נוספת תהיה בהתאם לשיקול דעת בית החולים.</p>

מס	הסעיף במסמכי המכרז	מס' עמוד המרכז	מס' סעיף	שאלה/בקשה	תשובה
12	מאפייני המערכת - יתרונות ושיקולים מנחים בבחירת ההצעה הזוכה	עמ' 5 ו- עמ' 11	7 ו- 14.4	<p>בסעיף 7 ניתן הסבר כללי בדבר "יתרונות" / "עדיפות" שיינתנו לאפיונים מסוימים במערכת. בטבלת הניקוד המצויה בסעיף 14.4 לא ניתן פילוח/פירוט של אופן חלוקת הנקודות בכל סעיף, לרבות בהתייחס ליתרונות/ עדיפות כאמור.</p> <p>נבקש לפיכך לציין את הפירוט המדויק של אופן חלוקת הניקוד בכל סעיף, לרבות בהתייחס ליתרונות / עדיפות כאמור.</p>	ראה תשובה מס' 1.
13	הצבת מכשירים	עמ' 6	8.1	<p>בסעיף קיימת טבלה, בה מפורטים מספר המכשירים שנדרש להציב, בהלימה לכמות בדיקות מדורגת. דע עקא, לא צוינה כמות הבדיקות, ביחס לכל מרכז רפואי הרלוונטי למכרז.</p> <p>לא ניתן לתמוך באופן מדויק את ההצעה בהעדר פרטים אלו, לפיכך נבקש כדלקמן:</p> <p>א. הצבת המכשירים בכל מרכז רפואי - בהמשך לבקשתנו במס"ד 4 לעיל - נבקש לפרט, <u>ביחס לכל מרכז רפואי שהמכרז רלוונטי לגביו, את היקף הבדיקות המתאים.</u></p> <p>ב. מבוקש כי היקף הבדיקות המפורט עבור כל מרכז רפואי ממשלתי יהיה עם <u>התחייבות להיקף בדיקות מינימאלי.</u></p> <p>מבוקש כי מעל 1200 בדיקות (סעיף אחרון בטבלה) - יינתן מכשיר נוסף באם יידרש, בקפיצות של 300 <u>בדיקות</u> נוספות מעל 1200 בדיקות, קרי, על כל 300 בדיקות שמעבר ל-1,200 בדיקות, יסופק, ככל שיידרש, מכשיר נוסף. כך למשל, ככל אשר יבוצעו לצורך הדוגמה 1,209 בדיקות, הדבר לא יצריך באופן אוטומטי מכשיר נוסף.</p>	<p>א. לא קיימים נתונים לגבי היקף הבדיקות בכל מרכז רפואי. המציע יתכן את הצעתו בהתאם לטבלה בחוברת המכרז.</p> <p>ב. לא ניתן להתחייב על היקף בדיקות מינימלי.</p>

מס	הסעיף במסמכי המכרז	מס' עמוד המכרז	מס' סעיף	שאלה/בקשה	תשובה
14	התקנה והדרכה	עמ' 6	9.2	<p>בהתאם לסעיף, המציע מתחייב לבדוק את אתר ההתקנה עד שבוע לפני הגשת ההצעה לצורך הכנת דוחות הכוללים: פירוט דרישות תשתית ומערכות נלוות הנדרשות ע"י תקני בטיחות ותקני עבודה וכן ע"י היצרן להפעלה אופטימאלית של המכשיר שאינן כלולות בהצעת המחיר (כגון: מידות, משקל, בינוי, חשמל, מיזוג אוויר, לחץ אוויר, בידוד, רמת רעש, אלקטרומגנטיות, רמת ויברציות מכניות בסביבה, מים ביוב תקשורת ותנאים אחרים הדרושים ומומלצים להתקנת המכשיר).</p> <p>א. לא ברור באיזה דו"חות מדובר ומה הרלוונטיות לציוד נשוא המכרז - נבקש הבהרה.</p> <p>ב. אין מידע מי הם המרכזים הרפואיים נשוא המכרז ובנוסף לא ידוע היכן ירצה המכרז הרפואי להציב את המערכת בתוך בית החולים (בית החולים יכול להציב את המערכת בבנק הדם, במעבדה המטולוגית, במחלקות השונות...).</p> <p>ג. הפירוט המופיע בסעיף אינו רלוונטי ברובו לסוג המערכות נשוא המכרז, נבקש לפיכך למחוק את המילים הבאות: "בינוי, לחץ אוויר, בידוד, רמת רעש, אלקטרומגנטיות, רמת ויברציות מכניות בסביבה, מים, ביוב ותנאים אחרים הדרושים ומומלצים להתקנת המכשיר".</p> <p>נבקש לציין כי בפרקטיקה המקובלת הספק הזוכה מבצע בדיקה של האתר הרלוונטי טרום התקנת המכשיר.</p>	<p>א. המציע מתבקש להתייחס אך ורק לתנאי ההתקנה הרלוונטיים למכשור אותו הוא מציע.</p> <p>ב. המרכזים הרפואיים אליהם מכוון מכרז זה.</p> <p>ג. לא מקובל.</p>
15	התקנה והדרכה	עמ' 6	9.3	<p>מבוקש לבטל את הסעיף. לא ברור מדוע לאחר אבלואציה והדגמה נדרש להוסיף עוד בדיקות בלא עלות.</p> <p>לחילופין, ככל אשר לא יימחק הסעיף - נבקש לקבל מספר בדיקות מדויק ולא הערכה "ב-50", על מנת שנוכל לתמחר ולשקלל את עלויות בדיקות אלו במסגרת הצעתנו.</p> <p>תשומת לבכם, כי הדבר יביא להעלאת מחירי היחידה של ההצעה.</p>	<p>מקובל חלקית. הסעיף לא יבוטל, אך יתוקן לכדלקמן: "על הספק הנבחר לספק (ללא תוספת תשלום) 20 בדיקות לצורך ולידציה של המכשיר המתוקן".</p>

מס	הסעיף במסמכי המכרז	מס' עמוד המרכז	מס' סעיף	שאלה/בקשה	תשובה
16	שירות ותחזוקה	עמ' 7	11.2	<p>בהתאם לתנאי המכרז יש לחבר את המערכת נשוא המכרז למערכת ה LIS הנוכחית הקיימת כיום בבית החולים (סופטוב).</p> <p>האמירה לפיה "הספק יהיה האחראי הבלעדי להתקשרות למערכות ולתוכנות קיימות שונות במרכזים הרפואיים הממשלתיים, ולא תהיה לו כל טענה שהיא כלפי המזמין בכל הקשור לאמור במפרט, שכן יקבל על עצמו לבדוק ולהסתייג מכל נתון או פרט האמור במפרט במסגרת הגשת הצעה..". אינה מקובלת/הוגנת, שכן כאמור בעת הגשת הצעה מדובר על מערכת ה LIS הנוכחית הקיימת כיום בבית החולים - סופטוב, וכך מתומחרת הצעה.</p> <p>כמו"כ הספק לא יכול להתחייב בלעדית בנושא החיבור לסופטוב, שכן סופטוב והתנהלותם אינם בשליטתו.</p> <p>מבוקש לפיכך למחוק את המילים "לרבות ההתקשרות...." (עד סוף המשפט). ולשנותו ל: "במסגרת ההתקשרות הספק הזוכה מתחייב לחבר את המכשיר למערכת ה LIS הנוכחית הקיימת כיום בבית החולים (סופטוב)"</p>	לא מקובל.
17	שירות ותחזוקה	עמ' 8	11.5	<p>מבוקש להוסיף כי גם נזק שנגרם במזיד ו/או כתוצאה מפעולה במערכת שלא בהתאם להנחיות היצרן תחשב ל"תיקון בלתי מכוסה".</p>	לא מקובל.
18	שירות ותחזוקה	עמ' 8	11.7	<p>מבוקש לשנות מ- 24 שעות ל- 72 שעות ולהדגיש כי זמן זה מתחיל החל מהתייצבות הנציג המוסמך של הספק.</p>	לא מקובל. מדובר במכשיר לבדיקות דחופות.
19	שירות ותחזוקה	עמ' 8	11.9	<p>מבוקש למחוק את הסעיף. המציע משמש כנציג היצרן בישראל והפניות אליו (ליצרן) נעשות באמצעותו (המציע).</p>	לא מקובל.

מס	הסעיף במסמכי המכרז	מס' עמוד המרכז	מס' סעיף	שאלה/בקשה	תשובה
20	שירות ותחזוקה	עמ' 8	11.13	מבוקש להוסיף כי האמור בסעיף יתבצע ככל שמדובר בעדכונים מנדטוריים אותם מחייב היצרן לבצע ללקוחות. במידה וקיים עדכון תוכנה או גרסת מכשיר חדשה יותר שאינה מחויבת על פי היצרן, הדבר יידון במשא ומתן בין הספק למזמין.	לא מקובל.
21	שירות ותחזוקה	עמ' 9	11.22	הסעיף אינו ברור ואינו רלוונטי להתקשרות נשוא המכרז. אין לספק מוזמנים ו/או מאושפזים וכיוצא ב - נבקש למחוק הסעיף.	מקובל חלקית. "מובהר כי הספק הינו קבלן עצמאי ויהיה אחראי ככזה כלפי המזמין ו/או עובדיו ו/או כל אדם אחר או גוף אחר, בהתאם לפקי הנזיקין, ובהתאם לכל דין."
22	שירות ותחזוקה	עמ' 10	11.24	מבוקש להוסיף כי האמור בסעיף יתבצע ככל שמדובר בעדכונים מנדטוריים אותם מחייב היצרן לבצע ללקוחות. במידה וקיים עדכון תוכנה או גרסת מכשיר חדשה יותר שאינה מחויבת על פי היצרן, הדבר יידון במשא ומתן בין הספק למזמין.	לא מקובל.
23	ביטוח	עמ' 10	12.1	מבוקש כי אחריות הספק תהיה ע"פ דין ומוגבלת לנזק ישיר בלבד. מדובר במכרז לאספקת ריאגנטים והסעיף כפי שמנוסח אינו פרופורציונלי לסוג התקשרות זה.	לא מקובל.
24	ביטוח	עמ' 10	12.2	מבוקש למחוק את המילים: "את עצמו ואת עובדיו...בעקיפין" ובמקום להוסיף את המילים: "את חבותו ע"פ פקודת הנזיקין בביטוח חבות מעבידים"; מבוקש להוסיף לאחר המילים: "בפני כל נזק" את המילים: "אשר באחריותו החוקית של הספק"	לא מקובל.
25	ביטוח	עמ' 10	12.3	מבוקש למחוק את המילים: "העתק מפוליסת הביטוח ו/או"	לא מקובל.
26	ביטוח	עמ' 10	12.4	הסעיף אינו רלוונטי להתקשרות נשוא המכרז, נבקש למחוק.	לא מקובל.

מס	הסעיף במסמכי המכרז	מס' עמוד המרכז	מס' סעיף	שאלה/בקשה	תשובה
27	נספח ב' ביטוח	14-18	נספח ב' ביטוח	<p>סעיף (א) - מבוקש להוסיף אחרי המילים: "לבצע ולקיים" את המילים: "בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו" ולמחוק את המילים: "לטובתו ולטובת ... הממשלתיים", כמו כן מבוקש למחוק את המילים: "לא יפחתו מ"</p> <p><u>ביטוח חבות מעבידים:</u> סעיף 2 – מבוקש למחוק את המילים: "לא יפחת מסך"</p> <p><u>ביטוח אחריות כלפי צד שלישי:</u> סעיף 2 – מבוקש למחוק את המילים: "לא יפחת מסך" סעיף 5 – מבוקש למחוק את הסעיף – מוחרג מהפוליסה. סעיף 6 – מבוקש למחוק את הסעיף – מוחרג מהפוליסה.</p> <p><u>ביטוח חבות המוצר:</u> מבוקש להוסיף מילים: "משולב עם אחריות מקצועית" מבוקש למחוק את המילים: "הביטוח יכלול כיסוי גם לחבותו של היצרן... ההיקפי"</p> <p>סעיף 1 - מבוקש למחוק את המילים: "לא יפחת מסך"</p> <p><u>ביטוח אחריות מקצועית:</u> מבוקש להוסיף מילים: "משולב עם חבות מוצר" סעיף 1 - מבוקש למחוק את המילים: "לא יפחת מסך"</p> <p><u>סעיף 6- כללי:</u> סעיף 1 - מבוקש למחוק את הסעיף או לחילופין להבהיר כי מדובר בקוד 321 סעיף 2 - מבוקש להחליף את המילה: "צמצום" במילים: "שינוי לרעה" וכן להחליף 60 ב- 30 סעיף ב - מבוקש למחוק את המילים: "כל עוד אחריותו קיימת" ולהחליף את המילים: "למשך שלוש שנים נוספות מתום ההתקשרות" סעיף ג'- מבוקש למחוק את המילים: "לכל המאוחר שבעה ימים" סעיף ז' - מבוקש להוסיף בסיפא את המילים: "אולם אי המצאת אישור ביטוח לא תחשב כהפרה יסודית ככל וניתנה לספק התראה בכתב של 15 יום להמצאת אישור ביטוח והמציאו כנדרש".</p>	<p>לא מאושר, תנאי הביטוח נקבעו ע"י יועצי ענבל, חברת הביטוח הממשלתית. כל בקשה סבירה של הזוכה בנושא ושאינה פוגעת בהיקף הכיסוי הנדרש תופנה לאישור חברת ענבל.</p>

מס	הסעיף במסמכי המכרז	מס' עמוד המרכז	מס' סעיף	שאלה/בקשה	תשובה
28	הצעת מחיר	עמ' 11	13.2	<p>"פיתוח דרייבר למערכת אוטולימס או כל תוכנת מעבדות אחרת בעלות חד פעמית המאפשרת רישיון שימוש בכל אתרי משרד הבריאות ובנוסף התקנה וחיבור המכשיר בכל אחד המרכזיים הרפואיים הרלוונטיים."</p> <p>בהתאם לתנאי המכרז יש לפתח דרייבר למערכת אוטולימס הנוכחית הקיימת כיום בבית החולים.</p> <p>הדרישה לפיה הספק יהא אחראי לפיתוח דרייבר למערכת אוטולימס או כל תוכנת מעבדות אחרת בעלות חד פעמית המאפשרת רישיון שימוש בכל אתרי משרד הבריאות ובנוסף התקנה וחיבור המכשיר בכל אחד המרכזיים הרפואיים הרלוונטיים - אינה מקובלת/הוגנת, שכן כאמור בעת הגשת ההצעה מדובר על מערכת אוטולימס הנוכחית הקיימת כיום בבית החולים, ובהתאם מתומחרת הצעה.</p> <p>כמו"כ הספק לא יכול להתחייב בשלב זה לפיתוחם שאינם מוכרים לו.</p> <p>מבוקש לפיכך למחוק את הפסקה העוסקת בכך, ותחתה לציין כי במסגרת ההתקשרות הספק הזוכה מתחייב לפתח דרייבר למערכת אוטולימס הנוכחית הקיימת כיום בבית החולים.</p>	מקובל.
29	שיקולים מנחים בבחירת ההצעה הזוכה	עמ' 11-12	14	<p>מבוקש להבהיר האם במסגרת המכרז הכוונה הינה לבחור בספק אחד זוכה. נבהיר, כי ככל שלא - יש לכך השפעה על אופן תמחור ההצעה.</p>	הכוונה לבחור בספק זוכה אחד.
30	תמורה	עמ' 12	15	<p>מבוקש להבהיר האם ההתקשרות וכן התשלום מבוצעים למול משרד הבריאות או מול כל מרכז רפואי בנפרד.</p>	ההתקשרות והתשלום יבוצעו עבור כל מרכז רפואי.



מס	הסעיף במסמכי המכרז	מס' עמוד המרכז	מס' סעיף	שאלה/בקשה	תשובה
31	נספח א' הצעת מחיר	עמ' 13	1.6	לגבי "שורות לפריטים ללא עלות" - נבקש להבהיר כי הכוונה לריאגנטים ומתכלים ולא לדבר אחר (הכוונה הינה כי עורך המכרז לא יתחשב בפריטים אלו בעת קביעת הזוכה).	מקובל.
32	נספח ג'5, ג'2, ג'3	עמ' 19	נספח ג'5, ג'2, ג'3	מבוקש לקבל את המסמכים באנגלית (בפורמט וורד) על מנת שנוכל להעביר ליצרן.	מקובל באופן חלקי. ג'1-3 כנספח באנגלית.