

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

12 בדצמבר 2022
מספרנו: הני"ר/2022-0476
תיק: 6-1130, 3007

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכב

הנדון: גסטרו ילדים – חו"ד לרכישת מגדל אנדוסקופי נייד תוצרת OLYMPUS.

א. תעודות השבתה
ב. תכתובת מיום 3.11.22

במחלקת גסטרו ילדים שימש מגדל אנדוסקופי נייד מתוצרת אולימפוס הכולל המרכיבים העיקריים הבאים:

- וידאו פרוססור דגם CV-180 (מס"ד 777820)

- מקור אור דגם CLV-160 (מס"ד 7546897)

מדובר במכשור שנרכש בשנת 2005/10 והושבת עקב אי יכולת השמשה היות ולא נתמך עוד ע"י היצרן בחלקי חילוף. מצורפות תעודות ההשבתה.

נדרשת רכישה של מגדל אנדוסקופי נייד בדחיפות על מנת לתת מענה לפעולות חוץ בטיפול נמרץ וחדרי ניתוח.

לציון כי במחלקה קיים מגדל נוסף מתוצרת אולימפוס אשר הינו קבוע ואינו ניתן לנייד. מאחר והציוד הנ"ל במחלקה מבוסס על תוצרת אולימפוס וכן מתחבר לגסטרוסקופים מתוצרת אותו היצרן, יש לראות ביצרן זה ספק בלעדי לרכישה מטעמי אחידות הציוד והתפעול.

רצ"ב הצעת נציגת היצרן, חברת "מדטכניקה" מס' 222507135 אותה יש לממש על כל סעיפיה.

ההצעה כוללת המרכיבים הבאים:

- וידאו פרוססור דגם CV-190 PLUS (פריט 1)

- מקור אור קסנון דגם CLV-190 (פריט 2)

- כבר וידאוסקופ MAJ-1430 (פריט 3)

- עגלת נייד ייעודית כוללת מתלה לאנדוסקופים וזרוע למוניטור (פריט 4).

- מסך רפואי LCD בגודל 27" (פריט 5)

הערות:

- יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים החל מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל.

- תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים, כולל כיולים והחלפת חלפים, בהתאם להנחיות היצרן ובתדירות הנדרשת. **טיפול תקופתי אחרון יינתן ע"י נציג היצרן בסמוך לתום שנת האחריות השנייה.**

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

- על נציג היצרן להתחייב למתן הדרכה לצוות הטכני של ביה"ח ברמת טכנאי יצרן. בתום ההדרכה הטכנית תסופק תעודת הסמכה רשמית.
- על ההזמנה לכלול ספרות הדרכה ושירות (Manual service) כמקובל במדיה דיגיטלית.

בברכה,
מיטל בלסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט : סימוכין + הצעת מחיר

העתקים : דר' איתי פסח
פרופ' בתיה וייס
גב' קטיה קונסטנטינוב