

**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

27 ביולי 2023  
מספרנו: הני"ר/2023-0236  
תיק: 6-1130, 7014

לכבוד  
גב' גילי נעים  
מח' הרכש

**הנדון: מכון ריאות – חו"ד לרכישת וידאו-ברונכוסקופ תוצרת PENTAX.**

טופס השבתה 285-2023

מכשיר וידאו-ברונכוסקופ דגם EB-1575K (מס"ד G120063) מתוצרת PENTAX, נשלח לתיקון והובהר ע"י נציגת היצרן, חברת "גטר-גרופ" כי עלות השמשת המכשיר גבוהה ולפיכך אין כדאיות כלכלית לביצוע התיקון. המכשיר הושבת.

רצ"ב הצעת החברה לרכישת הדגם המחליף, EB15-J10 בעסקת טרייד-אין, אותה יש לממש.

המכשור מהסוג הנ"ל במכון ריאות מבוסס על תוצרת PENTAX ומתחבר למגדל מתוצרת יצרן זה. מאחר ולא ניתן לחבר למערכות הקיימות מרכיבים מתוצרת יצרן אחר זולת PENTAX, יש לראות ביצרן זה באמצעות נציגו, ספק יחיד לרכישה.

ניתנה תקופת אחריות של 12 חודשים.

בברכה,  
מיטל בייטרי-פסח  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: טופס השבתה + הצעת מחיר

העתק: גב' צדוק חופית