



14/06/2023
כ"ה סיון תשפ"ג

לכבוד
ועדת מכרזים
המרכז הרפואי שיבא
כאן

הנדון: נימוק ספק יחיד – חדרי צילום דיגיטליים מדגם Digital diagnost C-90 של חברת פיליפס

מרכז הרפואי "שיבא" תל השומר יוצא לרכש של שני חדרי צילום דיגיטליים למכון הדימות במלר"ד.

לאחר סקירת שוק בתחום זה, נמצא שמערכת צילום דיגיטלית של חברת פיליפס מדגם- C90 הינה המתאימה

ביותר לדרישות המרכז הרפואי ובעלת מאפיינים ייחודיים שאינם קיימים אצל יצרנים אחרים כגון :

1. פוקוס משתנה (פוקוס שלישי משולב) –ממשק אינטגרלי ואוטומטי המשלב.

את שני המוקדים יחד ומקנה רזולוציה מקסימלית, ניגודיות גבוהה ותמונה הומוגנית, וכן מאריך את חיי השפופרת.

2. עבודה עם חמישה תאי יוניזציה לבחירה גם בשולחן וגם בוורטיגרף .

3. מצלמה Live Camera בשפופרת הצילום המאפשרת מעקב ובקרה אחר תזוזות של המטופל ומיקום של האזור המצולם בתוך ומחוץ לחדר.

4. מערכת אינטראקטיבית מובנת בתוך המערכת אשר מתריעה על טיבו של הצילום לפני שליחתו לפאקס.

5. תוכנה להחסרת עצם אינטגרלית בצילומי חזה הנעשה בצילום יחיד, ללא מתן קרינה כפולה.

חברת מדטכניקה מחזיקה בבלעדיות להפצה של חדרי צילום של חברת פיליפס. לכן, אנו מבקשים להכיר בחברת מדטכניקה

כספק יחיד של חדרי צילום דיגיטליים מדגם Digital diagnost C-90 של חברת פיליפס.

בברכה,
סלים בדר
רנטגנאי ראשי
המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא

