

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

8 באוגוסט 2023
מספרנו: הני"ר/2023-0260
תיק: 1222

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: מכון מחקר SPRI למניעת מגיפות – חוו"ד לרכישת PCR

- א. תכתובת מייל עם הבקשה לרכש מתאריך 23.7.23.
 - ב. טופס ספק יחיד חתום ע"י פרופ' גילי רגב-יוחאי, מנהלת היחידה למניעת ובקרת זיהומים, מתאריך 18.7.23.
 - ג. הצעת מחיר מספר QQ411087-CPQ23 ע"י חברת "ביו-ראד ישראל בע"מ" מתאריך 10.7.23.
1. מסמך זה מפרט את הדרישות לרכש המכשיר שבנדון בכמות של 2 יח', עבור מכון מחקר SPRI למניעת מגיפות.
 2. בסימוכין ב' מסבירה פרופ' גילי רגב-יוחאי, את הדרישה לרכש מכשירי PCR מתוצרת RAD-BIO משני דגמים הקיימים במכון וכן מודול להכנסת פלטת 384 באריות, מאחר ואלה המכשירים איתם עובדים במעבדה המשתמשת בטכנולוגיית ה-RATP-Ig אותה מטמיעים במכון ולכן ישנה חשיבות גדולה לאחידות במכשור.
 3. לאור המפורט מעלה יש לראות ביצרן BIO-RAD באמצעות נציגותו המקומית חברת "ביו-ראד ישראל בע"מ" כספק בלעדי לרכישה זו.
 4. יש לממש את הרכישה באמצעות הצעת מחיר QQ411087-CPQ23, המצורפת כסימוכין ג'.

מקור תקציבי לרכישה - קרן 17922 הלמסלי.

הערות:

- תקופת האחריות של המכשיר הינה 24 חודשים (כולל חלפים ועבודה), לכל מכלולי המערכת המוצעת, החל מיום הקליטה במעבדה ותחילת השימוש בפועל.
- על ההזמנה לכלול ספרות הפעלה אשר תסופק עם המכשור באופן דיגיטלי.

בברכה,
כרמית סמורלי
ייעוץ הנדסי בתחום ההנדסה הרפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: ד"ר יעל אוטולנגי
מר ליאור אדלמן
מר משה חמד