

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

16 באוקטובר 2023
מספרנו: הנ"ר/2023-0362
תיק: 1-1125

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: חוו"ד לרכישת אולטרסאונד לבדיקת שארית השתן.

1. בעקבות בקשות שונות במסגרת פרויקטים מסוג הצטיידות ובינוי, נדרשת רכישה של מערכות אולטרסאונד ניידות לבדיקת נפח שלפוחית שתן ברחבי הקמפוס בכמות של 30 יחידות.
2. לצורך כך נבחנו כלל הדגמים הנמצאים במשק הן ע"י הנדסה רפואית והן ע"י מחלקת אורולוגיה דר' נועם כתרי.
3. מכשיר מתוצרת חברת Vitacon מיוצג בארץ באמצעות חברת Sky Medical נבחן ונמצא שאיננו ידידותי למשתמש ומאוד איטי, המכשיר איננו עומד בדרישות הצוות הרפואי.
4. מכשיר מתוצרת Verathon מדגם Prime Plus מיוצג בארץ ע"י חברת תרופארם, נבחן ונמצא שאין למכשיר יכולת להתמשק עם מערכות המידע, בנוסף לכך לצורך הטענת הסוללות נדרש לפרקם מהמכשיר ולהטעינם במטען ייעודי. בנוסף לכך לא ניתן לעבוד עם המכשיר כאשר הוא מחובר לרשת החשמל – המכשיר איננו עומד בדרישות המרכז הרפואי.
5. מכשיר מדגם Biocon 1100 מתוצרת חברת Mcube מיוצג בארץ ע"י חברת מדלייף, נמצא היחיד שנותן מענה לכל הדרישות של הצוות הרפואי ולדרישות הנדסה רפואית, משום כך ניתן לראות בספק מדלייף כספק יחיד.
6. יש לממש את הרכש באמצעות הצעת מחיר חברת מדלייף מס' PQ23000446 לכמות המבוקשת.
7. על ההזמנה לכלול ספרות שירות והפעלה בכמות כמקובל.
8. על ההזמנה לכלול הדרכה למשתמשים והדרכה לצוות הטכני של בית החולים.
9. יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים (כולל כיולים) בהתאם להוראות היצרן.

בברכה,

רפאל גירסי
מנהל מחלקת הנדסה ביו רפואית

לוט: סימוכין + הצעות מחיר