



02.11.23

לכבוד :

כלל המציעים

**מכרז פומבי מס' 234146 לאספקה, התקנה ותחזוקת מערכת מוסדית לבדיקת גזים בדם בעסקת מתכלים**

1. הריני להודיעכם כי מסמכי המכרז עודכנו נוכח תשובות לשאלות הבהרה יש להגיש הצעתכם ע"ג מסמכי המכרז המעודכנים.
2. להלן תשובות לשאלות הבהרה:

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
1.	חלק כללי	5	<p>מבוקש:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. לפרט את פרטי ההדגמה - משך ההדגמה הנדרשת; כמות הבדיקות הנדרשות במהלך ההדגמה; כמות הבקרים היומית; האם ההדגמה תתבצע רק במעבדה או גם במחלקות, אם כן – באילו מחלקות?</li> <li>2. לדחות את מועד ההדגמה, שכן חברתנו תוכל לייבא את המכשיר רק לאחר קבלת התשובות לשאלות הבהרה.</li> <li>3. לחלופין, מבוקש כי ההדגמה תחל לאחר הפגישה עם נציגי המעבדה ובירור פרטי ההדגמה כפי שפורטו לעיל.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. הדגמה תבוצע לפחות בשתי מחלקות ובמעבדה. התכנית כרגע היא - כמות הבקרים היומית – 7 חזרות ביום. 7 לאורך שבוע. רמה גבוהה ונמוכה. כ 28 בדיקות. אם יהיה צורך נבצע יותר.</li> <li>2. מרתא רשאי לאשר מועד מאוחר יותר. יש ליצור איתנו קשר במידת הצורך</li> <li>3. ראה סעיף 2</li> </ol>
2.	נספח א' - תנאי המכרז	4	<p>מבוקש למחוק בשורה הראשונה את המילה "בלבד" ולהחליפה ב"התאם לתיאום והסכמת המציע", שכן התחייבות לספק ציוד במשך 5 שנים מבלי לחדש את התנאים איננה סבירה.</p>	<p>הסעיף יוותר ללא שינוי.</p>
3.	נספח א' - תנאי המכרז	5	<p>מבוקש למחוק את המילים "מכל סיבה שהיא"; ליתן נימוקים להחלטה על הפסקת ההתקשרות; וכן ליתן הזדמנות סבירה מספיק זמן מראש לתיקון וזכות טיעון.</p>	<p>הסעיף יוותר ללא שינוי. יחד עם זאת, מרת"א מהווה יחידת סמך במשרד ממשלתי וכזוה, כפוף לעקרונות המשפט המנהלי ודיני חוזים, ובכללם חובת ההגינות וניהול מכרזיו וחוזיו בתום לב ובדרך המקובלת.</p>

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
4.	נספח א' - תנאי המכרז	5	מבוקש להאריך את המועד למתן הודעה לספק הזוכה על הפסקת ההתקשרות, כך שיהיה 21 ימים מראש (ולא 7 ימים).	הסעיף יוותר ללא שינוי
5.	נספח א' - תנאי המכרז	6	מבוקש להבהיר כי הזכות להשיב פרטים ולקבל את תמורתם ללא כל הגבלה היא קיצונית ביותר ולא מקובלת בהתקשרויות מול מרכז רפואי.  לאור האמור, מבוקש להבהיר כי הזכות להשיב פרטים ולקבל את תמורתם חזרה תהא שמורה למרכז הרפואי במקרים הבאים בלבד:  1. בתקופה של חודש אחד לאחר תחילת ההתקשרויות;  2. הודעת בטיחות/recall של יצרן המכשירים;  3. הפרה מהותית של המציע הזוכה ביחס לתנאי ההסכם, שלא תוקנה תוך 30 יום מקבלת הודעה בגין ההפרה מהמרכז הרפואי.  4. תקלה שנגמרה עקב מעשה ישיר של הספק, אשר לא מאפשרת כלל שימוש בטובין.	הסעיף יוותר ללא שינוי
6.	נספח א' - תנאי המכרז	6	מאחר ואינכם משלמים על הפריטים, הסעיף אינו רלוונטי ומבוקש למחקו.	הסעיף יוותר ללא שינוי
7.	נספח א' - תנאי המכרז	7	מבוקש למחוק את הסעיף - מכרז חייב לשאת תוצאה אופרטיבית. כלומר, מרת"א מחויב לממש את ההתקשרות עם הספק הזוכה במכרז ולהזמין ממנו את הציוד.	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א																																										
8.	נספח א' - תנאי המכרז	8.1.7	מבוקש : 1. להבהיר מהי כמות הבדיקות המוערכת לכל מכשיר ; 2. להבהיר מה פריסת המכשירים המתוכננת, ובאילו מחלקות יותקנו ; 3. להבהיר כמה בקרים בית החולים מעוניין להריץ ביום ;	הדרישה צריכה להיות כל חצי שעה ישנה נקודת בדיקה : או בקרה או כיוול. ומבחינת בקרה סטנדרטית יבוצעו 3 בקרות איכות ביום.  מצ"ב כמות בדיקות לחודש ספטמבר 2023 לפי מכשיר סה"כ 19 מכשירים.																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Total</th> <th>Device</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>110</td><td></td></tr> <tr><td>160</td><td></td></tr> <tr><td>199</td><td></td></tr> <tr><td>300</td><td></td></tr> <tr><td>455</td><td></td></tr> <tr><td>496</td><td></td></tr> <tr><td>681</td><td></td></tr> <tr><td>727</td><td></td></tr> <tr><td>769</td><td></td></tr> <tr><td>787</td><td></td></tr> <tr><td>839</td><td></td></tr> <tr><td>1203</td><td></td></tr> <tr><td>1234</td><td></td></tr> <tr><td>1427</td><td></td></tr> <tr><td>1433</td><td></td></tr> <tr><td>1480</td><td></td></tr> <tr><td>1514</td><td></td></tr> <tr><td>1849</td><td></td></tr> <tr><td>1983</td><td></td></tr> <tr> <td>17646</td> <td>Grand Total</td> </tr> </tbody> </table>					Total	Device	110		160		199		300		455		496		681		727		769		787		839		1203		1234		1427		1433		1480		1514		1849		1983		17646	Grand Total
Total	Device																																													
110																																														
160																																														
199																																														
300																																														
455																																														
496																																														
681																																														
727																																														
769																																														
787																																														
839																																														
1203																																														
1234																																														
1427																																														
1433																																														
1480																																														
1514																																														
1849																																														
1983																																														
17646	Grand Total																																													
9.	נספח א' - תנאי המכרז	8.1.7	מבוקש לקבל את החלוקה לכמות בדיקות לפי מחלקה/מעבדה וזאת על מנת שנוכל להתאים את סוג הקרטרידגי (קסטת בדיקות) עם כמות הבדיקות הנכונה. מידע זה נחוץ לצורך עריכת תחשיב כלכלי ובטרם הגשת הצעה למכרז.	בית החולים אינו מעוניין לנהל מלאי עם 2 גדלים של מחסניות. אם הספק אחראי על החלפת מחסניות, אין לבית החולים התנגדות לכך.																																										
10.	נספח א' - תנאי המכרז	9	מבוקש למחוק את הסעיף. עצם הזכייה במכרז מצריכה מהזוכה תשומות בעלות עלויות כספיות גבוהות מאוד (כ-20 מערכות לבדיקות גזים בדם), על כן, לא הגיוני כי לא תינתן לזוכה זכות בלעדית באספקת המוצר לבית החולים.	הסעיף יוותר ללא שינוי																																										
11.	נספח א' - תנאי המכרז	10.3	מבוקש כי הנציג האמור יהא זמין בסמוך לתיבה, על מנת למנוע עיכובים מיותרים ושיהוי בהכנסת המעטפה לתיבה.	הסעיף יוותר ללא שינוי																																										

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
12.	נספח א' - תנאי המכרז	12.1	<p>מאחר ומדובר במציע שהינו יבואן מורשה מטעם היצרן עבור מערכת לבדיקת גזים בדם, כאשר היצרן אינו מייצר מזרקים לבדיקת הגזים, מבוקש לאשר:</p> <p>1. כי ניתן להגיש את ההצעה רק עבור מערכת לבדיקה גזים בדם (ללא מזרקים);</p> <p>2. לחלופין מבוקש כי המציע יוכל להגיש את הצעתו עבור המערכת לבדיקת גזים בדם (שהינו יבואן מורשה של היצרן כאמור), וכן ירכוש את המזרקים מיבואן מורשה אחר.</p>	<p>תנאי הסף עודכן לנוסח שלהלן:</p> <p><b>"המציע הינו יצרן המערכת לבדיקת גזים בדם (להלן: "הטובין") נשוא הצעתו ו/או יבואן מורשה ו/או סוכן מורשה ו/או מפיץ מורשה בישראל מטעם היצרן ומורשה מטעמו לשווק את הטובין. יובהר כי אין תחולה לתנאי סף זה לעניין המזרקים לבדיקת הגז בדם."</b></p>
13.	נספח א' - תנאי המכרז	12.1	<p>לפי הסעיף (ובמקומות נוספים במסמכי המכרז) נדרש כי יצרן המערכת יהא אותו היצרן של המזרקים. לחילופין, נדרש כי המציע הזוכה יהיה יבואן/סוכן/מפיץ – מורשה מטעם היצרן.</p> <p>בהתחשב באמור, מאחר וקיימים בשוק מגוון מזרקים לבדיקות גזים בדם אשר ליצרן המיצר אותן אין מכשיר לבדיקת גזים בדם, ומנגד, ככל הידוע לנו קיימים היום רק 2 יצרנים אשר להם גם מערכות וגם מזרקים הדרישה מקטינה את התחרות לכדי 2 מציעים בלבד.</p> <p>נוכח האמור, מבוקש כי יתאפשר למציע הזוכה לספק מזרקים גם באמצעות יצרן אשר המציע זוכה אינו מהווה יבואן/סוכן/מפיץ מורשה מטעמו. יובהר ויודגש, כי איננו רואים כל מניעה לפעול כאמור – שכן כך בד"כ נעשה בהתקשרויות מסוג זה.</p>	<p>תנאי הסף עודכן לנוסח שלהלן:</p> <p><b>"המציע ו/או היצרן סיפק ותחזק מערכת מוסדית לבדיקת גזים בדם ומתכלים, כדוגמת זו המוצעת על ידו במכרז זה, ל-2 מוסדות רפואיים בארץ ו/או בעולם ו/או ל-2 מוסדות גדולים ומוכרים בתחום בדיקות גזים בדם בארץ ו/או בעולם במהלך 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה"</b></p>
14.	נספח א' - תנאי המכרז	12.3 + 4.3 לחלק הכללי	<p>לאור העובדה כי מדובר על ציוד שנוסה בבית חולים אחד על ידי המציע 5 השנים האחרונות, אמנם בעל ניסיון עשיר על ידי היצרן; מבוקש להבהיר כי ניתן להתבסס על ניסיונם המצטבר הן של המציע והן של היצרן לצורך הוכחת ניסיון המציע באספקת המערכת.</p>	<p>תנאי הסף עודכן לנוסח הבא:</p>

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
15.	נספח א' - תנאי המכרז	13.1	מבוקש : 1. לפרט את פרטי ההדגמה - משך ההדגמה הנדרשת; כמות הבדיקות הנדרשות במהלך ההדגמה; כמות הבקרים היומית; האם ההדגמה תתבצע רק במעבדה או גם במחלקות, אם כן – באילו מחלקות? 2. לדחות את מועד ההדגמה, שכן חברתנו תוכל לייבא את המכשיר רק לאחר קבלת התשובות לשאלות ההבהרה. 3. לחלופין, מבוקש כי ההדגמה תחל לאחר הפגישה עם נציגי המעבדה ובירור פרטי ההדגמה כפי שפורטו לעיל.	ראו תשובתנו במס"ד 1
16.	נספח א' - תנאי המכרז	13.1	נבקש פירוט – שמות מחלקות ההדגמה ולתחום את משך הבדיקה בזמן ובכמות הבדיקות הנדרשת.	אופן הבדיקה נעשה ע"פ צרכי הצוות המקצועי והינו פררוגטיבה מלאה של עורך המכרז והוא אינו מחויב בכל פירוט שלה כלפי מי מהמציעים
17.	נספח א' - תנאי המכרז	13.1	1. כיצד תינתן הודעה למציע כי הטובין שבכוונתו להציע במכרז פטור מהדגמה? 2. מי הגורם המוסמך (שם ותפקיד) ממנו עלינו לבקש מתן פטור מהדגמה למכשירים בהם למרת"א יש ניסיון? 3. במסגרת סעיף 13.1, מקום בו הטובין פטור מהדגמה, נדרשת התחייבות של המציע לזהות הטובין המוצעת על-ידו במכרז. באיזה אופן על המציע לפעול בעניין זה? איזו התחייבות נדרשת?	ראו נספח ו' - אישור הגורם המקצועי כי הטובין המוצע כשיר לשימוש במרת"א הגורם המוסמך – מנהל אגף המעבדות.
18.	נספח א' - תנאי המכרז	13.3	מבוקש להוסיף אחרי המילים "המציע נושא בכל האחריות לכל נזק שיגרם.... ו/או השימוש בהן במסגרת שלב זה", את המשפט "למעט במקרה בו הנזק נגרם בזדון ו/או רשלנות של מרת"א ו/או מי מטעמו".	הסעיף יוותר ללא שינוי
19.	נספח א' - תנאי המכרז	13.3	מבוקש כי אחריות המציע במסגרת ההתקשרות תהא ע"פ דין.	הסעיף יוותר ללא שינוי
20.	נספח א' - תנאי המכרז	13.4.4	לאור העובדה כי מדובר על ציוד בעל ניסיון עשיר בבתי חולים ברחבי העולם, מבוקש לאפשר להגיש רשימות של מוסדות בחו"ל המשתמשים בדגמים המוצעים.	אפשר להגיש רשימה. המכשור ייבדק בהדגמה באיכילוב.

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
21.	נספח א' - תנאי המכרז	13.4.5	בהתאם לדרישות המכרז מדובר בעסקת מתכלים, כאשר מחיר ה-reportable test - כולל את מחיר המתכלים, השירות, הקישוריות וכו'. בהתאם, נבקש להסיר את הדרישה לתמחור כל מתכלה בנפרד.	התשובה שלילית. הסעיף יותר ללא שינוי
22.	נספח א' - תנאי המכרז	13.4.5	על מנת לענות על סעיף זה יש צורך בקבלת פירוט כמות הבדיקות בכל מחלקה – נבקש לקבלה. כמו כן מבוקש להסיר את המילה "ועלותם" מאחר ונשוא מכרז זה ושיטת התמחור הינו פר בדיקה משודרת ולכן עלות המתכלים והריאגנטים אינה נדרשת להחשף, שכן אלו כלולים במחיר זה.	כמות הבדיקות בכל מכשיר ניתנה בתשובתנו במס"ד 1. מרת"א מבקש תמיד לדעת את עלות הריאגנטים במקור.
23.	נספח א' - תנאי המכרז	13.4.6	מבוקש למחוק את הסעיף, מאחר ומכשירי הגזים אינם דורשים תשתיות בינוי ותקני עבודה מיוחדים (ולכן לא ברור על אילו דו"חות מדובר).	הסעיף יותר ללא שינוי. אם אין ליצרן דרישות בתחומים אלה, שיצהיר שאין לו דרישות.
24.	נספח א' - תנאי המכרז	13.4.6	1. מבוקש לציין את פרטי הגורם מולו יש לתאם את הביקור באתר ההתקנה. 2. כמו כן, מבוקש לאשר כי בכל אתרי ההתקנה קיימות תשתיות של חשמל ותקשורת הנדרשות לצורך הפעלת המערכת.	1. בשלב המכרז ההתכתבות היא מול יחידת המכרזים. אנשי הקשר יתואמו. 2. מה שנדרש לצורך הדגמה - יתואם. באתרי ההתקנה יש תקשורת וחשמל.
25.	נספח א' - תנאי המכרז	13.4.6	בסעיף זה מצוין כי המציע נדרש לבדוק את אתר ההתקנה. האם יתבצע סיור באתר?	ניתן לבצע סיור באתר לפני ההתקנה.
26.	נספח א' - תנאי המכרז	18	בהנחה שכלל המכשירים נדרשים לבצע CO-oximetry ויתר הפרמטרים כפי שמצוין במפרט, לא ברורה מטרת הסעיף והשוני במחירים.	הסעיף יותר ללא שינוי
27.	נספח א' - תנאי המכרז	22.1 + 25	מבוקש כי טרם ביטול המכרז תינתן לספק זכות טיעון והזדמנות סבירה לתיקון הפגמים.	מדובר על פסילת הצעה ולא פסילת מכרז והליך שכזה הינו בהתאם לתנאי המכרז ובכפוף לחוק חובת מכרזים והתקנות שהותקנו מכוחו
28.	נספח א' - תנאי המכרז	28	הסעיף אינו סביר - לא ניתן להסתמך על הצעה שניתנה במסגרת המכרז לתקופות נוספות ללא הגבלה. לפיכך מבוקש לשנות את המילה "חייב" למילה "רשאי" ובכפוף לתיאום עם המציע; לחלופין מבוקש למחוק את המילים "או יותר".	הסעיף עודכן לנוסח הבא <b>"הצעות המציעים תעמודנה בתוקף 6 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות. מרת"א יהא רשאי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעותם לתקופה נוספת, אחת או יותר ובמקרה זה יהיה כל מציע רשאי להאריך את תוקף הצעותו בהתאם"</b>
29.	נספח א' - תנאי המכרז	30	מבוקש למחוק את הסעיף. לא ניתן להגביל את מציעים במכרז מממוש זכותם לגישה לערכאות ככל שיאלצו לעשות כן.	הסעיף מבוטל

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
30.	נספח א' - תנאי המכרז	34	נבקש למחוק את הסעיף, שכן לא ניתן לצפות מהמזיע כי יגלה כל פגם ו/או ליקוי ו/או אי-בהירות ו/או חסר, במסמכי המכרז טרם הגשתו. באופן דומה לא ניתן לשלול נקיטת צעדים ו/או סעדים מהמזיע, במידה אלו נתגלו לו לאחר הזכיה.	הסעיף יוותר ללא שינוי
31.	נספח א' - תנאי המכרז	40	ככל שמרת"א יבחר לקיים מפגשים פרטניים עם מציעים (כולם או חלקם), למען השוויון והבהירות, מבוקש לפרסם פרוטוקול פגישה.	אין מפגשים פרטניים. מדובר בסבבי שאלות הבהרה מצד המתעניינים, כאשר שאלות הבהרה נעשות בכתב והמענה עליהן נעשה בכתב, ומפורסם באתר מנהל הרכש בהתאם למנגנון המפורט במסמכי המכרז
32.	נספח א' - תנאי המכרז	41	נבקש למחוק את הסעיף, שכן לא הגיוני או הוגן לקבוע, כי אם לא נשאלה בנושא מסוים שאלת הבהרה טרם הגשת ההצעה, אזי ככל שיימצאו לאחר מכן סתירות או אי התאמות בנושא במסמכי המכרז, שלא ניתן ליישבן, יפורשו סתירות אלו על ידי מרת"א ופרשנותו תחייב את המזיע.  כאמור - לא ניתן לצפות מהמזיע כי יגלה כל סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז השונים או בין הוראות שונות באותו מסמך, וזאת בשלב שאלות הבהרה.  באופן דומה לא ניתן לשלול נקיטת צעדים ו/או סעדים מהמזיע, במידה אלו נתגלו לו לאחר הזכיה.	הסעיף יוותר ללא שינוי
33.	נספח א' - תנאי המכרז	43.1	בסעיף 43.1.4, מצוין כי המכשיר שיהיה המדויק ביותר יקבל את הניקוד המלא וכי שאר המכשירים ינוקדו ביחס אליו. האם שיטת הניקוד היחסי תחול גם ביחס לסעיפים 43.1.2 ו-43.1.3?	שיטת ניקוד יחסי היא היכן שמפורט במפורש שהניקוד הוא באופן יחסי. במכרז זה, הניקוד היחסי הינו פר אשכול רק ביחס לדיוק תוצאות הבדיקה
34.	נספח א' - תנאי המכרז	43.1	בסעיף 43.1.7, מצוין כי המכשיר שיהיה המדויק ביותר יקבל את הניקוד המלא וכי שאר המכשירים ינוקדו ביחס אליו. האם שיטת הניקוד היחסי תחול גם ביחס לסעיפים 43.1.5 ו-43.1.6?	שיטת ניקוד יחסי היא היכן שמפורט במפורש שהניקוד הוא באופן יחסי. במכרז זה הניקוד היחסי הינו פר אשכול רק ביחס לדיוק תוצאות הבדיקה

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
35.	נספח א' - תנאי המכרז	43.1.1.6	<b>"מודגש, כי במידה וימסרו פרטי התקשרות לא מעודכנים, או שאיש הקשר שנמסר לא יהיה זמין לאחר מספר ניסיונות, מרת"א שומר את הזכות לנקד בניקוד 0 את אותו הממליץ"</b>  הספק מתחייב למסור את פרטי ההתקשרות הנכונים והמעודכנים לגבי ממליציו, אך, לא יכולה להיות לו אחריות על זמינות ומהירות המענה של כל הממליץ. נוכח האמור, מבקש כי במקרה המתואר – חוסר מענה מצד הממליץ - הנושא יובא לידיעת המציע ובאחריות המציע לוודא כי הממליץ יהא זמין למענה במועד שיקבע מרת"א. כל קביעה בדבר ניקוד 0 כאמור – אינה הוגנת ומבוקש למחקה.	הסעיף יוותר ללא שינוי
36.	נספח א' - תנאי המכרז	43.1.2/43.1.5	מבוקש לשנות את הסעיף באופן הבא : "11...הזדהות משתמש לפני קבלת תוצאה באמצעות קוד/סריקת ברקוד..."	הסעיף יוותר ללא שינוי. אם יוצג פתרון שונה שימלא את דרישות האיכות הוא יקבל ניקוד בהתאם.
37.	נספח א' - תנאי המכרז	43.1.2/43.1.5	מבוקש להבהיר כי נוחות השימוש בסעיף זה תהייה בהתאם למחלקה בה ביקש בית החולים לבצע אוולואציה בהתאם לבקשה בסעיף 5 במסמכי ההודעה למכרז.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
38.	נספח א' - תנאי המכרז	43.1.4/43.1.7	מבוקש להבהיר מול איזו טכנולוגיה/דגם מכשיר תבוצע ההשוואה ולאילו פרמטרים.	במעבדה הביוכימית קיימים מכשירים של סימנס – ההשוואה תהיה לבקרות חיצוניות. בדיקת הדיוק תהיה מול בקרות חיצוניות והדירות מול ביצועי המכשיר עצמו. המוגלובין יבוצע מול מכשור המעבדה להמטולוגיה – DHX800 , אלקטרוליטים מול ADVIA של סימנס.
39.	נספח א' - תנאי המכרז	47	הוראת תכ"מ מס' 7.3.2 עוסקת בכללי הצמדה בהתקשרויות. האם ייתכן שנפלה טעות בהפניה להוראת תכ"מ הרלוונטית?	הסעיף עודכן לנוסח הבא: <b>"ועדת המכרזים תקבל החלטה האם לנהל משא ומתן או לא לנהלו לאחר שקבעה את קבוצת המציעים הסופית ולפני שקבעה מיהו הספק הזוכה, הכל בכפוף להוראת תכ"מ העדכנית בעניין"</b>
40.	נספח א' - תנאי המכרז	49	מבוקש לתחום את סכום סבבי המשא ומתן למספר סביר והגיוני ושאינו יעלה על 3 .	הסעיף יוותר ללא שינוי. לוועדת מכרזים הסמכות לנהל מספר סביבי משא ומתן בהתאם לשיקול דעתה הבלבדי, מתוך התכלית של קבלת ההצעות הטובות ביותר עבור עורך המכרז

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
41.	נספח א' – תנאי המכרז	52 + 53	מבוקש : 1. להבהיר כי המידע יישאר חסוי בפני גורמים שלישיים ומציעים אחרים במכרז. 2. להבהיר כי מרת"א אינה יכולה לדרוש מהמציע לגלות פרטים שאין להם קשר ישיר להתקשרות עם המציע/ההצעה של המציע.	הסעיפים יוותרו ללא שינוי
42.	נספח א' - תנאי המכרז	55	מבוקש להוסיף לאחר המילים "רשאי מרת"א" את המילים "לאחר שנתן לזוכה אפשרות סבירה לתקן את המידע שמסר".	הסעיף יוותר ללא שינוי
43.	נספח א' - תנאי המכרז	55	מבוקש להוסיף בסיפא "מובהר, כי לא תחולט ערבות המכרז אלא בכפוף למתן זכות טיעון למציע, וכי הסכום שיחולט לא יעלה על הנזק שנגרם למרת"א".	הסעיף יוותר ללא שינוי
44.	נספח א' - תנאי המכרז	57	מבוקש להוסיף בסיפא "ובלבד שמדובר במידע רלוונטי להתקשרות זו".	הסעיף יוותר ללא שינוי
45.	נספח א' - תנאי המכרז	59	מבוקש להוסיף לאחר המילה "משופרת" את המילים "ככל שיהיו מעוניינים בכך"	הסעיף יוותר ללא שינוי. ככל ויוחלט על ניהול משא ומתן עם המציעים הנמנים על קבוצת המציעים הסופית, רשאי כל מציע הנמנה על קבוצת המציעים הסופית להגיש הצעה מטיבה בסוף סבב קיום המשא ומתן, אך הוא לא יהא חייב בכך.
46.	נספח א' - תנאי המכרז	60	1. למה הכוונה ב"נמוך או גבוה באופן מהותי"? האם ניתן לפרסם את הטווח שמעליו או מתחתיו תיפסל ההצעה? 2. מבוקש למחוק את סיפא הסעיף – החל מהמילים "או מהמחיר שהוצא למרת"א ע"י ספקים בהתקשרויות קודמות...", שכן האומדן אמור להביא בחשבון את השיקולים האלו.	הסעיף יוותר ללא שינוי
47.	נספח א' - תנאי המכרז	64-69	מבוקש כי הסעיפים יוכפפו לדיני המכרזים.	הסעיף יוותר ללא שינוי
48.	נספח א' - תנאי המכרז	67	מבוקש להוסיף בסיפא, כי "החלטה כאמור תתקבל לא לפני שתיתן למציע זכות טיעון".	הסעיף יוותר ללא שינוי
49.	נספח א' - תנאי המכרז	68	מבוקש למחוק את הסעיף - לא ניתן לבטל את ההתקשרות בכל שלב ובוודאי לאחר שהספק הסתמך על ההתקשרות, התקשר עם צדדים שלישיים והוציא הוצאות בגינה.	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
50.	נספח א' - תנאי המכרז	68	מבוקש, כי לא יותנו תנאים חדשים אשר לא נקבעו במכרז.  יודגש, כי לא ניתן לפעול כאמור במסגרת מכרז, בוודאי לא כשמדובר בתנאים המשיתים על הזוכה עלויות ו/או מחוייבויות נוספות מאלו שנקבעו במסמכי המכרז.	הסעיף יוותר ללא שינוי
51.	נספח א' - תנאי המכרז	78	מבוקש להבהיר כי מרת"א היא רשאי לפסול את ההצעה לאחר שתינתן לספק האפשרות לתקן מספיק זמן מראש וזכות טיעון, ובכל מקרה לא לחלט את הערבות.	הסעיף יוותר ללא שינוי
52.	נספח א' - תנאי המכרז	78	מבוקש להוסיף בסיפא, כי "החלטה כאמור תתקבל לא לפני שתינתן למציע זכות טיעון".	הסעיף יוותר ללא שינוי
53.	נספח א' - תנאי המכרז	82	מבוקש לעדכן את הסעיף כדלקמן: "מרת"א רשאי לאחר פרסום המכרז <b>וזמן סביר טרם הגשת המכרז מטעם המציעים</b> , להכניס תיקונים, הבהרות...."	הסעיף יוותר ללא שינוי
54.	נספח א' - תנאי המכרז	83	<b>"מרת"א רשאי להחליט על בחירת מספר הצעות מתאימות תוך פיצול ההתקשרות או על בחירת חלק מההצעה. כמו כן, מרת"א רשאי לבחור בהצעה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר לפי פריט בודד או לפי המכלול, קרי: כלל הפריטים" (סל)</b> <b>שברכישתם יחדיו הינם בעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר."</b>  מבוקש להבהיר את הסעיף – כיצד יחול הפיצול? אילו אופציות לפיצול קיימות? והאם כוונת מרת"א כי הפיצול יהיה לפי אשכולות?  יובהר כי ככל שיש כוונה לבצע פיצול – מבוקש לשמור על הזכיה פר אשכול ולא לפצל בתוך האשכול את הזכיה.	ראו תשובתנו במס"ד 69
55.	נספח א' - תנאי המכרז	83	על מנת לשמור על עקרון השוויון וכדי שכללי המכרז יהיו ברורים מראש, נבקש לדעת מהם השיקולים שתשקול מרת"א בבחירת אחת מהאפשרויות המפורטות בסעיף – בחירת ההצעה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר לפי פריט בודד או לפי המכלול.	הסעיף יוותר ללא שינוי. לוועדת מכרזים נתונה הסמכות לבחור במציע הזוכה בהתאם לתנאי המכרז, ובכפוף לדיני מכרזים, ונימוקיה יפורטו בפרוטוקול הוועדה

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
56.	נספח א' – תנאי המכרז	86	מבוקש למחוק את הסעיף.  המציע זכה במכרז בהסתמך על האמור במסמכי המכרז – המהווים חלק מהותי ובלתי נפרד מההליך, ולא ניתן לבטלם.  ראו גם בהקשר זה כי במסמכי המכרז עצמם, נספח ה"והואיל" השלישי- מצוין כי:  <b><u>והואיל: והספק הגיש הצעתו וזכה במכרז שפורסם בעניין הסכם זה בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של מרת"א והתחייב לפעול ולספק את הטובין מושא המכרז בהתאם להוראות המכרז, הצעתו על כל נספחיה והצהרותיו.</u></b>  מבוקש למחוק הסעיף מהסיבות שפורטו. הוראה זו אינה מתאימה להסכמים שהינם פרי מכרז, בהם מסמכי המכרז הכתובים הינם מרכיב חשוב ולא ניתן להתעלם מהם.	הסעיפים יוותרו ללא שינוי
57.	נספח א' – תנאי המכרז	91	מבוקש להוסיף לאחר המילים "לכל דבר ועניין" את המילים "הנוגע לתנאי מכרז זה בלבד".	הסעיף יעודכן לנוסח הבא:  "הצעתו של הכשיר השני תמשיך להיות תקפה ותחייב אותו לכל דבר ועניין, וכן חתימתו על חוזה ההתקשרות (כחלק מהצעתו) תמשיך להיות תקפה ותחייב אותו לכל דבר ועניין הנוגע למכרז זה לתקופה של 6 חודשים מהמועד בו הוכרז על ספק זו"
58.	נספח א' – תנאי המכרז	91	נבקש כי פרק הזמן המדובר בסעיף יעמוד על 6 ולא 12 חודשים מהמועד בו הוכרז ספק זוכה.	הסעיף יעודכן לנוסח הבא:  "הצעתו של הכשיר השני תמשיך להיות תקפה ותחייב אותו לכל דבר ועניין, וכן חתימתו על חוזה ההתקשרות (כחלק מהצעתו) תמשיך להיות תקפה ותחייב אותו לכל דבר ועניין הנוגע למכרז זה לתקופה של 6 חודשים מהמועד בו הוכרז על ספק זו"

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
59.	נספח א' – תנאי המכרז	99	מבוקש למחוק את המשפט האחרון בסעיף, המתחיל במילה "מציע" ומסתיים ב"הפסד" – ביה"מ הינו בעל הסמכות לקבוע בעניין זה.	הסעיף יותר ללא שינוי
60.	נספח א' – תנאי המכרז	100	בתוך איזה פרק זמן לאחר הזכייה יהיה מרת"א ראשי לבטל את הזכייה? מבוקש להגביל את פרק הזמן האמור.	עד 30 יום מראשית ההתקשרות.
61.	נספח א' – תנאי המכרז	100.1	בעניין "התקיים פגם.. בבחירת ההצעה הזוכה" - מבוקש כי טרם ביטול המכרז תינתן לספק זכות טיעון והזדמנות סבירה לתיקון הפגמים.	הסעיף יותר ללא שינוי
62.	נספח א' – תנאי המכרז	102	מבוקש למחוק את המילים "הפסקתו, הקפאתו, עיכובו, שינוי תנאיו או ביטולו" - לא ניתן לבטל את ההתקשרות לאחר שהספק הסתמך על ההתקשרות, התקשר עם צדדים שלישיים והוציא הוצאות בגינה.	הסעיף יותר ללא שינוי
63.	נספח א' – תנאי המכרז	103	מבוקש כי הסעיף יוכפף לדיני המכרזים.	הסעיף יותר ללא שינוי
64.	נספח א' – תנאי המכרז	104	מבוקש להוסיף לאחר המילה "נוק" את המילה "ישיר"; מבוקש ליתן זכות טיעון לספק והזדמנות לתקן את הצעתו.	הסעיף יותר ללא שינוי
65.	נספח א' – תנאי המכרז	114	מבוקש להבהיר כי תשולם לזוכה תמורה בגין העבודות שכבר בוצעו על ידו.	הסעיף יותר ללא שינוי
66.	נספח א' – תנאי המכרז	115+116	מבוקש להוסיף בסיפא "ואמנם מרת"א לא יסרב להעברה/הסבה וכד' ככל שיש צורך בכך, אלא מטעמים סבירים בלבד".	הסעיף יעודכן לנוסח הבא : "מרת"א יהא רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה ו/או הסבה ו/או המחאה ו/או דיספוזיציה כאמור לעיל מטעמים סבירים בלבד. כל העברה ו/או הסבה ו/או המחאה ו/או דיספוזיציה אחרת כאמור שלא תקבל את אישורו בכתב של מרת"א, תהיה בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה שום תוקף"
67.	נספח ב' – טופס הגשת הצעות	10 14+	מבוקש להסיר את הסעיף בהיותו בלתי סביר - לא ניתן להסתמך על המחיר הנקוב בהצעת המחיר המתייחס להיקף מסוים של רכישת טובין המוצעים במסגרת המכרז, אל מול היקף רכישה שונה לחלוטין.  לחלופין, מבוקש ליתן הערכה של כמות הציוד שתרכש מכל ספק זוכה.	הסעיפים יותרו ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
68.	נספח ב' – טופס הגשת הצעה	13	מבוקש להבהיר כי המציע רשאי לסרב לפניית מרת"א לאחר 12 חודשים, שכן לא ייתכן כי הצעת המציע תהא תקפה לתקופה בלתי מוגבלת.  כן מבוקש למחוק את המילים "ולמרת"א גם הזכות להאריך מועד זה".	הסעיף יעודכן לנוסח הבא :  "הננו מצהירים, כי הצעתנו היא הצעה בלתי חוזרת וידוע לנו כי גם אם לא נוכרז כספק זוכה במכרז, הצעתנו תעמוד בתוקף לכל עניין ודבר למשך פרק הזמן הקבוע בתנאי המכרז לעניין תוקף ההצעות, ולמרת"א גם הזכות להאריך מועד זה, בכפוף להסכמת המציע."
69.	נספח ב' –  (חלק 2) - הצעת מחיר + תנאים מיוחדים	13	כאמור, מבוקש לחדד כי פיצול ההתקשרות יהיה לפי אשכולות. כלומר, הספק הזוכה באשכול ייתן מענה לכל הבדיקות/מחלקות/מעבדות באותו האשכול ולא יחול פיצול עם ספק נוסף באותו האשכול.	הסעיף יעודכן לנוסח הבא :  "מרת"א רשאי להחליט על בחירת מספר הצעות מתאימות תוך פיצול ההתקשרות או על בחירת חלק מההצעה. כמו כן, מרת"א רשאי לבחור בהצעה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר לפי אשכול בודד או לפי המכלול. לא יהיה פיצול זכיה פר אשכול, והמציע הזוכה, פר אשכול מחויב לתת מענה לכל הבדיקות/מחלקות/מעבדות באותו האשכול."

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
70.	נספח ב' (חלק 2) - הצעת מחיר + תנאים מיוחדים	8 18	<p>"הצעת המחיר בה ינקוב המציע תהא ללא מע"מ, המציע מחויב להגיש הצעה זהה לאשכול א' ולאשכול ב', נקב המציע מחירים שונים לאשכולות כאמור, יהא מרת"א רשאי לקבוע את מחירים של שני האשכולות בהתאם למחיר הנמוך אשר ננקב על ידי המציע. מחיר זה יחייב את המציע לכל דבר ועניין וקביעת מרת"א בעניין זה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור."</p> <p>לפי מסמכי המכרז, כמות הבדיקות והמכשירים באשכול א' ואשכול ב' <u>שונים באופן מהותי</u> – וכיוון שכך, הרי גם <u>מידת הרווחיות והתמחור שונים בכל אשכול.</u></p> <p>לצורך העניין -</p> <p><u>אשכול א'</u> - 19 מכשירים + 183,800 בדיקות.</p> <p><u>אשכול ב'</u> - מכשיר אחד + 13,200 בדיקות.</p> <p>בנוסף, במסגרת הצעת המחיר, יש לתמחר <u>בנפרד</u> כל אשכול (טבלאות התמחור).</p> <p>נוכח האמור, הקביעה כי "המציע מחויב להגיש הצעה זהה לאשכול א' ולאשכול ב', נקב המציע מחירים שונים לאשכולות כאמור, יהא מרת"א רשאי לקבוע את מחירים של שני האשכולות בהתאם למחיר הנמוך אשר ננקב על ידי המציע" – אינה הוגנת וגורעת מיכולת המציע לבצע תמחור מיטבי למכרז.</p> <p>נבקש לפיכך לאפשר הגשת הצעת מחיר שונה לכל אשכול.</p>	<p>הסעיף עודכן לנוסח הבא:</p> <p>"הצעת המחיר בה ינקוב המציע תהא ללא מע"מ"</p>
71.	נספח ב' (חלק 2) - הצעת מחיר + תנאים מיוחדים	13	<p>כאמור, מבוקש להבהיר ולחדד כי יהיה זוכה יחיד לכל אשכול וכי לא יהיה פיצול זוכים באשכול בודד.</p>	<p>ראו תשובתנו במס"ד 69</p>
72.	נספח ב' (חלק 2) - הצעת מחיר + תנאים מיוחדים	17.4	<p>האם ניתן לתת רשימת מתכלים ומזרקים אך להפריד את מחיר הבדיקה ומחיר המזרקים/קפילרות במידה והם לא מאותו יצרן?</p>	<p>ניתן ומבוקש להפריד את המחירים</p>

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
.73	נספח ב' (חלק 2) - הצעת מחיר + תנאים מיוחדים	17.4	האם ניתן להגיש הצעה ללא מזרקים / קפילרות במידה ולמציע אינו מחזיק בפריטים אלו ו/או פריטים אלו אינם מאותו יצרן?	מבוקשת הצעה כולל מזרקים. אם המציע אינו מחזיק מזרקים ו/או שאינם מאותו יצרן, יציע מזרקים מתאימים לבדיקה מיצרן אחר.
.74	נספח ב' (חלק 2) - הצעת מחיר + תנאים מיוחדים	17.4	אנו מבקשים לאשר מחיר שונה עבור אשכול א' ומחיר שונה עבור אשכול ב' – מאחר ובכל אשכול כמות המכשירים והבדיקות שונים באופן משמעותי ולאשר שבמידה ושני האשכולות יבחרו יחד יחול המחיר הזול	ראו תשובתנו במס"ד 70
.75	נספח ב' (חלק 2) - הצעת מחיר + תנאים מיוחדים	17.4	על מנת שנוכל להציע מחיר, מבוקש לציין את הערכתכם לכמות המזרקים הנדרשת.	הכמות נמצאת במענה בסעיף 1 לגבי כמות הבדיקות. (כמות שנתית 197,000 בדיקות לשנת 2022) לכמות המזרקים צריך לקחת בחשבון את כמות הבדיקות + 5% יותר מזרקים עבור כשלים בביצוע.
.76	נספח ב' (חלק 2) - הצעת מחיר + תנאים מיוחדים	17.4	<b>המחיר יהיה לבדיקה משודרת ויכלול את עלות המזרקים".</b>  מבוקש לשנות את הסעיף כך שהמזרקים לא יכללו בסעיף זה ועלותם לא תחול על הזוכה במסגרת תמחור "בדיקה משודרת" אלא בסעיף נפרד, פר מזרק/קבוצת מזרקים, מהסיבות שלהלן:  1. בקשת תמחור מזרקים במחיר בדיקה דומה, לצורך הדוגמה, לבקשה לתמחור מבחנות ומוצרי לקיחת דם לבדיקות כימיה <u>דבר שאינו סביר והוגן – שכן אלו מוצרים המשולמים בנפרד.</u>  2. האחריות לחלוקת מזרקים בין המחלקות השונות בבית החולים אינה יכולה לחול על הספק ולכן אין ביכולת הזוכה לבצע ניטור ומעקב אחר השימוש הסביר בהם. נוכח האמור, גם עולה קושי בהערכת עלותם לטובת מתן הצעה למכרז.	מבוקש לתמחר את המזרקים בכמות של מספר הבדיקות + 5% .  בית החולים אחראי על החלוקה ועל היעילות בשימוש.  ולכן אם יידרשו יותר מזרקים מעבר לכמות הבדיקות בתוספת 5%, בית החולים ירכוש אותם בנפרד.
.77	נספח ב' (חלק 2) - הצעת מחיר + תנאים מיוחדים	17.6-17.8	היכן ממלאים את הצעות המחיר לפריטים אלה?	הסעיף מבוטל

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
.78	תנאים מיוחדים	14	לא ברור באילו פיגורים מדובר, נבקש למחוק את הסעיף.	הסעיף מבוטל
.79	נספח ג' – מפרט טכני		צירפתם את מפרט טכני שמתייחס למערכת בלבד. נא לצרף מפרט טכני שמתייחס למזרקים הנדרשים.	מבוקש מזרק המכיל נוגדי קרישה בהמלצת היצרן.
.80	נספח ג' – מפרט טכני	2.8.2	מבוקש לשנות את הדרישה בהתייחס ל"ספר" תחזוקה ל"נהלי" תחזוקה (היצרן אינו מאפשר לשלוח את ספר התחזוקה מאחר ומכיל קודים אשר עלולים לשנות את אופן פעולת המערכת)	הסעיף מבוטל
.81	נספח ג' – מפרט טכני	2.8.6	לא צורף טופס "ניקוי חיטוי ועיקור" למסמכי המכרז – נבקש לצרפו.	הטופס התוסף לנספח ג' 1
.82	נספח ג' – מפרט טכני	2.8.8	נבקש את רשימת המחלקות וטלפון בכל אחת, לטובת תיאום ביקור בכל מחלקה על מנת למלא את ההתחייבות כמפורט בסעיף.	התקשורת תהיה מול הנציג שימנה בית החולים. לא מול המחלקות.
.83	נספח ד' – התחייבות המציע	1.1	מבוקש להבהיר כי מדובר על שבעה ימי עסקים.	הסעיף יוותר ללא שינוי
.84	נספח ד' – התחייבות המציע	1.7	האמור בסעיף הינו חריג ולא מקובל, נבקש למחוק או לחלופין לבצע אבחנה בין נסיבות שהינן בשליטת הזוכה וכאלו שאינן בשליטתו, לעניין תחולת הסעיף.	הסעיף יוותר ללא שינוי
.85	נספח ד' – התחייבות המציע	1.8	מאחר ותוקף הקרטרידגיים אשר מגיע מהיצרן עומד על 3-4 חודשים וזאת על מנת לשמור על יציבות המוצר, נוכל להתחייב על מלאי שוטף של כחודשיים. נבקש לשנות את הסעיף בהתאם.	הסעיף יעודכן לנוסח הבא : <b>"במידה ואזכה, אחזיק מלאי צריכה של 75 ימים לפחות עבור מרת"א במחסני ובהפרדה מהאספקה השוטפת לכלל הלקוחות ובהתאם לתנאי האחסון הנדרשים"</b>
.86	נספח ה' – הסכם	5.2	מבוקש למחוק בשורה הראשונה את המילה "בלבד" ולהחליפה ב"התאם לתיאום והסכמת המציע, ובלבד שתינתן לו האפשרות לשנות את הצעת המחיר", שכן התחייבות לספק ציוד במשך 5 שנים מבלי לחדש את התנאים איננה סבירה.	הסעיף יוותר ללא שינוי
.87	נספח ה' – הסכם	5.2	מבוקש כי תקופת האופציה תהא שנה ולא חלקי שנה, או לכל הפחות 6 חודשים	הסעיף יוותר ללא שינוי
.88	נספח ה' – הסכם	5.5-5.6	מבוקש למחוק את המילים "מכל סיבה שהיא"; ליתן נימוקים להחלטה על הפסקת ההתקשרות; וכן ליתן הזדמנות סבירה מספיק זמן מראש לתיקון וזכות טיעון.	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
89.	נספח ה' – הסכם	5.5/5.6/5.9	<p>עצם הזכייה במכרז מצריכה מהזוכה תשומות בעלות עלויות כספיות גבוהות מאוד (כ-20 מערכות לבדיקות גזים בדם), מאחר ומרת"א בחר בזוכה לאחר שבדק אותו בתקופת ההדגמה ואישר את הספק והמכשיר כזוכים, לא סביר ולא הוגן שמרת"א יבטל את ההתקשרות כמפורט בסעיפים.</p> <p>על כן, מבוקש למחוק את הסעיף או לקבוע עילות ביטול כמקובל (הפרה יסודית של ההסכם שלא תוקנה לאחר מתן שיהוי סביר לתקנה, פשט"ר וכדו'). לחילופין יש לקבוע פיצוי הולם לספק.</p>	<p>סעיף 5.6 מבוטל</p> <p>סעיף 5.5 עודכן לנוסח הבא</p> <p><b>"ששת (6) החודשים הראשונים לתקופת ההתקשרות הראשונה מהווים תקופת ניסיון ומרת"א יהא רשאי, בהודעה מראש של 7 ימים, להודיע לספק הזוכה על הפסקת ההתקשרות ככל והתרשם כי אין ביכולת נותן השירותים לעמוד בתנאי ההסכם, ובלבד וניתנה בידי נותן השירותים הזדמנות סבירה להוכיח למרת"א כי ביכולתו לעמוד בהוראות ההסכם ובמתן השירותים כדבעי"</b></p> <p>יתר הסעיפים יותרו ללא שינוי</p>
90.	נספח ה' – הסכם	5.5	<p>מבוקש להאריך את המועד למתן הודעה לספק הזוכה על הפסקת ההתקשרות, כך שיהיה 21 ימים מראש (ולא 7 ימים).</p>	<p>ראו תשובתנו במס"ד 91</p>
91.	נספח ה' – הסכם	5.6	<p>מבוקש להבהיר כי הזכות להשיב פרטים ולקבל את תמורתם היא קיצונית ביותר ולא מקובלת בהתקשרויות מול מרכז רפואי.</p> <p>לאמור האמור, מבוקש להבהיר כי הזכות להשיב פרטים ולקבל את תמורתם חזרה תהא שמורה למרכז הרפואי במקרים הבאים בלבד:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>בתקופה של חודש אחד לאחר תחילת ההתקשרויות;</li> <li>הודעת בטיחות/recall של יצרן המכשירים;</li> <li>הפרה מהותית של המציע הזוכה ביחס לתנאי ההסכם, שלא תוקנה תוך 30 יום מקבלת הודעה בגין ההפרה מהמרכז הרפואי;</li> <li>תקלה שנגרמה עקב מעשה ישיר של הספק, אשר לא מאפשרת כלל שימוש בו ואינו ניתן לתיקון.</li> </ol>	<p>ס"ק 5.6 מבוטל</p>

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
92.	נספח ה' – הסכם	5.8	1. מבוקש להסיר את הסעיף בהיותו בלתי סביר - לא ניתן להסתמך על המחיר הנקוב בהצעת המחיר המתייחס להיקף מסוים של רכישת טובין המוצעים במסגרת המכרז, אל מול היקף רכישה שונה לחלוטין.  2. כמו כן, מכרז חייב לשאת תוצאה אופרטיבית. כלומר, מרת"א מחויב לממש את ההתקשרות עם הספק הזוכה במכרז ולהזמין ממנו את הצידוד.	הסעיף יוותר ללא שינוי
93.	נספח ה' – הסכם	5.9	מבוקש למחוק את הסעיף - לא ניתן לבטל את ההתקשרות ללא פיצוי לאחר שהספק הסתמך על ההתקשרות, התקשר עם צדדים שלישיים והוציא הוצאות בגינה.	הסעיף יוותר ללא שינוי
94.	נספח ה' – הסכם	7.4	מבוקש להבהיר כי במקרה של החלפת נציג תינתן על כך הודעה מראש ובכתב לספק.	הסעיף יעודכן לנוסח הבא : <b>"מרת"א רשאי להחליף מעת לעת את הנציג ו/או הנציגים מטעמו ו/או להוסיף עליהם נציג או נציגים אחרים כאשר יעדכן את הספק מבעוד מועד."</b>
95.	נספח ה' – הסכם	9.2	מבוקש למחוק את המילים : <b>"וכי בכל מקרה לא יהיה במסירת המידע האמור כדי להטיל על מרת"א אחריות כלשהי או לגרוע או לפגוע בהתחייבויות הספק כמפורט בהסכם."</b>  מידע שמרת"א סיפק – הינו באחריותו, ולא ניתן להתנער מכך.	הסעיף יוותר ללא שינוי
96.	נספח ה' – הסכם	9.14	"הספק מצהיר כי ידוע לו שאינו רשאי להחליף ביוזמתו את בעלי המקצוע מטעמו ללא קבלת אישור מרת"א בכתב ומראש."  ככל ויוכרז הספק כזוכה, בעלי המקצוע הינם באחריותו והכשרתם תהיה בהתאם להנחיות היצרן, ובפועל אין למרת"א יכולת להתערב בעניינים אלו. נבקש לפיכך למחוק הסעיף.	הסעיף מבוטל
97.	נספח ה' – הסכם	9.16	מבוקש כי ההתחייבות שבסעיף תתקיים בהתאם לנסיבות וככל שניתן.	הסעיף יוותר ללא שינוי
98.	נספח ה' – הסכם	11.1	מבוקש להאריך את אספקת הטובין ל-60 ימי עבודה ממועד ביצוע ההזמנה.	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
99.	נספח ה' – הסכם	14.1	מבוקש למחוק את המילים "...משלבי יצורם..." – שהרי הספק אינו היצרן והייצור אינו נעשה בישראל ומשכך אין יכולת להתחייב כי קיימת אפשרות להיכנס לחצרות היצרן אשר בחו"ל לצורך הבדיקה כאמור בסעיף.	הרישא של הסעיף תעודכן לנוסח הבא : <b>"מבלי לפגוע בכל תנאי אחר מתנאי ההזמנה – מרת"א או בא כוחו, רשאי לבדוק את הטובין המוזמנים בשעת קבלתם, או אחרי קבלתם....."</b>
100.	נספח ה' – הסכם	14.2	נבקש להוסיף כי ככל ומרת"א יבקש לערוך בדיקה לטובין, בדיקה שכזו תהייה בתאום מראש ובנוכחות המציע.  בנוסף, במידה ומסיבה כלשהי תתגלה תקלה בטובין, יתאפשר למציע זמן סביר לטובת תיקונה.	הסעיף יוותר ללא שינוי

תשובת מרת"א	פירוט השאלה / הערה / בקשה	מס' סעיף	פרק/נספח	מס"ד
<p>סעיף 18 מעודכן כדלקמן:</p> <p>18.1. הספק, כתנאי להתקשרות עמו, ימציא למרת"א מסמך מקור של ערבות ביצוע אוטונומית בלתי מותנית: בנקאית או של חברת ביטוח בארץ או בחוץ לארץ, שברשותה רישיון מ"מורשי לידסי", על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, או של בעל רישיון למתן עברות בארץ, בהתאם למפורט בהוראת תכ"ס או של סולק בארץ בהתאם למפורט בהוראת תכ"ס, כשהערבות תהא בגובה של 1% מהיקף ההתקשרות כולל מע"מ. נוסח ערבות הביצוע יהא בנוסח המפורט במוסף א' להסכם, כמפורט להלן.</p> <p>18.2 הערבות תהא לטובת המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי, ובתוקף עד שלושה חודשים לאחר תום תקופת ההסכם, להבטחת קיום כל התחייבויות הזוכה לפי המכרז.</p> <p>18.3 ערבות זו תחודש בכל פעם שיוארך ההסכם למשך תקופת נוספת, לפי דרישת מרת"א, ותהא תקפה בכל הארכת התקשרות לתקופה של שלושה חודשים מתום תקופת ההתקשרות, כאשר על הספק להמציא למרת"א מסמך מקור של כתב הארכת ערבות בכל עת בו תוארך הערבות. בהינתן ולא יוארך תוקף הערבות במועד, יהא זכאי מרת"א לחלט את הערבות וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו יהא זכאי מרת"א על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.</p> <p>18.4 מרת"א יהא רשאי לממש את הערבות, כולה או חלקה, בכל עת בה יפר הספק תנאי מתנאי ההסכם, וכן יהא רשאי לעכב בידיו, או לזקוף, לפי שיקול דעתו, כל סכום מדמי הערבות, כנגד כל חוב של הספק כלפיו, אף אם לא הגיע מועד פירעונו, והכל בכפוף למתן הזדמנות להספק להשמיע טענותיו בעל פה או בכתב, בטרם יקבל מרת"א החלטה בעניין.</p> <p>18.5 מימש מרת"א את הערבות, כולה או מקצתה, מתחייב הספק להמציא למרת"א, מיידית, ערבות בנקאית חדשה ומעודכנת לגובה סכום הערבות האחרון. דינה של הערבות הבנקאית המחודשת על פי סעיף זה כדין הערבות האמורה ברישא של סעיף זה, לכל דבר ועניין.</p> <p>18.6 לוועדת מכרזים מרת"א נתונה הסמכות במהלך תקופת ההסכם להחליט על הפחתת שיעור ערבות הביצוע, וזאת על יסוד שיקול דעתה הבלבדי שיושתת על מערך השיקולים המפורט בהוראת תכ"ס הרלוונטית בנושא ערבויות.</p>	<p>מבוקש למחוק את השורה האחרונה בסעיף: "בהינתן ולא יוארך תוקף הערבות...על פי כל דין." ולהבהיר כי במקרה בו לא תוארך הערבות מרת"א יהא רשאי לבטל את ההסכם לאחר שתינתן לספק האפשרות לתקן מספיק זמן מראש, ובכל מקרה לא לחלט את הערבות.</p>	18.3	נספח ה' - הסכם	101.
ראו תשובתנו במס"ד 101	<p>נבקש לתקן את נוסח הסעיף, כך שבשורה הרביעית, לאחר המילים "יהא זכאי מרת"א לחלט את הערבות", יתווספו המילים: "ובלבד שמרת"א התריע לספק בכתב על כוונתו לחלט את הערבות, והספק לא השיב לדרישה בתוך 5 ימים".</p>	18.3	נספח ה' - הסכם	102.

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
103.	נספח ה' - הסכם	18.4	נבקש לתקן את נוסח הסעיף, כך שבשורה הראשונה ימחקו המילים "ללא התראה מוקדמת". כמו כן, לאחר המילים "בכל עת בה יפר הספק תנאי מתנאי ההסכם", יתווספו המילים "ובלבד שמרת"א התריע בכתב לספק על כוונתו לחלט את הערבות, והספק לא השיב לדרישה בתוך 5 ימים". כמו כן, נבקש להוסיף בסיפא "והכל בהתאם לדין".	ראו תשובתנו במס"ד 101
104.	נספח ה' - הסכם	18.4	מבוקש למחוק את המילים: "ללא התראה מוקדמת בכל עת בה יפר הספק תנאי מתנאי ההסכם" וכן שתינתן לספק לפני החילוט האפשרות לתקן את ההפרה מספיק זמן מראש וכן זכות טיעון.	ראו תשובתנו במס"ד 101
105.	נספח ה' - הסכם	18.4	מבוקש כי תינתן התראה וכן זכות שימוע וכן שהות לתיקון הליקוי בטרם מימוש הערבות.	ראו תשובתנו במס"ד 101
106.	נספח ה' - הסכם	18.5	נבקש לתקן את נוסח הסעיף, כך שבשורה הראשונה תמחק המילה "מידית", ובמקומה יהיה כתוב "תוך 5 ימי עסקים".	ראו תשובתנו במס"ד 101
107.	נספח ה' - הסכם	19.1	מבוקש להוסיף בסיפא - "ואולם מרת"א לא יסרב ליתן את האישור המבוקש, אלא בנסיבות סבירות בלבד".	הסעיף יותר ללא שינוי
108.	נספח ה' - הסכם	19.6	נבקש כי בשורה השנייה ימחקו המילים "מבלי לנמק".	הסעיף יותר ללא שינוי
109.	נספח ה' - הסכם	20.1	מבוקש להוסיף בסוף המשפט את המילים הבאות: "ו/או בנסיבות שאינן תלויות בספק כגון שרפות, הצפות וכיוצ"ב"	הסעיף יותר ללא שינוי
110.	נספח ה' - הסכם	20.2	מבוקש להוסיף בסעיף כי בנוסף לאמור הספק לא אחראי לכל תקלה ו/או נזק שמקורם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של מרת"א ו/או מי מטעמו ו/או צדדים שלישיים ו/או כתוצאה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או הספק.	הסעיף יותר ללא שינוי
111.	נספח ה' - הסכם	20.2	נבקש להוסיף בשורה השנייה לאחר המילים זדוני "ו/או רשלני".	הסעיף יותר ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
.112	נספח ה' - הסכם	21.1	1. מבוקש למחוק בשורה הראשונה את המילה "לבדו"; 2. מבוקש להוסיף בסעיף כי בנוסף לאמור הספק לא יהיה אחראי לכל תקלה ו/או נזק שמקורם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של מרת"א ו/או מי מטעמו ו/או של צדדים שלישיים ו/או כתוצאה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או הספק; 3. מבוקש למחוק את המילים "ו/או הפסד ו/או אובדן";	הסעיף יוותר ללא שינוי
.113	נספח ה' - הסכם	21.2	1. מבוקש למחוק את המילה "לפצות"; 2. מבוקש להבהיר כי חובת השיפוי או הפיצוי המוטלת על הספק הנה החובה לשפות בלבד את מרת"א בגין סכומים שמרת"א תחויב לשלם על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו בעקבות תביעה בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש להם אחראי הספק על פי דין ובלבד שמרת"א יודיע לספק על התביעה ו/או הדרישה תוך זמן סביר מקבלתה, יאפשר לספק להתגונן מפניה וישתף עמו פעולה בהתגוננות כאמור. 4. מבוקש בשורה האחרונה להוסיף לאחר המילים "ושכר טרחת עורך דין" את המילה "סבירים".	הסעיף יוותר ללא שינוי
.114	נספח ה' - הסכם	21.3	מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבאות "אלא אם כן הנזק או האובדן נגרמו בזדון או רשלנות על ידי מרת"א ו/או מי מטעמו ו/או על ידי צדדים שלישיים".	הסעיף יוותר ללא שינוי
.115	נספח ה' - הסכם	21.3	מבוקש לבטל את סעיף 21.3. לחלופין, מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף: "למעט ככל שהנזק ו/או האובדן נגרמו בשל רשלנות או פעולה בזדון של מרת"א".	הסעיף יוותר ללא שינוי
.116	נספח ה' - הסכם	21.5	מבוקש להוסיף בסיפא "והכל על פי דין ובכפוף להודעה מוקדמת בכתב".	הסעיף יוותר ללא שינוי
.117	נספח ה' - הסכם	21.5	מבוקש כי בטרם הקיזוז תינתן לספק הודעה מראש וזכות טיעון וכי הקיזוז יהיה בגין סכומים מוכחים.	הסעיף יוותר ללא שינוי
.118	נספח ה' - הסכם	22	לאחר המילים "לבצע ולקיים" מבוקש להוסיף את המילים: "בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו" וכן למחוק את המילים "לטובת... סוראסקי".	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
119.	נספח ה' - הסכם	22	<p>6. סעיף 22 – לאחר המילים: "לבצע ולקיים" מבוקש להוסיף את המילים: "בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו" וכן למחוק את המילים: "לטובתו...סוראסקי"</p> <p>7. סעיף 22.1 – ביטוח חבות מעבידים:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 22.1.1 מבוקש להחליף את המילה: "החוקית" במילים: "ע"פ פקודת הנוקין [נוסח חדש] וחוק האחריות למוצרים פגומים התש"ס 1980"</li> <li>• 22.1.2 – מבוקש למחוק את המילים: "לא יפחת מ" וכן את המילה: "(שנה)"</li> </ul> <p>8. סעיף 22.2 – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 22.2.2 – מבוקש למחוק את המילים: "לא יפחת מ" וכן את המילה: "(שנה)"</li> </ul> <p>9. סעיף 22.3 – <b>ביטוח חבות מוצר</b>: מבוקש להוסיף "משולב עם אחריות מקצועית"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• סעיף 22.3.1 – מבוקש למחוק את הפסקה "כחלופה...כולל מדינת ישראל"</li> <li>• סעיף 22.3.1.1 – לא ברור למה הכוונה ב"מקלונים לבדיקת גזים בדם"?</li> <li>• סעיף 22.3.3 – מבוקש למחוק את המילים: "לא יפחת מ" וכן את המילה: "(שנה)"</li> <li>• סעיף 22.3.5 – מבוקש להוסיף את המילה: "בגין" לפני המילים: "כל הפועלים מטעמו"</li> </ul> <p>10. סעיף 22.4 – כללי:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• סעיף 22.4.1 – מבוקש להוסיף בסיפא "קוד 304"</li> <li>• סעיף 22.4.2 – מבוקש להחליף 60 ב- 30</li> <li>• סעיף 22.4.7 – מבוקש להוסיף בסיפא את המילים: "או כל נוסח מקביל לו"</li> <li>• סעיף 22.5 – מבוקש להחליף את המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת" במילים: "לעניין ביטוח חבות מוצר, למשך שלוש שנים נוספות מתום ההתקשרות"</li> <li>• סעיף 22.8 – מבוקש למחוק את המילים: "ועליו לבחון...בהתאם לכך"</li> <li>• סעיף 22.10 – מבוקש להוסיף בסיפא את המילים: "אולם אי המצאת אישור ביטוח לא תחשב כהפרה יסודית ככל וניתנה לספק התראה של 15 יום להמצאת אישור ביטוח והמציאו כנדרש"</li> </ul>	<p>1. סעיף 1 – הבקשה נדחית. יחד עם זאת אין באמור בכדי למנוע מהספק להסדיר את הביטוחים על שמו באמצעות חברת אם או חברת בת או חברה קשורה.</p> <p>2. סעיף 22.1</p> <p>a. הבקשה מקובלת.</p> <p>b. מקובל כי המילה: "לשנה" תמחק. בסעיף 22.8 לאחר המילים: "לרבות היקף הכיסויים", יבוא: " תקופות הביטוח",</p> <p>3. מקובל כי המילה: "לשנה" תמחק. בסעיף 22.8 לאחר המילים: "לרבות היקף הכיסויים", יבוא: " תקופות הביטוח",</p> <p>4. סעיף 22.3 –</p> <p>a. הבקשה נדחית.</p> <p>b. סעיף 22.3 ינוסח מחדש כאמור בטיטת ההסכם המתוקנת</p> <p>c. סעיף 22.3.3 ינוסח מחדש כאמור בטיטת ההסכם המתוקנת</p> <p>d. הבקשה נדחית.</p> <p>5. סעיף 22.4 כללי –</p> <p>a. הבקשה נדחית. לא מדובר בהרחבת שיפוי.</p> <p>b. הבקשה נדחית.</p> <p>c. הבקשה נדחית.</p>
120.	נספח ה' - הסכם	22.1.1	מבוקש להחליף את המילה "החוקית" במילים: "על פי פקודת הנוקין [נוסח חדש] וחוק האחריות למוצרים פגומים התש"ס 1980"	הבקשה מקובלת.
121.	נספח ה' - הסכם	22.1.2	מבוקש למחוק את המילים "לא יפחת מ" וכן את המילה: "(שנה)"	מקובל כי המילה: "לשנה" תמחק. בסעיף 22.8 לאחר המילים: "לרבות היקף הכיסויים", יבוא: " תקופות הביטוח".
122.	נספח ה' - הסכם	22.2.2	מבוקש למחוק את המילים "לא יפחת מ" וכן את המילה "(שנה)".	מקובל כי המילה: "לשנה" תמחק. בסעיף 22.8 לאחר המילים: "לרבות היקף הכיסויים", יבוא: " תקופות הביטוח",
123.	נספח ה' - הסכם	22.2.5	מבוקש לבטל את הסעיף.	הבקשה נדחית.

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
124.	נספח ה' - הסכם	22.2.6	מבוקש כי לאחר המילים "מדינת ישראל", יירשם "משרד הבריאות, המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי". וכן להוסיף בסוף הסעיף את המילים "למעט רכוש עליו פועלים במישרין ורכוש בשליטה, חזקה ופיקוח".	הבקשה נדחית.
125.	נספח ה' - הסכם	22.3	ביחס לביטוח חבות מוצר - מבוקש להוסיף "משולב עם אחריות מקצועית".	מקובל כי ביטוח האחריות המקצועית יערך באופן משלב עם ביטוח חבות המוצר.
126.	נספח ה' - הסכם	22.3.1	מבוקש להוסיף לאחר המילה "בגין", את המילים " תביעה שתוגש נגד המבוטח לראשונה במשך תקופת הביטוח".	אין שינוי בנוסח. אין באמור בכדי לסרב לעריכת פוליסה המבוססת על מועד הגשת תביעה.
127.	נספח ה' - הסכם	22.3.1.1	לא ניתן לבטח את חבות היצרן במסגרת ביטוחי הספק ולא ניתן להמציא אישור מהיצרן - נבקש להסתפק בביטוחי הספק.	אין שינוי בנוסח הסעיף. עורך המכרז יהיה רשאי לוותר על הדרישה לאחר שיוצג לו לשביעות רצונו אסמכתאות מאת היצרן וסירובו למרות דרישת המדינה כלקוח. סעיף 22.3.1 תוקן בהתאם.
128.	נספח ה' - הסכם	22.3.1	מבוקש למחוק את הפסקה "כחלופה.. כולל מדינת ישראל"	הבקשה נדחית.
129.	נספח ה' - הסכם	22.3.3	מבוקש למחוק את המילים "לא יפחת מ" וכן את המילה: "(שנה)"	מקובל כי המילה: "לשנה" תמחק. בסעיף 22.8 לאחר המילים: "לרבות היקף הכיסויים", יבוא: " תקופת הביטוח",
130.	נספח ה' - הסכם	22.3.5	מבוקש להוסיף את המילה: "בגין" לפני המילים: "כל הפועלים מטעמו".	הבקשה נדחית.
131.	נספח ה' - הסכם	22.3.5	מבוקש כי במקום המילים "בגין נזק לגוף או לרכוש עקב פגם במוצרים אשר סופקו, הותקנו ותוחזקו על ידי הספק וכל הפועלים מטעמו" יבואו המילים "בגין אחריות הנובעת משיווק מוצריו של המבוטח".	הבקשה נדחית.
132.	נספח ה' - הסכם	22.4.1	מבוקש להוסיף בסיפא "קוד 304"	הבקשה נדחית. לא מדובר בקוד 304.
133.	נספח ה' - הסכם	22.4.2	מבוקש להחליף "60" ב-"30"	הבקשה נדחית.
134.	נספח ה' - הסכם	22.4.2	מבוקש כי במקום "60 יום" יירשם "30 יום".	הבקשה נדחית.
135.	נספח ה' - הסכם	22.4.6	מבוקש כי לאחר המילים "מדינת ישראל", יירשם "משרד הבריאות, המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי".	הבקשה מקובלת.
136.	נספח ה' - הסכם	22.4.7	מבוקש להוסיף בסיפא "או כל נוסח מקביל לו"	הבקשה מקובלת.
137.	נספח ה' - הסכם	22.5	מבוקש להחליף את המילים "וכל עוד אחריותו קיימת" במילים: "לעניין ביטוח חבות מוצר, למשך שלוש שנים נוספת מתום ההתקשרות".	הבקשה נדחית
138.	נספח ה' - הסכם	22.5	מבוקש למחוק את המילים "וכל עוד אחריותו קיימת", ובמקומן יבואו בסוף הפסקה המילים "בהתייחס לביטוח חבות המוצר, יחזיק הספק בביטוח למשך 3 (שלוש) שנים ממועד סיום ההתקשרות".	הבקשה נדחית

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
139.	נספח ה' - הסכם	22.6	לא ניתן להתחייב לכך, לפיכך מבוקש כי במקום המילים "לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח" יבואו המילים "בסמוך לתום תקופת הביטוח".	במקום: "שבועיים" יירשם: "שבעה ימים".
140.	נספח ה' - הסכם	22.7	מבוקש כי בסוף הפסקה הראשונה יירשם כי "מוסכם כי ככל שתבקש המצאת עותק פוליסות כאמור, הספק רשאי להמציא את עותקי הפוליסות ללא נתונים מסחריים."	הבקשה מקובלת. תוקנה טעות סופר בהפניה בסעיף 22.7
141.	נספח ה' - הסכם	22.8	מבוקש למחוק את המילים: "ועליו לבחון.. בהתאם לכך".	הבקשה נדחית.
142.	נספח ה' - הסכם	22.9	מבוקש: 1. למחוק את המילים "על פי החוזה"; 2. אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על הספק ומי מהבאים מטעמו אחריות מעבר לאחריות המוטלת עליהם על פי דין וכי אין באמור בו כדי לפטור את ביה"ח ו/או ניזוק כלשהו, והבאים מטעמם של הנ"ל מאחריות המוטלת עליהם על פי דין.	הסעיף יוותר ללא שינוי
143.	נספח ה' - הסכם	22.10	מבוקש להוסיף בסיפא את המילים: "אולם אי המצאת אישור ביטוח לא תחשב כהפרה יסודית ככל וניתנה לספק התראה של 15 יום להמצאת אישור ביטוח והמציאו כנדרש".	מקובל כי תבוא הסיפא: "אולם אי המצאת אישור ביטוח תוך 7 ימי עסקים מהחידוש לא תהווה הפרה יסודית ובלבד שהביטוחים חודשו תוך שמירה על הרצף הביטוחי ובהתאם להוראות הסכם זה.
144.	נספח ה' - הסכם	22.10	מבוקש כי בסיפא יוסף כי "למרות האמור לעיל, איחור של עד 10 ימים בהמצאת אישור הביטוח לא תיחשב כהפרה על פי סעיף זה".	מקובל כי תבוא הסיפא: "אולם אי המצאת אישור ביטוח תוך 7 ימי עסקים מהחידוש לא תהווה הפרה יסודית ובלבד שהביטוחים חודשו תוך שמירה על הרצף הביטוחי ובהתאם להוראות הסכם זה.

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
145.	נספח ה' הסכם	22.4 (חדש)	הבהרה מאת עורך המכרז	<p>הספק יבטח את הרכוש המובא על ידו ומטעמו למרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי במסגרת השירותים נשוא חוזה זה (לרבות כלי עבודה, הציוד, המערכות המובאות על ידו ומטעמו כלו עוד בבעלותו), כולל רכוש החלופי בבעלות הספק שיוצב באופן זמני במרכז הרפואי המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי (כלל ויידרש במסגרת השירותים נשוא החוזה) בביטוח מסוג אש מורחב או מסוג כל הסיכונים ציוד אלקטרוני בהתאם לאופי הציוד על בסיס ערך כינון, כולל כנגד סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע, פריצה ושידור.</p> <p>כחלופה לעריכת הביטוח, וככל ולא נערך הביטוח האמור או נערך בחלקו הספק פוטר מאחריות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי ועובדיהם מנזק ו/או אבדן אשר ייגרמו לרכוש כאמור ומתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אלו את מדינת ישראל – משרד הבריאות המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי ועובדיהם. הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.</p>
146.	נספח ה' - הסכם	23.4	מבוקש להוסיף בסיפא "והכל על פי דין ובכפוף להודעה מוקדמת בכתב".	הסעיף יוותר ללא שינוי
147.	נספח ה' - הסכם	27	מבוקש להבהיר - הן ביחס לסעיף זה והן ביחס לנספח הסודיות - כי חובת שמירת הסודיות לא תחול אם - המידע הוא נחלת הכלל ו/או מעצם טבעו ו/או מכח הדין אינו חסוי; מידע שהתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; מידע שהיה בידי הספק ו/או בידי עובדיו טרם ההתקשרות; מידע שחובה לגלותו על פי דין ו/או על פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת.	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
148.	נספח ה' - הסכם	28.1	מבוקש : 1. להבהיר כי בגין איחור באספקה עקב נסיבות שאינן תלויות בספק כגון כח עליון, מלחמות, מגפות, שביתות במשק או בנמלים וכיו"ב לא יוטלו על הספק הפיצויים המוסכמים הקבועים בסעיף זה. 2. להבהיר כי בכל מקרה תינתן לספק האפשרות לתקן את ההפרה מספיק זמן מראש וכן זכות טיעון טרם הפעלת חיוב פיצוי מוסכם. 3. מבוקש להפחית את גובה הפיצוי המוסכם שכן אינו מידתי ביחס להתקשרות.	העמודה השנייה בטבלה בסעיף 28.1 בוטלה  יתר הסעיפים יוותרו ללא שינוי
149.	נספח ה' - הסכם	28.1	מבוקש לבטל את הקנס אשר במס"ד 2 בטבלה " אספקת טובין שונה מדרישות המפרטו/או טובין פגומים".  כמקובל, הספק יספק את הטובין בהתאם להזמנה המתקבלת ממרת"א, כאשר בכל מקרה של טעות באספקה ו/או טובין שהגיע פגום יחליף הספק על חשבונו את הטובין.	העמודה השנייה בטבלה בסעיף 28.1 בוטלה  יתר הסעיפים יוותרו ללא שינוי
150.	נספח ה' - הסכם	28.3	מבוקש להוסיף לאחר המילה "הפרה" את המילים "בקשר עם סעיף 28.1 להסכם זה".	הסעיף יוותר ללא שינוי
151.	נספח ה' - הסכם	28.5	מבוקש להוסיף בסיפא "והכל על פי דין ובכפוף להודעה מוקדמת בכתב".	הסעיף יוותר ללא שינוי
152.	נספח ה' - הסכם	28.5	מבוקש כי בטרם הקיזוז של הפיצויים המוסכמים תינתן לספק זכות שימוע וכי מנגנון הפיצויים יופעל לאחר הפעלת שיקול דעת ומתן נימוקים.  כמו כן, מבוקש להוסיף בסיפא "בקשר להסכם זה".	הסעיף יוותר ללא שינוי

תשובת מרת"א	פירוט השאלה / הערה / בקשה	מס' סעיף	פרק/נספח	מס"ד
<p>סעיף 29 מעודכן כדלקמן:</p> <p>29.1. הפר הספק הפרה יסודית של הסכם זה, מרת"א יהיה רשאי להפסיק את החוזה עם הספק, במתן התראה בכתב של 7 ימים מראש והכל בכפוף למתן הזדמנות לספק להשמיע טענותיו בעל פה או בכתב, בטרם יקבל מרת"א החלטה בעניין (להלן: "הודעת הביטול"). מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יחשב גם כל אחד מן המקרים שלהלן בגדר הפרה יסודית של הסכם זה:</p> <p>29.1.1. הספק הפר איזה מהוראות הסכם זה, בהפרה יסודית או לחלופין בהפרה רגילה, אשר לא תוקנה על ידו תוך 45 יום מיום שנדרש לעשות כן.</p> <p>29.1.2. הספק חדל להיות נציג מורשה מטעם היצרן של המערכות ו/או הטובין ו/או המתכלים והוא אינו מוסמך כדין לייצגו בישראל בכל הקשור לתחזוקת המערכות ו/או מכר הטובין ו/או המתכלים, התקנתם תחזוקתם המלאה, והדרכה הדרושים להפעלתם המלאה והתקינה.</p> <p>29.1.3. כשהספק מסב את ההסכם כולו או מקצתו לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע הפרויקט, ללא הסכמת מרת"א מראש ובכתב.</p> <p>29.1.4. כשיש בידי מרת"א הוכחות להנחת דעת מרת"א, שהספק ו/או מי מטעמו מתרשל בכוונה בביצוע המכרז וההסכם.</p> <p>29.1.5. כשיש בידי מרת"א הוכחות להנחת דעת מרת"א, שהספק או אדם / גוף אחר בשמו של הספק, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דרוון או טובת הנאה כלשהי בקשר למכרז ו/או להסכם או לכל דבר הכרוך בביצועם.</p> <p>29.1.6. לספק או לחברה הקשורה ו/או קבלן משנה עיקרי עליהם נסמך הספק (ככל ורלוונטי), קיימת הערת "עסק חי" בדוח הכספי האחרון.</p> <p>29.1.7. בוטל תקן ו/או אישור כלשהו של הספק המתחייב ע"פ דין ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אישורים ממשרדי הממשלה, מכון התקנים, משרד הבריאות או משרד התעשייה והמסחר.</p> <p>29.1.8. כאשר משרד הבריאות ו/או כל משרד ממשלתי אחר הורה לו לעשות כן, וכן בכל מקרה בו ישונה חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשי"ד - 1994 וכל תקנות שהותקנו מכוחו, באופן שיש בו כדי להשפיע על ביצועו של חוזה זה.</p> <p>29.1.9. כאשר הספק אינו מתחיל בביצוע הפרויקט ו/או העבודות ו/או השירותים ו/או כשאין הוא ממשך בביצועם בהתאם להוראות המכרז והסכם זה, או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועם ללא הרשאה בכתב ממרת"א, ואינו מצוית תוך 72 שעות להוראות בכתב ממרת"א להתחיל או להמשיך בביצוע הפרויקט, העבודות, השירותים או כשהוא מבצע את הפרויקט, העבודות, השירותים, כשלדעת מרת"א אין שום סיכוי שישלים את הביצוע במועד ובהתאם להוראות המכרז והסכם זה, ואינו עושה את הסידורים הדרושים כדי להבטיח השלמת הפרויקט, העבודות, השירותים במועד.</p> <p>29.1.10. ניתן נגד הספק צו פירוק, או צו כינוס נכסים, או שמונה כנוס נכסים לחלק מהותי של רכושו, או שמונה מפרק זמני ו/או מנהל מיוחד על הספק או ניתן לגביו צו הקפאת הליכים, או אם הספק הינו ו/או עתיד להיות נשוא להסדר נושים - והכל במקרה שמינוי ו/או צו כאמור לא בוטל כליל תוך 60 ימים מיום הינתנו.</p> <p>29.1.11. הוטל עיקול על חלק מהותי מרכוש הספק, בין זה הנמצא באתר, כולו ו/או חלקו, ובין על כל רכושו אחר, המונע מההספק, לדעת מרת"א, את המשכו התקין של הפרויקט ו/או העבודות ו/או השירותים, כולם ו/או חלקם, או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם רשות שיפוטית כלשהי, לרבות, אך לא רק, משרד ההוצאה לפועל, לגבי רכושו הספק ו/או מקצתו, המונעת את המשכו התקין של הפרויקט ו/או העבודות ו/או השירותים, והעיקול או הפעולה כאמור, לפי העניין, לא הוסרו והופסקו כליל תוך 60 יום מיום הטלת העיקול או עשיית הפעולה.</p> <p>29.2. מבוטל.</p> <p>29.3. מעבר לאמור, הספק לא יהיה זכאי לכל סעד, תשלום, פיצוי או שיפוי מכל מין וסוג, והספק מותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלסעוד כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך כלפי מרת"א לרבות דרישות בשל אובדן מוניטין, אובדן רווח צפוי, פגיעה בעבודות עתידיות וכיו"ב. מובהר במפורש, כי חלקיות הביצוע בגינה יהיה זכאי הספק לתמורה, תיקבע על ידי מרת"א ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.</p>	<p>מבוקש כי תינתן לספק זכות טיעון קודם להחלטה לבטל את ההסכם.</p>	<p>29</p>	<p>נספח ה'- הסכם</p>	<p>153.</p>

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
.154	נספח ה'- הסכם	29.1	מבוקש להאריך את המועד למתן הודעה לספק על הפסקת ההתקשרות, כך שיהיה 21 ימים מראש (ולא 7 ימים).	הסעיף יוותר ללא שינוי
.155	נספח ה'- הסכם	29.1.11	מבוקש להוסיף בסיפא "והכל בכפוף להודעה מוקדמת בכתב ובהתאם לדין".	הסעיף יוותר ללא שינוי
.156	נספח ה'- הסכם	29.2	לא ברור באיזה סעיף "החזרת פריטים" מדובר, אנה הפניה מסודרת.	הסעיף מבוטל
.157	נספח ה'- הסכם	29.3	מבוקש למחוק את הסעיף או לחלופין למחוק את הסיפא של הסעיף – החל מהמילים "תיקבע על ידי מרת"א ועל פי שיקול דעתה הבלעדי".	הסעיף יוותר ללא שינוי
.158	נספח ה'- הסכם	30.1	מבוקש להוסיף לאחר המילה "יישא" את המילים "על פי דין" וכן למחוק את המילה "הבלעדית".	הסעיף יוותר ללא שינוי
.159	נספח ה'- הסכם	31.1	מבוקש להבהיר כי רק שינויים בספק שיש בהם להשפיע על ביצוע ההסכם ידווחו למרת"א.	הסעיף יוותר ללא שינוי
.160	נספח ה' - הסכם	32.2	מבוקש כי מרת"א יעדכן מראש ובכתב את הספק אודות כל המחאה, שעבוד, משכון, הסבה של ההסכם - בחלקו או במלואו.	הסעיף יוותר ללא שינוי
.161	נספח ה' - הסכם	34.2	מבוקש להבהיר כי לפני קיזוז/עיכוב כאמור בסעיף זה תינתן לספק זכות טיעון ואפשרות להתגונן, וכי הקיזוז יהא בגין סכומים מוכחים בלבד.	הסעיף מעודכן כדלקמן : "מרת"א יהא רשאי לקזז או לעכב כל תשלום או פיצוי שיגיעו לו על פי הסכם זה מכל תשלום המגיע או שיגיע להספק על פי הסכם זה או על פי חוזים אחרים וכן יהא רשאי לעכב כל נכס, ציוד או מתקן, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות הספק כלפיו על פי ההסכם או על פי הסכמים אחרים שבין הצדדים והכל בכפוף למתן הזדמנות לספק להשמיע טענותיו בעל פה או בכתב, בטרם יקבל מרת"א החלטה בעניין."
.162	נספח ה' - הסכם	34 (סעי' 34.1 + 34.2)	סעיף 34.1 שולל מהזוכה זכות קיזוז ו/או עיכוב, ואילו סעיף 34.2 מקנה למרת"א זכות קיזוז ו/או עיכוב. מבוקש שהסעיף יהיה הדדי – קרי, או שהן לספק והן למרת"א תהיה זכות קיזוז ו/או עיכוב או שלשניהם לא תהיה זכות כאמור.	הסעיף יוותר ללא שינוי
.163	נספח ה' - הסכם	35.2	מבוקש לבטל את הסעיף.	הסעיף מבוטל

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
164.	נספח ה' - מוסף ב'	אישור קיום ביטוחים	1. אישור הביטוח ריק מתוכן, ללא קודים וגבולות אחריות. ככל וישנן דרישות ביטוח, מבוקש לציין מפורשות מה הן. 2. מבוקש לקבל אישור ביטוח חדש בהתאם להנחיות הפיקוח מיום 1.2.2023. מבוקש לאשר להגיש פוליסה משולבת – חבות מוצר ואחריות מקצועית.	מוסף ב' - יימחק. אישור יוצג בהתאם לביטוחים שנדרשו בסעיפי הביטוח ובכפוף להוראות רשות שוק ההון ביטוחי וחסכון בדבר אישורי ביטוח כפי שיהיו בתוקף במועד הפקתו.
165.	נספח ה' - מוסף ב'	אישור קיום ביטוחים	יש להעביר טופס אישור קיום ביטוחים בהתאם לנוסח החדש בהתאם להוראות הממונה על הביטוח.	מוסף ב' - יימחק. אישור יוצג בהתאם לביטוחים שנדרשו בסעיפי הביטוח ובכפוף להוראות רשות שוק ההון ביטוחי וחסכון בדבר אישורי ביטוח כפי שיהיו בתוקף במועד הפקתו.
166.	נספח ה' - מוסף ב'	אישור קיום ביטוחים	מבוקש כי תחת מבקש האישור הראשי תירשם כתובת ומספר תאגיד כנדרש.	מוסף ב' - יימחק. אישור יוצג בהתאם לביטוחים שנדרשו בסעיפי הביטוח ובכפוף להוראות רשות שוק ההון ביטוחי וחסכון בדבר אישורי ביטוח כפי שיהיו בתוקף במועד הפקתו.
167.	נספח ה' - מוסף ב'	אישור קיום ביטוחים	מבוקש כי ככל וישנם גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור יצוינו פרטים מלאים של כל הנ"ל בהתאם להנחיות.	מוסף ב' - יימחק. אישור יוצג בהתאם לביטוחים שנדרשו בסעיפי הביטוח ובכפוף להוראות רשות שוק ההון ביטוחי וחסכון בדבר אישורי ביטוח כפי שיהיו בתוקף במועד הפקתו.
168.	נספח ה' - מוסף ב'	אישור קיום ביטוחים	אישור ביטוח: אישור הביטוח אינו ע"פ הפורמט המעודכן- נבקש לקבל אישור ביטוח חדש ע"פ הנחיות הפיקוח. יש למלא את דרישות הביטוח שכן האישור ריק מתוכן – נבקשם לצרף את האישור הרלוונטי להחתמת המבטח.	מוסף ב' - יימחק. אישור יוצג בהתאם לביטוחים שנדרשו בסעיפי הביטוח ובכפוף להוראות רשות שוק ההון ביטוחי וחסכון בדבר אישורי ביטוח כפי שיהיו בתוקף במועד הפקתו.
169.	נספח ו' – אישור הגורם המקצועי כי הטובין המוצע כשיר לשימוש במרת"א.		מאחר ויש להגיש את נספח ו' לאחר מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז, נבקש לאפשר להגיש נספח זה באמצעות דוא"ל, בנפרד ממסמכי ההצעה ולאחר ביצוע ההדגמה.	מאושר
170.	נספח ו' – אישור הגורם המקצועי כי הטובין המוצע כשיר לשימוש במרת"א.		מי הגורם (שם ותפקיד) במרת"א אותו צריך להחתים על נספח זה?	מנהל אגף המעבדות

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
171.	נספח ז	2	במסגרת מתן פרטי לקוחות כאנשי קשר ממליצים, נדרש למלא גם <u>היקפים כספיים</u> של ההתקשרות עימם. <u>לא ברור לשם מה נדרש המידע</u> – מדובר בחשיפת תכנים מסחריים שאיננה רלוונטית לסעיף (אנו נוכל לציין מה סופק ללקוח מבחינת מכשור, ערכות וכיוצב''). נוכח האמור, נבקש למחוק דרישה זו.	מקובל. הטבלה עודכנה
172.	נספח טו' – הצהרת סודיות	3	מבוקש להוסיף לאחר המילים "כל עוד לא הפכו להיות נחלת הכלל" את המילים "ו/או מעצם טבעו ו/או מכח הדין אינו חסוי; כל עוד לא מדובר על מידע שהתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; כל עוד לא מדובר על מידע שהיה בידי החברה ו/או בידי עובדיה טרם ההתקשרות; כל עוד לא מדובר במידע שחובה לגלותו על פי דין ו/או על פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת".	הסעיף יוותר ללא שינוי
173.	נספח יז	59	האם ניתן לקבל אינפורמציה נוספת בנוגע לכלי האינטגרציה המבוקש ע"י מרת"א? האם מספיק שכלל המידע אודות הבדיקה מועבר מהתוכנה ל LIS באמצעות דרייבר?	נספח יז הינו הטופס הרגיל שעל כל מי שמוכר לנו ציוד רפואי למלא על פי התשובות אנו יודעים איזה מידע יכול לעבור ואיך
174.	נספח טז		האם אפשר לקבל בקובץ וורד או בקובץ נעול עם שדות פתוחים במקומות הייעודיים להשלמה.	כלל מכרזי מרת"א מופצים בקובץ PDF בלבד

**בכבוד רב,  
יורם הלוי  
מנהל יחידת מכרזים**