



5/10/2023

לכבוד ועדת המכרזים – כאן

הנדון: נקזים לדרכי המרה

הנקז המיוצר ע"י חברת COOK אשר מיובא ע"י חברת גטר הינו ייחודי מהסיבות הבאות:

1. עשוי סיליקון אשר מאפשר גמישות מרבית ללא קיפולים
2. הידרופילי ולכן בעל עבירות גבוהה בכל סיטואציה קלינית
3. ניתן להוסיף לו חורים באופן ידני וכך להתאים אותו לכל חולה וחולה
4. עם סימון רדיו-אופקי לציון החור האחרון בנקז
5. קיים דגם עם מקטע חורים ארוך יותר

אין נקז אחר בשוק העונה לדרישות אלו. לכן ממליץ לאשר את החברה הזו כספק יחיד.

ד"ר יצחק קורי  
מנהל היחידה לרדיולוגיה פולשנית  
מ"ג 3098

בברכה,

ד"ר יצחק קורי

מנהל היחידה לרדיולוגיה פולשנית