

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	29.11.23

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095093118	מכשיר לייזר CO2 NEW SCANNER SYSTEM 30W

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מרפאל ג'רסי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	אלמה לייזר
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	512836172
מספר ספק בשיבא	17106
ספק זה הינו:	_____ √ _____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	100,000 שח' + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

13 בנובמבר 2023
מספרנו: הני"ר/2023-0395
תיק: 1110

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' רכש

הנדון: מרכז לטכנולוגיות מתקדמות – חוו"ד לרכישת לייזר CO2

א. תעודת השבתה מס' 401-2023 + דוא"ל מר גיל דר מיום 13.11.2023
ב. דוא"ל דר' מרדכי חרץ מיום 14.11.2023

1. בשימוש המרכז לטכנולוגיות מתקדמות מכשיר לייזר CO2, דגם I PIXEL CO2, מס' סד' CO92S0111 תוצרת חברת ALMA LASER (ME043494).

בעקבות הודעה על תקלה, נקראה חברת אלמה לייזר ספקית המכשיר, למתן דיאגנוזה לגבי התקלה. החברה הבהירה כי זרוע המכשיר תקולה ונדרש להחליפה. **עלות ההחלפה 46,725 ₪ + מע"מ.**

2. עקב עלות התיקון הגבוהה ולצורך קבלת החלטה לגבי סטטוס המכשיר, נעשתה פנייה לחברות אלמה לייזר ואלדן לקבלת הצעותיהן למכשיר חדש.

א. חברת אלמה לייזר הציעה כחלופה למכשיר התקול רכישת מכשיר חדש מתקדם יותר מדגם CO2 New Scanner System 30W בעסקת TRADE-IN למכשיר בלבד ללא הידיות (הידיות קיימות), בעלות 100,000 ₪ + מע"מ. **הרכישה כוללת אחריות מלאה ל-3 שנים כולל על ידיות הלייזר (מלבד שבר) וכולל טיפולים למכשיר ע"פ הוראות היצרן.**
(לצורך השוואה - עלות מכשיר ללא עיסקת טרייד אין - 178,000 ₪ + מע"מ).

ב. חב' אלדן הציעה מכשיר חדש דגם AcuPulse System Frame בעלות 332.561 ₪ + מע"מ עם אחריות לשנה אחת.

ג. לאור הנתונים שהוצגו אין כדאיות כלכלית לתיקון המכשיר ולפיכך הושבת.

ד. יש לממש הצעת חברת אלמה לייזר הרצ"ב לרכישת חלופה בעסקת TRADE-IN.

ניתן לראות בחברת אלמה לייזר ספק יחיד לרכישה זו עקב יכולת השימוש עם הידיות הקיימות במערכת החדשה. לא ניתן לחבר ידיות מיצרן אחר זולת יצרן המערכת, מצורפת חוו"ד של המשתמש דר' חרץ.

הערות רכישה ואספקה:

- על ההזמנה לכלול אחריות מאלמה ל-3 שנים כולל על ידיות הלייזר (לא כולל שבר). תקופת האחריות תכלול ביצוע טיפולים תקופתיים בהתאם להוראות יצרן ובסיום כל שנת אחריות.
- על ההזמנה לכלול ספרות מקצועית הפעלה ושירות אשר תסופק עם המכשור במדיה דיגיטלית.
- על הספק להתחייב למתן הדרכה לצוות המטפל וכן מתן הדרכה לצוות הטכני של שיבא.

ב ב ר כ ה,
ג'רסי רפאל
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעות מחיר + תעודת השבתה

העתקים: דר' מרדכי חרץ
גבי צדוק חופית