

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

10 בדצמבר 2023
מספרנו: הני"ר/0422-2023
תיק: 1120-9

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: מח' כוויות – חו"ד לרכישת מוניטור מטבולי תוצרת חב' GE

תעודת השבתה מס' 438-2023

בשימוש מח' כוויות מערכת ניטור תוצרת חב' GE הכוללת מודולים לסוגיהם השונים.

2 מודולים מטבולי ים CO₂/O₂, דגם E-COVX, מס' סד' 6976220 + 6979558 (ME04441+ME04445) תקולים ולא ניתנים לתיקון עקב חוסר בחלפים ובתמיכה.

רצי"ב הצעת לבנט מס' PQ23L01454 לרכישת מודול מדגם E-SCOVX המחליף את הדגם שהושבת אותה יש לממש בכמות 2 יח'.

ניתן לראות ביצרון ובנציגותו חב' לבנט ספק יחיד לרכישה זו. לא ניתן להשתמש במודולים מיצרון אחר זולת יצרון מערכת הניטור.

בברכה,
ענבר אמוץ-טוישן
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תעודת השבתה + הצעת מחיר

העתק: מר קדוש גדעון