

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

5 בדצמבר 2023
מספרנו: הני"ר/2023-0413
תיק: 15-1111

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: **ניתוחי לב/ טיפול נמרץ –**
חוו"ד לרכישת מחמם דם ייעודי למערכת אקמו תוצרת MEDOS בעקבות השבתה
תעודת השבתה 427-2023

1. בהמשך לסימוכין, מערכת אקמו תוצרת MEDOS אשר נמצאת בשימוש במחלקת טיפול נמרץ ניתוחי לב כוללת מחמם דם אשר ניזוק באופן בלתי ניתן לתיקון.
מחמם מדגם DELTA STREAM HC תוצרת MEDOS מספר ME061572.
2. לשם הפעלה מלאה ותקינה של המערכת, נדרש לבצע השלמה ולרכוש רכיב חדש חלופי.
3. המכשיר מיועד לפיזור חום לזרם הדם דרך ממברנה לשמירת חום גוף מטופל בטווח $33-39^{\circ}\text{C}$ וצריך להתאים למערכת ה-ECMO הן מבחינת נתונים טכניים והן מבחינת מידות והתאמה לעגלה.
4. מצורפת הצעה OF23005241 של חברת צמל למחמם דם תוצרת MEDOS (הדגם העדכני ביותר מטעם היצרן).
5. השלמת רכיבים במערכות האקמו מתבצעת באמצעות רכישת הדגם המתאים מיצרן מערכת האקמו ממספר טעמים: התאמה מיטבית של המחמם למערכת האקמו, אחריות יצרן על ממשק העבודה, התאמה לעגלה ולציוד, קבל שירות מלא למערכת מספק יחיד. בהתאם לכך, יש לראות ביצרן MEDOS ובנציגו ספק בלעדי לרכישה.

הערות רכישה ואספקה:

- ההצעה כוללת תקופת אחריות של 12 חודשים למערכת על כל מרכיביה, יש לכלול בהזמנה. תקופת האחריות תכלול ביצוע טיפולים תקופתיים בהתאם להוראות יצרן ובסמוך לסיום כל שנת אחריות.
- על ההזמנה לכלול ספרות מקצועית הפעלה ושירות אשר תסופק עם המכשור במדיה דיגיטלית.

בברכה,
ענבר אמוץ שושן
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתק: מר קציר יוגב