

טופס:		חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ	
התקשרויות ורכישות	פרק ראשי:	משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות 	
התקשרות בפטור ממכרז	פרק משני:		
7.6.3	הוראה מקשרת:		
7.6.3.1.ט	מספר טופס:		
01	מהדורה:		

אל: ועדת המכרזים

משרד הבריאות	משרד:
מרכז רפואי הלל יפה	יחידה מזמינה:
17/10/2023	תאריך:

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ**

הבקשה מסתמכת על תקנה  (29)3 /  (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם, "פטור מחובת המכרז", מס' 7.8.1 והוראת תכ"ם, "בחירת קיומם של ספקים ומזימים", מס' 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
התקשרות עבור התקנת רגשי טמפרטורה למקררים, מקפיאים, חדרי תרופות, חדרי קירור על-מנת לשמור על תכולת המקררים והמוצרים בהתאם לנוהל 126.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן  לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין  שירותים  ביצוע עבודה

שם הספק:	חברת 2 PLUS בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	ח.פ. 513419762
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	1 מש"ח
תקופת ההתקשרות:	5 שנים

טופס:		חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ	
משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות		פרק ראשי:	התקשרויות ורכישות
		פרק משני:	התקשרות בפטור ממכרז
		הוראה מקשרת:	7.6.3
		מספר טופס:	7.6.3.1.ט
		מהדורה:	01

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**  
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)


**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**

- האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
- ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
- נימוקים והערות נוספות

<p>1. במרכז הרפואי הלל יפה קיימת מערכת רגשי טמפרטורה של חברת <b>Stanley Healthcare &amp; 2plus Wireless Servicec</b> עבור ניטור טמפרטורה ולחות, למקררים, חדרי תרופות, חדרי קור, מקפיאים, אינקובטורים, מחסנים וכדומה. הכוללת בתוכה את כלל הפרמטרים העונים על הצרכים של המרכז הרפואי הלל יפה. כדוגמת:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• רגשים אלחוטיים המשדרים לרשת ה Wi-Fi</li> <li>• רגשים המשדרים ל- Beacon לרשת ולא להתחבר כ client</li> <li>• רגשים העונים על צורך של טווח טמפרטורות שבין 80°C ועד -200°C.</li> <li>• רמת הדיוק הנדרשת הינה ±0.5°C.</li> <li>• ניסיון התקנה ותמיכה של לפחות 5 שנים עם המערכת הרלוונטית.</li> <li>• ניסיון התקנה ותמיכה של לפחות 1000 רגשים של המערכת הרלוונטית.</li> <li>• זמינות בהקמת המערכת כולל השמשה של כמה עשרות רגשים דחופים בפרק זמן של שבוע מקבלת הציוד – טווח זמן מידי.</li> <li>• מחולל דוחות משוכלל.</li> <li>• תמיכה ושירות 24/7 מרחוק ובמרכז הרפואי במידת הצורך.</li> </ul> <p>2. המערכת של חברה זו מותקנת כבר במרכז הרפואי הלל יפה.</p> <p>3. מערכת של חברה זו הינה המערכת היחידה העומדת בכלל הקריטריונים.</p> <p>4. לאור האמור לעיל חברה זו הינה ספק יחיד.</p>

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	<p>המרכז הרפואי הלל יפה רויף גזרני מהנדס ראשי תפקודי הסמכות המקצועית</p>	<p>רויף גזרני</p>
חתימה	שם בעל הסמכות המקצועית	