

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	בריאות
יחידה מזמינה:	מגה לאב
תאריך:	14.02.24

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095080305	DXH 500

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מאיליה ברסלבסקי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

שם הספק:	סל"א
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520030362
מספר ספק בשיבא	1979
ספק זה הינו:	_____ √ _____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	126,000 שח' + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

1

10 בינואר 2024  
מספרנו: הני"ר/2024-0013  
תיק: 7-1128

לכבוד  
גב' גילי נעים  
**מח' הרכש**

**הנדון: מגה לאב – חו"ד לרכישת מכשיר סופר דם.**  
דוא"ל דר' רם דולמן מיום 15.11.2023

בהמשך לסימוכין נדרש לרכוש המכשיר שבנדון בכמות 2 יח' – 1 עבור מחלקת אם ועובר, 1 עבור בית חולים שדה.

במחלקת פגים של מרכז רפואי שיבא נמצא בשימוש מכשיר סופר דם מדגם DXH500 תוצרת חברת Beckman Coulter, לשביעות רצונם של הצוותים.

להלן דרישות המערכת מטעם מעבדת מגה-לאב:

- המערכת תכלול בדיקות ספירת דם: WBC, RBC, GB, PLT, MCV לפחות.
- האנליזה תתבצע באמצעות איסוף  $12\mu\text{l}$ .
- המערכת תתאים לשימוש במחלקה קלינית ולא בתנאים של מעבדה (זמן הפעלה, קלות הפעלה, מתכלים וכו').
- המכשיר יימצא באתרים שונים בארץ ויאפשר שליטה בו מרחוק ע"י צוותי מעבדת מגה-לאב, בהתאם לרגולציה המחייבת בשיטות המקובלות על ידי בית חולים שיבא.
- ניתן יהיה לחבר את המכשיר לתוכנת-תווד רמיסול, הפועלת במעבדת מגה-לאב.
- ניתן יהיה להשתמש בריאגנטים ומתכלים הזמינים למעבדת מגה-לאב דרך הסכמי מסגרת הקיימים.
- ניתן יהיה להשתמש בתמיכה טכנית מאת מעבדת מגה-לאב שכבר מוסמכים לתמוך במכשירים מהדגם הזה.

המערכת היחידה העונה לדרישות היא DxH500 תוצרת Beckman Coulter. דרישות אלו מותאמות למגוון הבדיקות הנדרשות לפגייה וליכולת לאסוף דם לבדיקה מפגים. לא ידוע למעבדה או למחלקה על דגמים נוספים העונים לדרישות (ראה סימוכין) בהתאם לכך ניתן לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה.

מצורף אישור יחידת המחשב להתקנה וקישור למערכות בית החולים.

מומלץ לממש הצעת מחיר PQ23R018700 של חברת רניום. סוג וכמות מתכלים בתיאום מול דר' דולמן.

**הערות רכישה ואספקה:**

- הצעת המחיר כוללת מכשיר ותמיסות הנדרשות להתקנה בלבד. יש לעדכן את היחידות הרלוונטיות במחלקת הרכש לטובת תכנון הזמנת מתכלים מול המחלקות הרלוונטיות.
- על ההזמנה לכלול תקופת אחריות של 24 חודשים למערכת על כל מרכיביה. תקופת האחריות תכלול ביצוע טיפולים תקופתיים בהתאם להוראות יצרן ובסמוך לסיום כל שנת אחריות.
- על ההזמנה לכלול הדרכה טכנית והדרכת משתמש עבור המכשיר.
- על ההזמנה לכלול ספרות מקצועית הפעלה ושירות אשר תסופק עם המכשור במדיה דיגיטלית.
- 

ברכה  
אילה ברסלבסקי  
מהנדס ביו-רפואה  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין+הצעת מחיר

העתקים: דר' רם דולמן  
דר' אלכסנדר ויסוקובסקי  
מר משה חמד