

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	20.03.24

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
10	1190113978	LAP TIP single pack (extended)
9	1190113960	LAP TIP single pack (standard)
8	1190113952	CUSA CLARITY 23KHZ ST TIP BOX5
7	1190113945	QUICK CONNECT TUBING BOX5
6	1190113937	CLARITY 23KHZ WRENCH BOX 5
5	1109927591	CLARITY 23KHZ RU BASE BOX1
4	1109927583	CLARITY 23KHZ STE TRAY
3	1109927575	CLARITY 23KHZ HANDPIECE
1	1095093563	NEW CUSA CONSOLE-SURGERY
2	1040029175	NEW CUSA CART

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

	מהנדסת ביו-רפואית	מיטל ביסטרי-פסח
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

26 בפברואר 2024
מספרנו: הני"ר/2024-0054
תיק: 1141

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: חדר ניתוח מרכזי-כירורגיה – חו"ד לרכישת מערכת Ultrasonic Tissue Ablation.

המערכת שבנדון משמשת לניתוחי כבד ונוירוכירורגיה ומאפשרת הסרת רקמה באמצעות אנרגיית אולטרסאונד בתדר נמוך. המכשור מבצע דיסקציה, סקשיין ושטיפה וכולל קונסולה, עגלה ייעודית, פדל הפעלה, ידיות (Handpiece), טיפים ואביזרים נוספים.

בחדר ניתוח מצויות שתי מערכות מדגם CUSA EXCEL 9 מתוצרת חברת INTEGRA אשר נרכשו בשנת 2018, כאשר לאחרונה הושבתה מעי ישנה יותר מדגם CUSA EXCEL 8.

בנוסף מצויים פריטי המכשור הבאים מתוצרת INTEGRA:

- 2 יחידות Handpiece 23 kHz המשמשות לניתוחי כבד
- 4 יחידות Handpiece 36 kHz המשמשות לניתוחים נוירוכירורגים

לאור השימוש המאסיבי בסוג המכשור הנ"ל, התיישנות הציוד והיכולת המוגבלת להמשיך ולתחזק את המערכות הקיימות רכישה של מערכת CUSA חדשה.

הדגם CUSA Clarity הינו הדגם המתקדם והמחליף ל- EXCEL 9. רצ"ב הצעת חברת "צמל יעקובסון" למערכת הכוללת קונסולה, עגלה וקטי ידית מסוג Handpiece 23 kHz (פריטים 3-5 בהצעה).

הובהרו ע"י דר' נחמני יתרונות הדגם CUSA Clarity על פני גרסאותיו הקודמות:

- ידית אחיזה קלה וארגונומית ביותר
- עבודה עדינה יותר על הרקמה, תוך אפשרות כיוונון עוצמת הפעולה באופן מדויק יותר.
- יחידת קצה לפרוסקופית ארוכה יותר באופן משמעותי, המספקת עבודה נוחה יותר באזור החלק העליון של הכבד.
- הרכבה פשוטה יותר של רכיבי המערכת.

מאחר ולא ידוע על ספק מקומי אחר למערכת אקוויולנטית לזו מתוצרת חברת INTEGRA, ולמען אחידות הציוד מהסוג הנ"ל בח.ג, כולל אופן תפעולו בידי הצוותים הכירורגיים, מומלץ לראות ביצרן זה באמצעות נציגו, ספק בלעדי לרכישה זו.

יש לממש הרכישה באמצעות הצעת מחיר מס' OF24000939 שניתנה ע"י חברת "צמל".

בברכה,
מיטל ביטורי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: דר' דינה אורקין
דר' עידו נחמני
גב' לירון דניאלי
מר יגאל כדורי