


התקשרויות ורכישות	פרק ראשי:	משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות	
התקשרות בפטור ממכרז	פרק משני:		
7.6.3	הוראה מקשרת:		
7.6.3.1.ט	מספר טופס:		
01	מהדורה:		

אל: ועדת המכרזים

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	בית החולים ברזילי
תאריך:	19.03.2024

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם, "פטור מחובת המכרז", מס' 7.8.1 והוראת תכ"ם, "בחירת קיומם של ספקים ומזמים", מס' 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
התקשרות עם ספק יחיד חברת זילברמן טכנולוגיות בנושא גזים רפואיים
פרוט השירות הוא: מרכזיות גיבוי חמצן, כלל שיקעי הגזים בבית החולים, ווסתים ועוד ציוד לגזים רפואיים

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

 ביצוע עבודה שירותים טובין

שם הספק:	זילברמן טכנולוגיות בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	510542202
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	250,000 ₪ שנתי
תקופת ההתקשרות:	שנת 2024



משרד האוצר
אגף החשב הכללי
תכ"ם - התקשרויות ורכישות

התקשרויות ורכישות	פרק ראשי:
התקשרות בפטור ממכרז	פרק משני:
7.6.3	הוראה מקשרת:
7.6.3.1.ט	מספר טופס:
01	מהדורה:

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

בבית החולים ישנם 48 מרכזיות גיבוי של חברת זילברמן . רובם מרכזיות ישנות ובלויות . עלות מרכזיה חדשה היא 30,000 ₪
חלקי החילוף למרכזיות אלו מסופקים אך ורק ע"י חברת זילברמן . המרכזיות הינם ייחודיות לספק זה והייצור שלהם הוא ע"י חברת זילברמן בלבד .
כמו כן ישנם ווסתים לגלילים גם 40 ליטר וגם 5 ליטר . כלל הווסתים שלנו בבית החולים הינם של חברת זילברמן . מדובר במאות של ווסתים הפרוסים בכלל מחלקות בית החולים ובמלאי שעת חירום שלנו .
כאשר ווסת מתקלקל אנחנו מחלקת גזים רפואיים משפצים אותו ובכך חוסכים כסף בקניית חדש . אביזרי ההחלפה הינם של חברת זילברמן בלבד . אין אפשרות לקנות אביזרים אלו מחברות אחרות .
בנוסף ישנם אלפי שקעי גזים רפואיים בכלל בית החולים השייכים לחברת זילברמן וחקי החילוף הם של חברת זילברמן בלבד ואין אפשרות לרכוש אביזרים אלו מספק אחר .
לכן . " במידה ולא יאושר המבוקש נצטרך לקנות מערכות חדשות בעלות מסתכמת של <u>מיליוני שקלים</u> (גם מרכזיות גיבוי וגם ווסתים) ותהליך זה ארוך ולא פותר את הצרכים השוטפים "

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה

טל פרץ
מנהל מערכות
מרכז פואר כרזול