

הערות ושאלות - מכרז לאספקה התקנה והפעלה של מקררי שימור קריאוגניים מדגמים שונים במרכז הרפואי המשולב ע"ש שיבא תל השומר מכרז מס' 12399665

מס"ד	שם המסמך	עמ'	מס' סעיף	שאלה / הבהרה	תשובה והתייחסות
1	נספח א - מפרט טכני	3	3	נבקש לעדכן כי סוללות גיבוי עבור מקררים בפאזה גזית בעלי בקר עם תצוגת מגע - TOUCH SCREEN עפ"י הגדות היצרן מספיקות ל- 48 שעות עבודה.	נכון – מאושר.
2	נספח א - מפרט טכני	5	5	הכיול מתבצע אך ורק על ידי לימוד הרגש את טמפ' הנוזל שהינו נתון ידוע ומתבצע עפ"י הוראות יצרן	מאושר.
3	נספח א - מפרט טכני	10	11א	נבקש לשנות: "יסופק ספרות היצרן להוראות תפעול ואחזקה באנגלית"	אנו מבקשים מסמך מקוצר ומתומצת (בדומה למה שמגיע עם המקרר) ולא תרגום של כלל חוברת התפעול.
4	נספח א - מפרט טכני	14	12.6 א	מבוקש כי לאחר המילים "5 שנות התקשרות" יתווסף "הארכת ההתקשרות תהיה בכפוף להסכמת הספק מראש ובכתב". מבוקש למחוק את המילים "לפרק זמן של שנתיים" וכי במקום זאת יבוא "למשך שנת ההתקשרות הראשונה". מבוקש למחוק את סיפת הסעיף החל מהמילים "בתום פרק זמן זה...". יובהר כי בכל מקרה לא ניתן להתחייב למחירים לתקופה ארוכה משנה.	סוגיה זו תידון ותסוכם במו"מ עם הזוכה.
5	נספח א - מפרט טכני	14	12.6 ג	נבקש לשנות: "כיול סנסורי הטמפ' ע"י הספק הזוכה יתבצע עפ"י הוראות יצרן על ידי לימוד הרגש את טמפ' הנוזל שהינו נתון ידוע" בכל מקרה הספק לא יבצע כיול באמצעות מד טמפ' מכויל ובתוקף.	ביצוע כיול סנסורי הטמפ' במעמד יצור המקרר יכול להתבצע ע"י היצרן (מק"ט : 20570663CAL). נדרשת תעודת כיול לכל סנסור טמפ'. לגבי הכיול לאחר שנת עבודה אחת – ניתן לבצע הכיול עלפי המלצות היצרן.
6	נספח א - מפרט טכני	14	12.6 ד	נבקש לעדכן 180 יום ממועד משלוח הזמנה יעודית. לוחות זמנים של היצרן והן של משלוחים מחו"ל משתנים מעת לעת. לא ניתן להתחייב לפחות.	מאושר ל-120 יום.
7	נספח א - מפרט טכני	15	12.6 יב	הפעלת מקרר פאזה נוזלית דורש הכנסת מערכת האחסון טרם מילוי בחנקן נוזלי. במידה ורכש המקרר ורכש מערכת האחסון תפוצל, באחריות המזמין תיאום בין הספקים למועד התקנה אחד בו יתקבל כל הציוד הדרוש.	מאושר.

הערות ושאלות - מכרז לאספקה התקנה והפעלה של מקררי שימור קריאוגניים מדגמים שונים במרכז הרפואי המשולב ע"ש שיבא תל השומר מכרז מס' 12399665

מס"ד	שם המסמך	עמ'	מס' סעיף	שאלה / הבהרה	תשובה והתייחסות
8	נספח א - מפרט טכני	15	12.6 יד	נבקש כי דוגמת קסטה ומעמד לקסטה יועבר ע"י המזמין לספק טרם היצור.	מאושר.
9	נספח א - מפרט טכני	15	12.6 טז	נבקש הבהרה לאיזה היקף באפשרותכם להרחיב או לצמצם את ההזמנה? האם חתימה על ההסכם מחייבת את המזמין לרכוש את כל תכולת הציוד המופיעה במפרטי מכרז זה? האם רכש כלל המקררים יתבצע תוך שנה אחת? נבקש הבהרתכם, למה המזמין מתחייב מעצם חתימה על הסכם מול הספק ולאיזה פרק זמן?	אין באפשרות המרכז הרפואי שיבא להעריך הכמות הנדרשת, המשתנה משנה לשנה.
10	נספח א - מפרט טכני	16	14	מבוקש למחוק את הסעיף החל מהמילים "במידה ובתקופה זו, לא נתקבלה..." . מבוקש כי במקום זאת יתווסף "(עד לבחירת זוכה) או עד 3 חודשים ממועד הגשתו, לפי המוקדם מביניהם. הארכת תוקף ההצעה תיעשה בכפוף להסכמת המציע מראש ובכתב".	מאושר.
11	נספח א - מפרט טכני	17	16 ג	אנא עדכנו האם נדרש לחתום על כל עמוד בדפי המכרז.	כן.
12	נספח א - מפרט טכני	18	18	מבוקש למחוק את הסעיף ולהבהיר כי הרחבת או צמצום היקף ההתקשרות ייעשה בכל מקרה בכפוף לאישור הספק מראש ובכתב. הספק נערך לאספקת השירותים המדויקים לפי הזמנות המרכז הרפואי ולכן כל שינוי - במיוחד בשים לב לאחריות שהמרכז הרפואי מבקש לייחס לספק לאורך הוראות המכרז - חייב להיעשות בתיאום עם הספק, מראש ובכתב.	מאושר.
13	נספח א - מפרט טכני	19	22ב	מבוקש כי בסיפא הסעיף יתווסף "בכפוף להגבלת אחריות הספק ולהוראות בדבר אירוע כח עליון"	מאושר.
14	נספח א - מפרט טכני	19	22ג	מבוקש למחוק את המילים "או כל סיבה אחרת"	מאושר.
15	נספח א - מפרט טכני	20	23 ו	נבקש למחוק סעיף זה. סעיף זה מייתר את מהות ההתקשרות הן מבחינה מסחרית והן מצד אחריות על מערכת קריטית של	מאושר, ובתנאי שהטובין שסופקו יהיו בתקופת האחריות.

הערות ושאלות - מכרז לאספקה התקנה והפעלה של מקררי שימור קריאוגניים מדגמים שונים במרכז הרפואי המשולב ע"ש שיבא תל השומר מכרז מס' 12399665

מס"ד	שם המסמך	עמ'	מס' סעיף	שאלה / הבהרה	תשובה והתייחסות
				בית החולים - לא יתכן כי מס' גורמים שונים יטפלו באותה מערכת.	
16	טיוטת הסכם	23	5	מבוקש למחוק את המילים "או בהתאם להוראות המפקח". מבוקש כי בסיפת הסעיף יתווסף "ובכפוף להגבלת אחריות הקבלן".	סוגיה משפטית. - לא מאושר
17	טיוטת הסכם	24	א6	מבוקש כי במקום המילים "בתקופת האחריות/בדק" יבוא "למשך תקופת אחריות היצרן כלפי הקבלן"; מבוקש למחוק את המילים "לדעת בית החולים"; מבוקש למחוק את המילים "ולא פחות מ-24 חודשים מיום אישור קבלת המערכת ולא לפני סיום הרצת המערכת. פרק זמן זה מתייחס לכל המרכיבים האלקטרו מכניים של המערכת"	סוגיה משפטית וביטוחית. - הרישא לבקשה לא מאושר. במקום המילה "לדעת" ישונה "לשביעות רצון בית החולים" הסיפא - לא מאושר
18	טיוטת הסכם	24	ג6	נבקש להבהיר כי במסגרת האחריות ינתן שירות למשך שנתיים, כולל ביקורת תקופתית אחת לשנה.	מאושר – ללא חיוב.
19	טיוטת הסכם	24	ג6	מבוקש לקבל כל מסמך לרבות כל חוזה, שבמסגרתו הקבלן נדרש למלא אחר התחייבויות שונות, וזאת קודם למועד הגשת הצעות המחיר. לחלופין - למחוק "על פי חוזה החזקה נפרד שיחתם בין הצדדים".	סוגיה משפטית. - נוסף דרישות ביטוח מפורטות אשר נוספו על ידי חברת הביטוח ענבל.
20	טיוטת הסכם	27	10	מבוקש למחוק את הסעיף החל מהמילים "וכי המערכת, אביזרה וביצועיה..."	סוגיה משפטית. - מאושר.
21	טיוטת הסכם	28	11	מבוקש למחוק את המילה "בדק" בסעיף זה. אחריות בדק לא רלוונטית להתקשרות זו.	סוגיה משפטית. - מאושר
22	טיוטת הסכם	28	11	נבקש לשנות את הסעיף בהתאם להסכם שיחתם בין הצדדים בשיעור של 5% מערך החוזה למשך כל תקופת ההתקשרות. לא הגיוני לשנות שיעורי ערבות בהתאם לחיוב בפועל לאורך ההסכם.	סוגיה משפטית. - מאושר

**הערות ושאלות - מכרז לאספקה התקנה והפעלה של מקררי שימור קריאוגניים מדגמים שונים במרכז הרפואי המשולב ע"ש שיבא תל
השומר מכרז מס' 12399665**

סוגיה משפטית- לא מאושר	מבוקש למחוק את המילים "לרבות סכומי קנסות" וכי במקומן יבוא "בכפוף לבירור מול הקבלן ומתן זכות טיעון"	12	28	טיוטת הסכם	23
תשובה והתייחסות	שאלה / הבהרה	מס' סעיף	עמ'	שם המסמך	מס'ד
סוגיה משפטית- לא מאושר	מבוקש למחוק את הסעיף החל מהמילים "לביה"ח בלבד שמורה האופציה..." ובמקומן יבוא "הארכת ההתקשרות תיעשה בכפוף להסכמת הקבלן, מראש ובכתב ובכל מקרה לא תעלה ההתקשרות על 5 שנים בסך הכל".	14	28	טיוטת הסכם	24
סוגיה משפטית- מאושר	מבוקש כי במקום המילה "הקבלן" יבוא "הצדדים". מבוקש כי במקום המילה "המזמין" יבוא "הצד השני להסכם".	15	28	טיוטת הסכם	25
כוח עליון : סוגיה משפטית וביטוחית- מאושר	מבוקש כי יתווסף סעיף חדש בנוסח כדלקמן: "אם אחד הצדדים לא יעמוד בהוראות הסכם זה ומכרז זה, מסיבה כלשהי שאינה תלויה בו ואינה ידועה לו במועד חתימת המסמכים הנזכרים, ואשר מקורה בנסיבות או אירועים שאינם ולא יכולים להיות בשליטתו (לעיל ולהלן: "אירוע של כוח עליון"), אי העמידה בהתחייבות לא תהווה הפרה של הוראות מסמך זה והוא לא יחויב בכל פיצוי ו/או שיפוי שהוא בגין כך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יראו באירועים הבאים מצב של כוח עליון: אסון טבע; פעילות מבצעית ו/או מצב מלחמה; גיוס כללי הגורם למחסור בכוח אדם; מחסור בנהגים בעלי הרשאה מתאימה; מחסור באספקת חומרי גלם ו/או חלקי חילוף שאינם בשליטת הספק (לעניין זה מובהר כי הספק אינו נכנס בנעלי הספק שלו ואינו אחראי למעשיו ו/או למחדליו); התפרצות בלתי צפויה של מחלה או מגיפה שאינה בשליטת הספק; שביתה או השבתה כלל ארציים או כלל חברתיים (דהיינו, שביתה או השבתה כוללת אצל צד להסכם), שביתה או השבתה בנמלי ישראל (יבשתי, ימי או אווירי), הפרעות בייצור ואספקה אצל ספקים בחו"ל או ביבוא לישראל"	16 (חדש)	28	טיוטת הסכם	26

**הערות ושאלות - מכרז לאספקה התקנה והפעלה של מקררי שימור קריאוגניים מדגמים שונים במרכז הרפואי המשולב ע"ש שיבא תל
השומר מכרז מס' 12399665**

<p>סוגיה משפטית וביטוחית.- הבקשה נדחית. נוסף לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי" יבוא: "על פי הדין"</p>	<p>מבוקש כי לאחר המילה "נזק" יתווסף "ישיר"; מבוקש למחוק את המילים "ו/או כל אדם או גוף אחר"</p>	<p>17</p>	<p>29</p>	<p>טיוטת הסכם</p>	<p>27</p>
	<p align="center">שאלה / הבהרה</p>	<p align="center">מס' סעיף</p>	<p align="center">עמ'</p>	<p align="center">שם המסמך</p>	<p align="center">מס"ד</p>
<p>סוגיה משפטית וביטוחית.- הבקשה נדחית ואנו נוסף לאחר המילים: "הקבלן יהיה אחראי" יבוא: "על פי הדין"</p>	<p>מבוקש כי לאחר המילה "נזק" יתווסף "ישיר"; מבוקש למחוק את המילים "או של המטופלים או מאושפזים או מבקרים בביה"ח"</p>	<p>18</p>	<p>29</p>	<p>טיוטת הסכם</p>	<p>28</p>
<p>סוגיה משפטית וביטוחית.- סעיף 19 ימחק ויבוא במקומו הסעיף הבא: "הוראות הביטוח שיחולו על הספק כמפורט בנספח הביטוח המצורף למסמכי המכרז ומהווה כחלק מהסכם זה. המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, לפי דרישה. אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה".</p>	<p>אחרי המילה "אחריותו" יירשם: "על פי דיין". כמו כן יימחקו המילים: "האמורה בסעיפים 17 ו-18 הנ"ל". כמו כן יימחק קטע המילים: "ולכלול את בי"ח כמבוטח נוסף על פי הפוליסה...ע"פ הסכם זה" ובמקומו יירשם: "ולכלול סעיף הרחבת שיפוי לטובת ביה"ח בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן והבאים מטעמו. הקבלן ימציא אישור עריכת ביטוחים לביה"ח כתנאי לתחילת ביצוע השירותים ולתשלום ע"ח התמורה".</p>	<p>19</p>	<p>29</p>	<p>טיוטת הסכם</p>	<p>29</p>

הערות ושאלות - מכרז לאספקה התקנה והפעלה של מקררי שימור קריאוגניים מדגמים שונים במרכז הרפואי המשולב ע"ש שיבא תל השומר מכרז מס' 12399665

סוגיה משפטית וביטוחית. הבקשה נדחית.	מבוקש להוסיף סעיף חדש בנוסח כדלקמן: "על אף האמור במסמכי המכרז, מוסכם ומובהר כי הקבלן יישא באחריות לנזקים ישירים בלבד שמקורם במעשה ו/או במחדל של הקבלן ו/או של מי מטעמו. הקבלן לא יישא באחריות לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או נזקי אובדן רווחים ו/או אובדן הכנסות ו/או אובדן הזדמנות עסקית של המזמין. בכל מקרה, אחריות הקבלן תהיה מוגבלת לסך של עד 200,000 ש"ח (להלן: "הגבלת האחריות של הקבלן")."	19 (חדש)	29	טיוטת הסכם	30
סוגיה משפטית. - לא מאושר	מבוקש למחוק את סיפת הסעיף מהמילים "וכי הכרעתו תחייב את הקבלן לכל דבר ועניין" וכי במקום זאת יתווסף "מובהר כי במקרה של מחלוקת, יפנו הצדדים לגורם מקצועי, מוסכם ואובייקטיבי שיכריע במחלוקתן	21	30	טיוטת הסכם	31
לא מאושר.	תקלה חמורה - זמן תגובה 10 שעות	1	32	נספח ג	32
לא מאושר.	תקלה בחירום - זמן תגובה 10 שעות	2	32	נספח ג	33
לא מאושר.	תקלה רגילה - נבקש לעדכן זמן תגובה 72 שעות, בשעות העבודה המקובלות.	3	32	נספח ג	34
	שאלה / הבהרה	מס' סעיף	עמ'	שם המסמך	מס'ד
נספח ד' הינו טופס הבדיקה הסטנדרטי המבוסס על טופס הבדיקה של היצרן והוא זה שימש את הזוכה. הטופס הסופי שיופק לשיבא יהיה טופס ממוחשב ולא טופס בכתב יד.	לספק טופס בדיקה סטנדרטי המכיל את כל הבדיקות המופיעות בטופס הבדיקה שצורף למכרז ואף יותר. הספק יעשה שימוש בטופס הסטנדרטי של החברה ולא בטופס אחר. תוצאות הבדיקה ירשמו בכתב יד ע"י הטכנאי במעמד הבדיקה עפ"י כללי GMP.		35	נספח ג	35
לא מאושר	מבוקש כי במקום המילה "לפחות" תבוא המילה "עד"	5	1	בקשה לקבלת הצעות מחיר	36
יסוכם במסגרת מו"מ עם הזוכה	נבקש לעדכן: ההצעה תהיה בתוקף עד 3 חודשים מהיום האחרון שנקבע להגשת ההצעה.	5	1	בקשה לקבלת הצעות מחיר	37