



07/04/24

לכבוד

כלל המציעים:

**מכרז פומבי מס' 234459 לאספקת מערכות משולבות אוטומציה**  
**כולל ריאגנטים, כיילים, בקרים, מתכלים וכל השירותים הנלווים לביצוע**  
**בדיקות כימיה ובדיקות אימונוכימיה, וכן עבודות שדרוג ובינוי המעבדה**  
**הקיימת בתנאי תכנון ביצוע**

**(Design Build – DB/ Full Turnkey project)**

**עבור המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי**

1. ראה המסמכים שלהלן המעודכנים ומצורפים לנוסח המכרז המעודכן המפורסם במנהל הרכש הממשלתי:
  - 1.1 נספח ד' - נספח אדריכל- תוכנית כתמים.
  - 1.2 נספח כב' - הצהרת סודיות ללא פגות תוקף.
  - 1.3 נספח כד' - שאלון אבטחת מידע לחיבור למכשיר רפואי
  - 1.4 עותק של גרף התפלגות מבחנות לסירכוז.
  - 1.5 עותק של טבלת מכשירים stand alone.
2. ראה התווסף מוסף ג'10 לנספח ג', פרק ג': תוכניות AS MADE מוסף ג(10) אגף ה קומה 1 בניין סוראסקי.
3. מצורף בזאת חוזה מדף 3210.
4. להלן התייחסות לשאלות/הבהרות למכרז שבנדון:

מס"ד	נספח	מספר הסעיף	השאלה	תשובת מרת"א
1.	נספח א'	3.1	קיימות מערכות אוטומציה ששיטתן אינה שיטת המסוע, אלא הנעת מבחנות בנשאים עצמאיים ללא מסוע. לפיכך, נבקש לקבוע כי ניתן להציג מסוע או לחילופין, במידה ומוצע קו אשר מניע מבחנות בנשאים עצמאיים – ניתן להציג נשאים עצמאיים.	מקובל
2.	נספח א' הסכם	4 44, 17.3	נבקש להחריג מהאחריות נזקים שנגרמו בשל אי עמידה בהוראות היצרן.	הסעיפים יוותרו ללא שינוי
3.	נספח א'	10.5	נבקש למחוק את הסעיף, שכן משתמע ממנו כי בתום ההתקשרות הציוד נותר אצל מרת"א ולא כך הדבר – שכן הוא חוזר לזוכה.	הסעיף יוותר ללא שינוי. הציוד וכלל המכשור אינם ולא יהיו במהלך תקופת ההתקשרות בבעלות מרת"א
4.	נספח א' תנאי המכרז	10.6	"ההזמנות בפועל של שירותים מושאי מכרז זה, יבוצעו בהתאם לצרכי מרת"א. מרת"א אינו מתחייב להזמין שירותים בהיקף כלשהו ולספק לא תהיה כל טענה ותביעה בעניין זה". מדובר במכרז בעל משמעויות כספיות נרחבות המצריך תשומות לא מבוטלות מצד הזוכה, נוכח האמור נדרש סף מינימאלי של הזמנות אשר יצדיקו את כדאיות העסקה. נבקש לקחת זאת בחשבון ולתקן את הסעיף בהתאם.	הסעיף יוותר ללא שינוי
5.	נספח א'	10.7	יש להוסיף לסעיף כי האמור הינו למעט כמפורט בהסכם ההתקשרות (שכן יש קביעות אחרות נוספות בנושא בהסכם) ובהתאם למה שהתקבל במסגרת שאלות הבהרה.	אין חובת פיצוי שתחול על מרת"א בגין ביטול ההסכם ע"י מרת"א. ברם, מרת"א ישלם על עבודות ומתן שירותים שניתנו עד מועד ביטול ההסכם לפי מנגנונים שפורטו במסמכי המכרז
6.	נספח א'	11.1.2	מוצע למחוק את הסיפא – שכן האמור שייך למנגנון השני.	מקובל. עודכן בהתאמה
7.	נספח א'	11.1.5	נבקש למחוק את המילים: "או רכישת הריאגנטים" – שכן האמור שייך למנגנון השני.	מקובל. עודכן בהתאמה

<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>במסמכי המכרז מצד אחד מובהר, כי יבחר מציע זוכה אחד בלבד – ובמקומות אחרים מצויין כי קיים היעדר בלעדיות וכי ניתן להחליט על בחירת חלק מההצעה. בנוסף, בסעיפים אחרים שומרת מרת"א על זכותה להרחיב או לצמצם את היקף השירותים באופן חד צדדי.</p> <p>מדובר במכרז בעל משמעויות כספיות נרחבות, המצריך השקעת תשומות כספיות, תשתית ואחרות רבות מצד הזוכה,</p> <p>נבקש לקבוע כי כאמור, <u>יבחר מציע זוכה אחד בלבד</u> לביצוע כלל הפרוייקט במהלך כל תקופת הסכם – שכן לדבר השפעה מהותית ומכרעת על בחינת כדאיות ההשתתפות במכרז ועל אופן תמחור ההצעה.</p>	<p>+ 8+17+38.4 16.3 36.5+38.2+41.1</p> <p>12.3 + 13 לפרק ד' נספח ו' ההסכם</p>	<p>נספח א'</p>	<p>8.</p>
<p>ראו הנוסח המעודכן במסמכי המכרז לעניין הגדרת "עסקת ריאגנטים"</p> <p>יובהר כי התמורה בגין עסקת ריאגנטים תהא על יסוד הריאגנטים שהוזמנו ובלבד שהריאגנטים שהוזמנו יהיו בעלי תוקף של שנה לכל הפחות ממועד אספקתם ו/או חודש יציבות על המכשיר (לאחר פתיחה). ככל שהריאגנטים שהוזמנו אינם בעלי תוקף של שנה לפחות ממועד אספקתם למרת"א ו/או חודש יציבות על המכשיר (לאחר פתיחה), אזי התשלום בגינם יהא על בסיס שימוש בפועל בלבד.</p>	<p>"והתמורה בגין כך תהא על יסוד תשלום עבור ריאגנט בודד במכפלת מספר הבדיקות בהם נעשה שימוש בפועל".</p> <p>האמור אינו מקובל שכן לא כך מוגדרת "עסקת ריאגנטים" בפרקטיקה המקובלת אלא זהו מנגנון "בדיקה מדווחת" – בו סופרים את הבדיקות/ריאגנטים בהם השתמשו בפועל.</p> <p>נבקש כי יוגדר כי בעסקת ריאגנטים – <u>התמורה תהיה על יסוד תשלום עבור ריאגנטים אשר הוזמנו ע"י מרת"א.</u></p>	<p>12.3, 11.2.1 בהתאמה</p>	<p>נספח א' ונספח ח'</p>	<p>9.</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>בהתייחס להצעת המחיר של הזוכה נכתב כי - "לא יחול בו כל שינוי גם אם המציע הזוכה יידרש לבצע את העבודות על פי תוכניות ו/או מפרטים שלא צורפו למכרז."</p> <p>נבקש למחוק שורה זו משהינה בלתי הגיונית ובניגוד לכללי המכרזים – הצעת המחיר אינה יכולה לעמוד בתקף שעה שהזוכה נדרש לבצע את העבודות על פי תוכניות ו/או מפרטים שלא צורפו למכרז.</p>	<p>11.1.1.2 + 11.2.1 + 11.2.4</p>	<p>נספח א'</p>	<p>10.</p>

<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>"מובהר, כי אין במכרז זה ובאמור בו, משום התחייבות לרכוש מהמציע הזוכה כל מרכיב ממרכיבי מכרז זה, וכי מרת"א יהיה רשאי להחליט אם, כיצד ובאיזה היקף להתקשר עם המציע הזוכה, להקטין או להגדיל את ההיקף בהתאם לשיקול דעתו וצרכי בית החולים. באותם תנאים או בתנאים מיטביים כפי שיוסכמו. כמו כן, מובהר כי מרת"א שומר על זכותו לרכוש רכיבי מכרז זה, כולם או חלקם, לשיעורין בהתאם לצרכי בית החולים ואילו צים תקציביים ואחרים כפי שיהיו מעת לעת".</p> <p>מדובר במכרז בעל משמעויות כספות נרחבות, המצריך תשומות לא מבוטלות מצד הזוכה, נוכח האמור נדרש סף מינימאלי של הזמנות שיצדיקו כדאיות העסקה. נבקש לקחת זאת בחשבון ולתקן הסעיף בהתאם.</p>	<p>12.4</p>	<p>נספח א'</p>	<p>11.</p>
<p>מצ"ב חוזה מדף 3210 זה החוזה שיש להחתים עליו את קבלן העבודות מושאות המכרז</p>	<p>בסעיף מצויין חוזה מדף 3210 - נבקש לקבלו (יוער כי בקשה זו הועברה והתקבלה במכרז הקודם).</p> <p>בנוסף, נבקש כי יתאפשר למציע להחתים את הקבלן על הסכם גנרי לעבודות קבלניות אשר נוסח ע"י המציע המפנה להסכם 3210 (יוער כי בקשה דומה הועברה והתקבלה במכרז הקודם).</p>	<p>13.3</p>	<p>נספח א'</p>	<p>12.</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>נבקש למחוק, האמור בניגוד לכללי פרשנות בסיסיים.</p>	<p>15.5</p>	<p>נספח א'</p>	<p>13.</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>"מרת"א יהא רשאי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם לתקופה נוספת, אחת או יותר ובמקרה זה יהיה כל מציע חייב להאריך את תוקף הצעתו בהתאם".</p> <p>נוכח העובדה כי ההצעות מתבססות גם על הצעות המוגבלות בזמן ותמחורים שניתנו ע"י צדדים שלישיים (לרבות קבלני בינוי) אשר חושבו נכון למועד הגשת ההצעות, נבקש לתחום את משכה של תקופת ההארכה (התקופה הנוספת) <b>בזמן סביר, שלא יעלה על 6 חודשים</b> וככל אשר מדבר בהארכה אשר חורגת מעבר ל- 6 חודשים, הארכת התוקף תיעשה בהסכמת שני הצדדים ובתיאום עם המציע.</p>	<p>28.2</p>	<p>נספח א'</p>	<p>14.</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>"ככל שיימצאו לאחר מכן סתירות או אי התאמות כאמור, שלא ניתן ליישבן, יפורשו סתירות אלו על ידי מרת"א ופרשנותו תחייב את המציע. סתירות, אי התאמות ואי בהירויות בין הוראות שונות יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע ואת זכויות מרת"א. למציע לא תהא כל טענה או תביעה, כלפי מרת"א או מי מטעמו, הנובעת מהפרשנות שבחר מרת"א. - <b>נבקש למחוק, בניגוד לכללי פרשנות בסיסיים.</b></p>	<p>29.10</p>	<p>נספח א'</p>	<p>15.</p>

<p>הדרישה היא מתוך מוניטין השירות שניתן למכשיר ולא המוניטין של המכשיר עצמו</p>	<p>נבקש כי הגדרת מוסד רפואי תעודכן בהתאם למודגש.</p> <p>מוסד רפואי: מוסד שהינו ביה"ח ממשלתי ציבורי או פרטי בישראל או בעולם או מוסד שהינו קופת חולים בישראל.</p> <p>בעניין זה יוער, כי לידיענו, כל המערכות המוצעת שייכות ליצרנים בינ"ל, ומותקנות ברחבי העולם. אין סיבה להגביל לישראל בלבד.</p>	30.1	נספח א'	.16
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>נבקש כי הצעת הפיתרון האדריכלי תבחן ע"י צוות היועצים החיצוניים של מרת"א המוגדר במכרז מכיוון ואלו היועצים אשר ילוו את הפרויקט בהמשך.</p> <p>(יוער כי בקשה זו הועברה והתקבלה במכרז הקודם).</p>	31.2	נספח א'	.17
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p> <p>לא יתווספו תנאים חדשים לזכייה אשר לא נקבעו במסמכי המכרז בטרם מועד הגשת ההצעות, ואו תנאים אשר יש בהם להשפיע על העלויות הכרוכות בביצוע הפרויקט מנקודת מבטו של המציע.</p> <p>2. "המציע, בעצם הגשת הצעתו במכרז, מאשר כי ידוע לו שהמדובר במכרז אשר הזכייה בו הינה "על תנאי" והוא מוותר מראש על כל טענה בהקשר זה."</p> <p>מבוקש לוודא כי "על תנאי" – הכוונה לעמידה במבחני הקבלה כפי שפורטו במסמכי המכרז.</p>	<p>1. "מרת"א רשאי להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה" –</p>	36.5	נספח א'	.18
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי. יש מספר דרכים מוצעות לבדיקת התאמה. ככל ולא ניתן ב 10 ימים, הסעיף מאפשר למרת"א לאשר זמן שונה.</p>	<p>1. היות והציוד נשוא מכרז זה הינו ציוד יקר ערך, אשר מוזמן במיוחד מחו"ל, 10 הימים המצויינים בסעיף אינם מהווים פרק זמן ריאלי להצבת פריטי הציוד במרת"א.</p> <p>לפיכך נבקש לאפשר להציג את הציוד שלא במרת"א,</p> <p>לחילופין – נבקש להעמיד את פרק הזמן על תקופה של 60 ימים.</p> <p>2. נבקש כי פריטי הציוד יוחזרו למציע לאחר הבדיקה או יכללו במסגרת הפיתרון במידה שהמציע זוכה. (יוער כי בקשה זו הועברה והתקבלה במכרז הקודם).</p> <p>3. הדבר יידרש לגבי ציוד מאבחן/מכשיר בדיקה (ולא מערכת האוטומציה כולה).</p> <p>(יוער כי בקשה זו הועברה והתקבלה במכרז הקודם).</p>	37.4+37.5	נספח א'	.19

<p>לא ניתן לתקן את הצעת המציע מחלוף המועד האחרון להגשת הצעות במכרז</p>	<p>"הצעתו של הכשיר השני תמשיך להיות תקפה ותחייב אותו לכל דבר ועניין, וכן חתימתו על חוזה ההתקשרות) כחלק מהצעתו (תמשיך להיות תקפה ותחייב אותו לכל דבר ועניין לתקופה של 12 חודשים מהמועד בו הוכרז על ספק זוכה".</p> <p>נוכח העובדה כי ההצעות מתבססות, בין היתר, על הצעות ותמחורים שניתנו וחושבו נכון למועד הגשת ההצעות, נבקש כי ככל אשר יחול שינוי במדדים עליהם מתבססת ההצעה, תנתן למציע האפשרות לעדכן את הצעתו בהתאם.</p>	<p>39.4</p>	<p>נספח א'</p>	<p>20.</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי. מרת"א כיחידת סמך במשרד ממשלתי, כפוף לעקרונות המשפט המנהלי ודיני מכרזים ושומה עליו לנהל מכרזים והתקשרויותיו, בהגנות בתום לב ובדרך המקובלת</p>	<p>נבקש למחוק "ואינו מספק את השירותים לשביעות רצון מרת"א ו/או היה והתברר תוך כדי שימוש בפריטים השונים המסופקים במסגרת מתן השירותים עד ארבעה חודשים מהתחלת השימוש בהם כי אינם עונים על מלוא צרכי מרת"א" – לא יתכן כי מרת"א יתקשר בעסקה כה מורכבת ויחליט לאחר 4 חודשים כי הפריטים נשוא המכרז אינם עונים לצרכיו.</p>	<p>39.9</p>	<p>נספח א'</p>	<p>21.</p>
<p>הסעיף עודכן לנוסח הבא: <b>"מרת"א באמצעות ועדת המכרזים, רשאי לשנות פרט מהותי בהסכם שיחתם או נחתם עם הזוכה במכרז, בהתקיים התנאים לכך בדין, בכפוף להסכמת הזוכה במכרז".</b></p>	<p>מבוקש כי יוספו המילים "בהסכמת הזוכה"</p>	<p>40.4</p>	<p>נספח א'</p>	<p>22.</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>בנסיבות שבסעיף - נבקש לקבוע מנגנון לפיצוי הזוכה, ככל אשר הוא נערך עם רכישת החומרים והציוד לאחר זכייתו, כאמור.</p>	<p>41.5</p>	<p>נספח א'</p>	<p>23.</p>
<p>הסעיפים יוותרו ללא שינוי</p>	<p>למעט בנסיבות המתוארות בסעיף 42.4 - בכל יתר הנסיבות המצוינות בסעיף, הביטול אינו באשמת הזוכה. נבקש לפיכך לקבוע מנגנון לפיצוי הזוכה, ככל אשר הוא נערך עם רכישת החומרים והציוד לאחר זכייתו, כאמור.</p>	<p>38.2,42</p>	<p>נספח א'</p>	<p>24.</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>למציע לא תהיה כל זכות, מכל מין וסוג שהיא, לשיפוי או תשלום או השתתפות ממרת"א, או מכל גורם מטעמו (לרבות מי מעובדיו, שלוחיו או נציגיו) על כל נזק או הוצאה, מכל מין וסוג, שיישא המציע או מי מטעמו בשל כל טעם או עילה, בגין או בקשר עם המכרז, לרבות קיומו, הפסקתו, הקפאתו, עיכובו, שינוי תנאיו או ביטולו כאמור לעיל, או בעקבות אי קבלת הצעת המציע - מבוקש למחוק. לא ניתן למנוע זכות בסיסית של פנייה לערכאות, המוקנית למציע ע"פ דין.</p>	<p>43.2</p>	<p>נספח א'</p>	<p>25.</p>

<p>ראו הנוסח המעודכן במסמכי המכרז לעניין הגדרת "עיסקת ריאגנטים"</p> <p>יובהר כי התמורה בגין עיסקת ריאגנטים תהא על יסוד הריאגנטים שהוזמנו ובלבד שהריאגנטים שהוזמנו יהיו בעלי תוקף של שנה לכל הפחות ממועד אספקתם ו/או חודש יציבות על המכשיר (לאחר פתיחה). ככל שהריאגנטים שהוזמנו אינם בעלי תוקף של שנה לפחות ממועד אספקתם למרת"א ו/או חודש יציבות על המכשיר (לאחר פתיחה), אזי התשלום בגינם יהא על בסיס שימוש בפועל בלבד.</p>	<p>נבקש להבהיר את המודל ל"עסקת ריאגנטים" המופיע בסעיף. האם הכוונה ל:</p> <p>1. תשלום עבור "שימוש בפועל". קרי, תשלום עבור ריאגנטים בהם נעשה שימוש בפועל עבור בדיקות, כיולים ובקרת איכות?</p> <p>או</p> <p>2. רכישה בפועל – קרי, תשלום יהיה עבור ריאגנטים שנרכשו על ידי מרת"א (ללא קשר אם נעשה בהם שימוש או לא)?</p>	<p>11.2.1</p>	<p>פרק א' נספח א'</p>	<p>.26</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>היות וספק מערכת ה LIS הינו ספק של מרת"א, מתבקשת הבהרה כי למציע לא תהיה אחריות ביחס לדרייבר המותקן מעבר למימון מלא של פיתוחו והתקנתו.</p> <p>לחילופין, נבקש להבהיר כי מידת אחריותו של המציע כלפי מרת"א לנזקים שייגרמו מהדרייבר שיותקן ויפותח על ידי ספק של מרת"א, לא תעלה על מידת האחריות של הספק כלפי מרת"א במסגרת הסכם ההתקשרות של מרת"א עם ספק מערכת ה LIS.</p> <p>כמו כן, מבוקש להבהיר כי העלות עבור חיבור המערכות מעבדה תהיה חד פעמית במהלך תקופת ההסכם או לפחות מוגבלת לתקרה.</p>	<p>11.1.3.13 2.6.3</p>	<p>פרק א' נספח א' פרק ב' נספח ב'1</p>	<p>.27</p>

<p>- סעיף 13.1.1 יישאר ללא שינוי</p> <p>סעיף 13.1.2 עודכן לנוסח שלהלן:</p> <p><b>13.1.2 הקבלן הראשי מטעם המציע הזוכה הינו קבלן בעל ניסיון בבינוי מעבדות, ואשר ביצע בחמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, בינוי של 3 מעבדות בהיקף 200 מ"ר כ"א או לחלופין ביצע בינוי של 2 מעבדות, בהיקף דומה לזה המבוקש במכרז. "מעבדות" לעניין תנאי סף זה, משמעם: חדרים נקיים ו/או חדרי תרפיה תאית ו/או חדרי הכנות רוקחיות ו/או חדרי אספקה סטרילית</b></p>	<p>1. מתבקשת הבהרה שהניסיון הנדרש בסעיפים אלה יוכל להיות מיוחס לקבלן המשנה מטעם הקבלן הראשי ולא לקבלן הראשי העצמו.</p> <p>2. מתבקש לאפשר כי ניסיון הקבלן בבניית מעבדות יוכל להיות לא רק במוסדות רפואיים.</p> <p>3. לצורך הניסיון של הקבלן מתבקש להכיר גם בבניית חדרים נקיים, תרפיה תאית, הכנות רוקחיות ואספקה סטרילית כניסיון שווה ערך לזה של בניית מעבדה כנדרש בסעיפים אלה.</p>	<p>13.1.1-13.1.2 2.4.2-2.4.3 11.21.7</p>	<p>פרק א' נספח 'א' פרק ג' נספח ג' פרק ד' נספח ו'</p>	<p>28.</p>
---	--	--	--	------------

<p>הסעיף יוותר ללא שינוי.</p>	<p>על מנת שניתן יהיה להציע את המערכות העדכניות והמתקדמות ביותר במועד ההתקנה, מתבקש להחליף את המילים "מאבחנים אנליטיים נשוא הצעתו במכרז" ולהחליף במילים "מאבחנים אנליטיים בעלי סדר גודל דומה לנדרש במכרז"</p>	<p>20.6.2 4</p>	<p>פרק א' נספח א' – נספח טז' – תשקיף משותף</p>	<p>29.</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>מתבקש שהדרישה לגבי הניסיון תהיה זהה לזו של הטכנאים (אפשרות לניסיון על מכשור דומה של יצרן המכשור, ולאז דווקא המערכות נשוא ההצעה). נבקש להבהיר כי הדרישה לתמיכה טכנית והתקנתית על פי סעיף זה, מתייחסת לתחום האפליקציה בלבד.</p>	<p>20.8.1 6</p>	<p>פרק א' נספח א' – נספח טז' – תשקיף משותף</p>	<p>30.</p>
<p>הסעיף עודכן לנוסח שלהלן: " כל מציע אשר מגיש הצעה לפי מכרז זה, ייחשב כמי שוויתר מראש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז וכן על הזכות לבקש מבית המשפט סעדים זמניים (לרבות צווי מניעה) בכל הליך משפטי בקשר עם תנאי מכרז זה נגד מרת"א או מי מטעמה ו/או נגד הזוכה, ויהיה מנוע מלבקש צו ביניים".</p>	<p>נבקש למחוק את הסעיף. מרת"א הינו גוף הכפוף לדין המנהלי והבקשה לוותר מראש על טענות וסעדים נראית לא סבירה.</p>	<p>28.4</p>	<p>פרק א' נספח א'</p>	<p>31.</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>נבקש למחוק את הסעיף. מדובר בהתקשרות שיסודה בהשקעה ראשונית גדולה ולאחר מכן מתן השירות מתבסס על הצעות הספקים השונות. לא ברור כיצד ניתן להעביר חלק מתכולת השירותים על יסוד ההצעות המוגשות במכרז זה.</p>	<p>39.9.3</p>	<p>פרק א' נספח א'</p>	<p>32.</p>
<p>ביטול מכרז לאחר חתימת הסכם בין הצדדים ותחילת ביצוע העבודות, כאשר הביטול הינו מכח ס"ק 42.5, יחייב את מרת"א בתשלום החלק היחסי שעל העבודות שבוצעו בהתאם להערכת מרת"א.</p>	<p>מתבקשת הבהרה כי ביטול מכרז לאחר חתימת הסכם בין הצדדים ותחילת ביצוע העבודות, כאשר הביטול אינו באשמת הזוכה, יחייב את מרת"א בתשלום החלק היחסי שעל העבודות שבוצעו.</p>	<p>42.5</p>	<p>פרק א' נספח א'</p>	<p>33.</p>
<p>לא יידרש עדכון במקרה בו הקניין הרוחני הינו של היצרן זולת אם כן נותן השירותים אינו משווק מורשה מטעם היצרן.</p>	<p>מתבקשת הבהרה כי לא יידרש עדכון במקרה בו הקניין הרוחני הינו של היצרן.</p>	<p>45.2</p>	<p>פרק א' נספח א'</p>	<p>34.</p>

ביטול זכייה ע"י ביהמ"ש בהתאם לסעיף 46 לנספח א' יחייב את מרת"א בתשלום החלק היחסי שעל העבודות שבוצעו בהתאם להערכת מרת"א	מתבקשת הבהרה כי הפסקת מתן השירותים לאחר חתימת הסכם בין הצדדים ותחילת ביצוע העבודות ושהפסקה כאמור, אינה באשמת הזוכה, יחייב את מרת"א בתשלום החלק היחסי שעל העבודות שבוצעו	46	פרק א' נספח א'	.35
הסעיף יוותר ללא שינוי	לנוכח ההשקעה הנדרשת מהספק במסגרת המכרז, נבקשם להבהיר שתהיה בלעדיות של הספק לגבי מתן השירותים למעט במקרה של הפרת תנאי מכרז	17	פרק א' - תנאי המכרז נספח א' - תנאי מכרז פומבי	.36
לעניין הצעת המחיר, המציע רשאי למלא את קובץ האקסל הפתוח באופן דיגיטאלי ולא בהכרח באופן ידני, להדפיסו ולחתום עליו, והדבר ייחשב כהגשת הקובץ הפיזי של הצעת המחיר	נבקשם להבהיר האם העותק הפיזי שיש להגיש הינו תדפיסי 4 קובצי האקסל שיש להגיש גם בגרסה אלקטרונית ל גבי disk on key	26.3.2 26.3.3	נספח א' - תנאי מכרז פומבי מוגבל דו שלבי מס' 234459	.37
מקובל	נבקש להבהיר כי תמיכה מרחוק תתאפשר בכפוף לאישור מרת"א.	2.6.9	פרק ב', נספח ב'1, פרק א'	.38
<b>טעות סופר. הכוונה היא ל 3 שבועות (2 הסקרים יכולים להיות באותו מועד)</b>	נבקש לתקן את פרק הזמן לגבי סקר 1 (2 שבועות) במקום 23 שבועות.	סעיף 3 טבלה 2	פרק ב', נספח ב'1, פרק א'	.39
הסעיף יוותר ללא שינוי	"למען הסר ספק, נותן השירותים יידרש להתחבר לכל תוכנה בה יבחר מרת"א בעתיד, על חשבוננו."  הדרישה אשר בסעיף אינה מקובלת ו/או הגיונית. לא ניתן להתחייב כעת להתחבר כאמור, לדבר מה אשר איננו יודעים את משמעויותיו השונות (לרבות ובפרט – הכספיות).  נוכח האמור, נבקש למחוק את הסעיף, או לחילופין לקבוע כי הדבר יעשה בהסכמת הזוכה.	2.6.3	נספח ב'1 פרק א'	.40
הכוונה היא שסביבת הטסט תהיה פעילה לכל אורך ההסכם וזמינה לבחינת שינויים עתידיים במהלך כל תקופת ההתקשרות	נבקש להבהיר האם הדרישה היא שסביבת הטסט תהיה פעילה לכל אורך ההסכם וזמינה לבחינת שינויים עתידיים או רק לתקופת ההקמה וההטמעה.	2.6.8	נספח ב'1 פרק א'	.41
מדובר על השטח הצהוב בתכנית הכתמים.	הדרישה "והתאמת מבנה המעבדה" - נבקש להבהיר כי מדובר על איזור מעבדת הביוכימיה (שטח צהוב בתוכנית הכתמים).	טבלה 2 סעיף 6	נספח ב'1 פרק א'	.42
תוקן בהתאמה	מס"ד 2 ה- ARO צריך להיות 2 ולא 23.	3 טבלה 2	נספח ב'1 פרק א'	.43

הסעיף יוותר ללא שינוי. הספק הזוכה יוכל להגיש בקשה מטעמו במהלך תקופת ההסכם ככל והוא סבור כי קיימת לו בעיה לעניין עמידה במועדי אבני הדרך לביצוע, ומרת"א ידון בכל מקרה לגופו.	נרשם כי המערכת הישנה תפונה רק לאחר סקר 5, 62 שבועות לאחר הזכיה – ככל והשטח הנדרש לפתרון מחייב שימוש בשטח אשר בו כיום נמצאת המערכת הישנה, יהיה צורך בפינויה לפני כן ונבקש להשאיר מועד זה לפי תוכנית מעבר אשר תוסכם עם הזוכה.	3 טבלה 2	נספח ב' 1 פרק א'	.44
הסעיף יוותר ללא שינוי	באשר לרכיב "באפרים" - נבקש לקבוע כי מדובר ביחידה מוגדרת במערכת.	1.1.2	נספח ב' 1 פרק ב'	.45
מצורפת לעניין זה טבלת התפלגות המבחנות לסרכוז	נבקש לקבל את היחסים השונים של סוגי המבחנות השונות המיועדות לקו האוטומציה, ביחוד יחס מבחנות הסרוג'ל ביחס לכלל המבחנות. (יוער כי בקשה זו הועברה והתקבלה במכרז הקודם).	1.1.3	נספח ב' 1 פרק ב'	.46
יכולת הפיצול והמיון צריכות להיות סמוכות אחת לשנייה	נבקש הבהרה מדוע נדרשת יכולת מיון ע"י מודול aliquoter למבחנות מקור והזמנה לאזורים מוגדרים מראש- פעולה זו נעשית ע"י מודול יעודי של Sorting Unit/IOM (יוער כי בקשה זו הועברה והובהרה במכרז הקודם).	1.1.4.4	נספח ב' 1 פרק ב'	.47
הסעיף יוותר ללא שינוי	רכיב Input/Output - נבקש הבהרה – ע"פ המפורסם באתרים הממשלתיים מערכת הקרישה במעבדה הינה בהארכת הסכם אשר לכל המאוחר תימשך עד שנת 2026. ע"פ טבלת אבני הדרך במכרז זה המערכת נשוא מכרז זה תתחיל לפעול במהלך שנת 2025, לכל המוקדם. נוכח האמור, נבקש להסיר את דרישת המיון והחיבור למערכת הקרישה.	1.1.4.4 טבלה 3	נספח ב' 1 פרק ב'	.48
הדרישה היא שהמערכת תהיה מסוגלת לבצע פיצול בכמות של 350 דגימות ליום (לשנת 2019), בהתאם לגרף 1 עומס דגימות לפי שעות	רכיב ALIQUOTER - נבקש הבהרה לדרישה "200 מבחנות לשעה פחות ביום עבודה". בנוסף, נבקש להבהיר כי דרישת הספק זה הינה למערכת.	1.1.4.4 טבלה 3	נספח ב' 1 פרק ב'	.49
הצעת המחיר של המציע תעמוד בתוקף לכל הפחות למשך הזמן שבו הצעת המחיר של הספק מחויבת להיות בתוקף ע"פ דרישות המכרז.	פתרון חיבור אוטומטי לפנאומטיקה - הצעת המחיר אשר צורפה הינה לחצי שנה מדצמבר 2023. נבקש כי הצעת המחיר תעמוד בתוקף לכל הפחות למשך הזמן שבו הצעת המחיר של הספק מחויבת להיות בתוקף ע"פ דרישות המכרז.	1.1.4.4 טבלה 3	נספח ב' 1 פרק ב'	.50
סמים בשתן	נבקש לציין מהו סוג הדגימה עבור המס"דים המצויינים – דם או שתן?	טבלה 4, מס"ד 55,56,60,61, 89,90	נספח ב' 1 פרק ב'	.51
מקובל	נבקש אפשרות להציע בדיקות במבחן כימי. (יוער כי בקשה זו הועברה והתקבלה במכרז הקודם).	טבלה 5	נספח ב' 1 פרק ב'	.52
מקובל. יבוצע תיקוף במעבדה	נבקש לבטל את הדרישה ל AFP עבור CSF (יוער כי בקשה זו הועברה והתקבלה במכרז הקודם).	טבלה 5 מס"ד 30	נספח ב' 1 פרק ב'	.53

54.	נספח ב' 1 פרק ב'	1.3 טבלה 7	נציין, כי ככל ומכשיר הקרישה / ספירה יחובר למערכת האוטומציה - יש לבצע בהתאם שינוי בהגדרות fatn הנדרשות (לדוגמה, במכשיר קרישה יש לקחת בחשבון 15 דקי סרכוז, וע"כ זמן המדידה עד לכניסה למכשיר - 30 דקי) - <b>נבקשם לתקן את טבלה 7 בהתאם.</b>	זמן הסרכוז עומד על 5 דקות. הזמן לקרישה PT/PTT הוארך ל 12 דקות עד כניסה למכשיר. לספירה אין צורך בסרכוז. והזמן הוא עד כניסה למכשיר
55.	נספח ב' 1 פרק ב'	4.3 טבלה 9	זמן פתרון תקלה הינו נגזרת של מורכבות התקלה ואין יכולת להתחייב על מועד הסיום שלה מראש למשך כל תקופת ההתקשרות. נוכח האמור, נבקש להוסיף את המילה המודגשת: "זמן מחייב להתחלת פתרון תקלה"	הסעיף יוותר ללא שינוי
56.	נספח ב' 1 פרק ב'	4.21	מבקשים להוסיף לשנות "שיקול דעתו הבלעדי" ל"בהתאם לדיון עם הספק".	הסעיף יוותר ללא שינוי
57.	נספח ב' 1 - מפרט שירותים	טבלה 4	נבקשם לאפשר להגיש בדיקת LDH L-P	מקובל
58.	נספח ב' 1 - מפרט שירותים נספח ב' 2 - פרופיל בדיקות ודרישות סף נספח ח' (חלק 2 ( - הצעת מחיר	טבלה 4 טבלה 1 טבלאות הצעות המחיר	נבקשם לאשר האם דרושה בדיקת LDL ישיר או מחושב	LDL ישיר
59.	נספח ב' 1 - מפרט שירותים נספח ב' 2 - פרופיל בדיקות ודרישות סף נספח ח' (חלק 2 ( - הצעת מחיר	טבלה 4 טבלה 1 טבלאות הצעות המחיר	האם ניתן להציע סוג אחד של בדיקת Creatinine, ואם כן איזה שיטה?	כן. ניתן להציע Creatinine בשיטה אנזימטית
60.	פרק ב', נספח ב'1, פרק ב'	1.1.2	נבקש לקבל רשימה מעודכנת של כל סוגי המבחנות שנמצאות בשימוש מרת"א ורלוונטיות למכרז כולל שם יצרן ומק"ט.	הסעיף יוותר ללא שינוי
61.	פרק ב', נספח ב'1, פרק ב'	1.1.4.4	נבקש לאפשר שימוש בשתי יחידות צנטריפוגה בהינתן שהן עומדות בדרישות מרת"א מבחינת תפוקות נדרשות ו TAT - או לחילופין לאפשר הוספת צנטריפוגה שלישית מסוג Stand Alone	הסעיף יוותר ללא שינוי
62.	פרק ב', נספח ב'1, פרק ב'	1.1.4.4	מתבקשת מחיקת הדרישה שהמפצלת (ALIQOTTER) תוכל לקרוא ברקוד ידני.	הסעיף יוותר ללא שינוי. על המציע להציע פתרון לצרכי מרת"א.
63.	פרק ב', נספח ב'1, פרק ב'	1.1.4.4 טבלה 4 שורה 23	קיימות בשוק שיטות נוספות לבדיקה זו, נבקש לאפשר שיטה נוספת לבדיקה, קרי: Lactate to Pyruvate .	מקובל
64.	פרק ב', נספח ב'1, פרק ב'	1.1.4.4 טבלה 4 שורה 53	נבקש לאפשר בדיקת MDMA במסגרת בדיקת סקר אמפטמינים	ניתן להציע גם שיטה offline
65.	פרק ב', נספח ב'1, פרק ב'	1.1.4.4 טבלה 4 שורה 77 ו- 82	מתבקשת הבהרה כי הבדיקות הנ"ל יוכלו להתבצע במסגרת הבדיקות האימונוכימיות ולא במסגרת הכימיה.	מקובל בתנאי ולידציה תקינים
66.	פרק ב', נספח ב'1, פרק ב'	1.1.4.4 טבלה 5 שורה 22 ו- 30	נבקש לאפשר שימוש בקיט ייעודי לסרום פלזמה עבור דגימות CSF ומי שפיר.	ניתן להפריד מי שפיר בלבד

מקובל בתנאי ולידציה תקינים	מתבקשת הבהרה כי הבדיקות הנ"ל יוכלו להתבצע במסגרת הבדיקות הכימיות ולא במסגרת האימונוכימיות.	1.1.4.4 טבלה 5 שורות 25, 27 ו-29	פרק ב', נספח ב' 1, פרק ב'	.67
<b>מקובל</b>	על מנת לאפשר את ההשתתפות במכרז נבקש למחוק דרישה זו באופן שלא תהווה דרישת סף.	סעיף 1.2.7	פרק ב', נספח ב' 1, פרק ב'	.68
<b>מקובל</b>	על מנת שניתן יהיה להגיש הצעה למכרז, מתבקשת מחיקת תנאי זה.	1.7.2.2	פרק ב', נספח ב' 1, פרק ב'	.69
המועד יוארך ל 12 דקות ל PT/PTT. הזמן הוא ללא ביצוע הבדיקה עצמה (ראו ההערה בכוכבית לגבי פרוטוקול PT/PTT) הסרכוז הנוכחי שלנו הוא RPM 3500 ל 5 דקות.	ככל שידוע לנו, זמן סרכוז מקובל למבחנות קרישה הוא לפחות 10 דקות, אי-לכך, דרישה ל TAT של 10 דקות אינה אפשרית. נבקש הבהרות לגבי תנאי הסרכוז של מבחנות הקרישה (משך הסרכוז).	סעיף 1.3.1 טבלה 7	פרק ב', נספח ב' 1, פרק ב'	.70
נדרש אישור קבלה מיד עם עליית הדגימה על המסוע. קריאת הברקוד הראשונה על המערכת לפני הצנטריפוגה. מרגע זה מתחיל להימדד ה-TAT	נבקש להבהיר כי הכוונה במונח מזמן "טעינת המבחנה" הכוונה למועד קריאת הברקוד <b>במאבחן האנליטי</b> .	1.3.2	פרק ב', נספח ב' 1, פרק ב'	.71
מקובל. הסעיף עודכן בהתאמה	נבקש לאפשר הצהרת יצרן חליפית המסבירה את האמצעים המפחיתים את תופעת ה-Carry Over בהתאם לרמות המקובלות.	1.4.18	פרק ב', נספח ב' 1, פרק ב'	.72
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש לשנות את מועד הגעת הטכנאי בימי חג ושבטות לעד 4 שעות (במקרה של תקלה קריטית)	4.3 19.3.3	פרק ב', נספח ב' 1, פרק ב' פרק ד' נספח ו'	.73
בדיקת Corona Serology אינה דרושה	נבקשכם לאשר שבדיקת Corona Serology אכן דרושה	טבלה 5 טבלה 2 טבלאות הצעות המחיר	נספח ב' 1 - מפרט שירותים נספח ב' 2 - פרופיל בדיקות ודרישות סף נספח ח' (חלק 2) - הצעת מחיר	.74
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקשכם לשנות את זמן ההגעה של מהנדסי שירות לטיפול בתקלות ל-"תוך 4 שעות" במקום שעתיים	טבלה 9 19.3.3	נספח ב' 1 - מפרט שירותים נספח ו' - הסכם ומוספיו	.75

<p>נדרש הספק של 200 מבחנות אם לשעה</p>	<p>פיצול דגימות למבחנות משניות - קיימת אי התאמה בין הכמויות הנדרשות לפיצול בין הנאמר בסעיפים : בסעיף 1.1.4.4 בעמוד 43 מצויין 200 מבחנות אם לשעה, ובטבלה מס' 6 עמוד 53 מצויין 350 מבחנות אם לשעה. נא הבהרתכם כמות מבחנות אם שיש לפצל ביום ובשעת השיא</p>	<p>1.1.4.4</p>	<p>פרק ב' – מאפייני המערכת</p>	<p>.76</p>
<p>ה TAT של בדיקות הקרישה כיום עומד על 10 דקות, כולל סרכוז של 5 דקות. יינתן זמן של 12 דקות מקליטה במערכת ועד הגעה למכשיר הקרישה.</p>	<p>במידה וברצונכם לסרכז את מבחנות ה PT/PTT על מערכת האוטומציה, TAT של 10 דקות איננו ריאלי. נבקש לשנות את הזמן עבור דגימות אלה ל- 20 דקות. או לחילופין, TAT של 10 דקות למבחנות אלה ללא סירכוז</p>	<p>טבלה 7 : משך זמן מטעינת מבחנה עד לקבלת תוצאה</p>	<p>פרק ב' – מאפייני המערכת</p>	<p>.77</p>
<p>הדרישה הינה שבהינתן וצנטריפוגה אחת מושבתת, תהיינה עוד לפחות 2 צנטריפוגות שתוכלנה לעבוד.</p>	<p>מתבקשת הבהרה בנוגע לפעילות הצנטריפוגות : במצב שבו הצנטריפוגות מובנות בתוך יחידה אחת המחברת אותם, האם כוונתכם בדרישה "יכולת גיבוי" היא לכך שהמערך יכיל צנטריפוגות שאינן מחוברות זו לזו בתוך יחידה כנ"ל, ובעצם יהיו עצמאית לחלוטין זו מזו (לדוגמא במצב של תקלת חשמל ביחידה הפרה אנליטית כולה)? האם כוונתכם היא שיש להציע מערך שיכלול 3 צנטריפוגות שאינן מחוברות זו לזו (מלבד החיבור במסוע הראשי)?</p>	<p>1.1.4.4</p>	<p>פרק ב מאפייני המערכת</p>	<p>.78</p>
<p>3 זמני ארכוב מקובלים</p>	<p>מתבקשת הבהרה לגבי יחידת הארכוב : האם ניתן לקבוע שיהיו 2 או מקסימום 3 זמני ארכוב, שבסיומם המבחנות יזרקו לפח?</p>	<p>1.1.4.4</p>	<p>פרק ב מאפייני המערכת</p>	<p>.79</p>
<p>זמן הסרכוז הוא 5 דקות</p>	<p>מה הם זמני הסירכוז הנדרשים של הצנטריפוגות במערכת? האם נדרש מצב שבו עבור מבחנות מסוימות זמני הסירכוז יהיו שונים ממבחנות אחרות? אם כן-נא לפרט בעניין זה. כמו כן נבקשכם לפרט את הכוח הצנטריפוגלי הנדרש עבור זמני הסבב הנ"ל.</p>	<p>1.1.4.4</p>	<p>פרק ב מאפייני המערכת</p>	<p>.80</p>
<p>ה TAT נבדק לתקופה מצטברת של חודש והוא כולל גם את החריגים</p>	<p>אם נדרש מיהול עבור בדיקה המופיעה בטבלה- הזמן למתן תשובה – TAT יהא ארוך יותר. נבקש להבהיר מצב זה-ולקבל את הזמן הנדרש כאשר מתבצע מיהול בשל תוצאה שנמצאת מעבר לתחום המדידה הלינארי.</p>	<p>טבלה מס 7 TAT</p>	<p>פרק ב מאפייני המערכת</p>	<p>.81</p>
<p>נדרש אישור קבלה מיד עם עליית הדגימה על המסוע. קריאת הברקוד הראשונה על המערכת לפני הצנטריפוגה. מרגע זה מתחיל להימדד ה-TAT</p>	<p>נודה להבהרתכם בנקודה הבאה : הטענה של דגימות באמצעות Bulk loader שבו המבחנות לא נמצאות במעמדים, אלא בסל משותף יוצרת מצב שבו אין מידע וודאי לגבי הזמן שבו המערך הפרה-אנליטי מתחיל לטפל במבחנה מסוימת. האם למרות זאת נדרשת המערכת לעמוד בזמני TAT מרגע ההטענה (כלומר מהרגע שבו המבחנה נכנסה לתוך ה- Bulk loader)?</p>	<p>טבלה מס 7 TAT</p>	<p>פרק ב מאפייני המערכת</p>	<p>.82</p>
<p>ללא שינוי. מקרים חריגים ידונו לגופו של עניין</p>	<p>אם יבחר מציע להגיש מערכת הכוללת בתוכה מכשירים אנליטיים שמופצים בישראל על ידי מפיק/נציג אחר כקבלן משנה, האם נדרש שמכשירים אלו גם יגבו זה-את-זה עבור הבדיקות המבוצעות עליהם? כלומר האם ניתן להסתפק במכשיר אחד מקבלן משנה ללא גיבוי עבור פאנל בדיקות אלו?</p>	<p>1.2 וסעיפים נוספים</p>	<p>פרק ב מאפייני המערכת</p>	<p>.83</p>

<p>כיון שהמציע אחראי גם על הבינוי, שומה עליו לתכנן ולהיות אחראי להגעה לדרישה זו באמצעי בנייה מתאימים.</p>	<p>נבקשכם לאפשר להגיש אישור מיצרן לגבי רעש מכסימלי שלא עובר את ה-65db. מדידה בשטח בשלב מאוחר יותר עלולה להיות בעייתית בשל העובדה שהרעש החוזר מיחידות שונות ומקירות המבנה עלול להשפיע.</p>	<p>1.4.20</p>	<p>פרק ב מאפייני המערכת</p>	<p>.84</p>
<p>ללא שינוי</p>	<p>באשר לדרישה "חיבור ל- LIS הינו על חשבון נותן השירותים" - מבוקש להוריד דרישה זו היות ולא ניתן להעריכה כספית בשלב זה. מו"מ יתקיים בין מרת"א לנותן השירותים בבוא העת</p>	<p>1.6.1.1</p>	<p>פרק ב' - מאפייני המערכת</p>	<p>.85</p>
<p>המציע הזוכה יידרש לספק את הספרות המקצועית, קרי: לאחר מועד חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות. י-שנה ספרות שניתן יהיה לספק ב disk on key וקיימת ספרות שחובה יהיה לספק בקובץ קשיח. הדבר יסוכם עם המציע הזוכה בהתאם לצרכי מרת"א</p>	<p>א. האם יש להגיש את כל הנדרש בסעיף זה במעמד המכרז או רק לאחר הזכייה? ב. למען שמירה על איכות הסביבה נבקש להגיש את הנדרש בסעיף זה ב- disk on key</p>	<p>6.1</p>	<p>פרק ב' - מאפייני המערכת</p>	<p>.86</p>
<p>Troponin high-sensitivity</p>	<p>במסמך האקסל מצוינת בדיקת Troponin I – blood. במסמך ה-PDF, בטבלה 5, מצוינת בדיקת high-sensitivity troponin-I. האם כוונתכם היא לבדיקת high-sensitivity troponin-I או לבדיקת Troponin I?</p>		<p>רשימת בדיקות+מחיר +להצעות וכן מסמך מפרט המכרז המרכזי</p>	<p>.87</p>
<p>ניתן להציע ריאגנטים שהיצרן אישר לבדיקה בדם (סרום/פלזמה) ולא בנוזלים אחרים</p>	<p>במסמך שפורסם יש דרישה לביצוע בדיקות Alpha Fetoprotein בנוזלים שונים כגון CSF ומי שפיר. האם ניתן להציע ריאגנטים שהיצרן אישר לבדיקה בדם (סרום/פלזמה) ולא בנוזלים אחרים? המעבדה תוכל לתקף את הקיט לנוזלים האחרים במידת הצורך.</p>	<p>טבלה 5</p>	<p>נספח ב1</p>	<p>.88</p>
<p>זמן הסרכוז הוא 5 דקות</p>	<p>מה הם זמני הסירכוז הנדרשים של הצנטריפוגות במערכת? האם נדרש מצב שבו עבור מבחנות מסוימות זמני הסירכוז יהיו שונים ממבחנות אחרות? אם כן-נא לפרט בעניין זה. כמו כן נבקשכם לפרט את הכוח הצנטריפוגלי הנדרש עבור זמני הסבב הנ"ל.</p>	<p>1.1.4.4</p>	<p>פרק ב מאפייני המערכת</p>	<p>.89</p>
<p>העבודות נדרשות מהמציע הזוכה ומגולמות באומדן הבינוי</p>	<p>לאורך המבנה המיועד לעבודות הבינוי יש רווחים ופתחים רבים ונדרשות עבודות איטום וסגירת פתחים. מתבקשת הבהרה האם יש לצאת מתוך הנחת עבודה כי אלו יטופלו ע"י בית החולים במסגרת עבודות בניית הקונסטרוקציה שטרם הושלמו או שהקבלן המציע נדרש לכלול עבודות אלו במסגרת ההצעה. אם הנ"ל נדרש במסגרת ההצעה, היכן תוקצבו עבודות אלה באומדן שצורף למכרז?</p>	<p>מוסף +1.2.1.1 ג'3</p>	<p>פרק ג', נספח ג'</p>	<p>.90</p>

יש לפנות לעניין זה לחברת טרנסטק לקבלת הצעת מחיר	נבקש לקבל הערכת מחיר להעתקת מערכת השילוח הפניאומטי	1.2.1.2	פרק ג', נספח ג'	91
ראה נספח ד- נספח אדריכל- תוכנית כתמים המעודכן	נבקש לקבל רשימת חדרים נלווית מדויקת (הנדרשים לביצוע עבודות בינוי)	1.2.1.6	פרק ג', נספח ג'	92
האומדן הראשוני כשמו כן הוא, אומדן ראשוני כללי, שאינו מפורט. שימת ליבכם כי נקבע גם סעיף עבודות בלתי צפויות גבוה מהרגיל העומד על 30% וזאת על מנת לנסות ולגלם את הפער בין אומדן ראשוני לאומדן מפורט	כל הפירוט בסעיף זה אינו מופיע באומדן בנספח כ"ז, נבקש כתב כמויות מפורט לסעיף זה והתייחסות באומדן.	1.2.1.8	פרק ג', נספח ג'	93
הסעיף יוותר ללא שינוי	מתבקש לאשר כי תכנון החלק של הבינוי יוכל להיעשות על ידי מתכנני ויועצי הקבלן הראשי או קבלן המשנה, כאשר האישור הסופי ייעשה על ידי האדריכל והיועצים מטעם מרת"א המפורטים במכרז.	2.3	פרק ג', נספח ג'	94
מקובל	מתבקשת מחיקת הסעיף (מעבדת שחפת).	2.4.7 37.2.3	פרק ג', נספח ג' פרק ד' נספח ו'	95
יוקצה לשם כך חדר	נבקש הבהרה לגבי מיקום ארון החשמל המרכזי וגם חדר UPS בפרויקט- חדרים אלו אינם נמצאים בתכנית הכתמים	3.6	פרק ג' נספח ג'	96
ברכיבים הנ"ל נדרשת מערכת ניטור ובקרה רציפה. חוטית.	מתבקשת הבהרה מה צריך לבקר בכל אחד מהרכיבים בסעיף. כמו כן, מתבקשת הבהרה האם יש ציוד אחר אותו יש לחבר למערכת הבקרה.	3.8.5	פרק ג', נספח ג'	97
התקן דורש 22-23 בהתאם לנוהל משרד הבריאות AC-01 מקובל 2- במקום +1	נבקש כי שמירת הטמפ' תהיה +20-2 מעלות צלסיוס	3.9.2.4	פרק ג', נספח ג'	98
ניתן להסיק כי כמות המים לחימום וקירור מספקת, הן ליט"אות והן לקומה (לאחר נקודת ההתחברות)?	האם ניתן להסיק שכמות המים לחימום וקירור מספקת, הן ליט"אות והן לקומה (לאחר נקודת ההתחברות)?	3.9.6	פרק ג', נספח ג'	99
מקובל	נבקש למחוק סעיף זה היות והוא לא חלק מתכולת הפרוייקט.	3.9.15	פרק ג', נספח ג'	100
1. עד 1000 ליטר לשעה בפועל המכונה צורכת מעט מאד דרגת המוליכות מתחת ל 5 μS (מיקרו סימנס)	מתבקשת הבהרה: 1. מה הספיקה הקיימת במערכת הנוכחית של מים מטופלים. 2. מה דרגת המוליכות (מיקרוסימנס) של המים ביציאה ממערכת המים כיום.	3.10.2	פרק ג', נספח ג'	101

<p>1. סוראסקי קומה 1- לאחר אישור מהנדס אינסטלציה ראשי</p> <p>2. סוראסקי קומה 1- לאחר אישור מהנדס אינסטלציה ראשי</p> <p>3. בהתאם להגדרה של המזהמים</p> <p>4. לאחר מערכת ההכלרה, השפכים כבר אינם מזהמים ולכן החיבור יהיה חיבור ביוב תקני/רגיל</p>	<p>נבקש להבהיר:</p> <p>1. היכן המיקום המיועד למערכת ההכלרה</p> <p>2. היכן נקודת החיבור לניקוז הקרוב.</p> <p>3. נבקש לדעת את המאפיינים למתקן המבוקש.</p> <p>4. האם ניתן לחבר בין מערכת ההכלרה למערכת הניקוז בחיבור עילי.</p>	<p>3.10.4.5</p>	<p>פרק ג', נספח ג'</p>	<p>102</p>
<p>המיקום המיועד למדחסי האוויר הינו על הגג של אגף 1 בקומה 4</p> <p>המרחק המוערך הינו כ 20-25 מטרים</p>	<p>נבקש הבהרה לגבי המיקום המיועד למדחסי האוויר ומה מרחקו מהמעבדה</p>	<p>3.10.5.1.2</p>	<p>פרק ג', נספח ג'</p>	<p>103</p>
<p>מקובל</p>	<p>מתבקש לאפשר גם חומרים שווי ערך לחומרים המפורטים במפרט.</p>	<p>ביחס למוסף ג' 8</p>	<p>פרק ג', נספח ג'</p>	<p>104</p>
<p>מקובל</p>	<p>נבקש לבטל את חדר הקור אינו בתכולת המכרז.</p>	<p>ביחס למוסף ג' 9</p>	<p>פרק ג', נספח ג'</p>	<p>105</p>
<p><b>הסעיף בוטל</b></p>	<p>האם סעיף זה מתייחס לסעיף 3 בהצעת מחיר של Transtech ?</p>	<p>3.4.11</p>	<p>פרק ג' - מפרט העבודות</p>	<p>106</p>
<p>את הכימיה האנליטית השתנים והמוקד.</p>	<p>איזה מעבדות במצב הקיים ניתן לאחד לחלל אחד במצב הביניים?</p>	<p>כללי - בינוי</p>	<p>פרק ג' - מפרט העבודות</p>	<p>107</p>
<p>סופקה רשימה</p>	<p>מבוקש לקבל רשימה של ציוד (שולחנות, מקררים, צנטריפוגות וכד') שנמצאים בשלב הנוכחי וצריך להמשיך לעבוד בשלב הביניים ובשלב הסופי. נא לספק תשתיות נדרשות</p>	<p>כללי - בינוי</p>	<p>פרק ג' - מפרט העבודות</p>	<p>108</p>

<p>כל מכשור המעבדה צריך להמשיך לעבוד בכל שלב. לבד ממכשירים שונים אחרים. מכשור הליין האוטומטיים כולל 3 מכשירי כימיה advia ושני מכשירי sentaur. מכשירים אלה יוחלפו. מכשירים אחרים שקיימים במעבדה ואין עבורם פתרון במערכת הנוכחית, ימשיכו לשמש את המעבדה.</p>	<p>מבוקש לקבל רשימה של מכשירים (אנגליזורים) שנמצאים בשלב הנוכחי וצריך להמשיך לעבוד בשלב הביניים ובשלב הסופי. נא לספק תשתיות נדרשות</p>	<p>כללי - בינוי</p>	<p>פרק ג' - מפרט העבודות</p>	<p>109</p>
<p>ראה הטבלה המעודכנת</p>	<p>מצב סופי- יש חוסרים בטבלאות ציוד לחדרים במצב סופי, וגם באלה הקיימים יש סתירה בין תוכנית הכתמים לבין הנתונים ברשימה. מבוקש לעדכן את טבלאות הציוד או לחילופין להגדיר מה קובע?</p>	<p>ג'9 + ג'11+ד'</p>	<p>פרק ג' - מפרט העבודות</p>	<p>110</p>
<p>המכרז הינו מכרז תכנון ביצוע. הנושא מצוי באחריות הזוכה. הדבר בוצע בכל האצבעות ניתן לראות באגפים המקבילים</p>	<p>ההצעה אינה מביאה בחשבון הוספת דרך מילוט נוספת כפי שמופיעה בתכנית הקונסטרוקציה, האם אושר מרחקי הבטיחות בהתאם לדלתות הקיימות בתצורה הסופית המוצעת?</p>	<p>ג'3</p>	<p>פרק ג' - מפרט העבודות</p>	<p>111</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>נבקש לסייג את הנאמר בסעיף זה, ולנסח כך שיעשה כל מאמץ להפחית ככל הניתן השפעה של תהליכים בינויים, שכן לדוגמא, לא ניתן למנוע לחלוטין רעידות בעת ביצוע קידוחים.</p>	<p>1.4.3.5</p>	<p>נספח ג'</p>	<p>112</p>
<p>מדובר בלוח קיים באגף ו', אשר ממנו תילקח ההזנה הנדרשת: חיוני, בלתי חיוני, אל-פסק</p>	<p>אגף ו' איננו נשוא מכרז זה. על כן נבקש להסיר דרישות לביצוע לוחות חלוקה לחשמל לאגף זה.</p>	<p>3.6.1</p>	<p>נספח ג'</p>	<p>113</p>
<p>מדובר ברכיב אשר על הזוכה לספק</p>	<p>UPS- אנא הבהירו האם מדובר ברכיב אשר על הזוכה לספק, בהתאם למערכת המוצעת על ידו? במידה ולא - נדרש לספק מפרט לרכיב עם דרישותיו (לרבות לכמה זמן הוא צריך להחזיק ואיזה הספק צריך להיות לו).</p>	<p>3.6.3</p>	<p>נספח ג'</p>	<p>114</p>
<p>אין במכרז כל דרישה לאספקת גנרטור. לוח החשמל יגובה בקו חיוני של בית החולים הקו מוזן ע"י גנרטור</p>	<p>נבקש להבהיר ולקבוע כי הגנרטור המיועד הינו ייעודי רק למערכת המוצעת.</p>	<p>3.6.2.5</p>	<p>נספח ג'</p>	<p>115</p>
<p>הדרישות לנטרול שפכים מזוהמים כימית וביולוגית ניתן למקם בשלב התכנון המפורט</p>	<p>מהן הדרישות למתקן נטרול והאם יש אתר יעודי בבית החולים בו השפכים מרוכזים או שהמתקן יכול לעמוד בחלק מחללי המעבדה/קומה טכנית?</p>	<p>3.10.4.5</p>	<p>נספח ג'</p>	<p>116</p>

<p>מס נקודות בהתאם לתכנון מפורט. טבלת מכשירים Stand-alone (SA)</p> <p>מעבדת מיקרוביולוגיה לא במסגרת המכרז הזה.</p> <p>- הבינוי יכול את עבודות התקשורת למעבדה ככל ונדרש כל נקודות התקשורת יגיעו לחדר שרתים בקומה 1- החדר יבנה בסטנדר של תקרה אקוסטית, רצפה וקירות בטון וכן דלת אש. בחדר יותקן מזגן ומערכת תאורה כמקובל. ציוד המיתוג בחדר יותקן ע"י מרת"א.</p> <p>עלות כלל העבודות למתח נמוך נלקחו בחשבון באומדן הכללי בסעיפי העבודות הנוספות</p>	<p>על מנת שנוכל לאמוד בצורה מיטבית את העלויות הנדרשות בפרק תשתיות תקשורת נבקש לקבל את הנתונים הבאים:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. מספר נק' תקשורת</li> <li>2. חדר תקשורת האם קיים מיקום בתוכנית הכתמים או האם יותר שימוש בחדר הקיים?</li> <li>3. תוכנית של תקשורת</li> <li>4. תוכנית תעלות תקשורת</li> <li>5. נדרש להוסיף רובריקה נוספת לתמחור - עלות להקמת חדר תקשורת חדש. בסיור הקבלנים אשר התקיים בנוכחות מהנדסי בית החולים, הובטח כי מרת"א יעביר אומדן מספק התקשורת הבלעדי שלה לצורך העברת תשתיות תקשורת והקמה/שידרוג/הזזה של חדר התקשורת הקיים בקומה. כמו כן מבקשים לעדכן האם תשתיות מעבדת המיקרוביולוגיה העתידית ישתמשו בחדר זה?</li> </ol>		<p>נספח ג' ונספח כ'</p>	<p>117</p>
<p>ראה התוסף מוסף ג' 10 לנספח ג'- תוכניות AS MADE אגף ה קומה 1 בניין סוראסקי</p>	<p>נבקש לקבל את תוכנית as made של אגף ה' - לא צורפה במסגרת הנספחים</p>		<p>נספח ג'</p>	<p>118</p>
<p>המסדרון כלול בשטח המשופץ</p>	<p>נבקש להבהיר מדוע שטח המסדרון בין מעבדת קבלת הדגימות ושטח המלתחות אינו צבוע? כיום שטח זה הינו מעבדת שתנים והתאמתו כרוכה בתשומות לא מבוטלות (שבירת קירות, שינוי תוואי חשמל, ריצוף, תקרות וכו') ולכן להבנתנו מחייבת הוספה שלו לשטח המכרז</p>		<p>נספח ג'</p>	<p>119</p>
<p>דרישה ל BSL2 מוגבר</p>	<p>האם לחדר מספר A4 קיימות דרישות מיוחדות מבחינת דירוג BSL?</p>	<p>כללי</p>	<p>נספח ג' (תכנית כתמים)</p>	<p>120</p>
<p>כלול</p>	<p>בהתייחס לאגף ה' בתכנית הכתמים – סימון כתום וורוד – התבקשנו במסגרת סיור המציעים להעלות שאלה – האם הנ"ל נכללים כחלק מהעבודות נשוא המכרז?</p>	<p>תכנית הכתמים</p>	<p>נספח ג'</p>	<p>121</p>

1. דלתות ראשיות למתחם המעבדה יהיו חשמליות ממונעות 2. דלתות לחדרים בהם מס' משתמשים יהיו חשמליות (קרי: מנעול חשמלי ללא מנוע). 3. דלתות לחדרי עבודה אישיים או זוגיים יהיו בעלי מנעולים מכניים.	ע"פ המוגדר במוסף 8 לעניין דלתות במעבדה מצויין כי הדלתות במעבדות צריכות להיות חשמליות, אולם במפרט המכרז אין אזכור לנושא זה. משמתיות סעיף זה יכולה להיות מאוד משמעותית בכל הקשור לתמחור עבודות הבינוי באתר. נבקש הבהרה לעניין סוגיית הדלתות		נספח ג'	122
הדרישה המינימאלית והמחייבת הינה הרשומה במפרט	מערכת האוטומציה המוצעת על ידנו מסופקת עם אל-פסק וקומפרסור ייעודיים מטעם היצרן. נבקשם לאשר אספקה של תצורה זו	3.6	פרק ג' – טיפול ושירות במהלך תקופת ההתקשרות	123
חשוב לציין שארון החשמל של המערכת צריך להיות בנוסף לארון לאזור המשופץ האגפים והחדרים	נבקשם להבהיר כי אספקת לוחות החשמל מיועדים לאזור המשופץ בלבד ולא לשאר האגפים וחדרים	3.6	פרק ג' – טיפול ושירות במהלך תקופת ההתקשרות	124
מאושר	מערכות טיפול המים עשויות חומרים פלסטיים – פוליפרופילן/ פוליאית'לן. נבקשם לאשר ביצוע הארכת הצינורות בצנרת הסטנדרטית בתעשייה, ל UPVC ולא בנירוסטה	3.6	פרק ג' – טיפול ושירות במהלך תקופת ההתקשרות	125
מצורפת תכנית הכתמים המבוקשת – אזורי השיפוץ הכלולים בפרויקט, לעינכם ולהתייחסותכם. כל האצבע כלולה במכרז למעט החלק ששייך למיקרוביולוגיה נדגיש כי המסדרונות ככל שידרשו לעבור התאמות הינם באחריות הספק שיבחר	בהמשך לסיור הקבלנים שנערך ולהבהרות שהתקבלו במסגרתו, נבקש לקבל מפת/תכנית כתמים עם סימון ברור של האזורים המטופלים. המפה הנוכחית כוללת אזורים שבסיור הקבלנים נאמר לגביהם שאינם חלק מהפרוייקט.		פרק ג' נספח ד' – תכנית כתמים	126
יש להרוס את הקיר למעט המרכיבים הקונסטרוקטיביים בצורת משולש.	בסיור הקבלנים נאמר כי יש להרוס קיר (באזור הצהוב) – זהו קיר חיצוני לבניין ותפקידו הקונסטרוקטיבי אינו ידוע. נבקש הבהרה מקונסטרוקטור מה ניתן להרוס ומה נדרש להחזיר מבחינה קונסטרוקטיבית.		פרק ג' נספח ד' – תכנית כתמים	127
21-24 אינם כלולים בשטח הפרויקט	מתבקשת הבהרה לגבי חדרים 21-24 בשטח החדש, האם מדובר על מעבדות קיימות? אם כן, היכן הן ממוקמות היום?		פרק ג' נספח ד' – תכנית כתמים	128
מצורפת תכנית כתמים הכוללת מצב קיים של השטח הכלול בפרויקט	נבקש לקבל תכנית כתמים המתארת את המצב כיום.		פרק ג' נספח ד' – תכנית כתמים	129

130	פרק ג' נספח ד' – תכנית כתמים		נבקש לקבל הבהרה לגבי אילו שטחים בתכנית הכתמים הינם שטחים שאינם הכרחיים לרציפות התפעולית של המעבדות וניתן לפנותם באופן זמני עד לסיום שלב הבינוי.	ככלל, ישנו אזור גדול שניתן להתחיל לבנות בין אגף ה' ל אגף ו' והוא יכול לשמש כאזור ביניים. שאר האזורים במעבדה נמצאים בשימוש.
131	נספח ה'	1.5	נבקש להבהיר מהי "סיבה מספקת" לעניין סעיף זה בעיקר לאור העובדה שמרת"א העבירה מפרטים מדוייקים של חומרים לשימוש במהלך הפרוייקט.	הפעלת סמכות הפקח ומהנדס מרת"א היא ע"פ שיקול דעתם לעניין זה, וזו כפופה לעקרונות של סבירות, מידתיות וקיום החוזה בתום לב ובדרך המקובלת
132	נספח ה' - התחייבויות והוראות החלות על נותן השירותים במסגרת ביצוע העבודות	5.2	נבקשם להחריג את הסעיף כך שלא יחול על נזק שנגרם על ידי מרת"א וכל מי שמטעמה, לרבות נזק שייגרם כתוצאה מליקויים בתשתיות שבאחריות מרת"א	הסעיף יוותר ללא שינוי
133	נספח ה' - התחייבויות והוראות החלות על נותן השירותים במסגרת ביצוע העבודות	5.6	נבקשם שיובהר שסעיף זה חל רק על נזק שנגרם על ידי נותן השירותים ו/או מי מטעמו	הסעיף יוותר ללא שינוי
134	נספח ה' - התחייבויות והוראות החלות על נותן השירותים במסגרת ביצוע העבודות	6.2	נבקשם שיובהר כי סעיף זה בכללותו חל רק על אתר העבודות	הסעיף יוותר ללא שינוי. חל רק על אתר העבודות
135	נספח ה' - התחייבויות והוראות החלות על נותן השירותים במסגרת ביצוע העבודות	13	נבקשם שיובהר כי סעיף התיקונים בכללותו מוגבל, כמקובל, לתקופת הבדק בלבד	הסעיף יוותר ללא שינוי
136	פרק ד', נספח ו' פרק ב', נספח ב'1, פרק א'	סעיף 15 (אבני דרך) סעיפים 5-14 בטבלה סעיף 3	נבקש שבמסגרת 75 השבועות למסירת הפרוייקט תינתן גמישות שתאפשר חריגה בכל סעיף בהתאם להתקדמות בפועל, בכפוף לשמירה על מסגרת הזמן במכרז.	הסעיף יוותר ללא שינוי. הספק הזוכה יוכל להגיש בקשה מטעמו במהלך תקופת ההסכם ככל והוא סבור כי קיימת לו בעיה לעניין עמידה במועדי אבני הדרך לביצוע, ומרת"א ידון בכל מקרה לגופו.
137	פרק ד', נספח ו'	29.2	מתבקשת הבהרה כי סירוב מרת"א בהתאם לאמור בסעיף לא יינתן במידה ועדכון המערכת מחויב על ידי היצרן.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
138	פרק ד', נספח ו'	32.8	נבקש להחליף את הדרישה להתחייבות בעל הרישום ולהסתפק בהתחייבות נותן השירותים כלפי מרת"א כי בעל הרישום התחייב בפניו.	הסעיף יוותר ללא שינוי

מקובל	בהמשך לסעיף 9 לפרק א' מתבקשת הבהרה כי המגבלה לעניין מספר קבלני המשנה בסעיף, לא מתייחסת אל ספקי הריאגנטים.	37.1.1	פרק ד', נספח ו'	139
הסעיף יוותר ללא שינוי. ההפניה לחוזה המדף אינה הפניה שיורית.	לאור האמור בסעיף 13.3 בפרק א, נספח א', מתבקשת הבהרה שניתן יהיה להציג את ההסכם עם הקבלן תוך 30 יום. נבקש להבהיר כי ההפניה במכרז לחוזה המדף 3210 הינה הפניה שיורית, כך שניתן יהיה לערוך הסכם קבלן סטנדרטי עם הקבלן הראשי וההפניה להסכם הקבלן תיעשה באופן שיורי בלבד. כמו כן, היות ומרת"א מבקש הפניה (שיורית) להסכם המדף, מתבקשת הבהרה מצד מרת"א שכל חיוב שיוטל על הזוכה כלפי הקבלן בהתאם להוראות הסכם המדף שנגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל רשלנים של מרת"א, מרת"א יישא בהתחייבות זו.	37.2.7	פרק ד', נספח ו'	140
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להוסיף גם מעשה רשלני של מרת"א. האחריות צריכה להיגזר מהדין הכללי והזוכה לא צריך להיות אחראי גם למעשה ו/או מחדל רשלניים של מרת"א. יוער, כי אין אפשרות לבטח בביטוח אחריות רשלנות צד שלישי.	38.2	פרק ד', נספח ו'	141
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר שהפטור לא יחול: א. כלפי מי שגרם לנזק בזדון ב. ביחס לנזק שנגרם כתוצאה מפעולה של מרת"א ו/או מי טעמה בניגוד להנחיות היצרן שהועברו למרת"א. ג. על סכום ההשתתפות העצמית של המציע בביטוח הרכוש שלו.	39.3	פרק ד', נספח ו'	142
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר שקיזוז בגין נזקים בכפוף להחלטה שיפוטית בגין אחריות נותן השירותים לנזק	39.5	פרק ד', נספח ו'	143
הסעיף יוותר ללא שינוי	להוסיף אחרי המילה "אחראי" בשורה השניה "ע"פ דין".	40.1	פרק ד', נספח ו'	144
הסעיף יוותר ללא שינוי	לבקש להוריד את המילה "עקיפה"	41.1	פרק ד', נספח ו'	145
הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי	מתבקש למחוק את המילים "בערכם המלא" בשורה הראשונה של הסעיף.	46	פרק ד', נספח ו'	146
הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי	מבוקש למחוק 500,000 ולהפחית ל 100,000	46	פרק ד', נספח ו'	147

<p>הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>נבקש להחליף את הערך 4,000,000 בערך 1,000,000</p>	<p>46 1. ביטוח בשלב ההקמה פרק א' ביטוח רכוש (הרחבות בכיסוי) סעיף 3</p>	<p>148 פרק ד', נספח ו'</p>	
<p>הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>נבקש למחוק את המילים "בערכם המלא"</p>	<p>46 1. ביטוח בשלב ההקמה מפרק א' ביטוח רכוש (סעיף הרחבות בכיסוי). סעיף 4</p>	<p>149 פרק ד', נספח ו'</p>	
<p>הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>נבקש למחוק את המילים מ"על פי ערכם"</p>	<p>46 1. ביטוח בשלב ההקמה פרק א' ביטוח רכוש (סעיף הרחבות בכיסוי). סעיף 5</p>	<p>150 פרק ד', נספח ו'</p>	
<p>הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>נבקש לשנות את סכום הביטוח מ 20,000,000 ל 10,000,000</p>	<p>46 1. ביטוח בשלב ההקמה פרק ב' ביטוח אחריות כלפי צד שלישי סעיף 1</p>	<p>151 פרק ד', נספח ו'</p>	
<p><b>הבקשה מקובלת</b></p>	<p>נבקש לשנות מ 2,000,000 ש"ח ל 1,000,000 ש"ח.</p>	<p>46 1. ביטוח בשלב ההקמה פרק ב' ביטוח אחריות כלפי צד שלישי (סעיף 2)</p>	<p>152 פרק ד', נספח ו'</p>	

מובהר כי ככל ויערך ביטוח נפרד מטעם קבלן שמבצע את העבודות על המערכת הגזים הרפואיים הכולל את התנאים הנדרשים ביחס לביטוח זה לרבות לעניין גבול האחריות, גבול האחריות בגין יתר עבודות הבינוי בביטוח של הקבלן הראשי בגין יתר העבודות לא יפחת מסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח בגין נזק לגוף ולרכוש.	נבקש להפחית את גבול הכיסוי בביטוח חבות מוצר (לפחות ביחס לעבודות הבינוי) ל 6,000,000 ש"ח.	46 סעיף 2 – ביטוחים לאחר שלב ההקמה. ביטוח חבות מוצר	פרק ד', נספח ו'	153
הבקשה נדחית. הסעיף יותר ללא שינוי	מתבקש שחלופת הפטור בביטוח אובדן רווחים (סעיף 5) תחול גם עבור ביטוח הרכוש.	46 סעיף 2 – ביטוחים לאחר שלב ההקמה. (4) ביטוח רכוש	פרק ד', נספח ו'	154
הבקשה נדחית. יחד עם זאת, מובהר כי ביטול הסייגים בפוליסה תוך ציון המלל שהתבקש מקובל ולא יהווה הפרה של ההסכם.	נבקש לוסיף את החלק המודגש לסעיף חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים וזאת מבלי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי דין.	46 – ביטוחים לאחר שלב ההקמה. (1) כללי, סעיף 7	פרק ד', נספח ו'	155
הסעיף יותר ללא שינוי	נבקש להגביל את תקופת הביקורת לתקופת ההסכם בלבד.	47.5	פרק ד', נספח ו'	156
<b>הסעיף בוטל</b>	הסעיף לא מקובל ונבקש למוחקו – ספרי הספק הינם סוד מסחרי ואין סיבה לעיין בהם או לבצע העתק.	47.6	פרק ד', נספח ו'	157
<b>הסעיף בוטל</b>	הסעיף לא מקובל ונבקש למוחקו – מדובר במידע סודי של הספק שלא ניתן ללקוחות.	47.7	פרק ד', נספח ו'	158
<b>הסעיף בוטל</b>	הסעיף לא מקובל ונבקש למוחקו - הדרישה מקובלת ולא סבירה במיוחד במסגרת התקשרות מסוג זה הכפופה לדין המנהלי.	47.8	פרק ד', נספח ו'	159
הסעיף יותר ללא שינוי	בעקבות האופן בו מבקש מרת"א לקיים הסכם זה לא סביר, שאך ורק בשיקול דעתה יוכלו להשתנות תכולות העבודה במכרז. נבקש להבהיר כי הדבר חייב להיות בהסכמה עם הזוכה.	48.1.3	נספח ו'	160
<b>הסעיף בוטל</b>	נבקש למחוק דרישה זו	58.11.16.4	פרק ד', נספח ו'	161

<p>הסעיף יוותר ללא שינוי. אין לחבר לעמדת העבודה התקנים חיצוניים כגון כונני USB, מודמים, נגני מדיה וכן כל אמצעי באמצעות תווך תקשורת אלחוטי Bluetooth, Wireless, Infrared ועוד.</p>	<p>נבקש לאשר שימוש בכוננים חיצוניים בכפוף לאישור מנהל IT במרת"א.</p>	<p>58.11.18.7</p>	<p>פרק ד', נספח ו'</p>	<p>162</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>צמצום הסעדים להם זכאי הספק בשל הפרת הסכם לסעד ממוני בלבד אינו הוגן ומסכן את הספק יתר על המידה. ניתן לאזן בין הדרישה לרציפות תפקודית של מרת"א ובין נזקים שעלולים להיגרם לספק. מתבקש להוסיף בסוף הסעיף כי "על אף האמור ומבלי לגרוע מכל סעד אחר, אי תשלום התמורה שאינה במחלוקת על ידי מרת"א לספק במשך 60 יום, יוכל להוות עילה לסיום ההסכם".</p>	<p>63.2</p>	<p>פרק ד', נספח ו'</p>	<p>163</p>
<p>מקובל. תוקן בהתאמה</p>	<p>בנספח ח' בהתייחס ל"כמות נדרשת" נכתב – כמות שנתית של בדיקות(בהתבסס על גידול של 4.5% לשנה, למשך 7 שנים.) לאחר שבית החולים יעבור כמות זו תבוצע הוזלה במחיר הבדיקות, בהתאם למפורט בטופס הגשת ההצעה של נותן השירותים – נספח ח' (חלק 2) הצעת מחיר, למסמכי המכרז.  אין התייחסות בנספח ח חלק 2 לעניין זה, כלומר לא ברור באיזו הנחה מדובר וממתי מניין 7 השנים המצויין מתחיל. אנא הבהרתכם.</p>	<p>2</p>	<p>נספח ו</p>	<p>164</p>
<p>מקובל. למען הסר ספק נדרשת התממשקות לתוכנת ניהול בקרת איכות דוגמא UTITY לפי בחירת מרת"א</p>	<p>"המערכת תתממשק לתוכנות ניהול המעבדה וניהול התיקים הקליניים כך שיתאפשר תהליך רציף ותקין של "תווך מלא", כהגדרתו בהסכם זה".  נבקש כי ההתממשקות תבצע רק לתוכנת ניהול המעבדה. אין למערכות התממשקות עם תוכנת ניהול התיקים הקלינית. (יוער כי בקשה זו הועברה והתקבלה במכרז הקודם).</p>	<p>5</p>	<p>נספח ו'</p>	<p>165</p>

<p>בכל מקרה של ביטול ההסכם על-ידי מרת"א, לא תהיה על מרת"א חובה לפצות את המציע הזוכה או לשלם לו תשלום מכל סוג שהוא, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם. תמורה זו, תשולם למציע הזוכה ע"י הצגת חשבוניות כנדרש ולאחר בדיקתן ואישורן ע"י מרת"א.</p> <p>ככל ויבוטל ההסכם טרם תום תקופת ההתקשרות הראשונה (קרי: במהלך 7 השנים הראשונות להתקשרות), תשולם למציע הזוכה התמורה בגין עבודות בינוי מעבדת ביוכימיה (בהנחה שמרת"א שילם על בסיס אחד ממסלולי התמורה המגלם בתוכו עלויות בינוי), בהתאם לשלבי ביצוע בפועל של עבודות הבינוי.</p>	<p>מנגנון הפיצוי אינו ברור -</p> <p>מה קורה במקרה בו אין בינוי במסלול התמורה? האם אין פיצוי? לא הגיוני. "בהתאם לשלבי ביצוע בפועל של עבודות הבינוי." – מה קורה אם מדובר בשלב התחלתי או לאחר סיום העבודות?</p> <p>בנוסף, בכל מקרה יש לציין כי תנתן לזוכה גם התמורה כמפורט בהתחלת הסעיף (6.7) וגם הפיצוי בגין הבינוי/פיצוי נוסף כפי שיקבע.</p>	6.7	נספח ו'	166
--	---	-----	---------	-----

<p>הסעיף עודכן כדלקמן:  <b>נותן</b>  <b>השירותים</b>  <b>מתחייב</b>  <b>לשתף פעולה</b>  <b>עם נציג</b>  <b>מרת"א בכל</b>  <b>עת ובכל</b>  <b>עניין לעניין</b>  <b>התקשרות</b>  <b>זו, ולהעמיד</b>  <b>לרשותו את</b>  <b>כל המידע,</b>  <b>הנתונים</b>  <b>והמסמכים</b>  <b>עפ"י</b>  <b>דרישותיו</b>  <b>והנחיותיו."</b></p>	<p>מבוקש כי שיתוף הפעולה, המידע הנתונים והמסמכים הנדרשים - כולם יהיו בהקשר עם ההתקשרות.</p>	<p>7.3</p>	<p>נספח ו'</p>	<p>167</p>
--	---	------------	----------------	------------

<p>הסעיף עודכן לנוסח הבא:  <b>"מנהל המערכת מטעם נותן השירותים יהא נוכח בכל קריאת שירות של מרת"א והוא זה שיבצע את התיאום עם נציג מרת"א לצורך פתרון הבעיה זולת קריאות שירות לטיפול בבעיות טכניות של מכשירי אנליזה בהן אין צורך בנוכחותו".</b></p>	<p>מכיוון שהדרישה כי מנהל המערכת מטעם נותן השירותים יהא נוכח בכל קריאת שירות אינה ריאלית – שכן מגיע טכנאי מקצועי לטפל בכך נבקש כי קריאות שירות לטיפול בבעיות טכניות של מכשירי אנליזה לא יצריכו נוכחות של מנהל המערכת מטעם נותן השירותים.</p>	<p>8.4</p>	<p>נספח ו'</p>	<p>168</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי. ברי כי ככל ומדובר בהצהרה שהתגלתה כלא נכונה והיא נוגעת לזוטי דברים, ו/או שמא מדובר בפליטת קולמוס ו/או טעות סופר, לא תהא תחולה לסעיף, הכל בהתאם להכרעת ועדת מכרזים בעניין</p>	<p>מבוקש כי הפרה יסודית בהקשר זה תתייחס לאי נכונות מהותית לגבי הצהרה כאמור.</p>	<p>9.2</p>	<p>נספח ו'</p>	<p>169</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>נבקש למחוק מ"למען הסר ספק" ועד לסוף הסעיף.</p>	<p>11.3</p>	<p>נספח ו'</p>	<p>170</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>מבוקש למחוק, האמירה כללית מדי ולא מדוייקת. כל מה שעל חשבון הזוכה מוסדר בסעיפים פרטניים.</p>	<p>11.18</p>	<p>נספח ו'</p>	<p>171</p>

<p>הסעיף יוותר ללא שינוי. כל מציע מוזמן בתיאום להגיע למרת"א ולערוך בירור בעניין</p>	<p>"נותן השירותים מצהיר כי בדק את קווי המים, הביוב, החשמל, הטלפון, הגז, תקשורת, תיעול, ניקוז ותשתיות אחרות הקיימות, ככל שקיימות באתרים, הן מעל פני הקרקע והן מתחת לקרקע וכל מערכת נוספת שקיימת מעל פני הקרקע ומתחת לפני הקרקע; את התנאים האקלימיים והאקולוגיים השוררים באתרים ובסביבתם; וכי קיבל את כל הידיעות שביקש לקבל הנוגעות לעבודות וביצוען, והשיג את כל הידיעות לגבי גורמים העלולים להשפיע על ביצוע החוזה ועל שכר החוזה, והוא מוותר בקשר לכך על כל טענה או תביעה". מבוקש למחוק. הנ"ל לא התקיים ואף לא ניתנה האפשרות לבצע בדיקה נאותה בהקשר זה.</p>	<p>11.21.2</p>	<p>נספח ו'</p>	<p>172</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>" מוסכם כי איחור הנובע ממרת"א בביצוע פעולה ו/או עבודה ו/או מתן מענה כלשהו לאיזה בקשה של נותן השירותים יהווה אך ורק עילה להארכת משך תקופת הביצוע של העבודות בתקופה שיקבע מרת"א, לפי העניין, לפי שיקול דעתם הבלעדי ולא תקנה לנותן השירותים ו/או למי מטעמו זכות לקבלת תשלום נוסף כלשהו, פיצוי ו/או שיפוי כל שהוא".  מבוקש כי ככל אשר נגרם איחור כאמור, תנתן לזוכה האפשרות לטעון את טענותיו בהקשר זה, עוד בטרם יקבע מרת"א את תקופת ההארכה כאמור.</p>	<p>11.23</p>	<p>נספח ו'</p>	<p>173</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>מבוקש כי ינתן <b>שיפוי בלבד</b>, לנוק ישיר שנגרם, שהינו באחריות הספק ע"פ הדין – האמור הינו בקשה כללית לכל תנאי העוסק בכך במסמכי המכרז.</p>	<p>27.2</p>	<p>נספח ו'</p>	<p>174</p>
<p>הפעלת סמכות נציג מרת"א בעניין היא בהתאם לשיקול דעתו, אך כפופה לעקרונות של סבירות, מידתיות וקיום החוזה בתום לב ובדרך המקובלת</p>	<p>מבוקש כי הפעולה שינקוט מרת"א תהא בהלימה להפרה מטעם הספק, כך למשל איחור זניח לא יהווה עילה לביטול ההתקשרות וכיוצא'.</p>	<p>27.3</p>	<p>נספח ו'</p>	<p>175</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי. כמובן שמדובר בצעד שיורי וחרגי אשר יבוצע רק בחלוף מספר פניות בכתב חוזרות ונשנות לנותן השירותים טרם ביצוע הפינני</p>	<p>נבקש כי הטובין לא יופקרו או יושמדו, המדובר במערכות יקרות מאוד.</p>	<p>27.5</p>	<p>נספח ו'</p>	<p>176</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>"...הטמעה והפעלת המערכת החדשה ו/או הציוד החדש יתבצעו ללא כל הפרעה לפעילות השוטפת של המכשירים וביצוע הבדיקות השונות ויעמוד בכל דרישות הקבלה וולידציה לרבות ATP יוטעם כי אין בקיום משא ומתן כגון זה כדי לחייב את נותן השירותים בשדרוג המערכת והציוד כאמור לעיל".  נבקש כי בשורה האחרונה בסעיף יוחלפו המילים: " בשדרוג המערכת והציוד כאמור לעיל" למילים: "<b>בעסקת חליפין כאמור</b>"</p>	<p>31.1</p>	<p>נספח ו'</p>	<p>177</p>

<p>הסעיף עודכן לנוסח שלהלן:</p> <p>"לא תותר כניסת עובדי קבלן לתחומי מרת"א אלא באישור מקדים של קב"ט מרת"א. אישור קב"ט יינתן בהתאם לרשימת העובדים שהומצאה ע"י נותן השירותים מראש. על נותן השירותים ו/או קבלן משנה מטעמו ועובדיהם, לפעול על פי הוראות הקב"ט או מי מטעמו ולשמור על כללי החניה והתנועה במקום, ולפקח אחר עובדים שהם מקיימים הוראות אלה."</p>	<p>מטעמים פרקטיים, מבוקש כי <u>אישור קב"ט ינתן מראש</u>, באופן גורף או פרטני בהתאם לרשימת העובדים שהומצאה ע"י נותן השירותים כאמור. אין ציפיה וגם לא הגיוני כי כל טכנאי או מהנדס שירות ימתינו בפתח ביה"ח לקב"ט כל אימת שיגיעו לביה"ח (וסביר כי הדבר בפועל לא יתבצע).</p>	<p>35.2</p>	<p>נספח ו'</p>	<p>178</p>
--	---	-------------	----------------	------------

הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש כי לאחר המילים: "תנאי מתנאי ההסכם" תתווספנה המילים: "באופן שיש בו כדי להשפיע לרעה באופן מהותי על ההתקשרות".	36.4	נספח ו'	179
הסעיף עודכן לנוסח הבא: "מרת"א יהא רשאי לממש את הערבות, כולה או חלקה, בכל עת בה יפר נותן השירותים תנאי מתנאי ההסכם, וכן יהא רשאי לעכב בידי, או לזקוף, לפי שיקול דעתו, כל סכום מדמי הערבות, כנגד כל חוב של נותן השירותים כלפיו, והכל בכפוף למתן הזדמנות לנותן השירותים להשמיע טענותיו בעל פה או בכתב, בטרם יקבל מרת"א החלטה בעניין וכן מתן הזדמנות בת 7 ימים קלנדריים לתיקון ההפרה".	מבוקש למחוק את האפשרות לעכב או לזקוף כל סכום מדמי הערבות, כנגד כל חוב של נותן השירותים כלפיו, אף אם לא הגיע מועד פירעונו – שכן אם לא הגיע מועד פרעונו מדוע לעשות זאת?	36.4	נספח ו'	180
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש למחוק "לפצות" (ישנו שיפוי).	39.2 + 42.2	נספח ו'	181
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להחריג מהפטור נזק בזדון וכן נזק שנגרם בשל אי עמידה בהנחיות היצרן.	39.3 + 40.1	נספח ו'	182
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להוסיף לאחר המילים "כל שהם" את המילים "שהינם באחריותו"	41.2	נספח ו'	183
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להוסיף את המילה "סביר" בסוף, הסעיף.	42.2	נספח ו'	184
הסעיף יוותר ללא שינוי	הסעיף לא מקובל. במידה וקיימת אחריות ע"פ דין מדוע שהיא לא תתקיים? מבוקש למחוק.	43.3	נספח ו'	185
הסעיף יוותר ללא שינוי	מבוקש למחוק את הסיפא - "מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר נותן השירותים, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מרת"א ו/או מי מטעמו בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט במכרז, או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות, והוא פוטר בזאת את המנויים לעיל מכל אחריות לנזק כאמור. " - לא מקובל ולא סביר.	43.4	נספח ו'	186
הסעיף יוותר ללא שינוי	מבוקש להוסיף בסוף הסעיף: " או נזק שנגרם בשל אי עמידה בהנחיות היצרן"	44.1	נספח ו'	187
הבקשה הראשונה נדחית. ביחס לבקשה הנוספת תשומת הלב כי המילה: "שנה" לא נכללת בנוסח המקורי.	קונסטרוקטור – מבוקש למחוק את המילים: "לא יפחת מ" ואת המילה: "שנה)".	46.1.1.1.2	נספח ו'	188
הבקשה הראשונה נדחית. ביחס לבקשה הנוספת תשומת הלב כי המילה: "שנה" לא נכללת בנוסח המקורי.	בודקים / מתכננים / מהנדסים - מבוקש למחוק את המילים: "לא יפחת מ" ואת המילה: "שנה)"	46.1.1.1.2	נספח ו'	189

הבקשה הראשונה נדחית. ביחס לבקשה הנוספת תשומת הלב כי המילה: "שנה" לא נכללת בנוסח המקורי.	מבוקש למחוק את המילים: "לא יפחת מ" ואת המילה: "(שנה)"	46.1.1.1.2	נספח ו'	190
הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי	מבוקש להוסיף בסיפא את המילים: "מובהר כי מדובר בקוד 321"	46.1.1.1.4	נספח ו'	191
הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי	ביטוח עבודות קבלניות: פרק א' ביטוח רכוש – מבוקש להוסיף לאחר המילים: "פריצה, ו/או גניבה, שוד" את המילים: "על בסיס נזק ראשון"	46.1.2	נספח ו'	192
הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי	ביטוח עבודות קבלניות: רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך – מבוקש להפחית את הסכום 4,000,000 ₪ למקסימום 2,000,000 ₪	46.1.2.3	נספח ו'	193
הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי	ביטוח עבודות קבלניות: פרק ב' ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – מבוקש למחוק את המילה: "לפחות"	46.1.2.1	נספח ו'	194
הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי	ביטוח עבודות קבלניות: בוקש להתחייב ל 10% מגבול אחריות מקסימום 2,000,000 ₪	46.1.2.2	נספח ו'	195
הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי	ביטוח עבודות קבלניות: "רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי" מבוקש למחוק את הסעיף	46.1.2.3	נספח ו'	196
הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי	ביטוח עבודות קבלניות: רק ג' חבות מעבידים - מבוקש למחוק את המילה: "לא יפחת מסך"	46.1.2.1	נספח ו'	197
הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי	ביטוח עבודות קבלניות: ביטוחים משלימים... הקבלניות" – מבוקש למחוק את הסעיף	46.1.3	נספח ו'	198
הבקשה נדחית. אישור הביטוחים על ידי עורך המכרז לשלב שלאחר ההקמה הינו תנאי מוקדם להמשך ביצוע השירותים.	ביטוח עבודות קבלניות: מבוקש להחליף את המילים: "טרם ובסמוך" במילה: "עם"	46.2	נספח ו'	199
הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי	ביטוח אחריות כלפי צד שלישי: מבוקש למחוק את המילים: "לא יפחת מ"	46.2.2	נספח ו'	200
הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי	ביטוח אחריות מקצועית: מבוקש למחוק את המילים: "לא יפחת מ"	46.2.3.3	נספח ו'	201
הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי	ביטוח אחריות מקצועית - מבוקש למחוק את הסעיף בכללותו	46.2.3.4	נספח ו'	202
הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי	ביטוח חבות המוצר: מבוקש למחוק את המילים: "לא יפחת מ"	46.2.4.3	נספח ו'	203
הבקשה הראשונה מקובלת. הבקשה השנייה נדחית.	ביטוח רכוש: מבוקש להחליף את המילה: "צמצום" במילים: "שינוי לרעה" וכן מבוקש להחליף ב 60 ב 30	46.2.4	נספח ו'	204
הבקשה הראשונה מקובלת. הבקשה השנייה נדחית.	כללי: סעיף 1 – מבוקש להחליף את המילה: "צמצום" במילים: "שינוי לרעה" וכן מבוקש להחליף ב 60 ב 30	46 סייפא	נספח ו'	205
הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי	כללי: סעיף 7 (ב) – מבוקש להחליף את המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת" במילים: "ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר למשך 3 שנים נוספות מתום מועד ההתקשרות"	46 סייפא	נספח ו'	206
הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי	כללי: סעיף 7 (ג) - מבוקש למחוק את המילים: "לכל המאוחר שבוע ימים"	46 סייפא	נספח ו'	207

208	נספח ו'	46 סייפא	כללי : סעיף ד' – מבוקש להוסיף בסיפא את המילים : "בהתאם לתנאי השוק"	הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי
209	נספח ו'	46 סייפא	כללי : סעיף ו' – מבוקש למחוק את המילים : "ועליו לבחון את חשיפתה .. בהתאם לכך"	הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי
210	נספח ו'	47.8	נבקש להתייחס לפרקטיקות מקובלות בנושא.	הסעיף בוטל
211	נספח ו'	47.9	מבוקש כי ינתן פז"מ סביר לתיקון הטעון תיקון	הסעיף יוותר ללא שינוי
212	נספח ו'	48.1.3	"מובהר ומוסכם כי לא יחול כל שינוי בתמורה מכל סיבה שהיא, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור - כתוצאה משינויים בתכניות, במפרטים, עליות מחירים, החזר הוצאות, העסקת כוח אדם, עליה במיסים ו/או היטלים, הימשכות העבודות או מכל סיבה אחרת.."  נבקש למחוק שורה זו משהינה בלתי הגיונית ובניגוד לכללי המכרזים – הצעת המחיר אינה יכולה לעמוד בתקף שעה שהזוכה נדרש לבצע את העבודות על פי תוכניות ו/או מפרטים שלא צורפו למכרז ו/או השתנו אחר הזכייה.  בנוסף, נבקש כי ככל אשר ישתנו מהותית תשומות לדוגי- תשומות בניה, באופן המשפיע על התמור הכלכלי של המציע, יוכל המציע לפנות לוועדה ולשטוח את טענותיו בנושא.	הסעיף יוותר ללא שינוי
213	נספח ו'	51.1	1. בהתייחס "לאי עמידה בזמני הTAT אשר תיחשב כמקרה של אי עמידה בלמעלה מ1% מכלל בדיקות הכימיה והאימונוכימיה באותו החודש" במידה ויחובר לקו האוטומציה מכשיר שאינו באחריות הזוכה במכרז, ייתכן מצב שמכשיר זה יגרום לעיכוב של הספק המערכת כולה וקבלת תוצאות מהמאבחנים האימונוכימיים בפרט. מבקשים לפיכך לסייג את מדידת ההספקים והחריגות במקרה כזה ולא לכלול בחישוב הפחתת התמורה.  יוער, כי במכרז קודם נשאלה שאלה והתקבלה בחיוב, ונקבעה תוספת של 10% לזמן ה TAT - שהוגדר בנסיבות המצויינות  2. בהתייחס למנגנון הפיצוי בהתייחס לאי עמידה בזמני הTAT – והדרישה כי הספק יפצה את מרת"א בסך של 10% מעלות התשלום החודשי על חודש שבו לא הייתה עמידה בזמני TAT כפי שהוגדר – מדובר בדרישה מוגזמת, נבקש להעמיד את הפיצוי על 4%.  3. בכל מקרה, נבקש, כי בטרם השתת כל קנס על הזוכה – יובאו הנסיבות הרלוונטיות בפני הזוכה בכתב ויתאפשר לו בפרק זמין סביר, לטעון את טיעונו בנושא (כך למשל, יתכן כי אכן נמלאו הנסיבות התאורטיות להשתת הקנס ואולם ישנו הסבר ראוי לדבר ואין מקום בפועל להשית את הקנס).	במידה שיחוברו בעתיד מכשירים נוספים לקו האוטומציה שאינם באחריות הזוכה במכרז, שמשמעותם עליה של יותר מ 10% בכמות הדגימות המיועדות למכשור שאינו באחריות הזוכה מתוך כמות הדגימות המיועדות למכשור (שבאחריות הזוכה) על המערכת בזמן השיר, דרישות ה TAT לאותו זמן ביום, יוארכו בשיעור זהה לאחוז הדגימות שנוספו למערכת באותו זמן. לדוגמה, אם ה TAT לבדיקה שבאחריות הזוכה היא 40 דקות וכמות הבדיקות שבאחריות הזוכה הו 400 לשעה בשעת השיא, וכמות הדגימות שנוספו הן 50 לאותה שעה, ה TAT הנדרש יהפוך להיות $45 = 400/450 * 40$

הסעיף יוותר ללא שינוי. לא תהא שום תחולה להוראה מהוראות המכרז, ככל וישנה כזו, שיישומה משמעו הפרת חוק	מבוקש להוסיף בסוף הסעיף: "הכל למעט בנסיבות בהן הינו מנוע מלפעול כאמור בהתאם לכל דין".	52.1.9	נספח ו'	214
הסעיף יוותר ללא שינוי.	הסנקציות המפורטות בסעיף מוגזמות, מבוקש לצמצמן באופן מידתי בהלימה לנסיבות. בנוסף, מבוקש כי בטרם פעולה כאמור יוזמן הספק לשימוע בו יתאפשר לו להציג את טענותיו, זמן סביר בטרם נקיטת צעדים כמפורט בסעיף.	54.1	נספח ו'	215
הסעיף יוותר ללא שינוי.	מבוקש להוסיף בסוף הסעיף: "והכל למעט ככל אשר יש מניעה בדין שבעטיה פעל כאמור."	54.1.8	נספח ו'	216
הסעיף יוותר ללא שינוי.	לא ניתן למנוע מראש פניה לערכאות, זכות בסיסית, מבוקש למחוק.	54.4	נספח ו'	217
הסעיף יוותר ללא שינוי.	כנ"ל, לא ניתן למנוע מראש פניה לערכאות, זכות בסיסית, מבוקש למחוק.	54.6	נספח ו'	218
הסעיף יוותר ללא שינוי.	מבוקש למחוק "לשכללם"	57.1	נספח ו'	219
המוסף בוטל	אין התייחסות במסמכים למוסף ב' - כתב ערבות מקדמה. נבקש למחוק או לחילופין להבהיר עבור מה כתב הערבות? ומהו הסכום הנדרש?	מוסף ב' - כתב ערבות מקדמה"	נספח ו'	220
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש כי כל שיפוי - יעשה כנגד הוצאה בפועל לאחר פס"ד חלוט.	כללי	נספח ו'	221
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקשכם להגביל את האחריות ל- 10% מערך ההתקשרות	41.1	נספח ו' - הסכם	222
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקשכם להגביל את האחריות ל- 10% מערך ההתקשרות	42.1	נספח ו' - הסכם	223
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקשכם להגביל את האחריות ל- 10% מערך ההתקשרות	42.2	נספח ו' - הסכם	224
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקשכם להגביל את האחריות ל- 10% מערך ההתקשרות	43.4	נספח ו' - הסכם	225
יוותר ללא שינוי	נבקשכם לשנות את זמן הנדרש לפתרון תקלה בכל אחד מסוגי התקלות (תקלה קריטית, תקלה בינונית, תקלה קלה) ל: "הזמן שידרש לטיפול בתקלות יהיה מרגע ההגעה וברצף עד לפיתרון התקלה"	טבלה מס' 9 19.3.3	נספח ב'1 - מפרט השירותים/תה ליד עבודה נספח ו' - הסכם	226
הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקשכם למחוק את המילים "ובגין כל הפועלים מטעמו" בשורה הראשונה ואת המילים "מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב" בשורה השנייה	46.1(1)1	נספח ו' - הסכם	227
הבקשה נדחית. אולם מובהר כי גבול אחריות במטבע דולרי יתקבל ובלבד שיומר לפי שער יציג.	נבקשכם למחוק את המילים "10% מסכום הביטוח לפחות 4,000,000 ש"ח" ולכתוב \$1,000,000	פרק א' סעיף 3	נספח ו' - הסכם	228
לאחר "1,000,000 ₪" יבוא: "לאו מסכום של 250,000 דולר ארה"ב"	נבקשכם לשנות את הסכום מ-2,000,000 ש"ח ל-\$250,000	פרק ב' סעיף 2	נספח ו' - הסכם	229

הבקשה נדחית, אולם תבוא הסיפא: לעניין פרק זה מעל לסכומים ששולמו תחת פרק הרכוש של הפוליסה".	נבקשכם להוסיף בסוף המשפט "למעט נזק שנגרם לרכוש מבוטח או שהיה יכול להיות מבוטח במסגרת פרק הרכוש "	פרק ב' סעיף 3	נספח ו' - הסכם	230
לאחר "20,000,000 ש"ח יבוא: [או מסכום של 5,000,000 דולר ארה"ב]"	נבקשכם לשנות את הסכום מ-20,000,000 ש"ח ל-5,000,000\$ (עמוד 126)	פרק ג' סעיף 2	נספח ו' - הסכם	231
תבוא הסיפא" [או מסכום של 5,000,000 דולר ארה"ב]"	נבקשכם לשנות את הסכום מ-20,000,000 ש"ח ל-5,000,000\$ (עמוד 126)	2(1)2	נספח ו' - הסכם	232
אין שינוי במסמכי המכרז, אולם מובהר כי עורך המכרז רשאי יהיה לאשר ביטוח משולב ובלבד כי גבול האחריות יהיה סכום גבולות האחריות שהתבקשו ביחס לביטוחים אלו, היקף הכיסוי של הביטוח המשולב לא יפחת מהיקף הכיסוי שנדרש תחת המכרז ביחס לביטוחים אלו.	נבקשכם שייכתב "ביטוח אחריות כלפי צד שלישי משולב עם ביטוח חבות מוצר" (עמוד 126)	2(2)	נספח ו' - הסכם	233
הבקשה נדחית, אולם תבוא הסיפא: לעניין פרק זה מעל לסכומים ששולמו תחת פרק הרכוש של הפוליסה	נבקשכם להוסיף "למעט נזק שנגרם לרכוש מבוטח או שהיה יכול להיות מבוטח במסגרת פרק הרכוש" (עמוד 126)	4(2)2	נספח ו' - הסכם	234
הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקשכם להוסיף בסוף המשפט "בתת גבול אחריות כמפורט בפוליסה" (עמוד 127)	5(2)2	נספח ו' - הסכם	235
הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקשכם למחוק את המילים "מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב" בשורה השניה (עמוד 127)	2(3)	נספח ו' - הסכם	236
הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקשכם לשנות את הסכום מ-8,000,000 ש"ח ל-5,000,000 ש"ח (עמוד 127)	3(3)	נספח ו' - הסכם	237
אין שינוי במסמכי המכרז, אולם מובהר כי עורך המכרז רשאי יהיה לאשר ביטוח משולב ובלבד כי גבול האחריות יהיה סכום גבולות האחריות שהתבקשו ביחס לביטוחים אלו, היקף הכיסוי של הביטוח המשולב לא יפחת מהיקף הכיסוי שנדרש תחת המכרז ביחס לביטוחים אלו.	לאחר המילים "ביטוח חבות מוצר" נבקש להוסיף "משולב עם ביטוח צד שלישי על בסיס אירוע" (עמוד 127)	4.	נספח ו' - הסכם	238
הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקשכם למחוק את המילים "הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים" ולכתוב במקום "על בסיס אירוע" (עמוד 128)	2(4)	נספח ו' - הסכם	239
הבקשה הראשונה והשנייה מקובלות. הבקשה השלישית נדחית	נבקשכם לכתוב "שינוי לרעה" במקום צמצום, "נשלחה" במקום "ניתנה" ו-"30" במקום "60" (עמוד 129)	1	נספח ו' - הסכם	240

הבקשה נדחית. יחד עם זאת, מובהר כי ביטול הסייגים בפוליסה תוך ציון המלל שהתבקש מקובל ולא יהווה הפרה של ההסכם.	נבקשכם להוסיף בסוף המשפט "אולם אין בביטוח החריג כאמור בכדי לגרוע מזכויות המבטח ו/או מחובות המבוטח על פי הדין" (עמוד 129)	7	נספח ו' - הסכם	241
הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי	נא לכתוב "עם תום תקופת הביטוח" במקום "שבועה ימים לפני תום תקופת הביטוח" (עמוד 129)	ג.	נספח ו' - הסכם	242
הסעיף יוותר ללא שינוי	א. באשר לקנס המוטל על אי עמידה בזמני תיקון תקלות – נבקשכם להבהיר כי קנס זה יחול רק במקרים של תקלה משביתה בלבד. ב. באשר לקנס המוטל על אי עמידה בזמני תיקון תקלות – נבקשכם להגביל את סכום הפיצוי המקסימלי ליום איחור ל-5,000 ש"ח.	51.1	נספח ו' -הסכם ומוספיו	243
הסעיפים יוותרו ללא שינוי	על מנת שנוכל לתת הצעת מחיר אטרקטיבית וקרובה ככל הניתן לעלויות הבינוי בפועל, נבקשכם לאפשר לנו להגיש הצעת מחיר נוספת לעסקת ריאגנטיס/ בדיקה מדווחת ללא בינוי + הצעת מחיר נפרדת לבינוי שבה מרת"א תשלם באופן ישיר לקבלן המבצע, בהתאם לאבני הדרך המצויינים בטבלה בסעיף זה. מובהר שהאחריות לתכנון וביצוע תישאר באחריותנו וכי כל ההתנהלות אל מול הקבלן וכל הנוגע לעבודות הבינוי, יישארו באחריותנו	48.1.1.5	נספח ו' -הסכם ומוספיו	244
ראה אישור הביטוח המעודכן	נא ראו תיקונים מבוקשים על גבי הטופס המצורף		אישור קיום ביטוח	245
תקופת הבדק מפורטת בחוזה המדף. מניינה של התקופה יחל עם קבלת "תעודת השלמה" לעבודות כמפורט בסעיף 10 לנספח ה' למסמכי המכרז	אנא הבהרתכם מהי תקופת הבדק על פי ההסכם או לחילופין אנא צרפו או הפנו לחוזה המדף המדובר ממנו ניתן להבין מהי תקופה זו	45	נספח ו' - הסכם	246
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר כי מדובר בנוק שייגרם ישירות על ידי נותן השירותים ופעולותיו	2.4	ה' - התחייבויות והוראות החלות על נותן השירותים במסגרת ביצוע העבודות	247

<p>מקובל. הסעיף עודכן לנוסח הבא:</p> <p>”מרת”א יהא רשאי לממש את הערבות, כולה או חלקה, בכל עת בה יפר נותן השירותים תנאי מתנאי ההסכם, וכן יהא רשאי לעכב בידיו, או לזקוף, לפי שיקול דעתו, כל סכום מדמי הערבות, כנגד כל חוב של נותן השירותים כלפיו, והכל בכפוף למתן הזדמנות לנותן השירותים להשמיע טענותיו בעל פה או בכתב, בטרם יקבל מרת”א החלטה בעניין וכן מתן הזדמנות בת 7 ימים קלנדריים לתיקון ההפרה”.</p>	<p>נבקש כי מימוש הערבות יהיה כפוף למתן תקופה של 7 ימים לתיקון הליקוי או ההפרה הנטענת</p>	<p>36.4</p>	<p>נספח ו' -הסכם ומוספיו</p>	<p>248</p>
--	--	-------------	----------------------------------	------------

249	נספח ו' -הסכם ומוספיו	39.2	נבקש לקבוע כי פיצוי או שיפוי על פי סעיף זה יהיה כפוף לפסק דין חלוט	הסעיף יוותר ללא שינוי
250	נספח ו' -הסכם ומוספיו	41.1	נבקש למחוק את ההתייחסות לנזק עקיף מסעיף זה	הסעיף יוותר ללא שינוי
251	נספח ו' -הסכם ומוספיו	45.1	מבוקש כי אורכה של תקופת הבדק תוגדר כשנה	תקופת הבדק מפורטת בחוזה המדף. מניינה של התקופה יחל עם קבלת "תעודת השלמה" לעבודות כמפורט בסעיף 10 לנספח ה' למסמכי המכרז
252	פרק ד' נספח ו' מוסף ג'	אישור ביטוח	מתבקש להוריד את בינוי המעבדה הביולוגית מאישור הביטוח. כמו כן, מתבקש לאפשר הגשת נוסח המותאם להוראות המפקח על הביטוח.	<b>הושמט בינוי מעבדת מיקרוביולוגיה</b>
253	פרק ד' נספח ו' מוסף ג'	אישור ביטוח	בביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות – מתבקש לשנות מ 60 יום ל- 4 שבועות.	תקופת הרצה תעמוד על 30 יום לפחות.
254	נספח ז'- ערבות הצעה		נא ראו תיקונים מבוקשים על גבי הקובץ המצורף	המסמך יוותר ללא שינוי
255	נספח ח	חלק 1 סעיף 10	נבקש למחוק "במלואו או בחלקיותו"	הסעיף יוותר ללא שינוי

<p>-אין מחיר מקסימלי ל"תוצאה מדווחת" לפי מסלול א'  -אין מחיר מקסימאלי לתמורה תמורה על בסיס מחיר ריאגנט בודד פר בדיקה, לפי מסלול ב'  - יש מחיר מקסימאלי לבינוי מעבדת ביוכימיה, לפי כ"א מהמסלולים : א' ו-ב'.</p> <p>הובהר במסמכי המכרז כי לגבי כל אחד מהמסלולים, מרת"א שומר לעצמו את הזכות לשלם את התמורה בגין עבודות בינוי מעבדת ביוכימיה בהתאם לשלבי ביצועה בפועל, בכפוף לאבני הדרך המפורטות בהסכם, ובאופן נפרד מהתמורה לפי כל אחד מהמסלולים, ובמקרה כזה, יש רלוונטיות למחיר בינוי מעבדת ביוכימיה ביחס לכל אחד מהמסלולים. בכל מקרה, הצעת המחיר לעניין בינוי מעבדת ביוכימיה אינה מהווה חלק מניקוד הצעת המחיר.</p>	<p>נבקש להבהיר – בטבלה בעמ' 180 תחת הכותרת "מחיר מקסימום" נכתב "אין". לאחר מכן בסעיף 12.5 וכן בסעיפים 11.5, 1.9, 12.9 ישנה התייחסות מפורשת ל"מחיר מקסימאלי".  נבקש להבהיר סתירה זו, מדובר בנושא מהותי בהתקשרות.</p>	<p>11.2+12.2</p>	<p>נספח ח'</p>	<p>256</p>
--	---	------------------	----------------	------------

<p>ענין יוותר ללא שינוי <b>ההתקשרות</b> בהסכם זה היא לתקופה של 84 חודשים (להלן: "תקופת ההתקשרות הראשונה").</p> <p>גשר מרת"א, יהא רשאי האריך את ההסכם לתקופות נוספות של שנה או חלקי שנה כל עם, ועד 120 חודשים אופן מצטבר להלן: "תקופות ההתקשרות הנוספות" קרי: 10 שנים במצטבר.</p> <p>על יסוד כך נערכה הערכה התמחירית גולם אין בכך לחייב את מרת"א בכל צורה ואופן גבי תקופת ההתקשרות פועל</p>	<p>בסעיף 12.5 מפורט המחיר המקסימאלי המותר כולל בינוי – 8.14 מלש"ח.</p> <p>בסעיף 12.9 מפורט המחיר המקסימאלי המותר <b>לא</b> כולל בינוי – 7.4 מלש"ח.</p> <p>מתוך כך, ניתן להבין כי עלות הבינוי עומדת על סך של לא יותר מ- 740,000 ש"ח.</p> <p>נבקש להסביר את הפערים הבאים:</p> <p>(1)</p> <p>מחיר המקסימאלי הינו <b>לשנה</b> לכל אורך ההסכם. נבקש להבהיר כי המחיר המקסימאלי המותר <b>לשנה</b> כולל בינוי – 8.14 מלש"ח, וכי המחיר המקסימאלי המותר <b>לשנה</b> <b>לא</b> כולל בינוי – 7.4 מלש"ח.</p> <p>(2)</p> <p>התאם לנספח כז' בעמ' 236 הערכת המחיר של מרת"א לבינוי בלבד עומדת על כ-9 מלש"ח.</p> <p>גם לו נחשב את עלות הבינוי כפי שהסתברה בפתוח לשאלה זו עבור 7 שנים – <b>לא ניתן להגיע לעלות זו</b>.</p> <p>נבקש להבהיר סתירות אלו, מדובר בנושא מהותי בהתקשרות.</p>	<p>11.4+11.8+12.5 +12.9</p>	<p>נספח ח'</p>	<p>257</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>מבוקש למחוק הסעיף</p>	<p>חלק 1 סעיף 13</p>	<p>נספח ח'</p>	<p>258</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>נבקש למחוק "ואת ההתקשרות על פיו"</p>	<p>חלק 1 סעיף 14</p>	<p>נספח ח'</p>	<p>259</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>נבקש להבהיר כי הזכות לבטל את המכרז כמפורט בסעיף הינה בשלב טרום מועד תחילת העבודות.</p>	<p>14</p>	<p>נספח ח'</p>	<p>260</p>
<p>יוותר ללא שינוי</p>	<p>אנו מבקשים לתת אפשרות בהצעת מחיר למתכלים עבור ביצוע פיצולי המבחנות בלבד (מבחנות פיצול, פקקים למבחנות, טיפים לפיצול, מדבקות ברקוד) מאחר ואלה לא חלק מהמתכלים הדרושים לביצוע הבדיקות המדווחות.</p> <p>לחילופין, תוסכם על הצדדים כמות מקסימלית לשנה עבור מתכלים לפיצולים ומעבר לכך ישולמו על ידי מרת"א</p>	<p>כללי</p>	<p>נספח ח' (חלק 2) - הצעת מחיר + תנאים מיוחדים</p>	<p>261</p>
<p>ניתן למלא את האקסל. להדפיס ולחתום</p>	<p>במידה ואנו נדרשים למלא גם את הטופס בגרסת ה PDF, נבקשכם להוסיף לסעיפים אלה את השורות הרלוונטיות לבדיקות אימונו</p>	<p>11.5 12.6</p>	<p>נספח ח' (חלק 2) - הצעת מחיר + תנאים מיוחדים</p>	<p>262</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>באשר לסעיפי הצעת מחיר ב"מסלול ב'": תמורה על בסיס מנגנון רכישת ריאגנטים (עיסקת ריאגנטים), נבקשכם להוסיף עמודה של מספר קיטים לשנה על מנת שניתן יהיה לחשב סה"כ, גם בקבצי האקסל וגם בטופס ה PDF (במידה ואנו נדרשים להגיש גרסה זו)</p>	<p>12.6 12.10 קבצי אקסל רלוונטיים</p>	<p>נספח ח' (חלק 2) - הצעת מחיר + תנאים מיוחדים</p>	<p>263</p>

<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>נבקש כי הסעיף יכלול את האפשרות כי ככל שההסכם בין היצרן למציע בוטל או לתקופה קצרה מתקופת ההתקשרות נשוא המכרז (ולא חודש) – היצרן או מי מטעמו יכנס בנעליו של המציע לצורך קיום התחייביותיו על פי ההתקשרות נשואת המרכז בהתאם להצהרת היצרן <u>בנספח יא'</u> (עם השינויים המבוקשים) כנהוג במכרזים דומים (חלק מהיצרנים הזרים כפופים לחוקי הגבלים עסקים / תחרות אשר אינם מתירים הסכמי הפצה בלעדיים העולים על 5 שנים) .</p>		<p>נספח יא' + סעיף 55 להסכם + נספח א' 20.3+20.4</p>	<p>264</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>נבקש כי ההתייחסות בסעיף תהיה למערכות היצרן בלבד (מיכשור וציוד מתכלה) (ראו נוסח מוצע)</p> <p>We hereby declare that (Bidder) _____ is (Manufacturer) _____ representative in Israel and is authorized to offer, sell and license (Manufacturer) _____'s Systems &amp; perishable inventory (the "System") and to make all other undertakings and obligations terms and conditions as specified at the Tender <u>with respect to the System.118</u></p>	<p>סעיף 2</p>	<p>נספח יא' הצהרה והתחייבות היצרן</p>	<p>265</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>נבקש כי ההתייחסות בסעיף תהיה למערכות היצרן בלבד (מיכשור וציוד מתכלה) (ראו נוסח מוצע)</p> <p>We hereby confirm that all commitments of (Bidder) _____ <u>with respect to the System</u> according to the Tender, obligate (Manufacturer) _____ all of which subject to paragraph 4 henceforth.</p>	<p>סעיף 3</p>	<p>נספח יא' הצהרה והתחייבות היצרן</p>	<p>266</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>נבקש כי ההתייחסות בסעיף תהיה למערכות היצרן בלבד (מיכשור וציוד מתכלה) (ראו נוסח מוצע)</p> <p>(Manufacturer) _____ undertakes to support fully each of the System which may be installed in Tel Aviv Sourasky Medical Center if (Bidder)_____ becomes unable to fulfill part of his obligations according to the conditions of the Tender, &amp; the contract and (Manufacturer) _____ will step into the shoes of (Bidder) _____, and will fulfill these obligations <u>with respect to the System.</u></p>	<p>סעיף 4</p>	<p>נספח יא' הצהרה והתחייבות היצרן</p>	<p>267</p>

<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>נבקש לסייג את הדרישה כך שתאפשר לערוך שינויים בהסכם בין היצרן למציע ככל שאינם משפיעים באופן מהותי על ההתקשרות נשוא ההסכם. כמו כן, יש לאפשר לייצרן לבטל או לסיים את ההתקשרות עם המציע וככל שנדרש להמשיך ולתמוך במערכת (מכישור וציוד מתכלה) במישרין או באמצעות מי מטעמו בהתאם לתנאי ההתקשרות נשואת המכרז. הדבר נהוג ונפוץ במכרזים דומים. לדוגמא במקרה של הפרת ההסכם בין היצרן למציע – לא ניתן למנוע מהיצרן או המציע לממש את זכותם החוזית לבטל את ההסכם ביניהם. (ראו נוסח מוצע)</p> <p>We hereby further confirm that in any <u>material</u> change in the legal and/or contractual relations and/or the terms of the agreement between (Bidder) _____ and (Manufacturer) <u>(including expiration or termination thereof)</u> _____ we will ensure the full continuity of the service <u>for the System</u> to the Tel Aviv Sourasky Medical Center according to the specifications of the Tender.</p>	<p>סעיף 5</p>	<p>נספח יא' הצהרה והתחייבות היצרן</p>	<p>268</p>
<p>המסמך יוותר ללא שינוי</p>	<p>נא ראו תיקונים מבוקשים על גבי הקובץ המצורף</p>		<p>נספח יא' – הצהרה והתחייבות יצרן</p>	<p>269</p>
<p>הסעיפים יוותרו ללא שינוי</p>	<p>נבקש למחוק את התחייבויות היצרן מנספח זה שכן הן זהות להצהרות והתחייבויות היצרן בנספח יא'. כמו כן, ככל שמדובר ביצרן זר, לא ניתן (ולא נהוג במדינות זרות) לספק חתימת עורך דין ישראלי המאשר כי ההצהרה נחתמה בהתאם לדין הישראלי.</p>	<p>סעיפים 1-3 בהתחייבות היצרן</p>	<p>נספח יב'</p>	<p>270</p>
<p>המסמך יהא בעברית וייחתם על גבי הנוסח העברי</p>	<p>מתבקשת הבהרה כי ניתן יהיה לתרגם המסמך ולהחתימו בשפה האנגלית.</p>		<p>נספח יב'</p>	<p>271</p>
<p>הצעת המחיר של המתכננים תהיה כמקובל במרת"א, קרי: בהתאם לתעריפים הנקובים בספר הצהוב של משרד הביטחון בהנחה של 15%</p>	<p>בנספח מצויין שם האדריכל - אורי און משרד מאיר ביזנסקי אדריכלים ושם הקונסטרוקטור - נחום ברר. מאחר ומחייבים את המציע הזוכה לעבוד עימם – ככל ולא ניתנה מראש הצעת מחיר אחידה שלהם לכל המציעים – הרי הם יכולים לתת הצעות מחיר שונות לכל מציע, ובכך להשפיע על תמחור ההצעות השונות – וזה לא תקין.</p> <p>נבקש לפיכך שיפורסם ש"ט מטעם שני אלו שיהיה אחיד לכולם.</p> <p>כמו"כ מאחר ומחייבים את המציע הזוכה לעבוד עימם - נבקש להבהיר כיצד יש להתנהל במידה ומי מהם לא נותן שירות טוב.</p>		<p>נספח טו'</p>	<p>272</p>
<p>הסעיף עודכן בהתאמה</p>	<p>יש להתאים את הדרישה לסעיף 20.8.3 כך שהניסיון של הטכנאי יהיה עבור המכשור נשוא הצעת המציע או במכשור דומה של יצרן המכשור מושא הצעה.</p>	<p>סעיף 7</p>	<p>נספח טז' - תשקיף משותף</p>	<p>273</p>

<p>המכשיר/המחשב יחובר ישירות לרשת ללא שום רכיב חומרתי באמצע (מתג או Firewall) הדבר באחריות הספק.</p> <p>במידה ויש צורך ברכיב תקשורת לתפעול השוטף של המערכת יש לפנות למנהל התפעול</p>	<p>מה הכוונה ב"רכיב תקשורת בתחנה"? נבקש פירוט בנושא.</p>	<p>20</p>	<p>נספח כד'</p>	<p>274</p>
<p>באם מבוצע חיבור לאחור, כלומר יכולים להשתלט על המכשיר ללא התערבותנו – אנו לא מאשרים חיבור בצורה זו.</p> <p>החלופה הינה דרך תמיכה מרחוק שלנו sslvpn</p>	<p>האם ישנו פתרון נוסף פרט לפתיחת הצפנה? לידיעתכם - ביטול ממשק זה משליך על תמיכה מונעת.</p>	<p>21B</p>	<p>נספח כד'</p>	<p>275</p>
<p>מערכת הגזים נועדה לשרת את המכשור של הספק ולכן המערכות ידרשו בהתאם למכשור המוצע</p>	<p>נבקש פירוט של מערכות גזים רפואיים הקיימים בסביבת העבודה וכן פירוט של מכשירים רלוונטיים המחוברים לצנרות אלו.</p>	<p>17</p>	<p>נספח כו'</p>	<p>276</p>
<p>אומדן זה כשמו כן הוא, אומדן ראשוני כללי שאינו מפורט. שימת ליבכם כי נקבע גם סעיף עבודות בלתי צפויות גבוה מהרגיל העומד על 30% וזאת על מנת לנסות ולגלם את הפער בין אומדן ראשוני לאומדן מפורט ולכן להבנתנו אומדן זה כולל גם עלות מנדפים</p>	<p>בטבלת התמחור חסרה התייחסות לתמחור של מנדפים. נבקשכם לעדכן בהתאם את האומדן הראשוני לעבודות הבינוי ולגלם את העלויות במחיר הגג</p>	<p>כללי</p>	<p>כו - אומדן ראשוני לעבודות בינוי</p>	<p>277</p>
<p>אומדן זה כשמו כן הוא, אומדן ראשוני כללי שאינו מפורט. שימת ליבכם כי נקבע גם סעיף עבודות בלתי צפויות גבוה מהרגיל העומד על 30% וזאת על מנת לנסות ולגלם את הפער בין אומדן ראשוני לאומדן מפורט ולכן להבנתנו אומדן זה כולל גם עלות ריהוט מעבדתי</p>	<p>בטבלת התמחור חסרה התייחסות לתמחור של ריהוט מעבדה. נבקשכם לעדכן בהתאם את האומדן הראשוני לעבודות הבינוי ולגלם את העלויות במחיר הגג</p>	<p>כללי</p>	<p>כו - אומדן ראשוני לעבודות בינוי</p>	<p>278</p>

279	כז - אומדן ראשוני לעבודות בינוי	כללי	בטבלת התמחור חסרה התייחסות לתמחור של מערכת מים מטופלים. נבקשם לעדכן בהתאם את האומדן הראשוני לעבודות הבינוי ולגלם את העלויות במחיר הגג	אומדן זה כשמו כן הוא, אומדן ראשוני כללי שאינו מפורט. שימת ליבכם כי נקבע גם סעיף עבודות בלתי צפויות גבוה מהרגיל העומד על 30% וזאת על מנת לנסות ולגלם את הפער בין אומדן ראשוני לאומדן מפורט ולכן להבנתנו אומדן זה כולל גם עלות מערכות מים מטופלים
280	כז - אומדן ראשוני לעבודות בינוי	כללי	בטבלת התמחור חסרה התייחסות לתמחור של תכנון, ניהול, פיקוח וביצוע הפרוייקט, לרבות: ניהול פרויקט, אדריכל, מפקח מערכות, ממונה בטיחות, יועץ בטיחות, קונסטרוקטור, יועץ חשמל, יועץ מיזוג, יועץ אינסטלציה נבקשם לעדכן בהתאם את האומדן הראשוני לעבודות הבינוי ולגלם את העלויות במחיר הגג	אומדן זה כשמו כן הוא, אומדן ראשוני כללי שאינו מפורט. שימת ליבכם כי נקבע גם סעיף עבודות בלתי צפויות גבוה מהרגיל העומד על 30% וזאת על מנת לנסות ולגלם את הפער בין אומדן ראשוני לאומדן מפורט ולכן להבנתנו אומדן זה כולל גם עלות תכנון, ניהול, פיקוח וביצוע הפרוייקט
281	נספח כח'		נבקש שהצעת המחיר של חברת טרנסטק תהיה בתוקף עד לסיום שלב הבינוי.	מקובל
282	נספח כח'	4.1+4.4 (להצעת המחיר)	נבקש לדעת מהן תשתיות הבינוי, חשמל ותקשורת הנדרשות שנהוגות בדרי"כ ע"י טרנסטק	באחריות המציע לברר פרטים אלה אל מול חברת טרנסטק
283	נספח כח'		חסר בהצעת המחיר של טרנסטק מחיר עלות להעסקת נקודת הפנאומטיקה – אנא השלימו.	באחריות המציע לברר פרטים אלה אל מול חברת טרנסטק
284	נספח כח'- הצעת מחיר מחברת טרנסטק		מה הוא מספר המבחנות המקסימלי שניתן להכניס לשילוחית אחת - ומהו קצב הגעת השילוחיות בשעת עבודה (מספר שילוחיות לשעה) מתחנה אחת.	הרכיב המוצע על ידי חברת טרנסטק יכול להכיל 20 או 30 מבחנות.
285	כללי – סיור קבלנים		מתבקשת הבהרה כי במשך כל תקופת הפרוייקט, לספק ולקבלנים מטעמו תתאפשר חניה בחניות בית החולים (ללא תשלום).	לספק יינתנו לכל היותר 2 חניות בשטח בית החולים. שאר החניות לעובדיו יהיו בחניון וייצמן בעלות של 800 ₪ למקום חניה לחודש
286	כללי – סיור קבלנים		מתבקשת הבהרה כי תינתן גישה לצורך עבודות הבינוי להכנסת ציוד, חומרים ופינוי פסולת במהלך העבודות דרך מסדרון בית החולים.	מסלול פינוי הפסולת יתואם עם מרת"א ויהיה ישירות לחלק המזרחי של בית החולים או דרך המסדרון
287	כללי – סיור קבלנים		מתבקש להגדיר מקום להיערכות לצורך הבינוי. שטח כולל הנחת מכולת משרד, חיבור חשמל ותקשורת למכולה ושירותים זמניים.	לא יהיה מקום למכולת משרד. הקבלן ימקם את שטח המשרד בתוך אתר הבניה

על התעלות יהיה חיפוי דקורטיבי שישתלב בבניין (סגירה באמצעות אקווה פני"ל או אלקובונד)	נבקש לאשר שכפי שהובהר בסיור הקבלנים, ניתן יהיה להעלות לגג תעלות חיצוניות על הקיר המזרחי של המבנה ללא סגירות מיוחדות.		כללי – סיור קבלנים	288
אומדן זה כשמו כן הוא, אומדן ראשוני כללי שאינו מפורט. שימת ליבכם כי נקבע גם סעיף עבודות בלתי צפויות גבוה מהרגיל העומד על 30% וזאת על מנת לנסות ולגלם את הפער בין אומדן ראשוני לאומדן מפורט ולכן להבנתנו אומדן זה כולל גם חדר תקשורת	נבקש להוסיף לאומדן הבינוי חדר תקשורת כפי שעלה בסיור.		כללי – סיור קבלנים	289
הני"ל יקבע בתכנון המפורט של המציע אך יהיה בתחומי הכתמים של הפרויקט	נבקש לקבל הבהרה היכן ימוקם חדר התקשורת והאם יהיה חלק מתכנית הכתמים הקיימת.		כללי – סיור קבלנים	290
חדר תקשורת הינו חדר סטנדרטי החדר יבנה בסטנדרט של תקרה אקוסטית, רצפה וקירות בטון וכן דלת אש בחדר יותקן מזגן ומערכת תאורה כמקובל ציוד המיתוג בחדר יותקן ע"י מרת"א עלות כלל העבודות למתח נמוך נלקחו בחשבון באומדן הכללי בסעיפי העבודות הנוספות	נבקש לקבל איפיון ותכולה לחדר התקשורת המבוקש.		כללי – סיור קבלנים	291
ספק התקשורת הינו חברת- נקסט	נבקש את פרטי ספק מערכות התקשורת של מרת"א.		כללי – סיור קבלנים	292
כן	האם ניתן להעביר את התקשורת באמצעות ריכוז מקומי עם סיב אופטי לנקודת חיבור מרוחקת.		כללי – סיור קבלנים	293
מקובל	ישנם פירים להעברת צנרת המים, במידה ולא יתאימו לתכנון המפורט, באחריות בית החולים לאשר העברת צנרת חיצונית לבנין- מבקשים את אישורכם לנדון.		סיור קבלנים	294
הדברים יבחנו בשטח טרם העברת הכבילה עם כול האילוצים והשיקולים הנלווים	לצורך העברת כבילת החשמל, מבקשים את אישור מרת"א להעמיד לרשות הזוכה פיר ורטיקלי, שעולה ישירות מקומה מינוס 3, היכן שממוקם לוח החשמל הראשי.		סיור קבלנים	295

<p>סעיפי המכרז וההסכם העסקים בעילות ביטול המכרז ו/או ההסכם יוותרו ללא שינוי.</p> <p>מרת"א כיחידת סמך במשרד ממשלתי, כפוף לעקרונות המשפט המנהלי ודיני מכרזים ושומה עליו לנהל מכרזיו והתקשרויותיו, בהגנות בתום לב ובדרך המקובלת, בסבירות ובמידתיות</p>	<p>ביטול ההתקשרות שלא מחמת הפרה יסודית של ההסכם ע"י הזוכה – כאמור, מדובר במכרז בעל משמעויות כספיות נרחבות, המצריך השקעת תשומות כספיות, תשתיתיות ואחרות רבות מצד הזוכה. לפיכך נבקש כי רק בנסיבות של הפרת יסודית של ההסכם ע"י הזוכה – יהיה מרת"א רשאי לשקול את ביטולו. סעיפי סל המאפשרים למרת"א לבצע ביטול של ההסכם באופן חד צדדי, שלא בשל הפרתו היסודית ע"י הזוכה – אינם הוגנים ובפרט בנסיבות כאמור, ולפיכך נבקש לבטלם.</p>		<p>כללי</p>	<p>296</p>
<p>בהתאם לנספח ה' וכן לנקוב בהסכם המדף 3210</p>	<p>האם יש מגבלה לשעות וסוג העבודות הנדרשות לבינוי ?</p>	<p>כללי</p>	<p>כללי</p>	<p>297</p>
<p>פינוי בצורה ידנית מתבצע בשעות הפחות פעילות של בית החולים ( בד"כ מעבר לשעות הסטנדרטיות של בית החולים קרי אחרי 15: 30) ונדרש לבצע בהתאם להנחיות מחלקת הזיהומים (ע"ג עגלות סגורות או עטופות) תוך שמירה על מינימום של הפרעה בבית החולים ועל הציוד הקיים</p> <p>פינוי בעזרת מנוף בד"כ יעיל יותר יחד עם זאת נדרש לוודא שיש מקום להצבת המנוף, שעות ההנפה יקבעו בהתאם למיקום המנוף ומידת ההפרעה שלו בפעילות בבית החולים בנוסף כול פעילות הנפה בבית החולים דורשת אישור</p>	<p>פינוי פסולת – ישנן שתי אופציות לפינוי פסולת בעזרת מנוף ובצורה ידנית מהי המגבלה בשעות לפינוי הפסולת וכיצד נדרש לעשות זאת בכל אחת מן האופציות המוצעות.</p>	<p>כללי</p>	<p>כללי</p>	<p>298</p>

<p>לביוב הדורש טיפול המיועד לחדר מכונות בצד המזרחי של קומת קרקע, אגף ה' בניין סוראסקי נדרש בינוי לטובת חדר מכונות</p> <p>לביוב שאינו דורש טיפול קיימים פירים הפרוסים במעבדה המיועדים לכך ועל כן אין צורך בבינוי</p>	<p>איפה נמצאת נקודת החיבור לביוב של כל המעבדה והאם נדרש לבצע בינוי לצורך התחברות אליה ?</p>	כללי	כללי	299
<p>מנדפים ביולוגים הינם ברי הזזה . לגבי מנדפים כימיים : נדרשת הכנת תשתית</p>	<p>האם המנדפים הם ברי הזזה ושניתן להעתיקם למקום ביניים וחזור או שיש לרכוש חדשים</p>	כללי	כללי	300
<p>המערכת הזו תקינה. אם השאלה היא עבור זמן הבנייה, התשובה היא שזו אפשרות בתיאום עם המעבדה וכתלות בתכנית הכוללת של השלבים ומשך הזמן.</p>	<p>א. האם ניתן להשמיש את מערכת הפנאומטיקה שנמצאת במוקד עבור כל המחלקות והמיון? ב. במידה והמערכת אינה שמישה במה כרוך להשמיש אותה?</p>	כללי	כללי	301
<p>חדר 27 וחדר 28 הינם במסגרת המכרז. השירותים במסדרון וחדר הקור באגף ו' אינם במסגרת הפרויקט.</p>	<p>האם חדרים 27(מעבדת מחקר), 28 (מעבדת מחקר), שירותים במסדרון הראשי של אגף המיקרוביולוגיה ו 40 (חדר קור) הם חלק מנשוא המכרז ?</p>	כללי	כללי	302
<p>המכרז מיועד להגשה רק של המערכות המלאות ולא של מכשור מעבדתי כזה או אחר.</p>	<p>בקשר למכרז שבנושא חברה מבקשת להגיש הצעה רק ל"מכשיר צביעת דגימת מח עצם". האם אפשר להגיש הצעה למכשיר בודד או רק הצעה שתכלול גם את פרויקט הבינוי? במידה וכן האם צריך להגיש את כל מאות עמודי המכרז, כלל הנספחים, או קיימת אפשרות להגשת רק מסמכים הקשורים למכשיר?</p>			303

**בכבוד רב,**

**יורם הלוי**

**מנהל יחידת מכרזים**