



א' בניסן, התשפ"ד
09 אפריל 2024

סימוכין: 114616924

לכבוד
משתתפי המכרז

שלום רב,

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה - מכרז פומבי מס' מכרז פומבי 11/2024 לביצוע בדיקות ריצוף סנגר עבור משרד הבריאות

1. בהתאם לסמכותה על פי מסמכי המכרז, לרבות סעיף 14 לפרק 1 למסמכי המכרז, מתכבדת בזאת ועדת המכרזים ליתן הודעה למציעים בדבר שאלות שהועברו אל הוועדה בכתב ותשובות ועדת המכרזים.
2. כל ההבהרות בהודעה זו יחשבו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
3. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים האמורים בהודעה זו תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי המכרז.
4. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם ועדת המכרזים או על ידי כל גורם אחר, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא.
5. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט בהודעה זו בלבד, ובהודעות הבהרות נוספות שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
6. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך הבהרות זה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך הבהרות זה.
7. יובהר כי נוסח השאלות המפורט להלן אינו זהה בהכרח לנוסח השאלות כפי שנשאלו ע"י המציעים.

8. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 17/4/2024 בשעה 12:00.



מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
1.	5	1	6.7	מסמכים נדרשים להוכחת תנאי הסף	ההפניה לתצהיר שגויה; בנוסף - לא נמצא תצהיר מתאים. ניסיון המציע".	יובהר כי התצהיר אותו יש למלא מופיע בסעיף 9 לחוברת ההצעה "פרטים על אודות ניסיון המציע".
2.	5	1	5.2	תנאי סף מקצועיים	האם יהיה יתרון לכך שהבדיקות תבוצענה במעבדה קלינית, למרות שאין דרישה לכך במסמכי המכרז?	לא. סעיפי ניקוד האיכות קבועים בסעיף 9.4.1.1 למסמכי המכרז.
3.	5	1	5.2.2	תעודת הכרה במעמד	הסעיף דורש שהמציע יעסיק "...עובד אחד לכל הפחות בעל תעודת הכרה במעמד קבועה בתוקף לעובד במעבדה רפואית מטעם משרד הבריאות" - לא ברור האם העובד בעל הכרה במעמד חייב להיות זה שיבצע את הבדיקות עבור משהב"ר. אם התשובה שלילית, נבקש להבין מה משמעות הדרישה.	הסעיף אליו מתייחסת השאלה הוא תנאי סף להשתתפות במכרז. יובהר כי העובד האמור נדרש לבצע או לפקח על תהליך הריצוף. הדרישות המקצועיות מפורטות בפרק 2 - מפרט השירותים.
4.	6	1	8	תקופת ההתקשרות	למזמין אפשרות להאריך את ההתקשרות עד לחמש שנים. האם בין שנה אחת לשנייה ניתן	התשובה שלילית. התעריף יתעדכן בהתאם לאמור בסעיף 14 להסכם ההתקשרות - הצמדה



מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
					יהיה לעדכן תעריפים או תנאים אחרים?	והתאמה.
5.	7	1	9.4.1.1	ריצוף מקטעי DNA סנגר	<p>על מה מסתמך כאן טווח הסיגנל? האם מדובר ביחידות RFU?</p> <p>לאיזה מכשירים מתאימים המרכיבים בטבלה (פרט לאורך הרצף)?</p>	<p>הסיגנל מסתמך על גובה הפיק והניקיון מבסיסים אחרים ברקע הנצפה בתוצר הריצוף.</p> <p>נדרש להריץ סטנדרט בכל הרצה לוודא תקינות הרצה וכיול.</p> <p>ניתן להשתמש בכל מכשיר, מומלץ ABI.</p> <p>הולידציה נעשית בתוכנת ביונומריקס</p>
6.	14	1	19.6	זכויות המזמין	<p>מבוקש למחוק את המילים "או את ההתקשרות". ראו שהאישור התקציבי יבוא קודם להתקשרות. ביטול חד צדדי ומיידי של ההתקשרות עלול להסב נזק בלתי סביר לספק הזוכה שכבר נערך עם כוח אדם וציוד מתאים עבור הפעילות.</p>	<p>הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי קיים אישור תקציבי לפרויקט.</p>
7.	14	1	19.7	זכויות המזמין	<p>מבוקש לעדכן את הסעיף כך שחלף המספר "30" יבוא המספר "45". סיום ההתקשרות מכל</p>	<p>הבקשה מתקבלת. נוסח הסעיף ינוסח כדלקמן:</p> <p>"למזמין שמורה הזכות לסיים את ההתקשרות בהתראה של</p>



מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
					סיבה וללא נימוק בהתראה מראש של 45 ימים תואמת את הקבוע בסעיף 5.5 בחוזה ההתקשרות המצורף כנספח ג' למכרז.	30 45 יום מראש ללא נימוק וללא כל פיצוי"
8.	15	2	2.2+3.1	מפרט שירותים	יש סתירה בין הנאמר בשני הסעיפים. האם מדובר בדנ"א מופק או בדנ"א שעבר הגברה וניקוי ויש לבצע לו אך ורק את ריאקציית הריצוף?	דנ"א מופק לאחר הגברה בריאקציית PCR. ללא ניקוי. הניקוי בEXSOSAP מתבצע ביחידה המרצפת בריצוף סגור.
9.	15	2	2.2+3.1	מפרט שירותים	מה הכמות והריכוז של הדנ"א או התוצר שישלחו?	כמות – 5ul של DNA לאחר הגברה של המקטע בPCR. אין מדידה של הריכוז, אנו מוודאים שיש בנד ברור בגיל (הערכה – לפחות 30ng)
10.	15	2	2.2+3.1	מפרט שירותים	האם דגימות ה-DNA ימסרו כשהן במבחנות בודדות, או בפלטות בודדות? 96?	לרוב ישלחו בפלטות 96. לעיתים רחוקות דגימות בודדות ישלחו במבחנות בודדות.
11.	15	2	2.2+3.1	מפרט שירותים	האם כל דגימת DNA תשמש תמיד רק לריצוף/בדיקה אחת, או ליותר מאחת? במילים אחרות – 12,000 בדיקות בשנה = 12,000 דגימות?	ההתייחסות היא ל 12,000 בדיקות. חלק מהדגימות ירוצפו עם פריימר אחד וחלק ירוצפו עם 2 פריימרים: R+F. כל כיוון של ריצוף יספר כבדיקה.



מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
					האם אתם עשויים לבקש שדגימה מסוימת תרוצף באמצעות פרימרים שונים?	
12.	15	2	2.3	איסוף הדגימות	תאום האיסוף יתבצע "במהלך שעות העבודה (08:00-16:00)". נבקשכם להבהיר כי האיסוף יתבצע <u>לכל המוקדם</u> ביום העבודה הבא לאחר היום שבו יתבצע התיאום עצמו. לדוגמא – אם התיאום בוצע ביום ב' בשעה 14:00 – איסוף הדגימות יתבצע לכל המוקדם ביום ג'.	האיסוף צריך להתבצע ביום למחרת. ניתן לקבוע מועדים קבועים בשבוע בתיאום ובאישור המזמין
13.	15	2	2.3	איסוף הדגימות	נבקש את הבהרתכם כי איסוף הדגימות, ככל שיתבצע על ידי המעבדה – יתבצע תמיד ממעבדות משרד הבריאות, אליאב יעקב 9, ירושלים.	אכן. זאת הכתובת היחידה לאיסוף.
14.	15	2	3.1	מפרט שירותים	האם מעבדת בריאות הציבור מספקת את הפריימרים לביצוע הריצוף? אם כן – באיזה כמות, ובאיזה	עבור ריצופים בשגרה אשר הינם שכחים המעבדות מספקות את הפריימרים במבחנות אפנדורף בכמות המספיקה למספר ריצופים רב,



מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
					ריכוז. בנוסף באיזה פורמט הם יסופקו – לדוגמא, האם הפריימרים יסופקו במבחנות בודדות, או בפלטות – בסידור מקביל לסידור הדגימות שהם ישמשו לריצופן?	ככל שידרש יסופק עוד. עבור ריצופים נדירים יותר – בעת שישלחו דגימות, יצורפו הפריימרים הרלוונטים. במקביל – ישלח קובץ המתאר איזה פריימר נדרש לאיזה דגימה בפלטה. הכנת פלטת הפריימרים תיעשה על ידי היחידה המרצפת.
15.	15	2	3.1	מפרט שירותים	מקטע דני"א מנוקה – איזה ניקוי עובר מקטע הדני"א בטרם מגיע למעבדת הספק (Exo-SAP/ניקוי מקטע מגיל/אחר)?	המקטע יעבור ניקוי על ידי exosap ביחידה המרצפת.
16.	15	2	3.1	מפרט שירותים	במדידות OD מהו טווח רמת הניקיון של הדני"א?	1.7-2.0 : 260/280
17.	15	2	3.2	משלוח התוצאות	לפי הסעיף התוצאות יישלחו למזמין עד חמישה ימי עבודה". האם במידה והדגימות יאספו, לפי התיאום, אחרי השעה 12 בצהריים – נבקש שספירת ימי העבודה לצורך החזרת תשובה תתחיל ביום הבא. לדוגמה – אם המעבדה תתבקש לאסוף את הדגימות	אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי ישנה חשיבות להחזרת תוצאות מהר ככל הניתן. יצויין כי במידה והדגימה תיאסף אחרי השעה 15:00 – ספירת ימי העבודה תחל מיום למחרת.



מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
					בשעה 13:00 ביום א' – נבקש את אישורכם לכך שהתוצאות תשלחנה עד יום א' הבא ב-17:00.	
18.	15	2	3.6	איסוף הדגימות	נבקשכם להבהיר האם האיסוף יהיה בתוך 2-3 ימים קבועים (לדוגמא ב, ד, ה)? באיזה טווח שעות במהלך היממה יוכל האיסוף להתבצע?	ניתן לתאם מועדים קבועים, 3 פעמים בשבוע (בתיאום, אם אין דגימות – אין צורך להגיע). שעות: 8-16. ניתן לתאם ימים ושעות קבועים.
19.	20	2	5.2.1	תנאי סף מקצועיים	הפניה לתצהיר שגויה והתצהיר עצמו חסר.	ראה תשובה לשאלה 1
20.	20	2	5.2.2	תנאי סף מקצועיים	הפניה לתצהיר שגויה והתצהיר עצמו חסר.	ראה תשובה לשאלה 1
21.	21	2	9.1	פרטים אודות ניסיון המציע	הסעיף אומר: "כ... המציע עומד בתנאי הסף המקצועיים כמפורט בסעיף שגיא! מקור ההפניה לא נמצא." הפניה לתצהיר שגויה והתצהיר עצמו חסר.	מדובר בטעות טכנית. הכוונה לסעיף 5.2 לתנאי הסף המקצועיים.
22.	40	נספח ג' – חוזה ההתקשרות	9.1	נוזקין	לאחר המילה "נוזק" אנא הוסיפו את המילה "ישיר". כמו כן, בבקשה מחקו את המילים "או עקיפה". בנוסף, לאחר המילה "המעשיים" אנא הוסיפו את המילה	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.



מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
					"והמקובלים".	
23.	41	נספח ג' – חוזה ההתקשרות	9.3	נזיקין	בבקשה מחקו את המילים "או עקיפה". בנוסף, בבקשה החליפו את המילה "לפצות" במילה "לשפות".	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
24.	41	נספח ג' – חוזה ההתקשרות	9.6	נזיקין	בבקשה החליפו את המילה "לפיצוי" במילה "לשיפוי".	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
25.	41	נספח ג' – חוזה ההתקשרות	9.7	נזיקין	בבקשה הוסיפו סעיף 9.7 בנוסח הבא: "שיפוי כאמור על פי סעיף זה ועל פי סעיף 16.2 להלן, יהיה בכפוף לפסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו, הקובע את אחריות הספק לנזק, ובתנאי כי ניתנה לו הרשות להתגונן מפניו. יובהר, כי המזמין לא יהיה רשאי להגיע לפשרה בכל תביעה או דרישה כאמור ללא אישור מראש ובכתב מאת הספק".	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז. המשרד יפעל על פי כל דין ועל פי כללי מנהל תקין.
26.	41	נספח ג' – חוזה ההתקשרות	10.5	בקרה ופיקוח	בבקשה הוסיפו לאחר המילה "דרישה" את המילה "סבירה".	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
27.	41	נספח ג' – חוזה ההתקשרות	10.7	בקרה ופיקוח	אנא מחקו את הדרישה לדוחות כספיים מבוקרים על ידי רואה חשבון. סעיף 10.5 מעניק למזמין	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.



מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
					את הזכות לדרוש נתוני רואה חשבון הקשורים למתן השירותים והדרישה לדוחות כספיים היא אינה רלוונטית ומרחיבה שלא לצורך את הזכות לבקרה ולפיקוח. לחלופין, ככל שלא תתקבל בקשתנו לעיל, אנא מחקו את המשך המשפט החל מהמילים "הזוכה מוותר בזאת".	
28.	46	נספח ג' – חוזה ההתקשרות	18.3	שמירת סודיות	אנא הבהירו כי מדובר בהסדרים מיוחדים אך סבירים ומקובלים. לחלופין, אנא קבעו כי המזמין ישא בעלויות ההסדרים המיוחדים ככל שאינם סבירים ומקובלים.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
29.	48	נספח ג' – חוזה ההתקשרות	19.	ביטוח	מבוקש למחוק את המילים: " או העתקי פוליסות".	הבקשה נדחית, אולם מובהר כי ככל ותעלה בקשה מצד המשרד להצגת הפוליסות, המשרד לא יעיר על הצגתן כאשר מידע עסקי סודי שלא רלוונטי להתקשרות נמחק מהן.
30.	48	נספח ג' – חוזה ההתקשרות	22.2	אמנת שירותים ופיצויים מוסכמים	מבוקש למחוק את הסעיף. לחלופין, עמודת ההפרה שבטבלה אנא החליפו את המילה "חמישה" במילה	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.



מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
					"שבעה" ובנוסף, בעמודה של פיצוי מוסכם החליפו את המילה "השלישי" במילה "החמישי".	
.31	48	נספח ג' – חוזה ההתקשרות	22.3	אמנת שירותים ופיצויים מוסכמים	מבוקש למחוק את הסיפא של המשפט האחרון אשר מתחיל במילים "לרבות הזכות לדרוש תשלום פיצויים מוסכמים..."	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
.32	49	נספח ג' – חוזה ההתקשרות	23.1	קבלני משנה	כאשר את העבודה יבצע קבלן משנה - האם הדרישה להעסקת עובד בעל הכרה במעמד תחול על הספק או על קבלן המשנה, או על שניהם?	יובהר כי הדרישה תחול גם על הספק וגם על קבלן המשנה.
.33	49	נספח ג' – חוזה ההתקשרות	23.1	קבלני משנה	נבקש להבהיר האם קבלן המשנה יכול להיות זה שמבצע את תהליך הריצוף.	העסקת קבלתי משנה תהיה בהתאם לסעיף 23 להסכם ההתקשרות (סעיף קבלני משנה) בכפוף לאישור מראש ובכתב של המזמין.

ב ב ר כ ה ,

מיטל פורטנוב
מנהלת קטגוריה
רכש בריאות הציבור

העתק: תיק מכרז 11/2024