



25/04/24

לכבוד:

כלל המציעים:

מכרז פומבי מס' 244563 לאספקת מבחנות UTM ומטושים

עבור המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

1. להלן התייחסות לשאלות/הבהרות למכרז שבנדון.

מס"ד	נספח	מספר הסעיף	השאלה	תשובת מרת"א
1.	ב' חלק 2	18- טבלה	בתיאור המבחנה הנדרשת מצוין UTM RT TUBES - נשמח להסבר על הנוזל הנדרש	נוזל UTM הינו הנוזל הסטנדרטי להעברת דגימות לבדיקות ויראליות. גודל המבחנה צריך להיות 9-10 ס"מ, וכמות הנוזל במבחנה בין 2-3 מ"ל.
2.	ב' חלק 2	18- טבלה	בתיאור המטוש רשום REG. PLAS. SWAB STR – נשמח להסבר על מבנה המטוש, מניח שהתיאור מתכוון למטוש סטרילי פלסטי רגיל, אך האם מהסוג העבה יותר או הדק? (דהיינו האם מדובר ב Flocked Swabs או ב Polyester Swabs)? מטוש אחד לנחיר ואחד ללוע או שניים זהים?	1. גובה המטוש - 8-9 ס"מ מקצה המטוש ועד קו השבירה. אפשרות נוספת: במידה והפקק מתוכנן לשליפה של המטוש, גובה המטוש צריך להיות 10 ס"מ. 2. שני מטושים צריכים להיות זהים, מיועדים ללקיחת דגימות מלוע ואף. 3. Flocked Swabs
3.	ב' (חלק 2)	18	האם המבחנות מחויבות להגיע עם ברקוד מהיצרן?	רצוי בר-קוד. לא הכרחי
4.	ב' (חלק 2)	18	האם ניתן להציע הצעה עם מוצר ללא ברקוד?	רצוי בר-קוד. לא הכרחי
5.	נספח ב' חלק 2	18	בתיאור המבחנה הנדרשת מצוין UTM RT TUBES - נשמח להסבר על הנוזל הנדרש	נוזל UTM הינו הנוזל הסטנדרטי להעברת דגימות לבדיקות ויראליות.
6.	ב' חלק 2 + ג'	18- טבלה + סעיף 2	בתיאור הכמות הנדרשת מצוין 45,000 מבחנות ו – 45,000 מטושים (נספח ב' חלק 2) ובנספח ג' סעיף 2 מצוין ששני מטושים יהיו ארוזים יחד עם מבחנה אחת, נשמח להבהרה בנושא האם הכוונה ל – 90,000 מטושים, עם 45,000 מבחנות או מטוש אחד לכל מבחנה?	ראה מסמכי המכרז המעודכנים. הפריט עודכן כדלקמן – 45,000 אריזות של מטושים (כאשר כל אריזה מכילה 2 מטושים)

7.	ג'	מפרט טכני	האם 2 המטושים צריכים להיות באריזה של המבחנה יחד, או אריזות של 2 מטושים ללא שמבחנה נמצאת בתוך אותה אריזה?	המטושים צריכים להיות באריזה נפרדת מהמבחנה.
8.	ג'	1	מה הוא גובה המבחנה הנדרש?	9-10 ס"מ גובה, רוחב-12 מ"מ.
9.	ג'	2	2 מטושי בדיקה באריזה לא תאפשר הוצאה של המטוש מתוך המבחנה ללא מגע יד אדם. האם ניתן להציע אריזה של מטוש 1 בלבד? אריזה של מטוש 2 בלבד?	לא ניתן להציע אריזה של מטוש 1 בלבד. הכרחי שהאריזה תכלול 2 מטושים.
10.	ג'	מפרט טכני	האם המבחנה אמורה להיות עם חומר בפנים?(החמר שיש בדרי"כ במבחנות) והאם מדובר במבחנה של 3 מ"ל או שהמבחנה יכולה יותר מ3 מ"ל?	ראה תשובה מס' 1.
11.	ז'	2.1	האם אפשר להביא את ניסיון היצרן כחלופה לניסיון יבואן?(היצרן הינו חברה ציבורית עם ניסיון רב העומדת עם היבואן ומתחייבת אתו בהגשת המכרז)	התשובה היא שלילית. הסעיף יוותר ללא שינוי.

**בכבוד רב,
יורם הלוי
מנהל יחידת מכרזים**