

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	09.05.24

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095089108	SPECTAR VIDEO NASOPHARYNGOSCOPE XN P20 04MM WORKING CHANNEL

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	DCS
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	513189001
מספר ספק בשיבא	13240
ספק זה הינו:	_____ √ _____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	32,800 יורו+ מע"מ

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

6 במאי 2024
מספרנו: הני"ר/ 0109-2024
תיק: 6-1130

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: א.א.ג. – חו"ד לרכישת וידאו אנדוסקופ גמיש תוצרת חברת XION.

המכשיר שבנדון דגם XN P20 04MM תוצרת חברת XION (ME064507) נמצא תקול. הספק הבהיר כי המכשיר ניזוק ואינו ניתן לתיקון. לפיכך המכשיר הושבת.

נדרשת רכישת חלופה.

התקבלה הצעת חברת DCS לרכישת דגם זהה בעסקת טרייד אין, אותה יש לממש.

המכשיר הינו חלק ממערכת סטרובוסקופיה הכוללת אנדוסקופים בקטרים שונים. לא ניתן לחבר אנדוסקופ מיצרן אחר זולת יצרן המערכת. לפיכך ניתן לראות ביצרן ובנציגתו המקומית ספק יחיד.

בברכה,
מיטל ביסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתק: דר' ערן אלון