

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	רנטגן
תאריך:	28/05/24

_____ קרן מחקרים X מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095092037	MRXP 200 MRXPERRION BASE SYSTEM INJECTOR 3038162

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב של סלים בדר

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין X _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	מדטכניקה בע"מ
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036194
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	45,100 יורו + מע"מ

אגף הדימות

י"ט אייר תשפ"ד
27 מאי 2024

לכבוד
ועדת המכרזים
המרכז הרפואי שיבא
כאן,

הנידון : נימוק ספק יחיד – מזרק אוטומטי תואם MRI מדגם MRXPERION

אגף הדימות, במרכז הרפואי שיבא התחדש לאחרונה במכשיר MRI חדש מדגם – LUMINA של חברת SIEMENS. לצורך הפעלה קלינית מיטבית של המכשיר, נדרשת מערכת הזרקה אוטומטית שמסונכרנת באופן מלא עם המכשיר. המזרק היחיד שמאפשר סנכרון מלא עם מכשירי ה-MRI של חברת SIEMENS הינו מזרק מדגם – MREXPERION של MEDRAD. היתרונות של הסנכרון עם המכשיר הם בכך שכל ההפעלה והתזמון נעשים מהקונסולה של מכשיר ה-MRI כחלק מתכנון הבדיקה וללא צורך בתכנון נוסף על פאנל המזרק. הדבר חוסך זמן עבודה ומונע שגיאות בתזמון ההזרקה ובכמות החומר הנדרש. מזרק אוטומטי מדגם MREPERION משווק בבלעדיות על ידי חברת מדטכניקה. לכן, אנו מבקשים להכיר בה כספק יחיד עבור מערכת זו.

בכבוד רב,

סלים בדר – רנטגנאי ראשי

