



03/07/24

לכבוד :

כלל המציעים

מכרז פומבי מס': 244677 לאספקת צנתר מתועל לדיאליזה עם CUFF

1. מסמכי המכרז עודכנו נוכח תשובות לשאלות הבהרה (בין היתר עודכנה הצעת המחיר ועודכן המפרט הטכני).

2. יש להגיש הצעתכם ע"ג מסמכי המכרז המעודכנים.

3. להלן תשובות לשאלות הבהרה :

מס"ד	נספח	מספר הסעיף	השאלה	תשובת מרת"א
1	ג'	3	האם ניתן להציע אורך 33 במקום 35?	חיובי, ראו נספח ג' (המפרט הטכני) המעודכן במסמכי המכרז במעודכנים
2	ג'	3	האם נוכל להגיש הצעה בעבור חלק מהגדלים?	חיובי, ראו נספח ב' חלק 2 (הצעת המחיר) המעודכן במסמכי המכרז המעודכנים
3	ג'	5	מחזד עם שסתום בטחון - האם מדובר על רכיב עצמאי או כחלק אינטגרלי מהנצטר?	חלק אינטגרלי שהינו פריט חובה

בכבוד רב,
יורם הלוי
מנהל יחידת מכרזים