

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	08.07.24

מדינת ישראל _____ X _____ קרן מחקרים

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
רכש, תחזוקה של מערכת SECTRA

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	ואר"י פתרונות אונקולוגיים
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	102040(515862670)
ספק זה הינו:	_____ √ _____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	₪ 6,000,000
תקופת ההתקשרות	שנתיים

2/..

- 2 -

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:



אגף מעבדות
נימוק "ספק יחיד"

שם הפריטים: לפי הצעת מחיר מס': PQ22000162, חברה: VaRay, תאריך: _____
סכום כולל מע"מ: ₪ 6,000,000, סעיף תקציבי: 45548
אנו מבקשים להכיר בסוכן הנ"ל ספק יחיד לצורך רכישת הפריטים לעיל מהנימוקים הבאים:

- ספק יחיד ואין בלתו.
- ספק יחיד העונה על כל הצרכים (פרט שמות הספקים הפוטנציאליים, ונמק על אלו צרכים ספציפיים עונה הפריט שאין לו מענה אצל הספקים האחרים).
- ספק יחיד, לחומרים/ציוד מתכלה היחידים המתאימים למכשיר זה (פרט שם המכשיר והיצרן).
- רכישה במסגרת עסקת ראגנטים עפ"י מכרז פומבי/סגור מ"צ _____
- אחידות מערכת (פרט הצרכנים הנוספים כפי"ח לפריט זה ומדוע חשובה האחידות).
- אחידות שיטת הבדיקה (פרט באיזה בדיקה מדובר ומדוע חשובה האחידות).
- אחר (פרט): _____

פירוט הנימוקים המקצועיים:

למיטב ידיעתי ולאחר בחינה של החלופות, זאת המערכת היחידה שיודעת לתת מענה לצרכים שלנו

- 1) מערכת Enterprise אשר יכולה להציג מספר רב של דיסיפלינות באותה פלטפורמה: רדיולוגיה, פתולוגיה, Genomics, עיניים ...
- 2) מערכת מוכחת לעבודה ב big data (כדוגמת Kaiser Permanente, Mayo ועוד)
- 3) יכולת מוכחת בהטמעה והתקנה במוסדות מובילים ומכוני מחקר בעולם (Upenn, Mayo, Clinic, Cleveland Hospital, UMC ועוד...)
- 4) יכולת מוכחת בהטמעת דטה של סורקים מחברות שונות בפורמט native ללא המרת מידע וכן DiCOM (כגון Leica, Hamamatsu, Philips, 3D Histec ועוד)
- 5) יכולת מוכחת באינטגרציה מלאה עם תוכנות AI (פירוט התוכנות מופיע ב <https://amplifiemarketplace.sectra.com/pathology>)
- 6) יכולת מוכחת באינטגרציה מלאה עם מספר רב של מערכות LIS (כגון - LabOS, סופטוב, Labvantage, נאוטילוס, מח"ר, AZMA, SCC ועוד...)
- 7) יכולת לשתף בדיקות מחוץ לארגון עם פתולוגים מומחים בארץ או בעולם מבלי הצורך שגם להם תהיה מערכת SECTRA ובצורה מאובטחת.
- 8) צוות מקומי עם יכולת מוכחת בהתקנה, הטמעה ותמיכה שוטפת כולל התקנות מבזרות

פרופ' ברשק איריס
מסד 21210
מנהל המכון לפתולוגיה
המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא

חתימת מנהל המעבדה

קוד מעבדה

מכון לפתולוגיה

17/06/2024

שם המעבדה

תאריך

F-LABS0005111-2-02