

מענה לשאלות הבהרה - מכרז מס' ש-2024-15 מתן שירותי מעבדה בדיקות מים של דיאליזה
(מערכות ייעודיות)

#	סוג המסמך (מכרז/הספח למכרז)	הסעיף הרלוונטי במסמך	פרוט השאלה	מענה
1	פירוט תמחור הצעה למתן שירותי מעבדה	המוצר הנבדק מי דיאליזה בדיקת מיקרוביאלית	דיגום עד 27 נק' – האם ניתן לשנות זאת לדיגום לנקודה אחת? כמו בבדיקות	בדיקה מיקרוביאלית (אנדוטוקסינים + ספירה כללית) צריכה להיעשות בכל הנקודות (מקסימום 27 נק' דיגום). ניתן לתמחר פר נקודת דיגום ולתמחר בכמות הנקודות שצריך לדיגום בפועל.
2	פירוט תמחור הצעה למתן שירותי מעבדה	המוצר הנבדק כימיה של המים	האם הבדיקות כוללות את הדיגום? מכון שיש סעיף נפרד לדיגום נקודה נוספת? האם גם פה ניתן לשנות לדיגום נקודה אחת?	כימיה: הבדיקות כוללות בדיקות מעבדה + דיגום. ההזמנה בנויה מבדיקת מעבדה לנקודה אחת ובסוף עלות דיגום. עד 27 נקודות - מחיר קבוע לדיגום כל הנקודות המתבקשות.
3	פירוט תמחור הצעה למתן שירותי מעבדה	המוצר הנבדק כימיה של המים	שרשום סריקת מתכות האם הכוונה לסריקת מתכות מלאה? או חלקית של כמה מתכות?	כימיה: נדרשת סריקת מתכות מלאה, לבהתאם לדרישת משרד הבריאות, יש להיכנס לתקנים.
4	פירוט תמחור הצעה למתן שירותי מעבדה	המוצר הנבדק כימיה של המים	האם מדובר על מתכות ברגישות או מתכות בשיטה רגילה?	כימיה: מדובר במתכות ברגישות MS.
5	נספח א' כתב הזמנה	סעיף 8 הגשת הצעה	מצוין כמות 1 ומחיר 1 – היכן אנו אמורים לבצע את ההכפלות של העלות למול הכמות? כפי שביקשתם לבצע הכפלה	ניתן להסתייע בטבלה הנ"ל: עמודה 1: פרטי הטובין עמודה 2: יחידת חישוב (1) עמודה 3: כמות (כמה נק' צריך לדיגום) עמודה 4: מחיר ליחידה (מחיר ליחידה אחת של בדיקת מעבדה) עמודה 5: סה"כ מחיר.

חתימת החברה

תאריך