

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	20/08/24

מדינת ישראל קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095080396	BF-XP190 BRONCHOVIDEOSCOPE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	27,528 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

18 באוגוסט 2024
מספרנו: הני"ר/2024-0211
תיק: 6-1130

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: ריאות ילדים – חו"ד לרכישת ברונכוסקופ תוצרת OLYMPUS

בשימוש המח' לריאות ילדים מכשיר ברונכוסקופ דגם BF-XP190, מס"ד 2811328, תוצרת חברת OLYMPUS (ME0102062).

המכשיר תקול ואין כדאיות כלכלית לתקנו, לפיכך הושבת ונדרשת רכישת חלופה כנגדו.

רצ"ב הצעת מחיר חברת מדטכניקה לרכישת חלופה בעסקת טרייד-אין, אותה יש לממש.

הברונכוסקופ הינו מכלול במגדל אנדוסקופי תוצרת OLYMPUS הנמצא בשימוש בריאות ילדים. לא ניתן לשלב ברונכוסקופ מיצרן אחר זולת יצרן המגדל. ניתן לראות ביצרן ובנציגתו המקומית ספק יחיד לרכישה זו.

בברכה,

מיכיל בנסטרי-גיטח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: פרופ' אורי אפרתי
גב' צדוק חופית