

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	20/08/24

מדינת ישראל קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095094835	QUANTSTUDIO 5 REAL-TIME PCR SYSTEM 96-WELL 0.2 ML DESKTOP

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מאיליה ברסלבסקי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____ טובין

שם הספק:	רניום
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511642449
מספר ספק בשיבא	2201
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 112,455 + מע"מ

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

15 באוגוסט 2024
מספרנו: הני"ר/2024-0210
תיק: 7007, 1225

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: מעבדה המטולוגית – חו"ד לרכישת מכשיר RT PCR.


נדרשת רכישה של המכשור שבנידון בכמות של 2 יח'.

במסגרת ההסכם שנחתם בין שיבא לבין הרשות הפלסטינית, המעבדה ההמטולוגית בבי"ח שיבא תבצע כ-80,000 בדיקות בשנה. הבדיקות יהיו משני סוגים: KREC ו-TREC. כדי לתת שירות זה, המעבדה נמצאת בתהליך רכישה של קיטים לבדיקות מתוצרת חברת ImmunoIVD. עבור העבודה התקינה עם הקיטים האלה נדרש מכשיר RT PCR.

חברת ImmunoIVD ביצע ולידציה של הקיטים שלו על מכשיר RT PCR מדגם 5 QuantStudio תוצרת חברת Applied Biosystems ולא ביצעה ולידציה על אף מכשיר של יצרן אחר (לפי הצהרת יצרן). אם המעבדה תשתמש בדגם של יצרן אחר, עליה לבצע ולידציה על המכשיר השונה מול חברת ImmunoIVD. התהליך ייקח שלושה חודשים לפחות, לכן, לאור דחיפות תחילת ביצוע הבדיקות ועמידה בהסכם הנחתם, אינו מקובל על המעבדה.

מהנימוקים הנ"ל, יש לראות ביצרן Applied Biosystems ספק יחיד לרכישת המכשיר הנדרש.
רכש המכשיר הזה מותנה ברכישת הקיטים של ImmunoIVD.

התקבלה הצעת מחיר מס' PQ24R007600 מאת חברת "רניוס" עבור מכשיר מדגם 5 QuantStudio תוצרת חברת Applied Biosystems. יש לממש את כלל השורות בהצעה.

בברכה,

אילנה ברסבלסקי
מהנדס ביו-רפואה
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: ד"ר מאיה ששון
ד"ר דן דומיניסני
מרי משה חמד
מרי רפאל גירסי
מרי יוגב קציר
מרי אלנתן בן אליהו