

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

|               |          |
|---------------|----------|
| משרד:         | הבריאות  |
| יחידה מזמינה: |          |
| תאריך:        | 09/07/24 |

מדינת ישראל  \_\_\_\_\_ קרן מחקרים

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

| מס' | מק"ט       | תיאור פריט |
|-----|------------|------------|
| 1   | 1095090700 | MYRO       |
|     |            |            |

| תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה) |
|--|
| עפ"י חווי"ד מצ"ב מאיליה ברסלבסקי                                     |
|  |
|  |
|  |

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| שם הספק:                 | בפקס                         |
| מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה | 510512841                    |
| מספר ספק בשיבא           | 1290                         |
| ספק זה הינו:             | _____ ספק יחיד _____ ספק חוץ |
| אומדן / שווי ההתקשרות:   | 50,967 יורו                  |
| תקופת ההתקשרות           | 24 חודשים                    |



**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

8 ביולי 2024  
מספרנו: הני"ר/2024-0172  
תיק: 1113

לכבוד  
גבי גילי נעים  
מח' הרכש

**הנדון: שיקום/ריפוי בעיסוק – חוו"ד לרכישת מכשיר אימון מוטורי וקוגניטיבי.**

נדרשת רכישה של המכשיר הנדון בכמות 1 יח'.

דרוש מכשיר לאימון מוטורי וקוגניטיבי עבור מחלקת השיקום.

היום קיים במחלקה מכשיר מדגם MYRO תוצרת חברת Tyromotion, העובד לשביעות רצונם של המטופלים במחלקה.

מדובר במערכת ממחושבת מבוססת משטח מולטי-סנסורי לתרגול מוטורי של גפיים עליונות כולל טווחי תנועה ובשילוב תרגול קוגניטיבי באמצעות משימות אינטראקטיביות וכן אובייקטים אמיתיים.


המערכת מורכבת ממסך מגע המותקן ע"ג שולחן נייד מתכוונן ותוכנה מובנית עם מגוון רחב של אפשרויות טיפול, ביניהן, טיפול בליקויים בתפקוד המוטורי, ריכוז, קשב סלקטיבי, תפיסה חזותית-מרחבית ותפיסה מרחבית.

להנדסה רפואית ולגורמים הקליניים מוכר רק דגם אחד מתחרה המוצא בשוק הישראלי – דגם ReaTouch תוצרת חברת Axixesis, המשווק ע"י חברת "חגי מכשור רפואי". המכשיר נבחן ע"י צוות המטופלים ונפסל מהסיבה הבאה:

מכשיר ReaTouch אינו מאפשר ביצוע תרגולים מהסוגים הבאים: Pinch, Push, Pull, Grip, Grasp. התרגולים האלה הכרחיים לשיקום המטופלים של המחלקה. מכשיר MYRO מאפשר את התרגולים האלה.

מהנימוקים המצוינים לעיל, יש לראות ביצרן Tyromotion ובאמצעות נציגו, ספק בלעדי לרכישה זו.

התקבלה הצעת חברת "בפקס" מס' Q2402336 עבור הדגם Myro מתוצרת חברת Tyromotion. יש לממש את כלל השורות בהצעה.

בברכה,  
  
אילן בן-סלבטקי  
מהנדס ביו-רפואה  
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: גבי אורלי בר  
מר רפאל גירסי  
גבי עינב גוטרמן