

שלום רב,

הנידון : תשובות לשאלות הבהרה מרכז מנפים 12499338

להלן התייחסותי

1. בנוגע לשאלה בעניין סעיף 21 "האם כושר הרמה עד 273 ק"ג יכול להיות מוגש בקטגוריה זו" ?
תשובה – לא ניתן, מדובר על תנאי סף.
2. בנוגע לשאלה "האם ניתן להגיש על שני יצרנים אחד עם הנעה אופקית ואחד ללא" ?
תשובה – על פי השאלה ניתן להניח שמדובר במפרט מנוף תקרתי עד 250 ק"ג – נסיעה אופקית חשמלית של המנוף (סעיף 43) היא לא תנאי סף, אלא יתרון למנוף עם יכולת נסיעה אופקית חשמלית.
לפיכך ניתן להציע 2 הצעות של 2 יצרנים עם וללא יכולת לתנועה אופקית חשמלית. יש לציין שבמנוף ללא יכולת הנעה חשמלית חייבת להיות יכולת להנעה (נסיעה) אופקית ידנית.
3. בנוגע לשאלה בעניין סעיף 60.1 "נא לפרט באיזה אופן הכיסא מתחבר למנוף ע"י רצועות או למנגנון מכני" ?
תשובה - הכוונה בסעיף זה חיבור הכיסא באמצעות מנגנון מכני
4. בנוגע לשאלה סעיף 60.2 "נא לפרט באיזה אופן האלונקה מתחברת למנוף על ידי רצועות או מנגנון מכני" ?
תשובה - הכוונה בסעיף זה חיבור האלונקה באמצעות מנגנון מכני.
5. בנוגע לשאלה סעיף 60.3 " סעיף זה המבקש מנגנון ייחודי לחברה מסוימת כאשר אין מקביל לו בשוק, אינו מאפשר הצעות מחברות אחרות והופך את המוצר לספק יחיד" ?
תשובה - **סעיף 60.3 אינו מוגדר כתנאי סף**. רשום בפרוש : "נא לציין האם קיים וסוג החומר". כלומר במידה ומנגנון לא קיים ספק לא מציע מנוף עם המנגנון הזה. לפיכך לא קיימת סוגיה של ספק יחיד.

בברכה,

גבריאל סדיקוב

מנהל ענף מכשירים | המרכז הרפואי שיבא תל-השומר

נייד: 054-7739980 נייד 03-5309653

דוא"ל gabi.sadikov@sheba.health.gov.il

