



17.09.24

לכבוד :

כלל המציעים

מכרז פומבי מס' : 244736 לאספקת NEEDLESS

- 1. הריני להודיעכם כי מסמכי המכרז עודכנו נוכח תשובות לשאלות הבהרה.**
- 2. יש להגיש הצעתכם ע"ג מסמכי המכרז המעודכנים.**
- 3. להלן תשובות לשאלות הבהרה:**

מס' שאלה	נספח	סעיף	השאלה	תשובת מרת"א
1.	נספח ג	1	נבקש מביה"ח לשקול לאפשר להגיש סוגים שונים של NEEDLESS ולא בהכרח עם מנגנון של SPLIT SEPTUM.	הסעיף יוותר ללא שינוי
2.	נספח ג	מפרט טכני	האם המוצר חייב להיות עמיד לשימוש בליפידים ?	התווסף סעיף 8 למפרט הטכני (נספח ג'): על הפריט להיות בעל עמידות לליפידים ותרופות ציטוטוקסיות.
3.	נספח ה	21.1	מבוקש למחוק את המילים " לכל נזק... אובדן" ולכתוב במקום "לנזקים ישירים בלבד" וכן למחוק "ו/או לכל צד שלישי שהוא"	הסעיף יוותר ללא שינוי
4.	נספח ה	21.2	מבוקש להוסיף בסוף הסעיף " בכפוף לכך כי ניתן פסק דין סופי אשר לא עוכב ביצועו וניתנה לספק הודעה מראש בגינו והזדמנות סבירה להתגונן".	הסעיף יוותר ללא שינוי
5.	נספח ה	22.6	מבוקש למחוק את המילים : "או העתקי פוליסות"	הסעיף יוותר ללא שינוי

**בכבוד רב,
יורם הלוי
מנהל יחידת מכרזים**