

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	18/09/24

מדינת ישראל  \_\_\_\_\_ קרן מחקרים

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095079612	VIDEOCOLONOSCOPE PCF-H190L EVIS EXERA III

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ √ _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	28,166.45 יורו+ מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

17 בספטמבר 2024  
מספרנו: הני"ר/2024-0248  
תיק: 6-1130, 7005

לכבוד  
גבי גילי נעים  
מח' רכש

הנדון: מכון גסטרו – חו"ד לרכישת וידאו-קולונוסקופ תוצרת OLYMPUS.

מכשיר וידאו-קולונוסקופ דגם PCF-H190L תוצרת OLYMPUS (מס' סידורי 2849052) נשלח לספק עקב דליפה מהאקורדיון.

הובהר ע"י נציגת היצרן, חברת "מדטכניקה" כי עלות השמשת המכשיר גבוהה ולפיכך אין כדאיות כלכלית לביצוע התיקון.

בהתאם להסכם חוזה השרות המכשיר יושבת ובמקומו ירכש חדש בעסקת טרייד-אין.

רצ"ב הצעת מחיר חבי מדטכניקה לדגם זהה אותה מומלץ לממש.

המכשור מהסוג הנ"ל במכון גסטרו מבוסס על תוצרת OLYMPUS ומתחבר למרכיבים נוספים מתוצרת OLYMPUS, ולכן לא ניתן לרכוש וידאו-קולונוסקופ מיצרן אחר זולת חבי OLYMPUS. לפיכך ניתן לראות ביצרן זה ובנציגתו המקומית ספק יחיד לרכישה זו.

בברכה,  
  
מנ"ל ביסטרו-פסח  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר

העתק: גבי חופית צדוק