

מכרז בנושא כפפות ניטריל , המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא, תל- השומר מס' 12499308

שאלות הבחרה:

מס"ד	שם פרק / הנספח	מספר סעיף	פירוט השאלה / הערה
1	תנאים נוספים		האם הכפפות צריכות להיות עשויות מניטריל בלבד? מניטריל
2	תנאים נוספים		מהי הטקסטורה של הכפפה? טקסטורה מעט מחוספסת
3	תנאים נוספים		האם הצבע חייב להיות מסויים? כחול
4	תנאים נוספים		מהו מינימום חיי המדף הנדרש מהכפפה? 5 שנים ולא נארז בניילון
5	תנאים נוספים		מהו ה AQL הנדרש? 1.5
7	תנאים נוספים		האם הכפפה צריכה לעמוד בתקן וירוסים ISO 374-5 ? כן
9	תנאים נוספים		האם הכפפה צריכה לעמוד בתקן ISO 21420 ? לא
10	תנאים נוספים		מהו עובי הכפפה הנדרש? 3.5
11	תנאים נוספים	י	האם כמות הכפפות בקופסה יכולה להיות 200 יחידות? BOX=100
12	תנאים נוספים	א	האם יש יתרון לכפפה בתקן EN455? ומוצר שאינו עומד בתקן זה, האם צריך אישור אמ"ר למוצר שאינו מוגדר כרפואי? חובה תקן EN 455 חייב להיות תקן ממוסד מוכר
13	תנאים נוספים	ט	האם משקל הכפפה חייב להיות 3.5 גרם? והיכן צריך להיות מצוין הנתון במסמכי היצרן? קופסא צריכה לשקול מינימום 350 ג'