המרכז הרפואי ע״ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	22/09/24

__X___ מדינת ישראל **_________ קרן מחקרים**

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון : **חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה ___ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ״ם מס׳ 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס׳	מק״ט	תיאור פריט
1	1095095030	AVOXIMETER 220V
2	1011957784	TEST CUVETES - אוקסימטר דם

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ״י חוו״ד מצ״ב מאליה רפאלוב סמייה

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? ___ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_X__ טובין _______ שירותים _______ ביצוע עבודה

שם הספק:	גאמידה בע״מ
מספר ח.פ / ח.צ / עמותה	511383374
מספר ספק בשיבא	1768
ספק זה הינו:	______√__ ספק יחיד ________ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	28,800 יורו+ מע״מ

תקופת ההתקשרות	24 חודשים

2/..

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).

3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:

עפ״י חוו״ד מצ״ב מאליה רפאלוב סמייה

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

אליה רפאלוב סמייה	מהנדסת ביו-רפואית	
שם בעל הסמכות המקצועית	**תפקיד בעל הסמכות המקצועית**	**חתימה**

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

שיבא
תל השומר
עיר הבריאות של ישראל

מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע״ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע״ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

TEL. 972-3-5303388/3917 טל.
FAX. 972-3-5303387 פקס.

26 באוגוסט 2024
מספרנו : הנ״ר/2024-0247
תיק : 1120-12

לכבוד
גב׳ גילי נעים
מח׳ רכש

הנדון : **מחלקת צנתורי לב – חוו״ד לרכישת מכשיר אוקסימטר דם - עדכון**

במחלקת צנתורי לב נמצא מכשיר מיושן המוגדר E.O.L ונותר ללא גיבוי טכני בשירות וחלפים. המכשיר לא ניתן לתיקון ולפיכך המכשיר הושבת דגם OXICOM-2100 מס׳ סד׳ 300591921 (ME040366) תוצרת חברת WATERS.
מדובר במכשיר ייחודי הבודק סטורציית דם באופן מלא, תוך מתן תוצאה מהירה.

הובהר ע״י הצוות שכמות דגימת הדם הנדרשת לבדיקה הינה מזערית (במכשיר הקיים0.5μL) תוך מתן תוצאה בפרק זמן מהירה (10 שניות במכשיר הקיים).

המכשיר שקיים בשימוש בית החולים במחלקת צנתורים הינו דגם Oxicom-2100, מבדיקה עם חברת ״לבנט״ הובהר כי אינם מספקים עוד את המכשור הקיים במחלקה ואינם יכולים להציע מכשיר אחר לחלופה.

מבדיקה שבוצעה מול הספקים הרלוונטיים בתחום כגון מדטרוניק ו-מדטכניקה ובכלל במקורות הידע שהעומדים לרשותנו בכלל זה בתי חולים אחרים , לא נמצא מכשור העומד באופן מלא בדרישות המחלקה המצוינות לעיל אלא נמצאו מכשירים שדורשים דגימת דם של לפחות 1.6 μL ובזמן של לפחות 30 שניות.

בנוסף לכך בבדיקה שערכנו נמצא מכשיר אחד בלבד מדגם Avoximeter 1000E התואם לצורכי המחלקה .

התקבלה הצעת מחיר לדגם Avoximeter 1000E תוצרת חברת Instrumentation Laboratory המשווק ע״י חברת ״גאמידה״, אשר אושרה ע״י הצוות הקליני.

לאור הנ״ל , יש לראות ביצרן Instrumentation Laboratory באמצעות נציגתו בארץ חברת ״גאמידה״, ספק בלעדי לרכישה, ולממשה בהתאם להצעה שהוגשה ע״י החברה.

בברכה,

אליה רפאלוב סמייה
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים : מר דניאל סימנטוב
מר יוגב קציר
פרופ׳ ישראל ברבש