

טס/31

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

דרישה מס 20209481

תל- השומר

פניה לוועדת המכרזים בענין פטור ממכרז

1. לצורך רכישת ראגנטים לבדיקות אנדוקרניות, פנינו לחברת: מדיסון פארמה (7539) וקבלנו הצעתה בסך 200,000 ש"ח כולל מעמ (170,940 ש"ח ללא מע"מ).
2. הבקשה לשלוש שנים +אופציה לשנה נוספת
3. אנו מבקשים אישור לפטור ממכרז, בהתאם לנימוק ספק יחיד של הגורם המקצועי החתום ע"י

דן דומיניסיני מנהל אגף המעבדות

מרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא  
 משרד ראשון  
 דבני צריף ומעבדות



חתימה

*Gil Dar*

מזור ראגנטים	מירב פרץ	24/09/24
תפקיד	שם החותם על חו"ד	תאריך


פרטי- כל מס' 12499500

בתאריך: 30.10.24 דנה ועדת המכרזים בפניה והחליטה כדלקמן:-


וועדת המכרזים אישרה פטור

ממכרז ספק יחיד ע"פ תקנה 3 (13) א' וזאת בהמשך לחו"ד הגורם המקצועי.


דרי לוי  
מנהל מערך המכרזים והתקשורת  
המרכז הרפואי המשולב  
ע"ש ח. שיבא חל-השומר



מר דרי לוי



עו"ד עודד גורני



גב' מרינה ליפשיץ



רו"ח אירית אברמוביץ



פרופ' ברקנשטט חיים

1  
מדינת ישראל  
משרד הבריאות  
המרכז הרפואי המושלם ע"ש חיים שיבא  
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל



THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

**אגף מעבדות**  
**ברימוק "ספק יחיד"**

שם הפריטים: ראה טבלה מטה  
סכום כולל מע"מ: 149,000 ש"ח  
חברה: מדיסון פארמה  
תאריך: 18/09/2024  
סעיף תקציבי: מדינה

אנו מבקשים להכיר בסוכן הנ"ל ספק יחיד לצורך רכישת הפריטים לעיל מהנימוקים הבאים:

- ספק יחיד ואין בלתו. לגבי פריט 2
- ספק יחיד העונה על כל הצרכים (פרט שמות הספקים הפוטנציאליים, ונמק על אלו צרכים ספציפיים עונה הפריט שאין לו מענה אצל הספקים האחרים). לגבי פריטים 1,4.
- ספק יחיד, לחומרים/ציוד מתכלה היחידים המתאימים למכשיר זה (פרט שם המכשיר והיצרן). לגבי פריט 1.
- רכישה במסגרת עסקת ראגנטים עפ"י מרכז פומבי/סגור מ"צ
- אחידות מערכת (פרט הצרכנים הנוספים בב"ח לפריט זה ומדוע חשובה האחידות)
- אחידות שיטת הבדיקה (פרט כאיזה בדיקה מדובר ומדוע חשובה האחידות). לגבי פריט 3
- אחר (פרט).

פירוט הנימוקים המקצועיים:

1. ערכה וראגנטים לבדיקת Anti GAD: הערכה של חברת RSR מביצעת ומתאמת למכשיר ELISA אוטומטי SQ-II שברשות המעבדה. הערכה של חברת RSR וערכה של חברת AESKU עברו אבולוציה והשוו לערכת RIA של חברת RSR שהיתה בשימוש המעבדה האנדוקרינית במשך שנים רבות. נמצא כי הערכה של חברת RSR המיוצגת ע"י חברת מדיסון נמצאה מתאימה יותר לדרישות המעבדה.

2. 11-deoxycortisol (Comp-S): הערכה היחידה הקיימת בשוק.

3. ערכה לבדיקת Chromogranin A: הבדיקה בוצעה כבדיקת חיון במרכז רפואי אינטלוג בערכה מתוצרת Cisbio Bioassays. בכדי לשמור על אחידות השיטה, המעבדה נדרשת להמשיך ולבצע את הבדיקה באותה ערכה. בנוסף, הערכה עברה אבולוציה ונמצאה מתאימה לדרישות המעבדה.

4. ערכה לבדיקת Leptin: ערכת הבדיקה מתוצרת Dia-Source עברה תיקוף מקיף ונמצא כי הביצועים האנליטיים של הערכה עמדו בדרישות המעבדה ולשביעות רצונה. קיימת ערכה נוספת של חברת BIOvender לבדיקה זו אולם מס' הבדיקות שניתן לבצע בערכה קטן בחצי מזו שבערכת Dia-Source (50 לעומת 100) והיא בעלת אישור CE מוגבל (אירופי בלבד) לעומת אישור CE גלובלי שיש בערכת חברת Dia-Source.

ד"ר רינה המי  
מנהלת המעבדה לאנדוקרינולוגיה  
חתימת מנהל המעבדה  
תל השומר 52621

65080

קוד מעבדה

אנדוקרינית

שם המעבדה

18/09/2024

תאריך

\* לתשומת לב המעבדה: נא לציין בהצעת המחיר המצ"ב את מק"ט תה"ש של כל אחד מהפריטים

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות  
 המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
 מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
 באוניברסיטת תל-אביב  
 תל-השומר 52621, ישראל



THE STATE OF ISRAEL  
 MINISTRY OF HEALTH  
 THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER  
 Affiliated to the Tel-Aviv University  
 Sackler School of Medicine  
 TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

**אישור הנהלת אגף מעבדות**

אל: מחלקת רכש:  ציוד רפואי  ראגנטים   
 מאשר  לא מאשר

נימוקים:

תאריך: 20.9.24 פרטי המאשר: ד"ר רובינסקי חתימה:

*ד"ר דומניסוני  
 מנהל אגף המעבדות  
 סגן י"ר רשות המסוקר  
 מנהל המעבדה להמטולוגיה  
 סגן מנהל המרכז לחקר הסרטן  
 המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא*

מק"ט ספק	שם פריט	מק"ט שיבא
GADAB-ELISA	ANTI GAD AB ELISA KIT	8000121863
GDE/BI	GADAB ELISA BIOTIN VIAL 5.5ML	8000122754
CGA-ELISA-NG	CHROMOGRANIN A ELISA KIT NG	8000883348
KAPD2395	LEPTIN ELISA KIT	8000884122
KIPI 2000	DEOXYCORTISOL-11(COMPOUND'S) 250 UCI	8091458893