

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	20/08/24

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
3	1095087631	DBS PUNCHER WORKSTATION INCLUDING ACCESSORIES
1	1095087623	DBS PUNCHER
2	1040021644	PC FOR DBS PUNCHER

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מאיליה ברסלבסקי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

HVD VERTRIEBS	שם הספק:
	מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה
17855	מספר ספק בשיבא
_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ _____	ספק זה הינו:

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

19 באוגוסט 2024
מספרנו: הני"ר/0209-2024
תיק: 7007

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: מעבדה המטולוגית – חוו"ד לרכישת מכשיר לניקוב כרטיסיות דם.

נדרשת רכישה של המכשור שבנידון בכמות של 2 יח'.

במסגרת ההסכם שנחתם בין שיבא לבין הרשות הפלסטינית, המעבדה ההמטולוגית בבי"ח שיבא תבצע כ-80,000 בדיקות בשנה. הבדיקות יהיו משני סוגים: KREC ו-TREC. כדי לתת שירות זה, המעבדה נמצאת בתהליך רכישה של קיטים לבדיקות מתוצרת חברת ImmunoIVD. עבור העבודה התקינה עם הקיטים האלה נדרש מכשיר לניקוב כרטיסיות דם.


חברת ImmunoIVD ביצע ולידציה של הקיטים שלו על הדגם DBS Puncher תוצרת חברת Revvity ולא ביצעה ולידציה על אף מכשיר של יצרן אחר (לפי הצהרת יצרן). אם המעבדה תשתמש בדגם של יצרן אחר, עליה לבצע ולידציה על המכשיר השונה מול חברת ImmunoIVD. התהליך ייקח שלושה חודשים לפחות, לכן, לאור דחיפות תחילת ביצוע הבדיקות ועמידה בהסכם הנחתם, אינו מקובל על המעבדה.

מהנימוקים הנ"ל, יש לראות ביצרן Revvity ספק יחיד לרכישת המכשיר הנדרש.

רכש המכשיר הזה מותנה ברכישת הקיטים של ImmunoIVD.

תכולת האספקה: מכשיר לניקוב כרטיסיות דם, סורק ברקודים ידני, מחשב עם תוכנה ייעודית עבור המכשיר.

התקבלה הצעת מחיר מס' FBQ2400001 מאת חברת "גאמידור" עבור מכשיר מדגם DBS Puncher תוצרת חברת Revvity. ההצעה שהוגשה הינה לייבוא ישיר מהיצרן, לכן אגף מעבדות הינו אחראי על שחרור המכשיר מהמכס והובלתו לבית החולים. ההצעה כוללת שנת אחריות אחת המוצעת על ידי היצרן. כמו כן, הוגשה הצעת מחיר מס' Q2402416 מאת חברת "גאמידור" לשנת שירות נוספת. יש לממש את שתי הצעות המחיר במלואן.

ב ב ר כ ה,

איליה גיטלסקי
מהנדס ביו-רפואה
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: ד"ר מאיה ששון
ד"ר דן דומיניסיני
מרי משה חמד
מרי רפאל ג'רסי
מרי יוגב קציר
מרי אלנתן בן אליהו