

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	5.9.24

מדינת ישראל קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095085163	VBEAM PERFECTA GRAY-VT LASER SYSTEM

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חווי"ד מצ"ב מאליה רפאלוב סמייה

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	פ.ק.מ.פיתוח קוסמטי
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	516511227
מספר ספק בשיבא	164235
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$84,000 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

27 באוגוסט 2024
מספרנו: הנ"ר/2024-0228
תיק: 1110-1

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: הצטיידות אגף פנימי 2024/מרפאת עור ומין –
חוו"ד לרכישת מכשיר לייזר (PDL) Pulse Dye Laser.

נדרשת רכישה של מכשיר לייזר מסוג Pulse Dye Laser בכמות 1 יח'.

המכשיר הנייל מיועד לטפל במגוון רחב של מצבי כלי דם, נגעים וסקולריים, צלקות, סימני מתיחה ועוד.

להלן תכונות המכשיר:

– מכסי אנרגיה (Max Energy) - עד 80J.

– גודל נקי לייזר לסוגים שונים של נגעים (Spot Size) - 8 גדלים.

– קצב חזרתיות (Repetition Rate) - 1.5Hz.

– טווח של זמן פולס 1.5- 40 ms.

– לייזר באורך גל 595 nm.

– בעלת מערכת קירור נקודתית מתוזמנת על מנת למזער כאב ונוק ללא פגיעה ביעילות.

מדובר במערכת המופעלת ע"י אספקת אנרגיית לייזר ממוקדת אל כלי הדם הבסיסיים בכמות זמן מסוימת. חימום עדין ואחיד של כלי דם אלו מאפשר טיפול עקבי ויעיל ללא ארגמנת (פורפורה). מערכת הקירור המובנית בתוך המכשיר מגנה על האפידרמיס בצורה אחידה ועוזרת במניעת שלפוחיות, תופעות לוואי לא רצויות, תוך שמירה על נוחות המטופל.

התקבלה הצעת מחיר לדגם מסוג Vbeam Perfecta תוצרת Candela המשווק ע"י חברת "P.K.M" אשר נמצא מתאים לכל שנדרש.

מבדיקה שבוצעה מול הספקים הרלוונטיים בתחום כגון החברות "צ.מ.ל מדיקל" ו-"אלדן" לא נמצא מכשור העונה לדרישת המשתמש.

לפיכך, יש לראות ביצרן Candela באמצעות חברת "P.K.M" ספק בלעדי לרכישה, ולממשה בהתאם להצעת מחיר שהוגשה ע"י החברה.

בברכה,

אליה רפאלי סמיייה
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: ד"ר פנינה שמש רוזנשפיר
ד"ר ערן גלילי