

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	05/11/24

מדינת ישראל  \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	8100088872	TECAN D300E DISPENSE CASSETTES T8
1	1095095675	DIGITAL DISPENSER D300E

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)**

עפ"י חו"ד מצ"ב מאליה רפאלוב סמייה

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן  לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין  שירותים  ביצוע עבודה

שם הספק:	גאמידור דיאגנוסטיקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511053126
מספר ספק בשיבא	1317
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	150,000 שח' + מע"מ



המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

1

30 באוקטובר 2024  
מספרנו: הני"ר/2024-0306  
תיק: 1203

לכבוד  
גב' גילי נעים  
מח' רכש

הנדון: מכון למחלות ריאה/מחקר – חו"ד לרכישת דיספנסר תרופות רובוטי.

נדרשת רכישה של דיספנסר תרופות רובוטי למכון מחלות ריאה בכמות 1 יח'.

המכשיר משמש להזרקה אוטומטית של תרופות שונות כחלק מתהליך בדיקת רגישות התאים ומתן המלצה טיפולית מותאמת אישית.

להלן התכונות הנדרשות מהמכשיר:

- יכולת עבודה עם נפחים נמוכים – נפח של 10 פיקוליטר לפחות.
- הזרקה לצלחות בפורמט 96, 384 ו-1536 באריות.
- מכשיר קומפקטי וקל לתפעול.
- מותאם לעבודה בתוך מנדף ביולוגי סטנדרטי.

התקבלה הצעת מחיר למכשיר מדגם Digital Dispenser D300E מתוצרת חברת Tecan המשווק ע"י חברת "גאמידור", אשר נמצא עונה לכל שנדרש ע"י המשתמש.

מבדיקה שבוצעה מול הספק המתחרה, חברת "דניאל ביוטק", לא נמצא מכשור העומד באופן מלא בדרישות המפורטות לעיל, בדגש על סעיף א', יכולת עבודה עם נפחים נמוכים, 10 פיקוליטר לפחות.

למען הסר ספק, המכשיר המתחרה מבצע דיספנסיה בנפחים גבוהים יותר החל מעשרות ננוליטרים ועל כן אינו מותאם לדרישות המשתמש.

מעבר לכך לא קיימים ספקים נוספים המשווקים את סוג המכשור הדרוש.

לנוכח הני"ל, יש לראות ביצרן Tecan באמצעות חברת "גאמידור", ספק בלעדי לרכישה ולממשה בהתאם להצעת המחיר שהוגשה ע"י החברה.

בבה"כ,

אליה רמאלוב סמייה  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: דר' מיכאל פלד  
דר' נויט מנחם