



10.02.25

לכבוד:

כלל המציעים

מכרז פומבי מס': 244990 שירות וטיפול במנדפים

1. להלן תשובות לשאלות הבהרה:

תשובת מרת"א	פירוט השאלה/הערה/בקשה	מס' סעיף	נספח	ג
<p>בעת החלפת מסננים HEPA במנדף – חובה להחליף גם פילטר אספקה וגם פילטר פליטה. לכן עבודה מוגדרת כ"קומפלט".</p> <p>במידה ובמנדפים גדולים יש יותר מפילטר אחד באספקה/פליטה – עדיין נדרש להחליף את כולם בהתאם לגודל המנדף – לתקצב כל הסעיפים לפי מנדפים ביולוגים</p> <p>למנדף למינארי יש להחליף פילטר אחד – לא להגיש ולא מתקצב במכרז</p> <ul style="list-style-type: none"> רשימות סוגי המנדפים ביולוגים מצורפים רשימת פילטרי פחם פעיל למנדפים כימיים - מצורף 	<p>סעיפים של עלות אספקה החלפת מסנן HEPA.</p> <p>האם הכוונה להחלפת מסנן אספקה + מסנן פליטה (אם נדרשת החלפת מסנן אז חובה להחליף את שני המסננים במנדפים ביולוגים)</p> <p>במנדף למינארי קיים לרוב רק מסנן אספקה.</p> <p>נשמח להבהרה בנוגע לסוגי המנדפים וסוגי המסננים הנדרשים להחלפה בסעיפים הנ"ל.</p>	18 עד 35	14	1
<p>יש לבדוק עלות החלפת מנועים של מנדפים מספקים שונים</p>	<p>עלות אספקה והחלפת מנוע של מפוח למנדפים.</p> <p>כל יבואן או יצרן יכול לתמחר את המפוחים שלו ולא ניתן לתמחר עלות של יצרנים אחרים בהתחייבות לאורך שנים, לחלק מהמותגים הרשומים אין נציגות פעילה בארץ.</p>	36 עד 50	14	2

בכבוד רב,
 יורם הלוי
 מנהל יחידת מכרזים