

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	רנטגן כללי
תאריך:	02/02/25

מדינת ישראל קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תל"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095096707	חדר שיקוף NEDA303 COMBIDIAGNOST R90
2	1040032377	בינוי חדר שיקוף 7

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מאת סלים בדר

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	מדטכניקה בע"מ
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ

אומדן / שווי ההתקשרות:	338,572\$ + 420,000 ₪) + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

2/..

- 2 -

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:

עפ"י חו"ד מצ"ב מאת סלים בדר

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	רנטגנאי ראשי	סלים בדר
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית

28/01/2025
כ"ח טבת תשפ"ה

לכבוד

ועדת מכרזים
המרכז הרפואי שיבא
כאן

הנדון: נימוק ספק יחיד - שדרוג ובינוי חדר שיקוף במכון דימות

במרכז הרפואי שיבא באגף הדימות מותקן חדר שיקוף מדגם ELEVA MD של חברת PHILIPS. מדובר במערכת שמותקנת בשיבא משנת 2009 ומוגדרת כ- EOL ו-EOS. המערכת סובלת מתקלות מרובות ללא יכולת לתת מענה בגלל חוסר בחלקי למערכת זו בעקבות היותה EOS. המרכז הרפואי שיבא מעוניין לשדרג את המערכת למערכת דיגיטלית חדשה המשלבת יכולות שיקוף מתקדמות וצילום. המערכת שנמצאה כמתרימה ביותר הינה מדגם Combi Diagnost R90 של חברת PHILIPS. המערכת החדשה כוללת את היתרונות היחודיים הבאים:

- זרוע ארוכה המאפשרת ביצוע צילומי חזה גם על הגלאי הדינמי במיטה ($SID_{max}=183\text{ cm}$) וגם מחוץ למיטת המערכת כמו כן המערכת מאפשרת ביצוע צילומים במיטת המטופל ללא צורך בשפופרת צילום נפרדת.
- טכניקת שיקוף Grid Controlled Fluoroscopy - מאפשרת רכישת תמונות בשיקוף בתדר $0.5_{FPS}-30_{FPS}$
- פוטוטיימר בעל 7 תאים עם התאמה אוטומטית בהתאם לגודל הצמצם

חדרי השיקוף של חברת Philips מיוצגים בארץ על ידי חברת Medtechnica.

מניסיון העבר בפרויקטים דומים ולאחר התייעצות עם מחלקת בינוי של המרכז הרפואי הומלץ על ביצוע התאמות ובינוי ע"י הספק של המערכת כדבר חיוני להצלחת הפרויקט ומניעת תקלות.

אי לכך, אבקש לראות בחברת Medtechnica כספק יחיד עבור חדרי שיקוף מדגם Combi Diagnost R90 של

חברת Philips וגם עבור הבינוי וההתאמות של חדר השיקוף.

בברכה,
סלים בדר
רנטגנאי ראשי
המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא

